ADENDA N° 1
ID N° 232.889

a) Se modifica la Sección I. Datos de la Licitacion (DDL), D. Presentación y Apertura de Ofertas, IAO 23.1 e IAO 26.1, quedando redactado como sigue:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: *Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN)* Dirección: Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa Número del Piso/Oficina: *Departamento de la UOC* Ciudad: *Asuncion,* Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 31 de mayo del 2012 Hora: *09:30 hs. am.*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa* Número de Piso/Oficina: Departamento de la UOC Ciudad: *Asuncion,* Paraguay Fecha: 31 de mayo del 2012 Hora: *10:00 hs. am.*

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA NORMALIZACION Y METROLOGIA · I N T N · Unidad Operativa de Contrataciones

Rita Raquel Rodriguez
Jefa Interina - U.O.C.
INTN

a) **Se modifica la Sección III. Suministros Requeridos, 1. Especificaciones Tecnicas, Items 18, quedando redactado como sigue:**

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
18	Equipo Destilador	Aparato destilador automatico con valoracion para metodo Kjeldahl: Tension nominal230V, AC, frecuencia 50/60 Hz, absorcion de potencia 1700W, peso 36 kg, medidas (AxPxH) 440x340x690 mm, programas 20, consumo de agua » 3 litros por minuto de destilacion de tiempo de digestion 2 - 4 minutos/muestra, selección de idiomas si tasa de reencuentro ≥99,5%, reporducibilidad ± 1% adicion automatica de H_3BO_3, H_2O destilada, NaOH, tiempo de reaccion programable, tiempo de digestion programable, generador de vapor automatico, potencia de vapor ajustable 40 - 100 %, aspiracion automatica de los restos de las muestras, aspiracion automatica de las muestras valoradas, programas principales, eleccion de idioma, control del nivel de llenado, del juego de depositos, difusion reposo, mensajes de error opticos y acusticos, tubo de digestion Kjeldahl, matraz Kjeldahl, conexion a valorados a externo 2xRS 485 conexion , 2x Interfases paralelas (Centronics), 1x interfaz serie (RS232), 1X interfaz VGA, 2x ranuras, PCMCIA, tarjeta PC, valoracion automatica de los resultados de analisis, bomba de micro dosificacion los resultados de analisis y de datos de calibracion se pueden guardar y llamar impresion de resultados, auto muestreador (carrusel), juego de depósitos Se debera incluir la instalación, puesta en marcha del equipo, capacitación del personal responsable da la utilización del mismo.

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adendas permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA NORMALIZACION Y METROLOGIA
Unidad Operativa de Contrataciones
I N T N

Rita Raquel Rodriguez
Jefa Interina - U.O.C.
INTN