ADENDA N° 02

En referencia al Llamado con ID Nº 374.939, **Contratación Directa Nº 01/2020 "SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS – AD REFERENDUM",** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. **Especificaciones Técnicas**

Servicio de calibración del Equipo Espectrofotómetro Ultravioleta y/o Visible para Escala de Longitud de Onda, utilizando patrones trazables a la NIST.
Marca del Equipo: S PECTROCIN 20 – GENESIS
Modelo: 4001/4
La calibración deberá ser realizada de acuerdo a la Norma Internacional ASTM E275-08:2013, con intervalo de 0,3 a 1,5 Abs.
El material de referencia certificado deberá demostrar trazabilidad metrológica de acuerdo a la Norma NP ISO/IEC 17025:2018
Presentación del material de referencia: frasco de 90g NIST 200B Potassium Dihydrogen Phosphate (Fosfato Dihidrogeno de Potasio) NIST SRM 200b

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), y que no se encuentre modificado en la adenda, permanece vigente"

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Dpto. Operativo de Contrataciones
I.N.T.N.

Lic. Juan R. Bernal A.
Coordinador Interino
Coordinación de Contrataciones
INTN