POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái tetayguára mbaé

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de la Unidad Operativa de Contratación

ADENDA N° 3

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 32/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - ID 384201

Asunción, 24 de agosto de 2020

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.
Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1) MODIFIQUESE; en el Pliego de Bases y Condiciones las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, en los puntos siguientes:

LOTE 1 EQUIPOS PARA CIRUGIA OFTALMOLÓGICA

ITEM 1 Microscopio Oftalmológico			
Descripción	**Datos proveídos por el oferente**		
Datos Generales	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
Descripción general: Microscopio Quirúrgico para Oftalmología			
Marca:			
Modelo:			
Origen:			
Dirección web del fabricante:			
Normativas			
Certificado de Normas de calidad especificas FDA, CE, o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado			
Certificado de Normas de calidad generales ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo ofertado			
Microscopio (Cabezal)			
Microscopio con suspensión, giratoria e inclinable. Con frenos electromagnéticos. Con zoom motorizado 1:6 de 4x a 26x de magnificación (+/-1x). Óptica apocromática. Con enfoque motorizado +15 mm (+/- 2mm) a -31mm (+/-5mm). Base estéreo de 25 mm o mayor.			
Binocular inclinable 200°. Con Distancia interpupilar ajustable de 50 mm a 70 mm (+/-5mm). Oculares de gran angular 10x o 12x o 16x. Con ajuste de dioptrías de + 5D a -7D (+/- 1D)			
Módulo de iluminación coaxial con disco de filtro para luz suave, azul, UV y la luz día. Diafragma para reducir el diámetro de iluminación			
Un par de botones programables (ajuste estándar: liberación del freno).			
Objetivo (lente frontal) f = 175 mm, apocromática			
Acoplamiento de X-Y 60 mm x 60 mm (+/-5mm), con botón de toma de referencia para todas las funciones motorizadas			
Potenciador de reflejo rojo (red reflex) con indicación del estado y mando de función doble: de encendido y de puesta a punto (-2 ° a -1 °) o mayor.-			
Inclinación fina de +/- 10° (con rango de variación permitida de +/- 1°) y gruesa de -70° a + 90° (con rango de variación permitida de +/- 2°).			
Con posibilidad de incorporar dispositivos auxiliares: Lentes tóricas, queratoscopio y OCT intraoperatorio.-			
Binocular auxiliar o del asistente 0°; inclinación 150° o mayor. Con selector de aumentos de al menos 3 pasos. Oculares de 12x (rango de variación +/-1x), con ajuste de dioptrías +/- 6D (+/-1D). Base estéreo de 25 mm o mayor			
Dispositivo para observación de fondo de Ojo : **- - Distancia de trabajo f = 175mm o 200mm.- apocromática.** **- Adaptador esterilizable para el montaje en el microscopio.-** **- Cuerpo desmontable y esterilizable.-** **- Inversor óptico integrado.-** **- Enfoque interno mediante palanca montada a la derecha y / o izquierda.-** **- Lente oftalmológica 90 D, esterilizable en autoclave a 134 ºC, montaje de bayoneta.-**			
Lente oftalmoscópico 100D: - Compatible con el Dispositivo para observación de fondo de Ojo - De gran angular - Esterilizable en autoclave a 134 ºC			
Estativo de piso			
Base soporte de piso móvil.- Frenos electromagnéticos.-			

POLICIA NACIONAL ORDEN Y PATRIA DEPARTAMENTO DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 3

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 32/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - ID 384201

Base con 4 ruedas dobles, cada una con frenos, antiestáticos.-			
Columna robusta con una altura no menor a 950 mm, con al menos 3 ranuras para montaje y ductos de cable.-			
Sistema de brazos: Con 2 brazos giratorios (2 x 270 ° o mayor). Con elongación 1.300mm o mayor. El segundo brazo articulado con balanceo de peso manual, con sensor asistido.-			
Amortiguación hidráulica para movimientos verticales y horizontales.-			
Capacidad de carga 5 kg a 16kg (+/-2kg) que soporte todos los accesorios solicitados en estas especificaciones			
Pantalla táctil TFT color para control y ajustes de: iluminación, balanceo, enfoque/zoom, perfil de usuario y modo de servicio.-			
Iluminación LED o halógena 2x150W trasmitida por fibra óptica. Intensidad de luz continuamente ajustable, conforme a Norma ISO 10936-2 o similar. La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04-Lámparas (focos) de 150W Halógeno. Se omite esta exigencia en caso de tratarse Iluminación LED.			
Con conexiones para interruptor de pie (pedal) y transferencia de datos (RS232) o conexión Wifi o USB			
Barra de empuje y soporte para cable e interruptor de pie (pedal).-			
Alimentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz., con enchufe tipo schuko			
Pedal			
Con conexión alámbrica o inhalámbrica			
Con al menos 12 funciones programables.			
Con palanca de mando			
Impermeable			
Superficie con tratamiento anticorrosión			
Conector circular			
Asa para sujetar al estativo			
Sistema de imagen			
Pantalla táctil TFT color de 20" o mayor			
Con posibilidad de escritura directa en el disco duro, memoria USB o red hospitalaria			
Con posibilidad de copiado a directa en el disco duro, memoria USB o red hospitalaria, DVD, CD-R			
Capacidad de disco duro de 2 TB o 1000 horas de grabación de alta definición (HD), o mayor.-			
Formato de vídeo: MPEG 4. Formatos de imagen: JPEG, BMP, TIFF.-			
Activación de grabación de imágenes a través de la pantalla táctil y mediante microscopio con el pie o el interruptor manual.			
Configurable para usuarios individuales			
Estructura modular			
Con divisor de imagen que cuente con una Relación de luz 80:20 o mejor.			
Otras características			
Consumibles / accesorios para Microscopio (cabezal): 2-Juegos de capas esterilizables para .			
La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04-Lámparas (focos) de 150W Halógeno.-			
UPS adecuada con toma de alimentación tipo Schuko.-			

LOTE 2 EQUIPOS PARA CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO

ITEM 1 : AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO
Datos Generales
Configuración: Equipo destinado para la toma de la Refracción Objetiva del ojo, (medida aproximada del lente que necesita el paciente), y la Keratometría, (medidas numéricas de la Córnea, medio anterior de refracción del ojo).
Marca:
Modelo:
Procedencia:
Año de Fabricacion
Dirección web del fabricante:
Correo Electronico del fabricante
CARACTERISTICAS TECNICAS
Medidas de refracción:
Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos
Cilíndrico: -10.00D (o menor) a +10.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos.
Eje: 1° (o menor) a 180°. En pasos de 1°
Diámetro de pupila mínimo: 2.2 mm o menor

POLICÍA NACIONAL
ORDEN Y PATRIA
DEPARTAMENTO DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 3

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 32/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - ID 384201

Tipo de medición: Automático
Medidas de radio corneal: 5.0 ~ 10.0 mm (0.01mm pasos)
Rango: 5.00 mm (o menor) a 10.00 mm (o mayor)
Refracción corneal: 33.80D (o menor) a 66.50D (o mayor)
Astigmatismo corneal: -10.00D (o menor) a +08.00D (o mayor)
Eje: 1° (o menor) a 180°. En pasos de 1°
Rango de medición corneal: ø3mm (o menos) /ø8mm (o más)
Tipo de medición: Automático
Distancia interpupilar 40mm (o menor) a 80 mm (o mayor)
Diámetro de medición de pupila: 2mm (o menor) a 8mm (o mayor)
Joystick y apoya mentón
Impresora térmica incorporada
Peso: hasta 20 kg
Pantalla LCD a color, inclinable, de al 5 pulgadas como minimo
Otras caracteristicas
Mesa con regulación eléctrica de altura, apropiada para el equipo
2 (dos) Taburetes de altura regulable a gas
Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo.
Papel apropiado para la impresora térmica: 50 (cincuenta) rollos o blocks por equipo
Alimentación eléctrica: 220 VAC/ 50 Hz
Cable de alimentación con toma tipo Schuko
ITEM 2: CAJA DE PRUEBAS
Descripción
Datos Generales
Descripción:
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección Web del fabricante:
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas
Normas de calidad generales: ISO 13485.
Caja de lentes
Caja con al menos 266 lentes.
Aros de plástico o metálico
Lentes de material orgánico.

2) MODIFIQUESE; en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las Etapas y Plazos.

3) Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

POLICIA NACIONAL
ORDEN Y PROGRESO
DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.