PAC Nº: 314.329.-

ADENDA N° 06/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO QUE EN EL MARCO DE LA ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/2016 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA***, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223 523 Fax: *021 223 523* Dirección electrónica: *licitaciones.mspbs@gmail.com* **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 23/09/2016 hasta las 08:00 HS.**

Ing. M.A.E. Sergio Barrio
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

IAO 33

Muestra de lo ofertado: Se deberá presentar muestra y catálogo de lo ofertado. En los catálogos se debe indicar el número de lote ofertado, los mismos debe estar en español o traducidos al español.
Las muestras deben presentarse en las mismas condiciones que el producto a ser entregado en caso de ser adjudicado, a fin de verificar si corresponde al producto solicitado en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca concentración, presentación, etc.
En caso de no presentarse las muestras en el momento de la Apertura de Ofertas, las empresas oferentes dispondrán de un día hábil posterior a la fecha de apertura de ofertas, de 07:00 a 15:00 hs. para presentarlas en la Dirección Operativa de Contrataciones. La no presentación será causal de descalificación.
Las muestras de los no adjudicados serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio por el Dpto. de Licitaciones de la DGOC; en tanto que las muestras de los ítems adjudicados quedarán como contra muestra.

En caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de insumo, pero en diferentes medidas, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, el cual deberá ajustarse exactamente al ítem solicitado y por declaración jurada el oferente debe comprometerse en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a las EETT requeridas en el ítem correspondiente del Pliego de bases y Condiciones.

No se aceptarán muestras de insumos re-esterilizados o cuyos embalajes primarios no posean rotulados de fábrica, los mismos deben contener la información que avale la procedencia y las características que poseen los insumos y las certificaciones de calidad de la misma, fecha de vencimiento y N° de Lote

Se requiere que todas las muestras entregadas de los productos ofertados estén identificadas con rótulos con los siguientes datos:

1. NOMBRE DEL LLAMADO
2. NOMBRE DE LA EMPRESA
3. N° DE ITEM

4 DESCRIPCIÓN DEL ITEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS.

En el momento de presentación de las muestras, el oferente deberá presentar un listado en duplicado de lo entregado, conforme a la siguiente Planilla:

Planilla de Muestras

NOMBRE DEL LLAMADO:			
NOMBRE DE LA EMPRESA:			
LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS			
N° DE ITEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA / ORIGEN / PROCEDENCIA

Dr. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
ALAMBRES GUIAS						
1	1	42221513-001	Alambre guía	ALAMBRE GUIA 0,035" x 140 a 180 cm. PUNTA "J". Estéril, Descartable. TEFLONADA.	Unidad	Unidad
1	2	42221513-001	Alambre guía	ALAMBRE GUIA DE 0,014 PUNTA J, TIPO FLOPPY X 170 A 200 CM DE LONGITUD. HIDROFÍLICA.	Unidad	Unidad
1	3	42221513-001	Alambre guía	ALAMBRE GUIA DE 0.014 X 170 A 200 CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA. HIDROFÍLICA.	Unidad	Unidad
INTRODUCTORES ARTERIALES						
Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
2	1	42203403-003	Introductor Arterial	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH (FEMORALES). Con Aguja de Punción Arterial (Kit). De hasta 10 cm. con variación +-1 cm	Kit	Unidad
CATETERES DE DIAGNOSTICO (TIPO SOFT TIP)						
3	1	42221504-006	Catéter de diagnostico	CATETER DE DIAGNOSTICO AR 2 DE 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo SoftTip.	Unidad	Unidad
3	2	42221504-006	Catéter de diagnostico	CATETER DE DIAGNOSTICO JL 3,5 DE 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo SoftTip.	Unidad	Unidad
3	3	42221504-006	Catéter de diagnostico	CATETER DE DIAGNOSTICO JL 4 DE 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo SoftTip.	Unidad	Unidad
3	4	42221504-006	Catéter de diagnostico	CATETER DE DIAGNOSTICO JR 4 DE 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo SoftTip.	Unidad	Unidad
3	5	42221504-006	Catéter de diagnostico	CATETER DE DIAGNOSTICO MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo SoftTip.	Unidad	Unidad
3	6	42221504-006	Catéter de diagnostico	CATETER DE DIAGNOSTICO PIGTAIL 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo SoftTip. Curva o recta.	Unidad	Unidad
3	7	42221504-006	Catéter de diagnostico	CATETER DE DIAGNOSTICO MAMARIA 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo SoftTip.	Unidad	Unidad

Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
CATETERES TERAPEUTICOS						
4	1	42221504-005	Catéter guía	CATETER GUIA TERAPEUTICO AR2 - 6 FR. largo de 100 cm, punta soft, diámetro interno 0,071" (+-1)revestimiento de silicona o Hidrofilica.	Unidad	Unidad
4	2	42221504-005	Catéter guía	CATETER GUIA Nº 3,5 EXTRA SOPORTE IZQ. DE 6 FRENCH. Largo de 100 cm, punta soft, diámetro interno 0,071" (+-1)revestimiento de silicona o Hidrofilica.	Unidad	Unidad
4	3	42221504-005	Catéter guía	CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 3,5 de curvatura, 6 FR de diámetro. Largo de 100 cm, punta soft, diámetro interno 0,071"(+-1) revestimiento de silicona o Hidrofilica.	Unidad	Unidad

Ing. M. E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
4	4	42221504-005	Catéter guía	CATETER GUIA TERAPEUTICO JR 4 de curvatura, 6 FR de diámetro; largo de 100 cm, punta soft, diámetro interno 0,071"(+-1) revestimiento de silicona o Hidrofilica.	Unidad	Unidad
CATETERES BALONES DE INTERCAMBIO RAPIDO						
Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
5	1	42221504-007	Catéter balón	CATETER BALON RX DE 2,0 MM DE DIAMETRO X 15 MM DE LONGITUD. Intercambio rapido,perfil de entrada a la lesión de 0,41- 0,42 mm (+-1), perfil de cruse de 0,60 - 0,67 mm,	Unidad	Unidad
CONECTOR EN Y (YPSILON) Y PROLONGADORES						
Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
6	1	42203405-001	Conector en Y	CONTECTOR EN Y (YPSILON) DE 2 VÍAS PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA. Descartable de 2 vías; - Con válvula hemostática y herramienta de inserción de guías; - Paquete individual estéril	Unidad	Unidad
7	1	42221612-9998	Llave manitol de tres vías	Llave Manitol. Plástico. Libre de látex. Envase Individual estéril	Unidad	Unidad
8	1	42221616-002	Prolongador de Vía	Conector PT 60. Envase Individual estéril	Unidad	Unidad
9	1	42221616-002	Prolongador de Vía	Prolongador de Vía Periférica, Envase Individual Estéril	Unidad	Unidad

Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
STENT CORONARIOS						
10	1	42221513-003	Stent	Stent BMS 2,5 mm x 14 mm (+/-2mm). Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón de intercambio rápido, bajo perfil de entrada. Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
10	2	42221513-003	Stent	Stent BMS 2,75 mm x 12 mm (+/-2mm). Aleación de Cromo -cobalto o cromo-platino, montado sobre balón de intercambio rápido, bajo perfil de entrada Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
10	3	42221513-003	Stent	Stent BMS 3,0 mm x 14 mm (+/-2mm). Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón de intercambio rápido, bajo perfil de entrada Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
10	4	42221513-003	Stent	Stent BMS 3,0 mm x 18 mm (+/- 2 mm). Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón de intercambio rapido, bajo perfil de entrada Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
10	5	42221513-003	Stent	Stent BMS 3,5 mm x 15 mm (+/-2mm). Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón de intercambio rápido, bajo perfil de entrada Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
10	6	42221513-003	Stent	Stent BMS 3,5 mm x 18 mm.(+/-2mm). Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón de intercambio rapido,	Unidad	Unidad

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
				bajo perfil de entrada Con aprobación FDA o CE Mark		
10	7	42221513-003	Stent	Stent BMS 3,5 mm x 22 mm (+/-2mm). Aleación de Cromo -cobalto o cromo-platino, montado sobre balón de intercambio rápido, bajo perfil de entrada Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
VARIOS						
11	1	42203408-004	Filtro de Vena Cava	Filtro de vena cava de 30 mm de diámetro por 48 a 50 mm de largo. De acceso femoral, que se pueda retirar.	Envase estéril individual	Unidad
12	1	42295501-9997	Prótesis endovasculares torácica	PROTESIS ENDOVASCULAR TORAXICA FORRADAS CON PATA o Fuerza Radial PARA FIJACION. MEDIDAS SEGÚN EL PACIENTE	Envase estéril individual	Unidad
13	1	42221504-005	Catéter guía	Catéter guía de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta multipropósito tipo MPA. Descartable.	Envase estéril individual	Unidad
14	1	42295420-004	Canastilla de extracción fusión	Canastilla o lazo para extracción de cuerpos extraños o catéteres vasculares. Vaina de 6 Fr de 95 a 120 cm de largo	Envase estéril individual	Unidad
15	1	42203403-003	Introductor Arterial	Introductor de 6 fr. De 13 a 15 cm de largo. Para procedimientos endovasculares. Incluye dilatador, aguja y guía .035 punta jota. Descartable	Envase estéril individual	Unidad

Lote	Item	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
MEDICADO						
16	1	42221513-003	Stent	Stent Medicado 2,5 mm x 14 mm (+/-2mm). Recubierto con limus o similares, Aleación de Cromo cobalto o Cromo Platino montado sobre balón capacidad de entrega de la droga en arteria en 45 días o más, polímero biocompatible. Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
16	2	42221513-004	Stent	Stent Medicado 2,5 mm x 18 mm (+/-4mm). Recubierto con limus o similares, Aleación de Cromo cobalto o Cromo Platino montado sobre balón capacidad de entrega de la droga en arteria en 45 días o más, polímero biocompatible. . Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
16	3	42221513-008	Stent	Stent Medicado 3,00 mm x 18 mm. (+- 2mm) Recubierto con limus o similares, Aleación de Cromo cobalto o Cromo Platino montado sobre balón. capacidad de entrega de la droga en arteria en 45 días o más, polímero biocompatible. Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
16	4	42221513-010	Stent	Stent Medicado 3,50 mm x 15 mm (+/-1mm). Recubierto con limus o similares, Aleación de Cromo cobalto o Cromo Platino montado sobre balón. capacidad de entrega de la droga en arteria en 45 días o más, polímero biocompatible. Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Lote	Item	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
MEDICADO						
16	5	42221513-011	Stent	Stent Medicado 3,50 mm x 18 mm. (+- 2 mm)Recubierto con limus o similares, Aleación de Cromo cobalto o Cromo Platino montado sobre balón, capacidad de entrega de la droga en arteria en 45 días o más, polímero biocompatible. Con aprobación FDA o CE Mark	Unidad	Unidad
*CONTRASTE NO IONICO						
Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentacion	Unidad de Medida
17	1	51212308-002	*IOBITRIDOL	Contraste Iodado Endovenoso no Iónico de 300mg.I/ml. Con aprobación de FDA o CE. Frasco x 100ml como mínimo	Unidad	Unidad
17	2	42203407-001	*IOVERSOL	Contraste no Iónico de 320mg.de I/m. Con aprobación de FDA o CE, frasco x 100ml como mínimo	Unidad	Unidad

*** SE ADQUIRIRA SOLO UNO DE LOS ITEMS, EL MAS CONVENIENTE PARA EL MSPBS EN PRECIO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PBC .**

El precio ofertado no deberá superar el precio de venta al público fijado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria según Acta de Fijación de Precios.

PROTESIS BIOLOGICAS VALVULARES						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
18	1	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica de pericardio bovino o Porcina, aprobación CE o FDA con tratamiento anti cálcico con soporte N° 21.	Envase individual	Unidad
18	2	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica de pericardio bovino o porcina con tratamiento anti cálcico con soporte N° 23. Certificación FDA o CE.	Envase individual	Unidad
18	3	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica de pericardio bovino o Porcina con tratamiento anti cálcico con soporte N° 25. Certificación FDA o CE.	Envase individual	Unidad
18	4	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis biológica de válvula posición Aortica N° 23 confeccionada con válvulas biológicas bovina o porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio,. Deben presentar estudios científicos con por lo menos 15 años de seguimientos, menos del 15% de re intervención a los 15 años. Certificación FDA o CE.	Envase individual	Unidad
18	5	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis biológica de válvula posición Aortica N° 25 confeccionada con válvulas biológicas bovino o porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante. Deben presentar estudios científicos con por lo menos 15 años de seguimientos, menos del 15% de re intervención a los 15 años.. Certificación FDA o CE.	Envase individual	Unidad

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

PROTESIS BIOLOGICAS VALVULARES						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
18	6	42295501-009	Prótesis Valvular	Prótesis Biológica de válvula posición Mitral con tratamiento anti cálcico N° 29 confeccionada con pericardio bovino o porcino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante. Deben presentar estudios científicos con por lo menos 15 años de seguimientos, menos del 15% de re intervención a los 15 años.. certificación FDA o CE.	Envase individual	Unidad
18	7	42295501-009	Protesis Valvular	Prótesis Bilógica de válvula posición Mitral con tratamiento anti cálcico N° 31 confeccionada con pericardio porcino o bovina Con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti- calcificante. Deben presentar estudios científicos con por lo menos 15 años de seguimientos, menos del 15% de re intervención a los 15 años., certificación FDA o CE.	Envase individual	Unidad
18	8	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Biológica de válvula posición Mitral con tratamiento anti cálcico N° 33 confeccionada con pericardio bovino o porcino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante .Deben presentar estudios científicos con por lo menos 15 años de seguimientos, menos del 15% de re intervención a los 15 años.. Certificación FDA o CE.	Envase individual	Unidad

PROTESIS VALVULARES MECANICAS Y TUBOS VALVULADOS Y NO VALVULADOS						
Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
19	1	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica N° 19 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase individual	Unidad
19	2	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica N° 21 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase individual	Unidad
19	3	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica N° 23 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase individual	Unidad

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

PROTESIS VALVULARES MECANICAS Y TUBOS VALVULADOS Y NO VALVULADOS						
Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
19	4	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 25 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase individual	Unidad
19	5	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 29 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase individual	Unidad
19	6	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 31 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase individual	Unidad
19	7	42295501-010	Prótesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 33 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase individual	Unidad
VALVULADO						
20	1	42294702-999	Tubo aórtico valvulado	Tubo precoaguladode 12 cm para aorta ascendente valvulado Nº 25. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia.	Envase estéril individual	Unidad
20	2	42294702-999	Tubo aórtico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado Nº 27. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, de buen flujo laminar y mínima turbulencia.	Envase estéril individual	Unidad
O VALVULADO						
21	1	42294702-997	Tubo aórtico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 30	Envase individual	Unidad

ENDOPROTESIS AORTICA						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
22	1	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho (menos o más) extremos con Stent recubiertos con extremos no recubierto (extremo free flow) con marcas de seguridad. 28 x 140 a 150mm	Envase individual	Unidad

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

PROTESIS AORTICA						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
22	2	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho(menos o más) extremos con Stent recubiertos con extremos no recubierto (extremo free flow) con marcas de seguridad. 30 x 140 a 150mm	Envase individual	Unidad
22	3	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho (menos o más) extremos con stent recubiertos con extremos no recubiertos (extremo free flow) con marcas de seguridad. 32 x 140 a 150mm	Envase individual	Unidad

INSUMOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA						
Lote	Item	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
23	1	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de Membrana microporosa Adultos Con recubierta Biocompatible a base de moléculas de heparina y proteínas o mejorados. Reservatorio venoso de 4000ml a 5000ml, con tratamiento de macro y micro burbujas con alta trasparencia con recubierta de material biocompatible. Oxigenador con filtro arterial incorporado, flujo radial, sistema de escape gaseoso unidireccional. Incluir sistema de descarga electroestática de la sangre.	Envase individual	Envase individual
23	2	42293112-003	Filtro para Bomba de Circulación Extracorpórea	Filtro Arterial adulto 40 micras con puente de recirculación Conectores en Y de 3/8" con salida de purga. Recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteínas o mejor.	Envase individual	Unidad
23	3	42294703-001	Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporosa de 1,5 a 2 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para vía, con cierre seguro a rosca.(tipo luerlock)	Envase individual	Unidad
23	4	42293112-998	Set de Tubos para circulación extracorpórea	Set de tubos de PVC para CEC, Presentación en bandeja estéril con paquete para mesa conteniendo como mínimo. Línea arterial de 3/8" 250cm y Vena de 1/2"de 250cm de longitud tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. Debe contener accesorios. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1Conector de tubo recto 3/8"- 1/2", 1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de tres pasos, con 6 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusión. 1 Tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un la 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 200 a 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Incluir línea de gases con filtro y 3 domos de presión de líneas y cardioplegia. Todos los tubos con recubierta biocompatible. La bandeja debe ser compatible con maquina de extracorpórea.	Envase individual	Unidad
23	5	42294707-998	Cánula de Cardioplegia	Set de tubos para cardioplegia sanguínea tipo 4:1 biocompatible con filtro de 150 micras.	unidad	unidad



CÁNULAS AÓRTICAS						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
24	1	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 16F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase estéril individual	Unidad
24	2	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 18 F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinados con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase estéril individual	Unidad
24	3	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 20 F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinados con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase estéril individual	Unidad
24	4	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 22F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase estéril individual	Unidad
24	5	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica flexible con guía 24F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinados con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase estéril individual	Unidad
24	6	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica tipo Angulada 18F con angulación de 45°	Envase estéril individual	Unidad
24	7	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica tipo Angulada 20F con angulación de 45°	Envase estéril individual	Unidad
24	8	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Aortica tipo Angulada 22F con angulación de 45°	Envase estéril individual	Unidad
24	9	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm 14F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase estéril individual	Unidad
24	10	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm 16F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase estéril individual	Unidad
24	11	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm 18F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase estéril individual	Unidad
24	12	42142402-003	Cánula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm 20F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase estéril individual	Unidad
24	13	42142402-998	Kit de cánula femoral	Kit de cánula femoral 15F	Envase estéril individual	Unidad
24	14	42142402-998	Kit de cánula femoral	Kit de cánula femoral 17F	Envase estéril individual	Unidad
24	15	42294707-999	Agujas de cardiología	Agujas de cardioplegia estándar 12Ga	Envase estéril individual	Unidad

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CANULAS AORTICAS						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
24	16	42294707-999	Agujas de cardiología	Agujas de cardioplegia estándar 14Ga	Envase estéril individual	Unidad
24	17	42142402-003	Cánula arterial	Cánula arterial de Ostium coronario de 90°	Envase estéril individual	Unidad
24	18	42142402-003	Cánula arterial	Cánula arterial de Ostium coronario de 45°	Envase estéril individual	Unidad
24	19	42142402-999	Tubo de succión Intracardiaco	Tubo de succión Intracardiaco Flexible Adulto	Envase estéril individual	Unidad
24	20	42294201-999	aortotomo	aortotomo 4mm	Envase estéril individual	Unidad

CANULAS VENOSAS						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
25	1	42142402-002	Cánula venosa	Cánula venosa 26F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Envase estéril individual	Unidad
25	2	42142402-002	Cánula venosa	Cánula venosa recta 32F conector de 3/8-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Envase estéril individual	Unidad
25	3	42142402-002	Cánula venosa	Cánula venosa recta 36F conector de 3/8-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Envase estéril individual	Unidad
25	4	42142402-002	Cánula venosa	Cánula venosa punta maleable 26F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase estéril individual	Unidad
25	5	42142402-002	Cánula venosa	Cánula venosa punta maleable 34F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase estéril individual	Unidad
25	6	42142402-002	Cánula venosa	Cánula venosa doble estadio 28/36F con conector de 3/8 cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión.	Envase estéril individual	Unidad
25	7	42142402-002	Cánula venosa	Cánula venosa doble estadio 32/40F con conector de 1/2 cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión.	Envase estéril individual	Unidad
25	8	42295301-9999	Aspirador de coronarias	Aspirador de coronarias 10Fr pico suave	Envase estéril individual	Unidad

TORNIQUETE QUIRURGICO						
Lote	Item.	Cod. Cat.	Nombre Genérico	Características	Presentación	Unidad
26	1	42295305-001	Torniquete quirúrgico	Set de torniquetes vasculares	Envase estéril individual	Unidad

Ing. MIAEL Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
MSP y BS

TORNIQUETE QUIRURGICO						
Lote	Item.	Cod. Cat.	Nombre Genérico	Características	Presentación	Unidad
26	2	42295305-001	Torniquete quirúrgico	Set de torniquetes venas cavas	Envase estéril individual	Unidad

CATETERES VASCULARES						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
27	1	42221503-002	Catéter para Vías centrales adulto	Catéter venoso central 3 lumen Set Catéter venoso central 7 Fr x 16-20 cm, BFT (18 Ga, 18 Ga, 16 Ga)	Envase individual	Unidad
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de medida
28	1	42221503-005	Catéteres p/ vía Arterial	Catéter arterial 14Ga 16cm	Envase individual	Unidad
28	2	42221501-9999	Catéter Arterial para Técnica de Seldinger	Catéter Intra-arterial tipo Seldinger N°18	Envase Individual Estéril	Unidad
28	3	42221501-9999	Catéter Arterial para Técnica de Seldinger	Catéter Intra-arterial tipo Seldinger N°20	Envase Individual Estéril	Unidad

INSUMOS PARA CIRUGIA CORONARIA SIN EXTRACORPOREA						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
29	1	42293108-001	Estabilizador de Arteria Coronaria	Estabilizador descartable para cirugía de Coronaria sin CEC con cabeza móvil con estabilizador de punta de corazón	Envase individual estéril	Unidad
29	2	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 1,5mm	Envase individual estéril	Unidad
29	3	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 2mm	Envase individual estéril	Unidad
29	4	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 2,5mm	Envase individual estéril	Unidad

E						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
30	1	42272404-001	Equipo para drenaje pleural	Drenaje con sistema de aspiración continúa de 3 cámaras de 2300ml, con válvula de seguridad para presión negativa, Regulación de presión con nivel de agua. Cámara de drenaje de aire. Con manguera de silicona de 200 a 250cm, conector multimedidas.	Envase individual estéril	Unidad
30	2	42272011-002	Catéter de drenaje	24Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	Envase individual estéril	Unidad
30	3	42272011-002	Catéter de drenaje	32Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	Envase individual estéril	Unidad

Ing. MAE. Sergio Cerrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

MARCAPASOS IMPLANTABLES						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
31	1	42203502-005	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1, bipolar, Fijación activa, liberación de esteroides, 58 cm de longitud. Con electrodo correspondiente.	Unidad	Unidad
31	2	42203502-004	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca. Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar, Fijación activa, liberación de esteroides 58 cm de longitud.	Unidad	Unidad
31	3	42203502-004	Generador de marcapaso Bicameral DDDR	Control de captura ventricular/ atrial Sensado asegurado vent./ atrial Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar, Fijación activa, liberación de esteroides 52 cm de longitud auricular y Fijación activa de 58 cm de longitud ventricular. Con electrodo correspondiente.	Unidad	Unidad

INSUMOS VARIOS						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
32	1	42291613-011	Pico de electrobisturi	Descartable. Compatible con equipo universal.	Envase individual estéril	Unidad
33	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirúrgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 30cm x 28cm	Envase individual estéril	Unidad
34	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirúrgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 45cm x 55cm	Envase individual estéril	Unidad
35	1	42271903-001	Tubo Traqueal	Nro 7 con balón	Envase individual estéril	Unidad
36	1	42271903-001	Tubo traqueal	Nro. 7,5 Con balón	Envase individual estéril	Unidad
37	1	42271903-001	Tubo Traqueal	Nro. 8 Con balón	Envase individual estéril	Unidad

Ing. MAE. Sergio Berrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

INSUMOS VARIOS						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
38	1	42271903-001	Tubo Traqueal	Nro. 8,5 Con balón	Envase individual estéril	Unidad
39	1	42131703-001	Packs quirúrgicos	Pack para cirugía Cardiaca: 6 CAMISOLINES QUIRURGICOS EN TELA NO TEJIDA SMMMS CON REFUERZO EN IMPERMEABLE, CON TOALLAS DE MANO. 1 DESCARTADOR MAGNETICO DE AGUJAS ADHESIVADO EN LAMINADA. 1 BOLSA PARA CANULA DE ASPIRCION TELA POLIETILENO. 1 CAMPO PODALICO DE 1.50X2.40 MTS.TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO. 1 CAMPO CEFALICO DE 1.50X2.40 MTS. TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO. 1 CAMPO FENESTRADO ADHESIVADO DE 1.50X1.50 MTS TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) .2 CAMPOS CHICOS DE 0,75X0.75 TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO. 1 CAMPO DE INCISION DE 20X30 CM EN LÁMINA ADHESIVA POLIURETANO. 1 FUNDA DE MESA DE 0.75X1.40 CM TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) 20 COMPRESAS DE GASA RECTILINEA CON HILO DETECTABLE A LOS RX, DE 10X10 CM. 5 COMPRESAS DE GAA RECTILINEA CON COLA Y RX DE 45X45 CM 1 ENVOLVEDOR DE 2.00X1.30 CM TELA POLIETILENO DOBLE ENVASE DE POUCH ESTERIL POR ETO	Unidad	Unidad
40	1	42221501-003	Traductor de presión arterial	Traductor de Presión invasiva arterial, con prolongadores rígidos de 2metros, compatible con monitores BLT Y/O NIHON KOHDEN.	Envase individual	Unidad

			INSUMOS VARIOS			
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
41	1	42221616-001	Prolongador arterial	Extensores para Presión invasiva 120cm como minimo y 240 cm como maximo	Envase individual	Unidad
42	1	42221616-001	Prolongador arterial	Extensores arterial con llave de 3 pasos de 120cm	Envase individual	Unidad
43	1	4222612-001	Llave de 3 Vías	Lave de 3 pasos a rosca de alta eficacia	Envase individual	Unidad
44	1	42221501-003	Traductor de presión arterial	Transductor de presión invasiva (línea arterial)	Envase individual estéril	Unidad
45	1	42293505-001	Sonda de aspiración	Circuito cerrado para aspiración endotraqueal (adulto) N° 16	Envase individual estéril	Unidad
46	1	42292904-001	Clipadora	liga clip de 11,5mm, de 35 clips descartable	Envase individual estéril	Unidad
47	1	42203405-002	Manómetro de presión para angioplastia coronaria	kit de Manómetro con manómetro insuflador para angioplastia; Jeringa de 20 a 25 cc; Reloj indicador en atm (atmosferas) - Llave de 3 vías	Unidad	Unidad
48	1	42132205-001	Guante Quirúrgico	Guante 6,5 hipoalergenico, libre de talco	Envase estéril individual. Pares	Unidad
49	1	42132205-001	Guante Quirúrgico	Guante 7,0 hipopalergenico, libre de talco	Envase estéril individual. Pares	Unidad
50	1	42132205-001	Guante Quirúrgico	Guante 7,5 hipoalergenico, libre de talco	Envase estéril individual. pares	Unidad
51	1	42132205-001	Guante Quirúrgico	Guante 8,0 hipoalergenico, libre de talco	Envase estéril individual. Pares	Unidad
52	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 4/0 2X17mm 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul. +/- 1mm	Envase individual estéril	Unidad
53	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 4/0 2X22mm 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul. +/- 1mm	Envase individual estéril	Unidad
54	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 4/0 2X26mm 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las	Envase individual estéril	Unidad

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPyBS

			INSUMOS VARIOS			
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
				agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul. +/- 1mm		
55	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 5/0 2X13mm, 3/8 de circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul. +/- 1mm	Envase individual estéril	Unidad
56	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 6/0 2X13mm, 3/8 de circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul. +/- 1mm	Envase individual estéril	Unidad
57	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 7/0 2x9mm, 3/8 de circulo punta cilíndrica +/- 1mm Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	Envase individual estéril	Unidad
58	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliéster	KIT CON 10 HILOS. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 16mm (± 1). Medio Circulo No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de PTFE de 3x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, color blanco y azul o verde.	Kit de 10und Estéril	Unidad
59	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliéster	KIT CON 10 HILOS. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 20mm (± 1). Medio Círculo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, color blanco y azul. o Verde	Kit de 10und Estéril	Unidad
60	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliéster	N° 2/0, 2x 25mm, 1/2 circulo, punta cilíndrica +/-1mm Medio Circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de	Kit de 10und Estéril	Unidad

Lic. MAYL. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

			INSUMOS VARIOS			
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
				PTFE de 7x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, color blanco y azul. o Verde		
61	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliéster	N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 20mm (± 1). Medio Círculo sin pledget. No absorbible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos, azul, blanco o verde.	Envase individual estéril	Unidad
62	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliéster	N° 2/0, 2x20mm, 1/2circulo punta cilíndrica con pledget (± 1). No absorbible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos, azul, blanco o verde.	Envase individual	Unidad
63	1	42312201-004	Hilo para sutura ácido poliglicolico	N° 3/0, con aguja de acero inoxidable de 26mm, 1/2 circulo punta cilíndrica, fuerza tensil 22 o 26, color violeta.	Envase individual estéril	Unidad
64	1	42312201-004	Hilo para sutura ácido poliglicolico	N° 4/0, con aguja de acero inoxidable de 26mm, 1/2 circulo punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.	Envase individual estéril	Unidad
65	1	42312201-006	Hilo para Sutura Poliamida	N° 3/0 con aguja a traumática de acero inoxidable de 3/8 de círculo 19 mm extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos +- 1, color negro.	Envase individual estéril	Unidad

SECCION VII. ANEXOS
ANEXO I

I) **Documentos Adicionales.**		
• Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC). • Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; • Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. • Planilla de precios en Excel versión 2003 o anterior impresa y en medios magnéticos. • Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario.		

I)	**Documentos Adicionales.**		
	• Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario. • Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de comercio Sección Representaciones. (Formulario N° 04) • Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto. **Para el LOTE N° 10 CONTRASTE RADIOLOGICO.** • Copia autenticada del acta de fijación de precios, expedida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en forma legible y emitida con anterioridad a la fecha de apertura. • Copia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o certificado actualizado (6 meses) de que se encuentra en trámites de renovación. • Copia autenticada del Certificado de Buenas Prácticas de fabricación y/o almacenamiento según corresponda, vigente, emitido por el MSP y BS, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato. • Los oferentes de productos que no son de su elaboración/fabricación deberán acompañar Certificado de Buenas Prácticas de fabricación vigente de las empresas a la que representan, a más del Certificado de Buenas Prácticas del oferente; el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato. • Los oferentes que no cuenten con el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Almacenamiento por usufructuar instalaciones de otra empresa, deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente, de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones; el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato. **Para INSUMOS** • El oferente deberá presentar copia autenticada del listado de los productos habilitados, Vigente al momento de la apertura, para importar y comercializar, expedida por el MSP y BS, en el que deberá/n constar el/los productos/s ofertado/s, identificados con resaltador o Constancia de la Solicitud de Renovación de dicho documento expedida por el MSPBS. • **Para los Dispositivos Médicos, se deberán presentar copia autenticada de la certificación ISO, CE O FDA según corresponda.** • **Para los ítems de los diferentes lotes que en sus EETT solicitan documentos especiales se deberán presentar copia autenticada de los mismos**		

Los demás incisos de esta sección, permanecen invariables.

Asunción, 19 de septiembre de 2016.-