MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 16 / 2010 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - INSTRUMENTALES" PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

RESULTADOS DE LA CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES EN FECHA 10 DE SETIEMBRE/2010

Consulta 1:

Ítem 7 **DETECTOR DE LATIDO FETAL (DETECTOR FETAL ULTRASÓNICO (ECOSON)**
En las Característica Técnicas donde dice Altavoz y auricular para audición de la señal doppler. Entendemos que es un detector fetal con altavoz y entrada para auricular. Por lo tanto, **solicitamos que aclaren si debemos cotizar con el auricular, porque en la lista de accesorios no figura el mismo, y además este auricular no viene con el equipo porque es opcional, es decir se debe solicitar específicamente.**

Respuesta 1: En el Ítem 7 **DETECTOR DE LATIDO FETAL (DETECTOR FETAL ULTRASÓNICO (ECOSON)** se deberá cotizar sin auricular.-

Consulta 2:
En las Característica Técnicas donde dice Alimentación eléctrica: pilas o baterías de 12 V o similar recargables. Cargador de pilas / batería 220 V / 12 V, **solicitamos que aclaren claramente si los detectores deben proveerse con baterías comunes AAA o con baterías recargables. En llamados anteriores se utilizó la misma descripción, pero se terminó adjudicando a Detectores con Baterias comunes AAA.**

Respuesta 2: En el Ítem 7 **DETECTOR DE LATIDO FETAL (DETECTOR FETAL ULTRASÓNICO (ECOSON)**, para lo detectores deberán proveerse **baterías comunes.**

Consulta 3:

Ítem 14 **ESPÉCULO VAGINAL GRANDE**
¿Podían especificar qué modelo de especulo están necesitando? Podría ser el modelo Collin?

Respuesta 3: En el Ítem 14 **ESPÉCULO VAGINAL GRANDE**, quedará a criterio de cada oferente la presentación del modelo con que cuenta.

Consulta 4:

Ítem 15 **ESPÉCULO VAGINAL MEDIANO**
¿Podían especificar qué modelo de especulo están necesitando? Podría ser el modelo Collin?

Respuesta 4: En el Ítem 15 **ESPÉCULO VAGINAL MEDIANO**, quedará a criterio de cada oferente la

Dr. Nicolás Tanaka Hoshiba
Encargado
de Atención a la Familia
de Salud

Carlos A. Espinola Morales

presentación del modelo con que cuenta.

Consulta 5:

Ítem 16 **ESPÉCULO VAGINAL CHICO**
¿Podían especificar qué modelo de especulo están necesitando? Podría ser el modelo Collin?

Respuesta 5: En el Ítem 16 **ESPÉCULO VAGINAL CHICO,** quedará a criterio de cada oferente la presentación del modelo con que cuenta.

Consulta 6:

Ítem Nº 17 Estetoscopio Bi-Auricular: No nos queda claro la palabra "concepto modular". Este es un término que se utiliza generalmente en equipos como monitores multiparametricos.
Sugerimos las siguientes características técnicas:
Construcción acorde a normas internacionales: CE; ISO-13485; FDA.-
Especificaciones técnicas de la Campana: Con membranas de excelente sensibilidad intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia. Con gran fidelidad acústica y de peso ligero. Anillo de materia plástica para membrana y campana para evitar sensación de frio.
Especificaciones técnicas de la Horquilla: Horquilla auricular, con doble resorte integrado dentro del tubo, que garantiza la durabilidad y otorga comodidad. Estructura metálica de aluminio inoxidable. Olivas blandas con fijación roscada. Tubo sin latex. Una campana de gran fidelidad acústica y de peso ligero.
Acompaña 1 par de olivas y 1 membrana de recambio
Estuche adecuado para el trasporte del equipo?

Respuesta 6: La palabra **"concepto modular"** se refiere que parte del Instrumental se puede renovar. Asimismo, las especificaciones técnicas a cumplir se encuentran establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 7:

Ítem 19 **ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Donde menciona: Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 6 a 8 bandejas. Solicitamos que se puedan cotizar **ESTUFA CON RANGO DE CAPACIDAD DE 3 (TRES) A 6 (SEIS) BANDEJAS**
Donde menciona: Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga. SOLICITAMOS se puedan cotizar estufas sin esta opción para dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.
Donde menciona: Capacidad de 50 a 96 litros, solicitamos se puedan cotizar Estufas con rango de capacidad de 42 a 96 litros, para dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes?

Respuesta 7: Las especificaciones técnicas a cumplir en el Ítem 19 **ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN,** se encuentran establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 8:

Dr. Nicolás Fernández Meshlen
Encargado
Dirección de Atención a la Familia
Dirección General de Atención Primaria de Salud y Bienestar Social

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CGC 28.5 Multas por entrega tardía:
Por último, CGC 28.5 - Solicitámos que las multas a ser aplicadas en concepto de entrega tardía sean del 1% por cada semana o fracción de mayor a 3 días. La convocante debe tener en cuenta que la tasa que quieren aplicar es muy elevada, superando ampliamente la tasa permitida por el Banco Central del Paraguay para porcentajes aplicados en concepto de intereses punitorios o moratorios.- Además, la tasa sugerida por nosotros es utilizada habitualmente en otras licitaciones, tanto del Ministerio de Salud como en I.P.S., en Facultad de Ciencias Médicas y otros organismos estatales.

Respuesta 8: **CGC 27.1 MULTAS:** De ser pasibles, el valor de las multas serán **uno porciento (1%)** del monto equivalente al Suministro en demora **por cada 2 días de atraso.** El monto de la multa será hasta cubrir el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, superando esta multa la convocante se reserva el derecho de dar rescindido el contrato.

Consulta 9:

Ítem 34 y 35 Addenda 1 Formulario 3 Lista de Precios y Lista de bienes y Especificaciones Técnicas
Podrían aclarar si el Ítem 34 corresponde al Kit de Instrumental Ginecológico y el 35 a la Vitrina de Hierro como un ítem aparte, teniendo en cuenta que en la addenda estos se han juntado en un solo ítem ó debe cotizarse la vitrina dentro del kit de Instrumental ginecológico?

Respuesta 9: Los ítems Nº 34 y 35 fueron aclarados en la Addenda Nº 02/2010, por lo que deberán remitirse a la misma.-

Consulta 10:

Ítem 1: Se solicita Balanza con altímetro / Sistema de pesaje del tipo mecánico. Podrá ofertarse Balanza con sistema de pesaje tipo digital?

Respuesta 10: En el ítem Nº 1 se deberá cotizar Balanza con altímetro / Sistema de pesaje del tipo mecánico.-

Consulta 11:

Ítem 2: Se solicita Balanza Pediátrico. Sistema de pesaje del tipo mecánico. Podrá ofertarse Balanza con sistema de pesaje tipo digital ?.

Respuesta 11: En el ítem Nº 2 se deberá cotizar Balanza Pediátrico. Sistema de pesaje del tipo mecánico.-

Consulta 12:

Ítem 10: podemos ofertar pinza de disección anatómica c/ diente 12 cm?

Respuesta 12: En el Ítem 10 se deberá cotizar Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm.

Encargado
Dirección de Atención a la Familia
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Carlos M. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Consulta 13:

Ítem 18 **ESTETOSCOPIO DE PINARD MADERA**
Favor aclarar si el estetoscopio solicitado es de MADERA, ALUMINIO o de Plástico? Porque en las características técnicas menciona: "Estructura ergonómica y anatómica de plástico antiestático" "Unidad monoaural, fabricada en plástico"

Respuesta 13: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado.-

Consulta 14:

Item 28 - REGULADOR DE O2 – Características Generales y Técnicas:
Humidificador tipo a burbuja. Frascos de plásticos de 300 cc. De capacidad aproximadamente. Con válvula de seguridad y sistema de conexión hembra tipo rápido.....

a)Si el humidificador solicitado de plástico, es para uso de única vez, descartable?
b) Si el humidificador solicitado de policarbonato autoclave a 121 ºC, reusable?
c) Si se puede cotizar Humidificador, con válvula se seguridad y sistema de conexión DISS internacional?
d) Si se puede cotizar Humidificador, de 250cc de capacidad, como mínimo. Es el tamaño estándar internacional?

Respuesta 14:
a) **NO corresponde,** al humidificador de a uso de única vez, descartable
b) **SI corresponde,** al humidificador solicitado de policarbonato autoclave a 121 ºC, reusable
c) **SI corresponde**, cotizar Humidificador, con válvula se seguridad y sistema de conexión DISS internacional
d) **SI corresponde** cotizar Humidificador, de 250cc de capacidad, como mínimo, tamaño estándar internacional?

Consulta 15:
ITEM 06 CAMILLA FIJA. Favor confirmar si la cantidad esta correcta 100 unidades?

Respuesta 15: SI la cantidad solicitada son 100 unidades.-

Consulta 16:
ITEM 09 CAMILLA FIJA – GINECOLOGICA. Favor confirmar si la cantidad esta correcta 100 unidades

Respuesta 16: SI la cantidad solicitada son 100 unidades.-

Consulta 17: ITEM 11 ESCALERA DE METAL PARA PACIENTES. Favor aclarar si estas son para las camillas?

Respuesta 17: SI son para las camillas.-

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Consulta 18: ITEM 19 ESTUFA DE ESTERILIZACION. Favor confirmar si la cantidad esta correcta 101 unidades? A que se refiere con 10 kits de termo indicadores para control de funcionamiento ¿

Respuesta 18: SI la cantidad solicitada son 101 unidades y kits de termo indicadores para control de funcionamiento se refiere a cintas que indican la esterilización.-

Consulta 19: Se solicita anticipo debido a la gran cantidad de equipos Licitados

Respuesta 19: NO se otorgara anticipo.-

Asuncion, 14 de setiembre del 2010.-

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.