San Lorenzo, 7 de febrero de 2019

Señores
Participantes de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/19 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019" ID Nº 355.547.

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración Nº: 1.

CONSULTA 1:
SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS -1. ESPECIFICACIONES TECNICAS;
Donde dice: El oferente deberá proveer un equipo para aféresis: Equipo separador de células sanguíneas automático para la recogida de componentes sanguíneos leucorreducido por aféresis, equipo con una sola aguja para la extracción y la devolución de componentes sanguíneos, flujo continuo que reduce el tiempo que el paciente permanente conectado a la máquina,
Consulta: En vista a que el flujo continuo reduce el tiempo de conexión del PACIENTE conectado a la maquina Se puede ofertar un equipo con flujo discontinuo ya que el mismo se conecta a DONANTES y los mismos son personas SANAS y por ende el tiempo de conexión a la máquina no es dañino al donante y el tiempo final entre un equipo de flujo continuo y otro de flujo discontinuo es de 30 minutos más aproximadamente y el producto obtenido es igual o mejor al del flujo continuo y utiliza una tecnología MCS (Mobille Collection System) Que se basa en un procedimiento más sencillo y cómodo tanto para el donante y el paciente.
RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.
CONSULTA 2:
Donde dice: Volumen de hematíes por bolsa de 150 a 250m1 a 100% de hematocrito para productos de hematíes no leucorreducidos, (Glóbulo Rojos).
Consulta: En vista a que el ítem es solo para Plaquetas; Es viable ofertar un equipo que pueda hacer un recolección de bolsas con glóbulos rojos de dobles productos pero que los mismos se puedan procesar con otro Kits ya que el equipo que ofertamos realiza esas recolecciones pero con otro KIT pero el día que necesiten usar nosotros cambiemos los Kits de plaquetas por Kit de recolección de Glóbulos rojos?
RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3, si es posible, pues esta condición no es excluyente, sino un adicional que es apreciado para la colecta de varios productos (plaquetas, plasma y glóbulos rojos) en el mismo acto y de un mismo donante, cuya utilidad es válido solo en ocasiones excepcionales como los trasplante y en raros casos de incompatibilidad HLA.
CONSULTA 3:
Donde dice: Volumen sanguíneo extracorpóreo 182 a 196ml según el equipo de líneas, aguja calibre 17 o 18 de acuerdo al equipo de línea utilizado.
Consulta: Se puede ofertar un equipo que realice la recolección de plaquetas cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas por la Facultad de ciencias médicas pero que el volumen extracorpóreo sea de 225 ml y una aguja calibre 16 contra ojo, de acuerdo al equipo de la línea utilizada.
RESPUESTA:
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.
CONSULTA 4:
Donde dice: Sensor de extracción y retorno -300a 500mmHg,
Consulta: Se puede ofertar un equipo con sensor de extracción y retorno con un rango de -250 mmHg a 250 mmHg en rangos normales de trabajo, lo que hace que las alarmas sean más sensibles al momento de la extracción y retorno.
RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.
CONSULTA 5:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

Donde dice: Sensor de presión de la centrifuga 400 a 2000mmHg, con detector de fugas de fluidos capaz de detectar 0.5ml de fluido en la centrifuga.
Consulta: Se puede ofertar un equipo con sensor de presión de la centrifuga de 25 a 250 mmHg y que el detector de fugas no solo detecte la fuga al tener una perdida, que también con una perdida mínima de presión (fuera de los rangos normales de trabajos) también lo considere como fuga.

RESPUESTA:

Si es posible, pues esto indicaría un rango de seguridad superior a lo solicitado, que es el rango mínimo de seguridad establecido.

CONSULTA 6:

Donde dice: Fuerza G desarrollada por la centrifuga 1200g.
Consulta: Cada instrumento que realiza procedimientos de Aféresis usando el principio de centrifugación tiene su propia centrifuga fabricada para el efecto; lo que hace esto es que sea dirigido a un equipo en específico, ya que la fuerza de gravedad depende de varios factores entre esto el diámetro, las Revoluciones por Minutos Etc.
Sugerimos no tener en cuenta la fuerza G para que sea más amplio el rango de participación de los oferentes.

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 7:

Donde dice: alarmas luminosas y acústicas.
El segundo equipo se usará para la realización de aféresis terapéuticas (recambio plasmático, leucaferesis), en circuito cerrado, a flujo continuo y poco volumen extracorpóreo por procedimiento. Ambos equipos deben tener la capacidad de realizar los dos procedimientos aunque uno será usado para donantes y la otra para pacientes, pudiendo ambos servir de back up en caso de desperfecto o mantenimiento hasta tanto retorne a la institución.
Consulta: Ya que son 2 lotes diferentes, se puede ofertar un equipo que reúna las mismas características del lote de plasmaferesis?

RESPUESTA:

Se acepta la propuesta, pues, el segundo equipo servirá de Backup en caso de desperfecto o mantenimiento. Las plamaferesis y todo procedimiento terapéutico, actualmente solo lo realiza la Unidad de Medicina Transfusional.

CONSULTA 8:

LOTE 69 ítems 1 al 5: Tarjeta de identificación para hongos
Solicita: Pág. 51: "Todos los reactivos deben tener una presentación de listos para usar".
Consulta: Se admite que los reactivos "MATRIZ" y "Bacterial Test Standard" estén Liofilizados para su mejor estabilidad y sean reconstituídos antes de su uso?

RESPUESTA:

No se admitirán.

CONSULTA 9:

LOTE 70: ítems 1 al 4: Tarjeta de sensibilidad para bacterias
Solicita: ÍTEM 2: Tarjeta de sensibilidad de Hongos
Consulta: Se permite la derivación de muestras para la determinación de la Sensibilidad de Hongos? Ya que existe en el mercado UNA SOLA marca comercial capaz de determinar dicha sensibilidad.

RESPUESTA:

No se permitirá.

CONSULTA 10:

LOTE 70: Ítems 1 al 4: Tarjeta de sensibilidad para bacterias
Solicita: Pág. 53: "Resultados de Sensibilidad Bacteriana a partir de las dos horas de iniciado el proceso hasta un máximo de 18horas"
Consulta: Se admite en Enterococos una incubación de 24 hs para la Vancomicina y Streptomicina de alta carga. Ya que esto es una recomendación CLSI?

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 11:

LOTE 71: Ítems 1 al 4 Hemocultivo

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

Solicita: ITEM 1 Hemocultivo adulto c/inhibidor y 2 Hemocultivo pediátrico c/Inhibidor
Consulta: admite la inhibición de antibióticos por medio de la Dilución 1:8?

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 12:
LOTE 94: Ítems 1 al 4: RT-PCR
Solicita: Unidad de Medida: Unidad. Presentación: Unidad
Consulta: Esta correcto? La Unidad de Medida quizá debería ser determinaciones. Presentación Cajas.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 13:
LOTE 136: Ítems 1 al 3: Kit de Detección por PCR
Solicita: Unidad de Medida: Unidad. Presentación: Unidad
Consulta: Esta correcto? La Unidad de Medida quizá debería ser determinaciones. Presentación Cajas

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 14:
Hemocentro (Lotes 144 al 151)
3 Reactivos de inmunohematologia
LOTE 149: Ítems 1 al 11 Tarjetas...
Consulta: Los resultados de los controles del Contador hematológico también deben estar inscriptos en un programa de control de calidad externo? y si es así, el programa de control de calidad externo debe ser de la misma marca de los controles de los reactivos inmunohematologicos?

RESPUESTA:
Se aclara que si deben estar inscriptos, no necesariamente el programa de control de calidad externo debe ser de la misma marca de los controles, sin embargo debe tener validación comprobable.

CONSULTA 15:
Hemocentro (Lotes 144 al 151)
3 Reactivos de inmunohematologia
3.10 Equipamiento en comodato
Solicita: 3.7 La oferta debe comprender provisión de equipamiento automatizado con capacidad para procesar entre 300 determinaciones por vez.
Consulta: La capacidad de procesar 300 determinaciones a la vez a que se refiere? A 300 determinaciones iguales o 300 determinaciones combinadas en simultaneo? O se refiere a la cantidad de muestras que puede procesar el equipo al mismo tiempo con las diferentes determinaciones en simultaneo?

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 16:
Hemocentro (Lotes 144 al 151)
3 Reactivos de inmunohematologia
Solicita: 3.15 La empresa deberá suscribir al Departamento de Hemocentro a un Programa de Control de Calidad Externo para inmunohematología, requisito éste indispensable para el funcionamiento del Hemocentro, siendo responsable de los costos administrativos y transporte así como del envío de los resultados del PCCE.
Consulta: Para el control de calidad externo debe de tener códigos de barras listos para usarse en plataformas automatizadas? la forma de envió de los resultados de los mismos deben de ser visualizados a través de una plataforma online accesible para los usuarios?
Debido a la naturaleza del control se recomienda envíos parciales durante el periodo que dure la licitación debido a la estabilidad de los controles que es muy corta

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 17:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

Hemocentro (Lotes 144 al 151)

1.9 Para los insumos (kits) para obtención de plaquetas de donante único para uso terapéutico o por aféresis, de colecta de células madres y obtención de plasma rico en plaquetas.

1.9.5 Equipos en comodato para los insumos de obtención de plaquetas de donante único para uso terapéutico o por aféresis.

a) Solicita: El oferente deberá proveer un equipo para aféresis: Equipo separador de células sanguíneas automático para la recogida de componentes sanguíneos leucorreducido por aféresis, equipo con una sola aguja para la extracción y la devolución de componentes sanguíneos, flujo continuo que reduce el tiempo que el paciente permanente conectado a la máquina.

a) Consulta: En vista a que el flujo continuo reduce el tiempo de conexión del PACIENTE conectado a la maquina Se puede ofertar un equipo con flujo discontinuo ya que el mismo se conecta a DONANTES y los mismos son personas SANAS y por ende el tiempo de conexión a la máquina no es dañino al donante y el tiempo final entre un equipo de flujo continuo y otro de flujo discontinuo es de 30 minutos más aproximadamente y el producto obtenido es igual o mejor al del flujo continuo y utiliza una tecnología MCS (Mobille Collection System) Que se basa en un procedimiento más sencillo y cómodo tanto para el donante y el paciente.

b) Solicita: Volumen de hematíes por bolsa de 150 a 250ml a 100% de hematocrito para productos de hematíes no leucorreducidos, (Globulo Rojos).

b) Consulta: En vista a que el ítem es solo para Plaquetas; Es viable ofertar un equipo que pueda hacer un recolección de bolsas con glóbulos rojos de dobles productos pero que los mismos se puedan procesar con otro Kits ya que el equipo que ofertamos realiza esas recolecciones pero con otro KIT pero el día que necesiten usar nosotros cambiemos los Kits de plaquetas por Kit de recolección de Glóbulos rojos?

c) Solicita: Volumen sanguíneo extracorpóreo 182 a 196ml según el equipo de líneas, aguja calibre 17 o 18 de acuerdo al equipo de línea utilizado.

c) Consulta: Se puede ofertar un equipo que realice la recolección de plaquetas cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas por la Facultad de Ciencias Médicas pero que el volumen extracorpórea sea de 225 ml y una aguja calibre 16 contra ojo, de acuerdo al equipo de la línea utilizada.

d) Solicita: Sensor de extracción y retorno -300ª 500mmHg,

d) Consulta: Se puede ofertar un equipo con sensor de extracción y retorno con un rango de -250 mmHg a 250 mmHg en rangos normales de trabajo, lo que hace que las alarmas sean más sensibles al momento de la extracción y retorno.

e) Solicita: Sensor de presión de la centrifuga 400 a 2000mmHg, con detector de fugas de fluidos capaz de detectar 0.5ml de fluido en la centrifuga.

e) Consulta: Se puede ofertar un equipo con sensor de presión de la centrifuga de 25 a 250 mmHg y que el detector de fugas no solo detecte la fuga al tener una perdida, que también con una perdida mínima de presión (fuera de los rangos normales de trabajos) también lo considere como fuga.

f) Solicita: Fuerza G desarrollada por la centrifuga 1200g.

f) Consulta: Cada instrumento que realiza procedimientos de Aféresis usando el principio de centrifugación tiene su propia centrifuga fabricada para el efecto; lo que hace esto es que sea dirigido a un equipo en especifico , ya que la fuerza de gravedad depende de varios factores entre esto el diámetro, las Revoluciones por Minutos Etc. Sugerimos no tener en cuenta la fuerza G para que sea más amplio el rango de participación de los oferentes

g) Solicita: El segundo equipo se usará para la realización de aféresis terapéuticas (recambio plasmático, leucaferesis), en circuito cerrado, a flujo continuo y poco volumen extracorpóreo por procedimiento. Ambos equipos deben tener la capacidad de realizar los dos procedimientos aunque uno será usado para donantes y la otra para pacientes, pudiendo ambos servir de back up en caso de desperfecto o mantenimiento hasta tanto retorne a la institución.

g) Consulta: Ya que son 2 lotes diferentes, se puede ofertar un equipo que reúna las mismas características del lote de Plasmaferesis?

RESPUESTA:

a) Remitirse a la Adenda N° 3.

b) Remitirse a la Adenda N° 3.

c) Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

d) Remitirse a la Adenda N° 3.
e) Remitirse a la Adenda N° 3.
f) Remitirse a la Adenda N° 3.
g) Se acepta la propuesta, pues, el segundo equipo servirá de Backup en caso de desperfecto o mantenimiento. Las plamaferesis y todo procedimiento terapéutico, actualmente solo lo realiza la Unidad de Medicina Transfusional.

CONSULTA 18:
LOTE 28- ITEM 5; código de catálogo N ° 41116010-052 Solicita ANTI PR3- HS
LOTE 28- ITEM 8; código de catálogo N ° 41116010-052 Solicita ANTI PR3- ANCA P
Consulta ambos ítems corresponden a un mismo código de catálogo (N ° 41116010¬052) por lo cual solicito se aclare si se está solicitando la misma determinación en ambos ítems?

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 19:
LOTE 28- ITEM 5; código de catálogo N ° 41116010-052 Solicita ANTI PR3- HS
LOTE 28- ITEM 8; código de catálogo N ° 41116010-052 Solicita ANTI PR3- ANCA P
Consulta La detección de los ANCA P y ANCA C, se realiza habitualmente mediante análisis por inmunofluorescencia indirecta. En el ítem 8 solicita Anti PR3, pero lo describe como ANCA -P, necesito que se aclare si lo solicitado corresponde al Anti MPO (Mieloperoxidasa), ya que el ANCA -P normalmente se debe a los anticuerpos contra la Mieloperoxidasa o MPO, mientras que los anticuerpos que presentan un patrón citoplasmático granular fino, llamado ANCA- C suelen ir digidos contra una serina proteasa o proteinasa PR3.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 20:
Lote 28 - ítem 5: se solicita ANTI- PR3 HS (HIGH SENSITIVE)
La denominación de ANTI - PR3 HS (HIGH SENSITIVE) corresponde a una marca en especial, por lo cual necesito sea aclarado el alcance de lo solicitado, ya que la denominación HS limita la oferta a una marca especifica.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 21:
LOTE 28 - ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AUTOMATIZADO ELISA CUANTITATIVO PARA AREA DE INMUNOLOGIA
En las especificaciones técnicas se menciona La tecnología SMC (calibración sensotrónica memorizada) y además que Cada tira tiene el set completo de reactivos para la determinación de cada muestra individual, lo especificado está dirigido a un equipo en particular, por lo que necesito se aclare si un equipo totalmente automatizado de ELISA, con capacidad de realizar dilución automática de las muestras y procesar 7 placas de 96 determinaciones por corrida analítica, de los diferentes analitos solicitados, sería compatible con lo que están requiriendo para procesar los análisis por método ELISA que están solicitando?

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 22:
LOTE 28: Para el número de Pruebas solicitadas en el área de Autoinmunidad, considera como una limitante que el equipo no sea con sistema de acceso aleatorio (random Access)?

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 23:
Según Adenda:
Especificaciones Técnicas: UNIDAD de MEDICINA TRANSFUSIONAL Hospital de Clínicas (Lotes 137 al 143) Punto 2.2: Los equipos en comodato deberán ser proveídos con los insumos y consumibles necesarios para la realización de las determinaciones deseadas, favor aclarar cantidad de:
- *Pipetas automáticas graduables: 10-50 ul*
- *Pipetas automáticas graduables: 100-1000 ul*

RESPUESTA:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 24:

Según Adenda:

Especificaciones Técnicas: UNIDAD de MEDICINA TRANSFUSIONAL Hospital de Clínicas (Lotes 137 al 143) Punto 5.10 Las tarjetas con columnas de gel con AGH poliespecífica (Coombs) para realizar la pesquisa de anticuerpos irregulares deben tener el adicional de LISS o algún otro potenciador no enzimático. El sustrato sólido debe ser de gel y la temperatura de conservación debe tener un rango de 4 ° C a 22 ° C.

Se considera "excluyente " de la oferta, que el producto tenga otro rango de temperatura de conservación?

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 25:

Lote 35/ítem 1: Sabouraud con cicloheximida.

Se puede ofertar dicho Agar con la siguiente fórmula:

Digerido papaico de harina de soja 10,0 g
Glucosa 10,0
Cic.loheximida 0,4
Cloranfenicol 0,05
Agar 15,5
pH 6,9 ± 0,2

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3, se solicita de esa manera porque lo ideal es que la glucosa sea 15 a 20 gramos en la formula, para poder observar las estructuras de reproducción.

CONSULTA 26:

Lote 47 Ítem 1: Placa de Petri descartable.

Se puede ofertar Placa de Petri descartable con una divisoria.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

CONSULTA 27:

LOTE: 21, ITEM: 7,8 Y 9

Con relación a la presentación mínima de 1ml de los conjugados concentrados marcados con Isocianato: Se podrá ofertar una cantidad de 5 frascos con una presentación de 2ml, cumpliendo así la cantidad solicitada?

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 28:

LOTE: 21, ITEM: 3

Se podrá ofertar láminas con 6 orificios, en la cantidad necesaria para cumplir con el total solicitado?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

CONSULTA 29:

LOTE: 21, ITEM: 5

Se podrá ofertar láminas con 7 orificios, en la cantidad necesaria para cumplir con el total solicitado?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

CONSULTA 30:

Hemocentro (Lotes 144 al 151)

1.9 Para los insumos (kits) para obtención de plaquetas de donante único para uso terapéutico o por aféresis, de colecta de células madres y obtención de plasma rico en plaquetas.

1.9.5 Equipos en comodato para los insumos de obtención de plaquetas de donante único para uso terapéutico o por aféresis

a) Solicita: 1.9.6. El oferente deberá proveer un equipo para aféresis: Equipo separador de células sanguíneas automático para la recogida de componentes sanguíneos leucorreducido por aféresis, equipo con una sola aguja

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

para la extracción y la devolución de componentes sanguíneos, flujo continuo que reduce el tiempo que el paciente permanente conectado a la máquina,

a) Consulta: Se puede ofertar un instrumento con flujo discontinuo?. En vista a optimizar el tiempo se puede ofertar 2 equipos de flujo de discontinuo para el mismo lote?

b) Solicita: 1.9.6. Volumen de hematíes por bolsa de 150 a 250ml a 100% de hematocrito para productos de hematíes no leucorreducidos, (Globulo Rojos).

b) Consulta: Es viable ofertar un instrumento que pueda hacer un recolección de bolsas con globulos rojos de dobles productos pero que los mismos se puedan procesar con otro Kits?

c) Solicita: 1.9.6. Volumen sanguíneo extracorpóreo 182 a 196ml según el equipo de líneas, aguja calibre 17 o 18 de acuerdo al equipo de línea utilizado.

c) Consulta: Se puede ofertar un instrumento con 225 ml de volumen extracorpórea y una aguja calibre 16?

d) Solicita: 1.9.6. Sensor de extracción y retorno -3002 500mmHg,

d) Consulta: Se puede ofertar un equipo con sensor de extracción y retorno con un rango de -250 mmHg a 250 mmHg en rangos normales de trabajo?

e) Solicita: 1.9.6. Sensor de presión de la centrifuga 400 a 2000mmHg, con detector de fugas de fluidos capaz de detectar 0.5m1 de fluido en la centrifuga.

e) Consulta: Se puede ofertar un equipo con sensor de presión de la centrifuga de 25 a 250 mmHg?

f) Solicita: 1.9.6. Fuerza G desarrollada por la centrifuga 1200g.

f) Consulta: Se puede ofertar un instrumento con fuerza G máxima de 9000g

g) Solicita: 1.9.6. El segundo equipo se usará para la realización de aféresis terapéuticas (recambio plasmático, leucaferesis), en circuito cerrado, a flujo continuo y poco volumen extracorpóreo por procedimiento. Ambos equipos deben tener la capacidad de realizar los dos procedimientos aunque uno será usado para donantes y la otra para pacientes, pudiendo ambos servir de back up en caso de desperfecto o mantenimiento hasta tanto retorne a la institución.

g) Consulta: Ya que son 2 lotes diferentes, se puede ofertar un equipo que reúna las mismas características del lote de Plasmaferesis?

RESPUESTA:

a) Remitirse a la Adenda N° 3.

b) Remitirse a la Adenda N° 3, si es posible, pues esta condición no es excluyente, sino un adicional que es apreciado para la colecta de varios productos (plaquetas, plasma y glóbulos rojos) en el mismo acto y de un mismo donante, cuya utilidad es válido solo en ocasiones excepcionales como los trasplante y en raros casos de incompatibilidad HLA.

c) Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

d) Las cifras de la consulta no representan ningún rango de variabilidad.

e) Remitirse a la Adenda N° 3.

f) Remitirse a la Adenda N° 3.

g) Se acepta la propuesta, pues, el segundo equipo servirá de Backup en caso de desperfecto o mantenimiento. Las plamaferesis y todo procedimiento terapéutico, actualmente solo lo realiza la Unidad de Medicina Transfusional.

CONSULTA 31:

Lote 12.1 Tubo con anticoagulante Tubos para hemograma, (Neonatal) de 0,8 ml con anticoagulante EDTA K2
Se puede ofertar tubo de plástico, con anticoagulante EDTA k3, para lml de sangre, con tapa?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas correspondientes.

CONSULTA 32:

Lote 13.1 Tubo con anticoagulante Tubos para TP (Neonatal) de 0,8 ml con anticoagulante citrato de sodio 3,2%
Se puede ofertar tubo para TP de 1 ml, con anticoagulante citrato de sodio 3,8%?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas correspondientes.

CONSULTA 33:

Solicitamos especificar el tiempo de instalación de los equipos solicitados en Comodato

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

CONSULTA 34:

LOTE 31 ITEM N° 1 - Especificaciones Técnicas para equipo de Hemograma

1. Donde dice: "El proveedor deberá entregar en carácter de Comodato equipo automatizado. Sistema homogéneo, reactivos de la misma marca que el equipo.

02 (dos) equipos con capacidad de procesar cinco poblaciones diferenciales de glóbulos blancos, con capacidad de procesar 30 (treinta) parámetros como mínimo."

A fin de dar más participación a potenciales oferentes para beneficio de la Institución Solicitamos se modifique de la siguiente manera

"El proveedor deberá entregar en carácter de Comodato equipo automatizado. Sistema homogéneo, reactivos de la misma marca que el equipo.

02 (dos) equipos con capacidad de procesar cinco poblaciones diferenciales de glóbulos blancos, con capacidad de procesar 26 (veinte y seis) - 30 (treinta) parámetros como mínimo."

2. Donde dice: (Página N° 47) ".... Los equipos, accesorios y complementos deben ser de última generación (no mayor a 2 años de fabricación con documentos que lo acrediten)

A fin de dar participación a mayor cantidad de oferentes, para beneficio de Institución, Solicitamos la modificación y que sea en concordancia con lo dispuesto en la Sección II. Suministros requeridos

Especificaciones de Equipos Automatizados en _Comodato para el Laboratorio Central Hospital de Clínicas (Lote N° 1 al N° 136) - Página N° 42 y la Adenda No. 1 de fecha 24/01/2019:

Debe decir: "Los equipos deberían ser menor o hasta 5 (cinco) años de fabricación (tanto para Química Clínica, Inmunologia, Orina y Hemograma), con documentos que lo acrediten.

RESPUESTA:

1. Remitirse a la Adenda N° 3.

2. Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 35:

LOTE: 140 ITEM: 5 (Página N° 34)

Donde dice: Tarjeta para tipificación

Tarjeta para tipificación de pacientes con columnas de gel para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh (D) sin identificación del antígeno DVI (DVI negativo) y debe tener para prueba sérica o inversa (AI, B) incorporada, con accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato. Debe incluir tubos con EDTA de mínimo 2,5 ml y máximo de 5 ml.

Consulta: ¿Se podrá cotizar una tarjeta para tipificación de pacientes con columnas de gel para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh (D) con identificación del antígeno DVI (DVI negativo) y DVI (DVI positivo) y prueba sérica o inversa (AI, B) incorporada, con accesorios y consumibles incluidos? Ya que cada pocillo es totalmente independiente y al momento de la lectura e interpretación de resultados esta se podría obviar en caso de que el profesional así lo desee?

RESPUESTA:

La tarjeta debe tener obligatoriamente un pocillo que no detecte al antígeno DVI (DVI negativo), excluyente, pudiendo tener un pocillo que detecte el antígeno DVI (DVI positivo), estos pocillos deben ser independientes y no afectar el costo de la tarjeta.

CONSULTA 36:

LOTE: 149 ITEM: 1 (Página N° 40)

Donde dice: TARJETA PARA TIPIFICACION DE PACIENTES

Tarjetas con columnas de gel para tipificación de grupo sanguineo ABO y factor Rh (D) sin identificación del Antigeno DVI (DVIneg) y prueba sérica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos . Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar hasta 300 determinaciones al mismo tiempo

Consulta: Se podrá cotizar tarjetas con columnas de gel para tipificación de grupo sanguineo ABO y factor Rh (D) con identificación del Antigeno DVI (DVIneg) y DVI (DVIpos) y prueba sérica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos con equipo en comodato con capacidad de realizar hasta 300 determinaciones al mismo tiempo? Debido a que cada pocillo es totalmente

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

independiente y al momento de la lectura e interpretación de resultados esta se podría obviar en caso de que el profesional así lo desee.

RESPUESTA:

Se aceptan tarjetas con presentación del antígeno DVI positivo y antígeno DVI negativo, a condición de que estén en columnas diferentes, pues la misma no alterara los resultados deseados, pues solo se usara el pocillo que corresponda según la especificidad que se busca.

CONSULTA 37:

REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA (Página N° 61) Donde dice:
5.7 Las tarjetas con columnas de gel para tipificación ABO-D deben tener la prueba inversa incluida en el cassette o tarjeta y no debe incluir el antígeno DVI (DVI negativo). Debe incluir tubos con EDTA de 2,5 ml como mínimo y máximo 5 ml en igual cantidad que las tarjetas.
Consulta: Se podrá cotizar tarjetas con columnas de gel para tipificación ABO-D que incluyan la prueba inversa en la tarjeta, además de incluir el antígeno DVI (DVI negativo) y DVI (DVI positivo). Con tubos con EDTA de 2,5 ml como mínimo y máximo 5 ml en igual cantidad que las tarjetas? Las tarjetas presentan pocillos totalmente independientes por lo que no afectara la lectura de resultados.

RESPUESTA:

La tarjeta debe tener obligatoriamente un pocillo que no detecte al antígeno DVI (DVI negativo), excluyente, pudiendo tener un pocillo que detecte el antígeno DVI (DVI positivo), estos pocillos deben ser independientes y no afectar el costo de la tarjeta.

CONSULTA 38:

Reactivos de inmunohematologia (Página N° 70) Donde dice:
3.7 Los reactivos anti D para pacientes, gestantes y neonatos deben ESTAR LIBRES DEL
Antígeno DVI (DVI negativo)
Consulta: Se podrá cotizar reactivos anti D para pacientes, gestantes y neonatos con el Antígeno DVI (DVI negativo)? Ya que las determinaciones son procesadas en pocillos totalmente independientes y no alterara el resultado e interpretación final del estudio.

RESPUESTA:

La consulta oferta lo mismo que se solicita.

CONSULTA 39:

En la Página N° 34 del PBC, favor aclarar si en LOTE N° 141, debe ser ITEM N 1, o si corresponde al ITEM N° 6 del LOTE N° 140

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3, se modifican las numeraciones de los lotes, a fin de subsanar el error.

CONSULTA 40:

LOTE 17 - ITEM 1 Puede ofertarse test de ELISA de procesamiento de 2 horas para determinación de anticuerpos totales de CHAGAS?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

CONSULTA 41:

LOTE 21 - ITEM 6 Puede ofertarse Frasco de inmunoglobulinas marcadas con isotiocianato de fluoresceína, IgG e IgM con contratinción de azul de Evans?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas correspondientes, se solicita concentrado.

CONSULTA 42:

LOTE 21 - ITEM 10 Puede ofertarse PBS cuyo pH final es de 7.4 ± 0.2?

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 43:

LOTE 31 - ITEM 75 A fin de contar con la mayor cantidad de oferentes para el Ítem 75, solicitamos sea separado del lote 31 como lote individual.

RESPUESTA:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

CONSULTA 44:

LOTE 104 - ITEM 1 Puede ofertarse frasco con polvo suficiente para preparación de 25 litros de agar cromogenico en cantidad equivalente?

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 45:

LOTE 136 ITEM 1 Aclarar si la cantidad solicitado es en kit? De cuantas determinaciones? Y por último el precio referencial no se corresponde con el de un kit, sino con el precio por determinación.

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 46:

LOTE 136 - ITEM 2 Aclarar si la cantidad solicitado es en kit? De cuantas determinaciones? Y por último el precio referencial no se corresponde con el de un kit, sino con el precio por determinación.

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 47:

LOTE 136 - ITEM 3 Aclarar si la cantidad solicitado es en kit? De cuantas determinaciones? Y por último el precio referencial no se corresponde con el de un kit, sino con el precio por determinación.

RESPUESTA:

Remitirse a la Adenda N° 3.

CONSULTA 48:

LOTE 140 - ITEM 1 Puede ofertarse Panel de Glóbulos Rojos Selector con detección para Diego A con reactivo auxiliar?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

CONSULTA 49:

LOTE 146 - ITEM 1 Puede ofertarse bolsa PVC no toxico con plastificante diferente al TOTM?

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa