PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 55/10

"ADQUISICIÓN DE MAMÓGRAFOS PARA EL I.P.S."

ADENDA Nº 4

Asunción, 09 de Noviembre de 2010.

AL OFERENTE:

Con relación a la **Licitación Pública Nacional N° 55/10 "Adquisición de Mamógrafos para el I.P.S",** informamos que la **apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día Jueves 18 de noviembre de 2010 a las 10:00 hs.**, siendo la hora tope de entrega de sobres-oferta, las 09:45 hs, en la Sala de Aperturas de Sobres-Ofertas, 1er. Piso Edificio Caja Central del I.P.S.

Así también, informamos que se modifica lo siguiente **Plan de Entregas, Requisitos de instalación, Ítem C. Sistema de aire acondicionado e Ítem D. Infraestructura**, quedando de la siguiente manera:

C - Sistema de aire acondicionado:

- Diseño, suministro e instalación del sistema de aire acondicionado para la sala de exámenes y sala de revelado. El sistema deberá mantener la temperatura en ambas salas según los requerimientos de temperatura de trabajo especificado por el fabricante de los equipos adjudicados.
- Con alarma de temperatura instalado cerca de los gabinetes de los equipos, en caso de mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado.
- Incluir mantenimientos correctivos y preventivos del sistema de aire acondicionado durante el tiempo que dure el mantenimiento preventivo y correctivo especificado en el Periodo de Funcionamiento de los Bienes de la Sección V. Programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones.

D – Infraestructura:

- Es responsabilidad del oferente comprobar que las dimensiones de la sala son suficientes para la instalación y utilización de los equipos. El oferente deberá presentar constancia de verificación del lugar donde será realizada la instalación o declaración jurada por la cual declara bajo fe de juramento que tiene conocimiento de los lugares donde serán instalados los equipos.
- Todas las obras civiles necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento del equipo (del mamógrafo y reveladora automática de placas de mamografías) deberán ser realizadas por el oferente, como limpieza, pintura de la sala con pintura epóxica, cambio de piso y cielorraso, y plomado necesaria para paredes, techo, suelos, puertas y ventanas, plomería.
- Incluir carteles de señalización requerida según MSPyBS y CENEA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

- Suministro e instalación de vidrio plomado especial para mamografía, a ubicarse entre la sala de exámenes y sala de control.
- Suministro e instalación de lámpara de aviso de radiación, ubicada en la parte superior de la puerta blindada principal
- Suministro e instalación de pulsadores de parada de emergencia: ubicados en la sala de exámenes y sala de control como mínimo. La cantidad de pulsadores deberá estar acorde a lo indicado en los manuales del fabricante.
- Consola y ebanistería para equipos, accesorios y periféricos a ubicarse en la sala de control.
- Ebanistería para equipos, accesorios y periféricos, a ubicarse en la sala de exámenes.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila V. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones D.G.E.S

Abog. NOELIA MARTINETTI K
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social