PAC Nº: 311.962.-

ADENDA Nº 04/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 19/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA LA III REGIÓN SANITARIA – CORDILLERA"** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: *021* 223 523 Fax: *021 223 523* **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 13/05/2016 hasta las 08:00 HS.**

Sección III. Suministros Requeridos

1. LISTA DE BIENES REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

NRO. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Sillón odontológico	Datos Generales del equipo	Sillón odontológico completo	UNIDAD	8
			Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN		
			Sillón odontológico, con brazo fijo o articulado con 1 reflector, 1 platina,1 salivadera, 1 jeringa triple,una 1 turbina, un 1 micromotor, un 1 contraangulo, una 1 banqueta , 1 compresor		
			Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.		
			Estructura de acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo recubierto con polieterino de alto impacto con pulido sanitario o en material sanitario según normas internacionales tambien puede ser totalmente protegida por orla antideslizante. Comando electricos en la base del sillon, parada de emergencia y encendido del foco del reflector desde la base, apoyo cabeza anatomico y bi articulado para adaptarse a pacientes de diferentes estaturas, removible y reversible, para pacientes en silla de rueda, respaldo metalico, apoya brazos con tapizados o alta resistencia, tapizado del sillon sincostura, resitente y lavable, capacidad de soportar 130 kilos o mas. La caja de ligaciones podrà estar adherida o separada del sillon.		

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

			El brazo del sillon fijo o articulado		
			Con Reflector (no debe ser luz led), con dos intensidades de luz 15.000 y 22.000 lux, la lampara bi pin o H 3 de facil recambio.Protector frontal desmontable		
			La platina con bandeja de acero inoxidable, brazo fijo o biarticulado, o neumatico con dos salidas neumaticas para una turbina, un micromotor y jeringa triple de aluminio anodizado todo con sitema borden, salida de la punta con sistema neumatico, con acople tipo borden y con soporte adozado a la platina. Conductores de alta resistencia, flexibles con alta durabilidad de los componentes, manometro de presion y negatoscopio incorporado, sistema de agua presurizada, pedal neumatica con seleccion automatica de la pieza de mano o progresivo(sistema microswitch, medida minima de las manguera 3,5 mm		
			Salivadero: Bacha de ceramica desmontable con filtro de recoleccion de solido, llena vaso y lava bacha comandado de la salivadera, picos de bacha y llena vaso desmontables y auto lavables (opcional), minimos 2 eyector neumatico, automatico con filtro incorporado de facil limpieza.		
			Banqueta ergonomica con respaldo de contacto permanente.		
			Pedal neumatico o reostato de velocidad con selección automática de la pieza de mano o progresivo a utilizar a través de sistema de microswitch		
			Alimentación eléctrica: 220V / 50 Hz.		
			Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		
		Accesorios Mínimos del Equipo	Una turbina: CARACTERISTICA TÈCNICA MINIMA: 3 salida de agua para refrigeracion de la fresa, de alto torque, y bajo nivel de ruido, de aluminio anodizado, rotacion rpm de 0 a 420 mil, consumo de aire 42, presion 35, nivel sonoro 70, sistema de acople tipo borden, fijacion de las fresa con un saca fresas sencillo, no enroscable.Con un aceite lubricante, una aguja para limpieza		
			Un micromotor y un contraangulo: **CARACTERISTICA TÈCNICA MINIMA**: de aluminio anodizado de bajo nivel de ruido, sistema Doriot, o intra para fresas de baja rotacion, rotacion RPM de 0 a 20 mil, consumo de aire 65, presion de 40 a 50, conexión del acople tipo borden, acoplamiento superior tipo Doriot, o intra con un aceite lubricante. El contraangulo deberà cumplir con las normas basicas internacionales de calidad		
			Una jeringa triple		
		Otros Requerimientos	Manual de operación y servicio técnico en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español (del sillon, de la turbina, del micromotor y contraangul, y compresor)		
			Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.		
			Requerimiento de espacio para la instalación: los equipos serán instalados en lugares donde ya tenemos instalaciones eléctricas y conexiones de agua, la mayoría de ellos son espacios muy reducidos, por lo que los requerimientos de las medidas de los espacios no deben exceder de 2 metros de largo por 2,100 metros de ancho		

Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

			Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.		

OBSERVACIONES:

- LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE ACCESORIOS SOLICITADAS SON MÍNIMAS.
- AL MOMENTO DE RECEPCIONAR EL EQUIPO SE EXPEDIRÁ UN ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA Y LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE EXPEDIRÁ UNA VEZ QUE LOS EQUIPOS SEAN INSTALADOS Y LISTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.
- LA GARANTÍA EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN LA INSTITUCIÓN DESIGNADA, DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PBC.
- LA ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS NO DEBE SER SUPERIOR A 3 AÑOS
- SE DEBERÁN OFERTAR EQUIPOS NUEVOS.

Asunción, 11 de Mayo de 2016

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.