COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ADENDA Nº 03/15

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/15 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"

Modificar el PBC.

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

- **DONDE DICE:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONCENTRACION/ESPECIFICACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
337	42181801-001	Sensor de oximetro del pulso	SPO2=30% en recien nacidos, en el rango de 70% a 100% , pulso =3latidos/min en el rango de 30 a 240 BPM , temperatura 50 o C 10% A 75 % DE humedad relativa	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	100

1. Especificaciones Técnicas

- **DEBE DECIR:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONCENTRACION/ESPECIFICACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
337	42181801-001	Sensor de oximetro del pulso	Debe ser : SPO2: Rango de medición : 0-100 % Resolución ;: 1 % Precisión : al 70-100% +- 2% Tiempo de actualización de datos : <13s PULSO: Rango de medición : 25-250 1pm Resolución ;: 1 1pm Precisión : +-1% o +- 1 1pm Tiempo de actualización de datos : <13 Condiciones ambientales de operación: Temperatura: +5ºC a +40ºC Presion atmosférica: 700hPa- 1060hPa Humedad relativa: ≤ 85%	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	100

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE LOG.
COMANDO LOGISTICO

Sección VI. Formularios

- **DONDE DICE:**

Lista de Precios

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONCENTRACION/ESPECIFICACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (**)	PROCEDENCIA (**)	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO (**)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (**)
337	42181801-001	Sensor de oximetro del pulso	SPO2=30% en recien nacidos, en el rango de 70% a 100% , pulso =3latidos/min en el rango de 30 a 240 BPM , temperatura 50 o C 10% A 75 % DE humedad relativa	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	100				

Sección VI. Formularios

- **DEBE DECIR:**

Lista de Precios

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONCENTRACION/ESPECIFICACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (**)	PROCEDENCIA (**)	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO (**)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (**)
337	42181801-001	Sensor de oximetro del pulso	Debe ser : SPO2: Rango de medición : 0-100 % Resolución ;: 1 % Precisión : al 70-100% +- 2% Tiempo de actualización de datos : <13s PULSO: Rango de medición : 25-250 1pm Resolución ;: 1 1pm Precisión : +-1% o +- 1 1pm Tiempo de actualización de datos : <13 Condiciones ambientales de operación: Temperatura: +5ºC a +40ºC Presion atmosférica: 700hPa- 1060hPa Humedad relativa: ≤ 85%	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	100				

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS M[illegible] TOLMÁN ROJAS
Cap Int Jefe [illegible] UOC CF Nº 5