PAC Nº: 351.173

ADENDA Nº 02/2018

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 91/18 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL-MSP Y BS" – PLURIANNUAL ID N° 351.173,** SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL SICP, EN CUANTO AL PLAZO DEL LLAMADO Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Nombre Genérico	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación
1	Tripsina Inmunoreactiva	DETERMINACIONES EN MUESTRAS DE SANGRE EN PAPEL DE FILTRO METODOLOGIA FLUOROMETRIA A TIEMPO RESUELTO CON PUNTO DE STOP. Presentación de entrega: Cajas de 960 DET como mínimo. Con papel de filtro compatible con los reactivos solicitados y estandarizados en el Programa de Fibrosis Quística y Retardo Mental. Para toma de muestra coordinar numeración con el Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental. Reactivo con equipo en comodato de forma automatizada que incorpore el menor número de intervenciones en el procedimiento hasta la impresión del resultado, software propio que arroje resultado no mayor a dos decimales que procese al menos mil (1000) muestras de sangre seca, para pesquisas neonatal tomadas sobre papel de filtro, en un plazo máximo de 12 horas. El servicio técnico y el mantenimiento de los equipos usufructuados debe ser mensual y disponible las 24 hs., en caso de algún desperfectos de estos. **Sensibilidad mínima del ensayo de 2 µU/mL de sangre (4.4 µU/mL de suero).**	Determinación	Unidad
2	TSH Neonatal	DETERMINACIONES EN TSH NEONATAL EN MUESTRAS DE SANGRE SECA EN PAPEL DE FILTRO, METODOLOGIA FLUOROMETRIA A TIEMPO RESUELTO CON PUNTO DE STOP. Presentación De Entrega: KIT CONTENIENDO COMO MINIMO DE 960 DET. Con papel de filtro compatible con los reactivos solicitados y estandarizados en el Programa de Fibrosis Quística y Retardo Mental. Para toma de muestra, coordinar numeración con el Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental. Reactivo con el equipo en comodato de forma automatizada que incorpore el menor número de intervenciones en el procedimiento hasta la impresión del resultado, software propio que arroje resultado no mayor a dos decimales, que procese al menos (1000) mil muestras de sangre seca, para pesquisas neonatal tomadas sobre papel de filtro, en un plazo máximo de 12 horas. - Realiza detección y elución de muestras, lavados, dispensado de reactivos, agitación y transporte de placas. Lee y calcula resultados. Detecta fluorescencia a tiempo resuelto. Identifica la posición de las muestras en cada placa y a las placas por código de barras. El software de lectura e interpretación de resultados permite la utilización de listas de trabajo, edición de curvas de calibración y almacenamiento por lote. El servicio técnico y de mantenimiento de los equipos usufructuados debe ser mensual y disponible las 24 hs., en el caso de algún desperfecto de estos. **Sensibilidad mínima del ensayo de 2 µU/mL de sangre (4.4 µU/mL de suero).**	Determinación	Unidad
3	Leucil Alanina L-leu-ala	Bulk package, hidratado en gramos. Frasco por 5 Gramos como mínimo	Unidad	**Frasco**

Los demás puntos y secciones no mencionados en la presente Adenda permanecen invariables

Asunción, 07 de diciembre de 2018.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.