ACLARATORIA Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2019

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FIUNA"
ID Nº 362499

Campus de la UNA, San Lorenzo, 16 de Noviembre de 2019.

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

Por la presente me dirijo a ustedes de manera a dar respuesta a las consultas realizadas a esta Unidad, relacionadas al llamado de referencia, mencionando lo siguiente:

CONSULTA Nº 1:

Ítem 29 - MEDIDOR DE LABORATORIO DE pH, mV y ºC.

Donde dice: "5 amortiguadores memorizados automáticamente (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)"; Consulta: ¿Puede Ofrecerse un equipo con puntos de calibración: 7.00, 4.00, 10.01, 1.68, 12.45?

RESPUESTA Nº 1:

La Convocante ha resuelto modificar las especificaciones técnicas del Ítem 29, en atención a la consulta precedente. Remitirse a la **ADENDA Nº 1**.

CONSULTA Nº 2:

Ítem 29 - MEDIDOR DE LABORATORIO DE pH, mV y ºC.

Donde dice: "Compensación de temperatura automática o manual de -9.9º C a 120º C" Considerando que el rango de medición de temperatura es de 0º C a 100º C; Consulta: ¿Puede ofrecerse un equipo cuyo rango de compensación de temperatura sea de 0º C a 100º C?

RESPUESTA Nº 2:

La Convocante ha resuelto modificar las especificaciones técnicas del Ítem 29, en atención a la consulta precedente. Remitirse a la **ADENDA Nº 1**.

CONSULTA Nº 3:

Ítem 31 - BALANZAS, CAP. 4.2 kg.

Donde dice: "Deberá soportar temperaturas entre 0º C y 40º C"; Consulta: ¿Puede ofrecerse un equipo cuyo rango de temperaturas de trabajo sea de 10º a 30º C?

RESPUESTA Nº 3:

No. Se regirán según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mai: llamadosuoc@ing.una.py

CONSULTA Nº 4:

Ítem 32 - BALANZA, CAP. 210 g.

Donde dice: "Deberá soportar temperaturas entre 0º C y 40º C"; Consulta: ¿Puede ofrecerse un equipo cuyo rango de temperaturas de trabajo sea de 10º a 30º C?

RESPUESTA Nº 4:

No. Se regirán según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente,

Lic. Agustín Gavilán Viera
Jefe de la UOC

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mai: llamadosuoc@ing.una.py