INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2014"

ACLARACIÓN N° 2

Asunción, 06 de marzo 2014.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2014", ID 265.351,** se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas:

1. **Consulta:** Ítem N° 1. "Ecografo multipropósito, Doppler color, modular para aplicaciones generales para el Servicio de Ecografía General Centralizada del Hospital Central del IPS"
En el ítem 1.2.4, solicita capacidad de almacenamiento en disco rígido en (HDD) de al menos 160 GB: sugerimos ampliar la capacidad del disco rígido (HDD) de al menos 280 GB o más para mejor capacidad de almacenamiento, no afecte la velocidad del equipo y optimizar tiempo por la cantidad de pacientes que maneja la institución.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.

2. **Consulta:** Ítem N° 1: "Ecografo multipropósito, Doppler color, modular para aplicaciones generales para el Servicio de Ecografía General Centralizada del Hospital Central del IPS"
En el ítem 1.2.6, solicita rango dinámico de al menos 195 db: Sugerimos disminuir el rango dinámico 160 db ajustable para dar posibilidad de participación a un número mayor de oferentes
Respuesta: Se aclara que lo solicitado es Rango dinámico de al menos 195 dB, por lo que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

3. **Consulta:** Ítem N° 1· "Ecografo multipropósito, Doppler color, modular para aplicaciones generales para el Servicio de Ecografía General Centralizada del Hospital Central del IPS"
En el ítem 1.2.7 donde menciona 3 puertos activos como mínimo, para conexión de transductores sugerimos· cuatro puertos activos como mínimo a fin de no dañar los puertos en los intercambios de transductores.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.

4. **Consulta:** Ítem N° 1: "Ecografo multipropósito, Doppler color, modular para aplicaciones generales para el Servicio de Ecografía General Centralizada del Hospital Central del IPS"
En el ítem 1.5 2 solicita Transductor lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 6 a 12 MHZ· Sugerimos con ancho de banda de al menos 3 a 12 MHZ.
Respuesta: Se aclara que lo solicitado es Transductor lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 6 a 12 MHZ Por lo que el oferente deberá ajustase al Pliego de Bases y Condiciones.

5. **Consulta:** Ítem N° 1: "Ecografo multipropósito, Doppler color, modular para aplicaciones generales para el Servicio de Ecografía General Centralizada del Hospital Central del IPS"
En el ítem 1.5.5 solicita Transductor endocavitario transrectal con un ancho de banda de 5 a 8 MHZ con ángulo de exploración de al menos 135 grados. Cantidad mínima de 1(uno) unidad por la totalidad de los equipos, solicitamos que sea de 3 6 a 10 MHZ. Y de al menos 158 grados para mejorar el ángulo de exploración.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Nega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.

6. **Consulta:** Ítem N° 2: Ecografo multipropósito Doppler color portátil para aplicaciones Generales para el Servicio de Cirugía de Mínima Invasión del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 2.2.2. Solicita peso hasta 5 kg incluyendo pantalla y batería interna. Sugerimos un parámetro de 5 Kg a 6.5 Kg incluyendo pantalla y batería interna para dar lugar a mayores oferentes.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2

7. **Consulta:** Ítem N° 2: Ecografo multipropósito Doppler color portátil para aplicaciones Generales para el Servicio de Cirugía de Mínima Invasión del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 2.2.6. Solicita capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 80 GB. Solicitamos aumentar la capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) a 160 GB. Atendiendo a la demanda de pacientes y el procedimiento del servicio de cirugía de mínima invasión.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.

8. **Consulta:** Ítem N° 2: Ecografo multipropósito Doppler color portátil para aplicaciones Generales para el Servicio de Cirugía de Mínima Invasión del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 2.2.7 Solicita memoria cine de al menos 1000 cuadros: sugerimos que la memoria sea de al menos 1400 cuadros o más, para tener un mayor periodo de imágenes almacenadas, esto ayudara a una mejor detección del problema del paciente.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.

9. **Consulta:** Ítem N° 2: Ecografo multipropósito Doppler color portátil para aplicaciones Generales para el Servicio de Cirugía de Mínima Invasión del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 2.2.8 Solicita rango dinámico de 165 db o mejor: sugerimos que el rango sea de 100 db o mejor para dar participación a mas oferentes
Respuesta: Se aclara que lo solicitado es Rango dinámico de al menos 165 db. o mejor. Por lo que el oferente deberá ajustase al Pliego de Bases y Condiciones.

10. **Consulta:** Ítem N° 2: Ecografo multipropósito Doppler color portátil para aplicaciones Generales para el Servicio de Cirugía de Mínima Invasión del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 2.2.9. Solicita 1 (un) puerto activo, como mínimo, para conexión de transductores fácilmente intercambiables: sugerimos aumentar por lo menos a dos puertos activos externos.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.

11. **Consulta:** Ítem N° 2: Ecografo multipropósito Doppler color portátil para aplicaciones Generales para el Servicio de Cirugía de Mínima Invasión del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 2.4.2.9 Solicita la función del convexo virtual: sugerimos descartar ítem por lo que entendemos que es características de ciertas marcas.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.

12. **Consulta:** Ítem N° 3: Ecografo multipropósito Doppler color modular para aplicaciones Generales para el Servicio de imagen Mamaria del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 3.2.4. Solicita capacidad de almacenamiento en disco rígido HDD de al menos 160 GB solicitamos aumentar al menos de 800 GB o mas por importancia de almacenamiento de estudios que pueden utilizar sobre el cáncer de mama por ser una de las causantes de mayor índice de mortalidad en las mujeres.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2, en la que se modifica la Sección III Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas.

13. **Consulta:** Ítem N° 3: Ecografo multipropósito Doppler color modular para aplicaciones Generales para el Servicio de imagen Mamaria del Hospital Central del IPS.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria Marina B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

En el Ítem 3.2.11. Solicita 1024 o más canales digitales de procesamiento no multiplexados. sugerimos sea de al menos 60.000 o más canales de procesamiento no multiplexados.
Respuesta: Se aclara que lo solicitado es 1024 o mas canales digitales de procesamiento no multiplexados, por lo que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

14.Consulta: Ítem N° 3: Ecografo multipropósito Doppler color modular para aplicaciones Generales para el Servicio de imagen Mamaria del Hospital Central del IPS
En el Ítem 3 4 1.6. Solicita capacidad de almacenamiento de imágenes estáticas y clips dinámicos. con capacidad de almacenamiento de al menos 70.000 imágenes· sugerimos que la capacidad de almacenamiento de imágenes estáticas y clips dinámicos sea de 64 000 imágenes para dar lugar a más oferentes.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2

15.Consulta: Ítem N° 3: Ecografo multipropósito Doppler color modular para aplicaciones Generales para el Servicio de imagen Mamaria del Hospital Central del IPS.
En el Ítem 3 5.2. Solicita transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 6 a 12 MHZ. Cantidad mínima: 01 (uno) unidad por cada equipo. Sugerimos solicitar de al menos 3 a 12 MHZ.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4

16.Consulta: Ítem N° 4: Electrocardiógrafo.
En el Ítem 2.3. Solicita de 320 (o más) x 240 (o más) pixeles: sugerimos aumentar a 600 (o más) x 320 (o más) pixeles o más.
Respuesta: Se aclara que lo solicitado es de 320 (o más) x 240 (o más) pixeles. Por lo que el oferente deberá ajustase al Pliego de Bases y Condiciones.

17.Consulta: Ítem N° 4. Electrocardiógrafo
En el Ítem 2.4 Solicita tamaño diagonal de 5 pulgadas o mas. sugerimos aumentar a 8 pulgadas o mas para una mejor visualización.
Respuesta: Se aclara que lo solicitado es tamaño diagonal de 5" o más Por lo que el oferente deberá ajustase al Pliego de Bases y Condiciones.

18.Consulta: Ítem N° 4: Electrocardiógrafo.
En el ítem. 6.4. Solicita Batería interna recargable con autonomía de al menos 30 minutos: sugerimos aumentar la autonomía de al menos 2 horas o más.
Respuesta: Se aclara que lo solicitado es Batería interna recargable con autonomía de al menos 30 minutos. Por lo que el oferente deberá ajustase al Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María Bernega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios