Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No. 58/2017
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE VALLEMI Y VILLETA"

ADDENDA Nº 3

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación por Concurso de Ofertas Nº 58/2017 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

1)- Queda redactada de la siguiente manera:

No. de Artículo	*Nombre del Servicio*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
	Fca. Vallemí	
1	BAÑO MARIA PARA LABORATORIO	Baño maria de bocas. De: 8 litros Gabinete de material plástico resistente a la corrosión y altas temperaturas. Tanque de acero inoxidables 304 sin soldaduras y canto redondeados Resistencia tubular blindada. Faja de trabajo entre 5°C arriba de la temperatura ambiente hasta 110°C. Nivel constante; tapa de acero inoxidable movible. Anillo de reducción en acero inoxidable en 3 tamaños: 104, 75 y 45 mm. Micro controlador electrónico con precisión de 0,5°C, indicación digital de la temperatura programada en el display verde y de la temperatura actual en el display rojo. Sensor de temperatura tipo Pt – 100, encapsulado en acero inoxidable. Debe incluir anillos de reducción, tapas y manual de instrucciones en español.
3	PLANCHA CALEFACTORA	Dimensiones: 45x35 cm. Potencia: 1.500 W. Tensión de Alimentación: 220 VAC / 50 Hz. Temperatura requerida: hasta 320° c.
4	MUFLA ELECTRICA	Temperatura: 1.200°C. Tensión de Alimentación: 220 VAC / 50 Hz. Dimensiones internas, dimensiones internas: h:10 a 15 cm a:15 a 20 cm l: 20 a 30 cm.

Ing. Miguel López
Gerencia Industrial
INC
27/07/17

Lic. Roque A. Noguera O.

5	AGITADOR MAGNETICO CON ILUMINACION	Tensión de Alimentación: 220 VAC / 50 Hz. Dimensiones del plato: Ø: 13,5 cm. Agitación requerida W: 1500 rpm.
7	BALANZA ANALÍTICA	Con lectura de 0,1 mg. Tiempo de estabilización: 3 segundos Capacidad máxima: 200 gramos Reproducibilidad: menor o igual ± 2 mg. Corte de aire incluido. Tensión de Alimentación: 220 VAC / 50 Hz.
	Fca. Villeta	
13	MEDIDORES DE PH	Medidores de PH de mesada, automático digital para aplicaciones de laboratorio y de proceso.

Los demás puntos quedan invariables

Ing. Miguel López
Gerencia Industrial
I.N.C.
27/07/17

Abog. César Diesel Marín
Gerente Unidad Operativa de Contratación

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dptto. Licitaciones y Contrataciones