LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 45/18
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA"

ADENDA N° 6

Asunción, 06 de julio de 2018.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 45/18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA"**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. SECCIÓN I – DATOS DE LA SUBASTA - IAO 23.2. PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

IAO 23.2	Presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, el/los oferente/s ubicado/s en el/los 4 (cuatro) primeros lugares deberá/n presentar sus respectivas documentaciones (1 (un) ORIGINAL y 2 (dos) COPIAS) en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. Atención: **Instituto de Previsión Social/Dirección Operativa de Contrataciones** Dirección: **Constitución y Luis Alberto de Herrera** Número del Piso/Oficina: **Edificio Caja Central, Primer Piso – Sala de Aperturas de Sobres- Oferta.** Ciudad: **Asunción, Paraguay** En caso de la no presentación de las ofertas se aplicará lo establecido en el Art. 37 del Decreto 1107/14. ***Observación:* La fecha del formulario de apertura física no debe ser posterior a la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO 19.G**

3. SECCIÓN II - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - PUNTO 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – MUESTRAS. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Muestras	Las muestras deberán presentarse en el Departamento de Laboratorio de Producción dependiente de la Dirección de Logística de Suministro de Salud, sito en Dr. Peña casi Dr. Bestard desde la 07:00 Hs del día marcado para la apertura de sobres ofertas, hasta las 12:00 Hs del día hábil siguiente. Cuando los oferentes no presenten las muestras en el plazo señalado la Convocante deberá requerir su presentación, otorgando un plazo de 24 horas contados desde la recepción por el oferente del requerimiento. La no presentación de las muestras en los periodos señalados será causal de descalificación en el Ítem. Excepcionalmente la Máxima Autoridad de la Convocante podrá solicitar la

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

presentación de las muestras aun transcurridas los plazos señalados.

Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto; será entregado en caso de ser adjudicado: (ítems: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,30,33,35,37,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,56,59,61,62,63,64,65,74,75,76,77,98,105,112, 114 y 121.

El envase primario deberá tener impreso en el mismo Marca - Procedencia - Fabricante - N° de lote - Vencimiento - Descripción del material (composición) - Si son productos estériles o no y de serlo deben figurar con fecha de vencimiento de la esterilidad. De no contar con detalles de EE.TT en forma externa por el envase primario, deberá tenerlos en el interior del producto a través de un catálogo interno. La MARCA deberá figurar de origen por el envase primario.

Con las muestras se verifican si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas detalladas (origen, marca, presentación, etc.). Deberán estar correctamente identificadas con rótulos con los siguientes datos:

1. NOMBRE DE LA EMPRESA
2. N° Y NOMBRE DEL LLAMADO
3. N° DE ITEM
4. DESCRIPCIÓN DEL ITEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS.

En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar una lista en duplicado de lo entregado con la firma del responsable, conforme a la siguiente Planilla:

PLANILLA DE MUESTRAS

NOMBRE DE LA EMPRESA					
LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS					
ITEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA	ORIGEN	PROCEDENCIA

En caso de detectarse discrepancia en los mismos, la oferta del Ítem correspondiente será rechazada.
Toda documentación e información sobre la muestra presentada, deberá estar en idioma español.
Las muestras no adjudicadas serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio, para lo cual cumplidos los 15 (quince) días hábiles posteriores a la suscripción del Contrato, el Comité Evaluador, a través del integrante representante de la Dirección Operativa de Contrataciones, solicitará al oferente, por cédula de notificación, vía fax o personal, el retiro de las muestras dentro del plazo perentorio de 05 (cinco) días hábiles, caso contrario, expirado este plazo, las muestras serán remitidas a la Dirección Administradora del Contrato para que disponga a las mismas, llegado a esta situación el IPS no será responsable por el extravío o deterioro de las muestras.
En el caso de que se presentaran procesos de impugnación (protesta y/o denuncia) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, las muestras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	de los ítems, objeto de protesta, deberán permanecer en las instalaciones de la Entidad Convocante hasta tanto se resuelvan los referidos procesos de impugnación, para lo cual se aplicara el procedimiento d entrega establecido en el párrafo anterior. Las muestras de los productos adjudicados quedarán como contra muestras para la recepción del bien, siendo remitido al Departamento de Administración de Suministros Médicos receptor del bien. Para el efecto, el Comité Evaluador, a través del integrante representante de la Dirección Operativa de Contrataciones solicitara a la DOC, nota de por medio, el envío a la Dirección Administradora del Contrato, pudiendo la misma formar parte de la última entrega a realizar, por parte del adjudicatario y el DASM, según corresponda el tipo de llamado y al ítem adjudicado. **MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD:** El Comité Evaluador a través del integrante representante de la Dirección Operativa de Contrataciones solicitara al oferente notificación de por medio, la entrega en un plazo de 48 hs, las Muestras que deberán pasar por el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos para la evaluación e informe correspondiente. Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema ***"CUMPLE"*** o ***"NO CUMPLE"***

4. SECCIÓN II - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - PUNTO 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - CAPACIDAD FINANCIERA. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Capacidad Financiera	**Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,15 en promedio, en los años 2015, 2016 y 2017. **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2015, 2016 y 2017. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2015, 2016 y 2017. **Capital Operativo** (activo corriente – pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2017) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado
	Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema ***"CUMPLE"*** o ***"NO CUMPLE"***

5. SECCIÓN III - REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
1	6902	51241120-004	**ACEITE DE SILICÓN:** ACEITE DE SILICÓN P/CIRUGÍA DE RETINA, PURIFICADO, ESTÉRIL, APIRÓGENO	De : 5000 centistokes en frasco o jeringa de 5 a 10 ml + catéter inyector. Presentación: kit. Uso oftalmológico.	Unidad	Unidad	
2	9870-1	42312005-002	**CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:** CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL P/USO OFTALMOLÓGICO	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 1 bolsillo lateral p/colecta de líquidos durante la cirugía	Unidad	Unidad	
3	9870-2	42312005-002	**CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:** CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 2	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			P/USO OFTALMOLÓGICO	bolsillos laterales p/colecta de líquidos durante la cirugía			
4	6883-1	42142402-014	**CANULA DE EXTRUSIÓN:** CÁNULA DE EXTRUSIÓN DE CHARLES C/PUNTA SILICONADA	Descartable. Diámetro: 20G	Unidad	Unidad	
5	6883-2	42142402-014	**CÁNULA DE EXTRUSIÓN:** CÁNULA DE EXTRUSIÓN DE CHARLES C/PUNTA SILICONADA	Descartable. Diámetro: 23 G.	Unidad	Unidad	
6	7073	42142402-012	**CÁNULA DOBLE VÍA:**CÁNULA DOBLE VÍA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN TIPO SIMCOE C/ TUBULADURA DE SILICÓN DE 3,5 CM DE LONGITUD	Cánula 23 G., Curva. Aspirador 0,3 mm de diámetro, Serv. De Oftalmología	Unidad	Unidad	
7	3910	42311708-003	**CINTA ADHESIVA:** CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 2.5 CM	2,5 cm de ancho x 4,5 m. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable	Unidad	Unidad	
8	9297	42183022-008	**ESFERAP/ENUCLEACIÓN:** ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 10, 14, 18 Y 22 MM DE DIÁMETRO		Unidad	Unidad	Se precisan las medidas de 14, 18 y 22 mm a ser solicitadas según necesidad del Servicio.
9	10389	42292501-001	**HISOPO:** COTONETES (Hisopos de 8 cm + - 1 cm de largo: palillo de polipropileno, algodón, hidroxietilcelulosa y triclosano (antigérmen) con ambas puntas de algodón).	Caja de cartón o envase de plástico por 75 a 150 unidades. Presentación: caja.	Caja	Unidad	
10	7150	42295114-001	**CUCHILLETE OFTALMOLOGICO:** CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN TIPO CRESCENT 2,75MM.DE ANCHO o menor ANGULADO	Descartable.	Unidad	Unidad	
11	7152	42295114-001	**CUCHILLETE OFTALMOLOGICO:** CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO MICROBISTURÍ DE ÁNGULO 15° RECTO	Descartable.	Unidad	Unidad	
12	7153	42295114-001	**CUCHILLETE OFTALMOLOGICO:** CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO QUERÁTOMO 2,75MM.DE ANCHO o menor ANGULADOO	Descartable.	Unidad	Unidad	
13	9298	42294510-001	**ESPONJA OFTALMOLOGICA :** ESPONJA ABSORBENTE CON MANGUITO, DE PLÁSTICO DE 8 MM DE LARGO O MENOR , ESTÉRILES.	Caja por 10 y/o 20 paq. Presentación: caja.	Caja	Unidad	Podrá ofertarse caja por 25 unidades.
14	6878	42294510-001	**ESPONJA OFTALMOLOGICA :** ESPONJA DE SILICÓN 509, APAISADA DE 7,5 X 3,5 MM	Aplanada de 7,5 x 3,5 mm.	Unidad	Unidad	
15	9300	42294521-002	**EXPLANTE RÍGIDO:** EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO , BANDA DE CERCLAJE ESTILO **287**	Tipo convexa de 7 mm(+ - 1) de ancho con surco central de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	Unidad	Unidad	
16	9301	42294521-002	**EXPLANTE RÍGIDO:** EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO, LAZO DE SILICONA ESTILO **287**	Tira plana de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	Unidad	Unidad	
17	6886-2	42294513-002	**FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER :** FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER DE **23G**	Descartable. Compatible con equipo en uso.	Unidad	Unidad	
18	6880	42183023-013	**SET DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO:** JUEGO DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO MODELO C3F8(TEMP. AMBIENTE - SITIO SECO)	Con Contenedor De Gas Esterilizado 30 mL, 1(Un) Dispositivo De Jeringa Esterilizada, Filtro Conector Para Cambio Fluido/Gas, Una Aguja 30 G, 5 Etiquetas Y Brazalete P/Pcte. Presentación: set	Unidad	Unidad	
19	6898	42294523-999	**SOLUCIÓN OFTALMOLOGICA VICOELASTICA:** PERFLUORODECALINE LÍQUIDO ESTÉRIL	Frasco De 5 a 7 ml. Presentación: frasco.	Frasco	Unidad	
20	6882	42294513-001	**PUNTA DE VITRECTOMIA: PUNTAS DE VITRECTOMÍA**	Descartable	Unidad	Unidad	
21	2656	42312201-006	**HILO PARA SUTURA POLIAMIDA:** SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 10/0 C/2 AGUJAS.	Long. De Hebra 30 Cm. Con 2 Agujas Armadas, Punta Espatulada De 1/2 Círculo 7,1 mm, + - 1 mm. Oftalmología	Unidad	Unidad	
22	8067	42312201-008	**SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIESTER:** SUTURA	Agujas Espatuladas Modelo T1, Hebra Trenzada. Longitud	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS	mínima 45 Cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)			
23	2699	42312201-005	**HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA:** SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 6/0 C/2 AGUJAS DE 0,87 MM	Long. de hebra como mínimo 45 cm. Con 2 agujas doble armada punta espatulada 1/4 de círculo 0,87 cm, para oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
24	9352	42312201-005	**HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA:** SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 8/0 C/2 AGUJAS	Long. de hebra como mínimo 20 Cm. Agujas Dobles Armadas Punta Espatulada De 3/8 Círculo, 0,65 mm . Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
25	2700	42312201-005	**HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA:** SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 7/0 C/2 AGUJAS	Longitud de hebra como mínimo 45 cm agujas dobles armadas, Punta espatulada de 3/8 Círculo 0,65 mm. Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
26	2676	42312201-007	**HILO PARA SUTURA DE SEDA:** SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 5/0 CON AGUJA	Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 20 mm o menor. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
27	2678	42312201-007	**HILO PARA SUTURA DE SEDA:** SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA VIRGEN N° 8/0 CON 2 AGUJAS	Uso oftalmológico, con 2 agujas 3/8 circulo, 0.65 mm. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
28	7140-1	42291613-006	**TREPANO QUIRURGICO:** TREPANOCORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON)	De 6.0 A 9.5 Mm De Diámetro RECEPTOR.	Unidad	Unidad	Debe ser la medida de 7,50 y 7,75 = 50% de cada medida
29	7140-2	42291613-006	**TREPANO QUIRURGICO: TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE** ANTIDESLIZANTE.	De 6.0 A 9.5 Mm De Diámetro DONANTE.	Unidad	Unidad	Debe ser la medida de 7,75 y 8,00 = 50% de cada medida
30	6795	51241120-014	**CLORURO DE SODIO-IRRIGACIÓN OCULAR :** SOLUCION SALINA BALANCEADA ESTERIL P/IRRIGACION OCULAR	Frasco o sachet de 500 ml. Presentación: frasco o sachet.	Unidad	Unidad	
31	7447	42294303-001	**ANILLO QUIRURGICO OFTALMICO:** ANILLO DE FIJACIÓN ESCLERAL DE KATENA, PARA INCISIÓN DE	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			FACOEMULSIFICACIÓN EN CÓRNEA CLARA				
32	7448	42294513-004	**ANILLO DE FIJACIÓN PARA VITRECTOMIA:** :ANILLO DE FIJACIÓN PARA LENTES DE VITRECTOMÍA	Silicona.	Unidad	Unidad	
33	7451	42183022-999	**ANSA OFTALMOLOGICO:** ANSA DE NÚCLEO	Acero inoxidable y/o titanio. Punta curva, superficie ranurada. (cerrada).	Unidad	Unidad	
34	7479	42181515-008	**CAJA P/INSTRUMENTAL:** CAJA DE ESTERILIZACIÓN P/INSTRUMENTALES VARIOS, ACERO INOXIDABLE C/ PROTECTOR DE SILICÓN	De 330 X 220 X 20 Mm	Unidad	Unidad	Los contenedores podrán contar con perforaciones en sus superficies superior e inferior.
35	6884	42142402-015	**CANULA DE INFUSIÓN: CÁNULA DE INFUSIÓN PARA VITRECTOMÍA 4 MM**	Descartable. Uso oftalmológico	Unidad	Unidad	
36	6890	42294511-027	**GANCHO DE IRIS: GANCHOS DE IRIS "DE JUAN" (GRIESHABER)**	Descartable, caja x 10/ 20 Unid. Uso oftalmológico.	Unidad	Unidad	
37	7489	42142402-010	**CÁNULA PULIDORA DE CÁPSULA POSTERIOR:** CÁNULA PULIDORA DE CÁPSULA POSTERIOR TIPO JENSEN DE 25 G	Acero Inoxidable Con Impregnación De Carburo En La Punta	Unidad	Unidad	
38	8072	42295104-002	**CAUTERIO BI POLAR:** CAUTERIO MANUAL A BATERÍA	C/ Mango Para 2 Baterías AA Y Puntas Recambiables	Unidad	Unidad	
	7147	42182005-007	**COMPAS OFTALMOLOGICO** COMPAS TIPO CASTROVIEJO DE 20MM DE APERTURA, CURVO, CON REGLA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
40	7146	42182005-007	**COMPAS OFTALMOLOGICO:** COMPAS TIPO CASTROVIEJO DE 20MM DE APERTURA, RECTO, CON REGLA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
41	7531	42183022-003	**CUCHARILLA DE ENUCLEACIÓN:** CUCHARILLA DE ENUCLEACIÓN	Acero Inoxidable	Unidad	Unidad	
42	7533	42183022-004	**CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN:** CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN, PEQUEÑA	Acero inoxidable. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
43	7532	42183022-004	**CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN:** CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN,GRANDE	Acero Inoxidable.Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
44	7537	42291607-999	**CURETA QUIRURGICA:** CURETA DE CHALAZION MEYERHOEFER SET DE 5: TAMAÑO N° 0-1-2-3 Y 4	Acero Inoxidable y/o titanio.	Set	Unidad	
45	7549	42294521-999	**DEPRESOR ESCLERAL:** DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL, GRANDE	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
46	7550	42294521-999	**DEPRESOR ESCLERAL:** DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL,PEQUEÑO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
47	7551	42294521-999	**DEPRESOR ESCLERAL:** DEPRESOR ESCLERAL DOBLE, DE BOLSILLO, TIPO SCHOCKET	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
48	7588	42294511-999	**ESCARIFICADOR OFTALMOLOGICO:** ESCARIFICADOR DE DESMARRES PEQUEÑO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
49	7649	42294002-999	**ESPÁTULA OFTALMOLOGICA:** ESPÁTULA DE IRIS DE BARRAQUER, CILÍNDRICA, PEQUEÑA 0,25 MM DIÁMETRO, ANGULADA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
50	7650	42294002-999	**ESPÁTULA OFTALMOLOGICA:** ESPÁTULA DE KIMURA, PARA ESCARIFICACIÓN CORNEAL Y CULTIVO	Platino	Unidad	Unidad	
51	7651	42183022-005	**ESPÁTULA DE NÚCLEO DE NAGAHARA:** ESPÁTULA DE NÚCLEO DE NAGAHARA, BORDE INFERIOR PLANO P/ FACOEMULSIFICACIÓN	Acero Inoxidable y/ o titanio	Unidad	Unidad	
52	7652	42183022-006	**ESPÁTULA DOBLE:** ESPÁTULA DOBLE PARA COCLODIÁLISIS TIPO CASTROVIEJO, 0,25 MM DE ANCHO	Acero Inoxidable y /o titanio.	Unidad	Unidad	
53	7654	42183022-007	**ESPÁTULA PARA CUERPO EXTRAÑO:** ESPÁTULA PARA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			CUERPO EXTRAÑO, GOLF CLUB, PUNTA REDONDEADA ANGULADA				
54	7665	42291706-011	**FRESA MANUAL A BATERIA :** FRESA MANUAL P/ CUERPO EXTRAÑO CORNEAL A BATERIA, MANGO CON TAPA.	Batería AA X 2. Puntas De 0.5 Y 1.0 Mm. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
55	7666	42291706-011	**FRESA MANUAL A BATERIA :** FRESA MANUAL P/ PTERIGION A BATERIA, MANGO CON TAPA	c/ Baterías AA X 2. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
56	7678	42294511-997	**GANCHO OFTALMOLOGICO:** GANCHO DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE GASS, CON AGUJERO OVALADO EN LA PUNTA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
57	7679	42294511-027	**GANCHO DE IRIS:** GANCHO DE IRIS Y MANIPULADOR DE LIO DE KUGLEN, ANGULADO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
58	9405	42294203-001	**LENTES DE PROTECCION OCULAR PARA CIRUGIA:** LENTES DE AUMENTO PARA CIRUGÍA	Lupas Con Aumento X 4. Montadas En Anteojos	Unidad	Unidad	
59	8775	41122407-001	**MANGO P/ BISTURÍ:** MANGO PEQUEÑO (10 cm + - 2 cm) PARA BISTURÍ	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
60	8776	42294511-005	**MANIPULADOR DE NÚCLEO DRYSDALE:** MANIPULADOR DE NÚCLEO DRYSDALE	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
61	8777	42294521-001	**MARCADOR ESCLERAL:** MARCADOR ESCLERAL PARA CIRUGÍA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA	Acero Inoxidable y/ o titanio. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
62	8820	42294511-008	**PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR:** PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 12 MM DE DIAM	Acero Inoxidable Y Titanio	Unidad	Unidad	
63	8819	42294511-008	**PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR:** PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 8.0 MM DE DIAM	Acero Inoxidable y/ o titanio	Unidad	Unidad	
64	8822	42294511-007	**PINZA DE CHALAZIÓN OVAL:** PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, MEDIANA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
65	8821	42294511-007	**PINZA DE CHALAZIÓN OVAL:** PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, PEQUEÑA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
66	8824	42294511-006	**PINZA DE CHALAZIÓN TRIANGULAR:** PINZA DE CHALAZIÓN TRIANGULAR ANGULADA DE LORDAN	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
67	7104	42294511-010	**PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA SIN DIENTES :** PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA SIN DIENTES (8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
68	7105	42294511-009	**PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA CON DIENTES :** PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, RECTA (8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
69	7106	42294511-009	**PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA CON DIENTES :** PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, CURVA (8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
70	8828	42294511-011	**PINZA DE CÓRNEA:** PINZA DE CÓRNEA CASTRO VIEJO COLIBRÍ 0,12 CON DIENTES 1 X 2	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
71	7074	42294511-011	**PINZA DE CÓRNEA:** PINZA DE CÓRNEA CASTRO VIEJO-COLIBRÍ 0.12, CON PLATAFORMA	Acero Inoxidable y/o Titanio	Unidad	Unidad	
72	7103	42294511-998	**PINZA OFTALMOLOGICA DE FIJACIÓN:** PINZA DE FIJACIÓN CORNEAL EN FORMA DE U, CON DIENTES 1X2, 0.12 (para transplante	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jorge Jaime del Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			)				
73	7075	42294511-013	**PINZA DE TROUTMAN P/RECTO SUPERIOR, ANGULADA, CON DIENTES:** PINZA DE TROUTMAN P/RECTO SUPERIOR, ANGULADA, CON DIENTES 1 X 2	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
74	8868-1	42291802-043	**PINZA MOSQUITO:** PINZA MOSQUITO RECTA , DE HALSTED	Acero Inoxidable. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	La medida debe ser de 12,5CMS (+/- 0.5)
75	8868-2	42291802-043	**PINZA MOSQUITO:** PINZA MOSQUITO CURVA, DE HALSTED	Acero Inoxidable. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	La medida debe ser de 12,5CMS (+/- 0.5)
76	8869-1	42291802-043	**PINZA MOSQUITO:** PINZA MOSQUITO RECTA DE HARTMANN	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
77	8869-2	42291802-043	**PINZA MOSQUITO:** PINZA MOSQUITO CURVA, DE HARTMANN	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
78	7108	42294511-014	**PINZA UTRATA :** PINZA PARA CAPSULORREXIS DE UTRATA, CURVADA, PUNTAS DELICADAS TRIANGULARES DE 11 MM	Acero Inoxidable y/o Titanio	Unidad	Unidad	
79	10387	42294511-014	**PINZA UTRATA:** PINZA PARA CAPSULORREXIS, DE UTRATA, RECTA ,PUNTAS CORTANTES.	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
80	7110	42294511-015	**PINZA P/CAUTERIO BIPOLAR :** PINZA P/CAUTERIO BIPOLAR TIPO MC PHERSON PUNTA ROMA, ANGULADA C/ CABLE	Acero Inoxidable y/o titanio. Adaptable a equipo en uso. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
81	8896	42294511-016	**PINZA PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR:** PINZA PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR	Acero Inoxidable y7o titanio.	Unidad	Unidad	
82	8897	42294511-017	**PINZA PARA REMOVER SUTURA:** PINZA PARA REMOVER SUTURA, PUNTAS MUY FINAS IMPREGNADAS DE CARBURO	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
83	7112	42294511-018	**PINZA PORTA HILOS:** PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA ANGULADA P/SUTURA DE 9,0 a 11,0	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
84	7113	42294511-018	**PINZA PORTA HILOS:** PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA, RECTA P/SUTURA 9,0 a 11,0	Acero Inoxidable Y Titanio	Unidad	Unidad	
85	8898-1	42294511-018	**PINZA PORTA HILOS:** *PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, **RECTA**	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
86	8898-2	42294511-018	***PINZA PORTA HILOS:** PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, **CURVA**	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
87	8899-1	42294511-018	***PINZA PORTA HILOS:** PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON PLATAFORMA DE 6 MM, PARA HILOS 9.0 A 11.00 **Recta**	a) Acero inoxidable b) Titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
88	8899-2	42294511-018	***PINZA PORTA HILOS:** PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON PLATAFORMA DE 6 MM, PARA HILOS 9.0 A 11.00 **curva**	a) Acero inoxidable b) Titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
89	6891-2	42294511-028	**TIJERAS P/ VITRECTOMÍA:** PINZAS P/ VITRECTOMÍA CHARLES **23G**	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
90	6893-2	42294511-028	**TIJERAS P/ VITRECTOMÍA:** PINZAS P/ VITRECTOMÍA PARA CUERPO EXTRAÑO **23G**	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
91	7304	42142505-001	**PORTA AGUJA DE METAL :** PORTA AGUJAS DE KALT	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
92	7116	42142505-001	**PORTA AGUJA DE METAL :** PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍA HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, CON SEGURO	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
93	7115	42142505-001	**PORTA AGUJA DE METAL :** PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍAS HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, SIN SEGURO	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
94	7117	42142505-001	**PORTA AGUJA DE METAL :** PORTA AGUJAS STANDARD PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 CON SEGURO, curva	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
95	7118-1	42142505-001	**PORTA AGUJA DE METAL :** PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, RECTA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
96	7118-2	42142505-001	**PORTA AGUJA DE METAL :** PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
97	7119	42142529-001	**PORTA BISTURÍ DE METAL** PORTA LÁMINAS (PARA HOJAS DE AFEITAR ROMPIBLES)	Acero Inoxidable	Unidad	Unidad	
98	8068	42294512-001	**PROTECTOR OCULAR:** PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL	Plástico Claro O Aluminio	Unidad	Unidad	
99	8922	42294512-001	**PROTECTOR OCULAR:** PROTECTOR DE ORBITA	Plástico claro o aluminio. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
100	6873	42293131-002	**RETRACTOR ORBITARIO:** RETRACTOR ORBITARIO DE SCHEPENS	Acero Inoxidable	Unidad	Unidad	
101	7120	42182005-008	**ROTADOR DE LENTE INTRAOCULAR:** ROTADOR DE LENTE INTRAOCULAR, PUNTA ROMA, 0.2 MM DE DIÁM, TIPO SINSKEY II	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
102	8965	42291802-023	**SEPARADOR PARA CIRUGÍA:** SEPARADOR DE PÁRPADOS 20 CM. VARIANTE + - 2 CM. CON HOJAS SOLIDAS	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	Debe ser, separador de parpados de 20 mm variante +/- 2mm.-
103	7154	42291802-023	**SEPARADOR PARA CIRUGÍA:** SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN, TIPO LIEBERMAN	Acero Inoxidable y/o Titanio	Unidad	Unidad	
104	7155	42291802-023	**SEPARADOR PARA CIRUGÍA:** SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA RECIÉN NACIDO TIPO FRAENKEL	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
105	7157	42291802-023	**SEPARADOR PARA CIRUGÍA:** SEPARADOR DE PÁRPADOS TIPO BARRAQUER PARA NIÑOS	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
106	6905	42294503-001	**ANILLO QUIRURGICO OFTALMICO :** SET DE ANILLOS DE FIJACIÓN DE FLIERINGA	Set De 8 Anillos De 14 A 22 Mm De Diámetro) Acero Inoxidable. Presentación: set	Set	Unidad	
107	7159	42294522-001	**SET DE SONDAS LAGRIMALES :** SET DE SONDAS LAGRIMALES X 6: DE OOOO A 8	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: set	Set	Unidad	
108	7121	42291614-011	**TIJERAS DE CASTROVIEJO:** TIJERAS DE CASTROVIEJO, CURVA PARA TRANSPLANTE DE CÓRNEA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
109	7122	42294511-020	**TIJERAS DE CÓRNEA :**TIJERAS DE CÓRNEA UNIVERSAL TIPO CASTROVIEJO, HOJAS PEQUEÑAS, PUNTA ROMA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
110	7123	42294511-020	**TIJERAS DE CÓRNEA :** TIJERAS DE CÓRNEA, TIPO CASTROVIEJO PEQUEÑA PARA MICROCIRUGÍA, DERECHA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
111	7124	42294511-020	**TIJERAS DE CÓRNEA :** TIJERAS DE CÓRNEA, TIPO CASTROVIEJO, PEQUEÑA PARA MICROCIRUGÍA, IZQUIERDA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
112	7126	42294511-021	**TIJERAS DE ENUCLEACIÓN:** TIJERAS DE ENUCLEACIÓN, CURVATURA MEDIA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
113	7127	42294511-022	**TIJERAS DE IRIS:** TIJERAS DE IRIS TIPO BARRAQUER, HOJAS DE 7 MM, PUNTA ROMA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
114	3020	42291614-002	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida 3 años de garantía mínima	Unidad	Unidad	
115	7128	42294511-023	**TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA:** TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA, RECTA	Acero Inoxidable y7o titanio.	Unidad	Unidad	
116	7129	42294511-023	**TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA:** TIJERAS DE VANNAS,P/ CAPSULOTOMÍA, CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
117	7130	42294511-024	**TIJERAS DE WESTCOTT:** TIJERAS DE WESTCOTT PUNTA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			ROMA CURVA				
118	6894-2	42294511-028	**TIJERAS P/ VITRECTOMÍA:**TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA ANGULADA DE 90° O MENOR ANGULO **23G**	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
119	6895-2	42294511-028	**TIJERAS P/ VITRECTOMÍA:** TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA **RECTA 23G**	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
120	7131	42291614-003	**TIJERAS PARA CORTAR HILOS DE SUTURAS:** TIJERA PARA CORTAR SUTURAS JAFEE PUNTA CORTANTE, HOJA MEDIANA CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
121	7133	42291614-004	**TIJERA PARA TENOTOMÍA:** TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS CURVA	Acero inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	Unidad	Unidad	La medida debe ser de 11 cms o 12,5 cms
122	7132	42291614-004	**TIJERA PARA TENOTOMÍA:** TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS RECTA	Acero inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	Unidad	Unidad	La medida debe ser de 11 cms o 12,5 cms

6. SECCIÓN V. MODELO DE CONTRATO. PUNTO 11) FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

DONDE DICE:

El período de validez de la Garantía será de 14 (catorce) meses desde la suscripción del Contrato.

DEBE DECIR:

El período de validez de la Garantía será de 19 (diez y nueve) meses desde la suscripción del Contrato.

7. EN LA SECCIÓN VII. ANEXOS - DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA - F CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

F) Cualquier otro documento adicional requerido.		
1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en provisión de Insumos Médicos e Instrumentales a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013 – 2014-2015- 2016 - 2017), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta		
2. Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones. Todos los documentos deben estar traducidos al español.		
3. Copia autenticada de la habilitación vigente, para importar y/o comercializar Dispositivos Médicos-Hospitalarios y listado donde conste los productos ofertados, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS, Autoridad Sanitaria competente de nuestro país, la lista adjunta deberá llevar la misma fecha y firma de la Certificación. De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite con el adjunto del listado de los productos, que deberán llevar la misma fecha y marcados con resaltador los productos ofertados (se considerará válido la solicitud con registro de mesa de entrada asentada por el ente emisor cuya fecha sea máximo 5 (cinco) días corridos previa a la apertura del llamado).		
4. Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.		
5. Certificado de esterilidad de origen para todos los productos ofertados que soliciten dicha presentación en las EE.TT. debidamente autenticados, que podrá ser solicitado por el comité evaluador.		
6. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o Almacenamiento emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS, Autoridad Sanitaria competente de nuestro país, vigente durante toda la duración del contrato.		
7. El oferente deberá presentar cualquier documentación de origen o aclaratorio de los ítems en que se requieran que podrá ser solicitado por la Comisión Evaluadora, debidamente autenticados.		
8. Presentar Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia – Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuenten con ISO 13.485. Todos los documentos deben estar traducidos al español.		
9. Planilla de precios en planilla Excel en medio magnéticos versión 2003 o posterior.		
10. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.		
11. Certificado de Cumplimiento Tributario. Vigente.		
12. Copia Autenticada Patente Municipal. Vigente		
13. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social. vigente		
14. Balances de los años 2015, 2016 y 2017.		
15. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2015, 2016 y 2017.)		
16. Catálogos acompañados de una declaración jurada comprometiéndose a entregar el producto en las mismas condiciones en caso de ser adjudicado, los siguientes ítems: 18, 20, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 122.		
17. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Insumos Médicos e Instrumentales, donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió, y no podrán corresponder a un mismo llamado).		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

18. Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.***		
OBS. Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, el oferente podrá presentar copia simple de los mismos, sin perjuicio de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de resultar adjudicados. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada, conforme lo establece el Art. 45° del decreto 21909/03.-		

*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 24.2 de las IAO SBE.
Los oferentes que presenten la Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) emitida por el sistema, al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la misma, siempre que dichos documentos se hallen "ACTIVOS".

Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en los procedimientos de contratación por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica, deberán estar inscriptas y habilitadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Los CONSORCIOS O COASEGUROS interesados en participar en los procedimientos de contratación por la modalidad Subasta a la Baja Electrónica, deberá estar inscriptos y habilitados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES