EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

ADENDA Nº 01/2010
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2010
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO".
13/08/2010.

- **CONSULTA:** En el ítem 2 campana extractora, si se puede cotizar de material de fibra de vidrio.

  RESPUESTA: Necesitamos que el material sea de Metal Resistente a vapores ácidos (acero revestido de epoxy).

- **CONSULTA:** En el ítem 8 colorímetro de agua, si cual rango están precisando: hay de 0-25, 0-50,0-70, 0-500, 5-100.

  RESPUESTA: Precisamos un rango de 0 – 500, con intervalos de 1 unidad de color.

- **CONSULTA:** En el ítem 35 incubador, rango de temperatura de -10° a 60°, si no puede ser con rango de 5° a 50°.

  RESPUESTA: Debe ser de 5° c a 50° C.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.