San Lorenzo, 13 de setiembre del 2018.

ACLARACIÓN Nº 01

En referencia al Llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 05/2018 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO" ID Nº 348.776,** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

- **Consulta 1**.

Ítem 674 – Kit para Brucelosis

Se consulta si los kits deberán constar con algún certificado de acreditación de alguna acreditación internacional en al menos dos países o más, ya que a nivel Sudamérica existen marcas en Bolivia o Nicaragua acreditadas para venta doméstica o local, pero no cuentan con los estándares de calidad internacional, se recuerda que la brucelosis es una enfermedad infecciosa a nivel mundial, se contagia a los humanos, países como EEUU, Unión Europea, Rusia, Colombia, México, cuentan con altos estándares de calidad, por lo que para que los productos paraguayos pueden ingresar a dichos mercados es necesario cumplir con las acreditaciones.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 2**.

Ítem 674 – Kit para Brucelosis

También se recuerda que la Brucelosis es una enfermedad infecciosa del ganado bovino, ovino, caprino, porcino que se trasmite al hombre por la ingestión de alimentos de estos como la leche. Por lo que el kit a adquirir debería ser apto al menos para estas especies mencionadas, teniendo en cuenta que el costo es exactamente lo mismo, y los mayores fabricantes de kit para brucelosis del mundo acreditados por los organismos internacionales fabrican de esta forma sus reactivos.

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 3**.

Ítems 18 y 19

En ambos solicitan el mismo Agar Lisina Hierro, en diferentes cantidades y diferentes precios de referencia. Favor aclarar si es correcto

Respuesta: Se aclara que no son los mismos ítems. *Ítem 18: Agar LIA, ítem 19: Agar lisina de hierro*, Favor verificar el PBC.

- **Consulta 4**.

Ítems 63 Caldo Rappaport Vassiliadis soya

Se solicita informar la fórmula (composición) en gramos por litro

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 5**

Ítem 141 GALERIA PARA IDENTIFICACION PARA ENTEROBACTERIAS

Favor Informar si deben incluir en la oferta los reactivos reveladores en cantidad suficiente a los kits solicitados.

Respuesta: Los reactivos reveladores en cantidad suficiente a los kits solicitados, son parte de los Kits. Debe estar todo incluido

- **Consulta 6**

Ítem 590 Galerías para identificación de Campylobacter

Se solicita informar si se debe incluir en la oferta los reactivos reveladores en cantidad suficiente a los kits solicitados.

Respuesta: Los reactivos reveladores en cantidad suficiente a los kits solicitados, son parte de los Kits. Debe estar todo incluido

- **Consulta 7**

Ítems 676 y 719

Se solicita en ambos el mismo producto, en diferentes cantidades y diferentes precios de referencia. Se solicita aclarar si es correcto.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 8**

Ítems 687 y 757

Se solicita en ambos el mismo producto, en diferentes cantidades y diferentes precios de referencia. Se solicita aclarar si es correcto

Respuesta: No es el mismo producto. El Ítem 687 es un Caldo Sabouraud, utilizado para incubación de medicamentos para hongos.

- **Consulta 9**

En cuanto a los discos para antibiograma solicitados. Se solicita informar la concentración (carga) de cada antibiótico solicitado.

Respuesta: La carga de cada antibiótico se menciona en las especificaciones técnicas del PBC.

- **Consulta 10**

Ítem 22 Agar medio de cultivo

Puede ofertarse Agar Dextrosa de composición: Dextrosa 10 g/l, peptona: 10 g/l, Cloruro de Sodio: 5 g/l, Agar Bacteriológico: 15 g/l, Extracto de carne: 3 g/l?

Respuesta: Verificar adenda N° 4

- **Consulta 11**

Ítem 28 Agar Papa
Puede ofertarse Agar Papa Dextrosa de composición: Dextrosa 20 g/l, Infusión: (200) 4 g/l, Agar Bacteriológico: 15 g/l?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 12**

Ítem 34 Agar Verde Brillante

Puede ofertarse Agar Verde Brillante modificado ISO 6579, ISO 19250, de composición:lactosa: 10 g/l, Sucrosa: 10 g/l, Extracto de carne: 5g/l, Peptona de carne: 5 g/l, Caseinapeptona: 5 g/l, Extracto de levadura: 3 g/l, fosfato disodico: 1 g/l, Fosfato monosódico: 0,6g/l, rojo Fenol: 0.09 g/l, Verde Brillante : 0.005 g/l, Agar Bacteriológico: 15 g/l ?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 13**

Ítem 48 Cadena de nucleótidos para síntesis de ADN

Puede ofertarse kit De Síntesis de c ADN , por técnica de PCR RT en presentación de 500 reacciones?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 14**

Ítem 127 Filtro p/muestra - Membrana celulosa
Para el filtro o membrana de nitrato de celulosa aclarar si la medida solicitada es 14 cm o 14 mm.

Respuesta: 14 cm de diámetro, como se establece en el PBC.

- **Consulta 15**

Ítem 128 Filtro p/muestra - Membrana celulosa

Puede ofertarse membranas de nitrato de celulosa de 0,5 micras diámetro de 30 mm?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 16**

Ítem 130 Filtro para Jeringa

Para el filtro de jeringa de 0,45 micras aclarar diámetro solicitado.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 17**

Ítem 131 Filtro para Jeringa

Puede ofertarse filtro de jeringa de nitrato de celulosa de diámetro 30 mm y 5 micras?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 18**

Ítem 132 Filtro para muestra Membrana celulosa

Puede ofetarse acetato de celulosa de 13 cm de diámetro, porosidad de 0,45 micras ?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 19**

Ítem 154 Kit de Detección por PCR

Por favor aclarar si se refiere a Mycoplasma spp, o que especie seria la solicitada?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 20**

Ítem 157 Kit para Anemia Infecciosa Equina

Puede ofertarse kit de elisa para diagnóstico de AIE con presentación kit por una placa de 96, en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 21**

Ítem 161 Kit para detección de Anticuerpos

Puede ofertarse kit de elisa para detección de anticuerpos no estructurales para F.A. multiespecies con rendimiento de 450 muestras, kit de 5 placas?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 22**

Ítem 163 Kit para Detección de Anticuerpos

Puede ofertarse kit de elisa para detección de anticuerpos para Diarrea Viral Bovina con rendimiento de 440 muestras, kit de 5 placas?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 23**

Ítem 173 Kit para extracción de ADN

Favor aclarar cuál es la muestra de partida

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 24**

Ítem 174 Kit para extracción de ARN

Favor aclarar cuál es la muestra de partida

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 25**

Ítem 175 Kit para extracción de ARN

Favor aclarar cuál es la muestra de partida

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 26**

Ítem 178 Kits Identificación de Anticuerpos

Puede ofertarse kit de elisa para detección de anticuerpos frente Paramixovirus tipo 1 con reactivos listo para el uso con excepción de la solución de lavado para dilución 10 x?

Respuesta: Podrán ofertar los Kits con la solución de lavado concentrado para diluir. Los demás componentes deberán estar listos para su uso, tal como se describe en las Especificaciones Técnicas del PBC

- **Consulta 27**

Ítem 264 Soporte para pipetas

Puede ofertarse Portamicropipetas de 5 posiciones

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 28**

Ítem 277 Capilares s/heparina para hematocrito

Puede ofertarse tubo capilar para hematrocrito sin heparina de vidrio de alta calidad tipo SODA-LIME DE 75+- 1,5 mm?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 29**

278 Kit para Detección de Anticuerpos

Puede ofertarse reactivos listos para el uso con excepción de la solución de lavado, en presentación de frasco para dilusión 10 x?

Respuesta: Podrán ofertar los Kits con la solución de lavado concentrado para diluir. Los demás componentes deberán estar listos para su uso, tal como se describe en las Especificaciones Técnicas del PBC.

- **Consulta 30**

Ítem 281 Columna para extracción en fase sólida

Por favor aclarar si se requiere Columna C18 (500mg) de 3 ml o 6 ml de volumen. Si fuere la de 6 ml, puede ofertarse presentación de 30 unidades por caja?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 31**

Ítem 305 Acetato de Etilo

Puede ofertarse acetato de etilo grado HPLC en presentación 2,5 litros?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 32**

Ítem 389 Agar Cromogenico

Puede ofertarse frasco con polvo suficiente para preparar 200 placas de 20 ml de agar?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 33

Ítem 391 Agar Cromogenico

Aclarar por favor si se requiere Agar cromogénico para aislamiento selectivo y diferenciación de Salmonella spp o Agar Cromogénico para aislamiento de Coli O157 H7. Puede ofertarse frasco con polvo suficiente para preparar 200 placas de 20 ml de agar?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 34**

Ítem 393 Kit para Detección de Anticuerpos

Puede ofertarse kit en presentación de 2 placas en cantidad equivalente a la solicitada

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 35**

Ítem 399 Kit para Detección de Anticuerpos

Puede ofertarse kit para detección de anticuerpos contra Theileria equi por ensayo de Elisa competitivo en presentación de 2 placas en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 36**

Ítem 400 Kit para Deteccion de Anticuerpos

Puede ofertarse kit para detección de anticuerpos frente a Parvovirus porcino por ensayo de Elisa indirecto en presentación de 2 placas en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 37**

Ítem 401 Kit para Deteccion de Anticuerpos

Puede ofertarse kit de 5 placas con rendimiento para 460 muestras para detección de Anticuerpos frente a Paratubertulosis bovina?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 38**

Item 404 Kit para Deteccion de Anticuerpos

Puede ofertarse kit de 5 placas con rendimiento para 450 muestras para detección de anticuerpos frente a Toxoplasma gondii en procinos?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 39**

Ítem 409 Disco de identificacion ONPG

Por favor aclarar si precisan Discos de ONPG o un medio de cultivo y presentación de lo solicitado.

Respuesta: Se solicita DISCO de ONPG, para pruebas bioquímicas. Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 40**

Ítem 412 Kit para Deteccion de Anticuerpos

Por favor aclarar si se requiere kit para detección de anticuerpos frente a Pasteurella multocida en suero de pollo

Respuesta: Verificar Adenda 4.

- **Consulta 41**

Ítem 415 Kit para Deteccion de Anticuerpos

Puede ofertarse kit para detección de Anticuerpos frente a Coxiella Burnetti en suero, plasma, leche de rumiantes, en presentación de 2 placas de 96 pocillos, en cantidad equivalente a la solicitada

Respuesta: Considerando que solicitamos 1 kit, conteniendo 1 placa por 96 pocillos, la consulta no es correcta.

- **Consulta 42**

Ítem 416 Kit para Deteccion de Anticuerpos

Puede ofertarse kit para detección de anticuerpos frente a Chlamydophila abortus en presentación de 2 placas de 96 pocillos, en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Considerando que solicitamos 1 kit, conteniendo 1 placa por 96 pocillos, la consulta no es correcta

- **Consulta 43**

Ítem 422 Filtro para Jeringa

Puede ofertarse filtro de jeringa de 25 mm. De 0,45 micras, carcasa de polipropileno, membrana de PTFE en presentación caja por 200 unidades.

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 44**

Ítem 467 Marcador de ADN

Puede ofertarse kit para determinación de Parvovirosis porcina por PCR RT, en presentación de 50 determinaciones por kit en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 45**

Ítem 488 Kit de Detección por PCR

Puede Ofertarse kit para determinación de IBR por PCR RT, en presentación de 50 determinaciones por kit en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 46**

Ítem 557 Kit para Detección de Anticuerpos

Puede ofertarse kit para detección de Encefalomielitis aviar en presentación de 5 placas de 96 pocillos, en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 47**

Ítem 558 Kit para Detección de Anticuerpos

Puede ofertarse conjugado para detección de Parvovirus porcino en presentación de 2 ml, en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 48**

Ítem 583 Filtro para Cromatografia

Puede ofertarse filtro de jeringa de PTFE, carcasa de polipropileno diámetro de 13 mm y porosidad de 0,45 micras?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 49**

Ítem 598 Medio de Intercambio Cationico

Puede ofertarse columna para extracción en fase sólida con fase polimérica para intercambio catiónico, poro de 65-75 A, 85 micras de tamaño de partícula de 150 mg/6 ml

Respuesta: Podrá ofertarse columna para extracción en fase sólida con fase polimérica para intercambio catiónico, poro de 65-75 A, 85 micras de tamaño de partícula de 150 mg/6 ml

- **Consulta 50**

Ítem 623 Tips para pipetas automáticas

Puede ofertarse punteras de 0,5 a 20 µl con filtro si corona, libre de RNAsa en RACK DE 96?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 51**

Ítem 628 Puntera para micropipeta

Puede ofertarse puntera de 0,1 a 10 µl con filtro extralarga, libre de RNAsa en rack de 96?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 52**

Ítem 626 Vial

Puede ofertarse vial de fondo cónico de 0,2 ml libre de ADN y ARNasa en presentación de 1000 unidades en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Si, podrán ofertar en presentación de 1000 unidades por bolsa, en cantidad equivalente a lo requerido en las Especificaciones Técnicas del PBC. Se solicita Bolsa x 500 unidades ***como mínimo.***

- **Consulta 53**

Ítem 633 Bolsa colectora de sangre

Puede ofertarse bolsa de descontaminación transparente con 2 um de espesor, resistente hasta 141 °C

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 54**

Ítem 638 Latex para Aglutinacion

Puede ofertarse látex para aglutinación de serogrupo O26 en presentación de 35 determinaciones en cantidad equivalente a la solicitada.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 55**

Ítem 639 Latex para Aglutinacion

Puede ofertarse látex para aglutinación de serogrupo O145 en presentación de 35 determinaciones en cantidad equivalente a la solicitada.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 56**

Ítem 674 Kit para Brucelosis

Puede ofertarse kit para Brucelosis para 500 determinaciones compatible con equipo analizador de Fluorescencia Polarizada ELLIE que no requiere standares de polarización altos y medios? (se entregará sin los mencionados estándares)

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 57**

Ítem 640 Látex para Aglutinación

Puede Ofertarse Latex para aglutinación de serogrupos O103 en presentación de 35 determinaciones en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 58**

Ítem 644 Bolsa de Esterilizacion

Puede ofertarse bolsa de descontaminación transparente con 2 um de espesor, resistente hasta 141 ° C?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 59**

Ítem 645 Bolsa para Homogeneizar muestras

Puede ofertarse bolsa para homogeneizar muestras de dimensiones de 178 mm x 305 mm en presentación caja por 1000 unidades, en cantidad equivalente a la solicitada?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 60**

Ítem 656 Bolsa de esterilización

Puede Ofertarse bolsa de esterilización de 1,5 um de espesor, resistente hasta 141 °C?

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 61

Item 657 Caldo tripticasa soja

Puede ofertarse caldo Tripticaseina modificado con Novobiocina (Mtsb) según ISO 16654 con fórmula: Digerido pancreático de caseína: 17 g/l, cloruro de sodio: 5 g/l, fosfato dipotásico: 4g/l, Peptona de soja: 3g/l, glucosa: 2,5 g/l, sales biliares N° 3: 1,5 g/l, novobiocina: 0,02 g/l.

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

- **Consulta 62**

Ítem 70 Cepa Bacilus Subtilus

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje

Respuesta: Verificar Adenda N° 4. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 63**

Ítem 71 Cepa de referencia Bacillus cereus

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 64**

Ítem 72 Cepa de referencia Staphyloococcus aureus

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 65**

Ítem 73 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 66**

Ítem 74 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 67**

Ítem 75 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 68**

Ítem 76 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 69**

Ítem 77 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 70**

Ítem 78 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 71**

Ítem 79 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 72**

Ítem 80 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 73**

Ítem 81 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 74**

Ítem 82 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 75**

Ítem 83 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 76**

Ítem 84 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 77**

Ítem 85 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 78**

Ítem 86 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 79**

Ítem 87 Cepas de referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 80**

Ítem 226 Pseudomonas Aeruginosa Cepa Patron

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: El código se encuentra especificado en las Especificaciones técnicas del PBC. No tiene relevancia que sea de 2do o 4to pasaje.

- **Consulta 81**

Ítem 705 Brucella Cepa de Referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 82**

Ítem 706 Brucella Cepa de Referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 83**

Ítem 707 Brucella Cepa de Referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 84**

Ítem 708 Brucella Cepa de Referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 85**

Ítem 709 Brucella Cepa de Referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 86**

Ítem 710 Brucella Cepa de Referencia

Se solicita el código ATCC de la cepa e indicar si se requiere de 2do o 4to pasaje.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 87**

Plazo para la entrega: Plazo para la entrega: dentro de los 60 (sesenta) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor.

Se solicita aumentar el plazo de entrega de los bienes a 90 días calendarios. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas, ya que la mayoría de los ítems solicitados son importados y específicos de la Institución.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4, considerando la necesidad de la Institución de contar con los bienes solicitados en el presente llamado.

- **Consulta 88**

Ítems 11 Agar Citrato Koser

El Agar Citrato Koser (modificado) es un Agar Citrato de Simmons, el Medio Citrato Koser solo viene como Caldo. Favor aclarar cual necesita: Agar Citrato de Simmons o Caldo Citrato Koser.-

Respuesta: Se requiere Agar Citrato de Koser, como se establece en el PBC.

- **Consulta 89**

Ítem 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Se solicita considerar la posibilidad de cotizar tubos x 5 pellets o un vial para 10 inoculo mínimo.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 90**

Ítems 467, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 622: kit de Detección de PCR

Se requiere "control interno XENO". Aclaramos que control XENO corresponde a una marca registrada de ThermoFisher Scientific. Se solicita la posibilidad de cotizar otro tipo de control interno.

Respuesta: Verificar Adenda 4.

- **Consulta 91**

Ítems 159, 178, 179, 180, 278, 279: Kit para detección de Anticuerpos

Se requiere con software compatible con Lectores de la marca Human y Thermo. Considerando que los software no son compatibles con la marca Human y una gran mayoría con Thermo, Se solicita la posibilidad de cotizar instalar en préstamo en el Servicio afectado un lector compatible con el software que acompaña al kit ofertado.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 92**

Items 173 Kit para extraccion de ADN – Ítems 174 Kit para extraccion de ARN

¿Para qué tipo de muestras (tejido, o suero/sangre) se solicitan los kits de extracción?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4

- **Consulta 93**

Ítem 181 Kits Reactivo para Amplificación Genética - Ítem 197 Kits Reactivo para Amplificación Genética

Solicitan Fast Polymerase y Fast Universal Mix, desde que ambos son nombres comerciales ¿Esto quiere decir que solo aceptan los kits de Applied Biosystems?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4. La indicación de Fast Polymerase (Polimerasa de Rápida acción), no está dirigida a una marca específica

- **Consulta 94**

Item 408 Agar medio de cultivo para la ureasa

Necesita que la oferta incluya suplementos?

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 95**

Ítems 409 Disco de identificacion ONPG

Favor aclarar si está correcto la presentación solicitada de "frasco x 500 grm como mínimo". Usualmente este producto viene impregnado en discos en la presentación de 30 discos.

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 96**

Ítem 413 Látex para Aglutinación

Ya que este producto es un conjunto (kit) de reactivos en el cual el reactivo principal tiene 5 ml. Se sugiere por tanto hacer referencia a la cantidad de test resultantes. La cantidad mínima sugerida sería de "kit x 50 test"

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 97**

Ítem 123 Enrofloxacina Estandar

Se solicita considerar la posibilidad de cotizar 100 mg

Respuesta: Verificar Adenda N° 4.

- **Consulta 98**

Ítem 180 Kits Identificacion de Anticuerpos

Se solicita considerar la posibilidad de cotizar técnica de elisa indirecto. Considerando que los principales kits comerciales no ofrecen competitivos.

Respuesta: Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones