ADENDA Nº 3

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 8/12

"ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL IPS"

Asunción, 05 de julio de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación al llamado bajo la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica, Contratación Directa Nº 8/12 **"ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL IPS"**, se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACION 1:

Donde dice: Sección III – Suministros Requeridos – 1- Especificaciones Técnicas, Página 11 del PBC.

Ítem 9: Colchón térmico.

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
9.	**1**	**Datos Generales**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
9.	1.1	Descripción general: Colchón térmico para calentamiento neonatal controlado por microprocesador.			
9.	1.2	Marca:			
9.	1.3	Modelo:			
9.	1.4	Origen:			
9.	1.5	Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.			
9.	1.6	Dirección Web del fabricante:			
9.	**2**	**Descripción**			
9.	2.1	Apto para ser utilizado en servo cuna y en aplicaciones de cirugía neonatal y pediátrica.			
9.	2.2	Selección digital de la temperatura de trabajo.			
9.	2.3	Termómetro digital que indique en todo momento la temperatura del colchón con precisión de 0.1 ºC o menor (menor se refiere a la parte numérica del ítem).			
9.	2.4	Alarmas audibles y visuales de temperatura alta y baja			
9.	2.5	Colchón con calefacción por circulación de agua o aire			
9.	2.6	Con aislación eléctrica que garantice la seguridad tanto al paciente como al operador			
9.	2.7	Rango de temperaturas de 32 ºC o menos a 39 ºC o mas con pasos de 0.5 ºC o menos.			
9.	2.8	Colchón de material lavable e ignífugo			
9.	2.9	Alimentación eléctrica: Sistema de control: 220 Vac ± 10% y 50Hz. Con toma de alimentación eléctrica tipo Schuko.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

RESPUESTA 1:

Deber Decir: **Sección III – Suministros Requeridos – 1- Especificaciones Técnicas, Página 11 del PBC**

Ítem 9: Colchón térmico.

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
9.	**1**	**Datos Generales**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
9.	1.1	Descripción general: Colchón térmico para calentamiento neonatal controlado por microprocesador.			
9.	1.2	Marca:			
9.	1.3	Modelo:			
9.	1.4	Origen:			
9.	1.5	Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT (como mínimo uno de ellos)			
9.	1.6	Dirección Web del fabricante:			
9.	**2**	**Descripción**			
9.	2.1	Apto para ser utilizado en servo cuna y en aplicaciones de cirugía neonatal y pediátrica.			
9.	2.2	Selección digital de la temperatura de trabajo.			
9.	2.3	**Termómetro digital que indique en todo momento la temperatura del colchón con precisión igual o mayor que 0,1 °C.**			
9.	2.4	Alarmas audibles y visuales de temperatura alta y baja			
9.	2.5	Colchón con calefacción por circulación de agua o aire			
9.	2.6	Con aislación eléctrica que garantice la seguridad tanto al paciente como al operador			
9.	2.7	**Rango de temperatura de por lo menos 32 °C a 39 °C con pasos de 0,5 °C como mínimo.**			
9.	2.8	Colchón de material lavable e ignífugo			
9.	2.9	Alimentación eléctrica: Sistema de control: 220 Vac ± 10% y 50Hz. Con toma de alimentación eléctrica tipo Schuko.			
9.	2.10	**Colchón Térmico radiotraslúcido (no excluyente)**			
9.	2.11	**Cada colchón con su propio controlador de un canal o más. Los controladores deben poseer todos los accesorios necesarios para su funcionamiento de manera independiente.**			
9.	2.12	**Colchón Térmico resistente a densifectante.**			

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.