INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Viva Paraguay

Licitación Pública Nacional N° 120/12
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS"

ADENDA N° 11

Asunción, 23 de mayo de 2013.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 120/12 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS",** se realiza la siguiente modificacion al Pliego de Bases y Condiciones:

En la Sección III-Suministros requeridos

Donde dice:

1.5.10	Frecuencia respiratoria: 2 a 85 RPM o mejor rango

Debe decir:

1.5.10	Frecuencia respiratoria: 4 o menor, a 85 RPM o mayor.

Donde dice:

5.2.2	Peso de carga de la mesa: 400kg. como mínimo, adecuada para cirugías bariátricas y de traumatología. La carga máxima incluye el peso del paciente y los accesorios utilizados.

Debe decir:

5.2.2	Peso de carga de la mesa: 300kg. como mínimo, adecuada para cirugías bariátricas y de traumatología. La carga máxima incluye el peso del paciente y los accesorios utilizados.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios