Asunción, 14 de marzo de 2022

Nota UOC N° 252/2022

Señor
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

Tengo a bien dirigirme al Señor Director Nacional, en relación a la observación de retención (11.06.2021), en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 09/2022 "Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos con Provisión de Equipos en Comodato" - Plurianual – ID 406066.

En ese contexto teniendo en cuenta la siguiente observación, se remite el descargo elaborado por Personal Técnico del Hospital de Policía Rigoberto Caballero, mediante Nota Act. 07 Nº 223/2022 de la Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial:

Comentarios sobre Verificación del llamado

COMENTARIOS:A-Informe Expediente de reparo 301419/ ID 406066- FCM " con relación al requerimiento "sistema de detección por electro quimioluminiscencia o quimioluminiscencia, se consulta a la convocante porque este requisito expresado como alternativo, resulta técnicamente indispensables para participar en el proceso de contratación ya que son sistemas de detección con características técnicas diferentes.

OBSERVACIONES:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS	
Sección: Especificaciones Técnicas	
Situación: Especificiaciones Técnicas insuficientes	
Descripción: En relación a la Especificaciones Técnicas detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones/Carta de Invitación, creemos conveniente que las mismas sean ampliadas a los efectos que se definan e individualicen todos los aspectos necesarios para una correcta cotización de los bienes/servicios requeridos, de acuerdo con los Principios de Igualdad y Transparencia.	

Al respecto se aclara que, las dos metodologías quimioluminiscencia y electro quimioluniscencia son similares, ambas se utilizan para la medición de un analítico determinado, la quimioluminiscencia utiliza una sustancia que produce luz cuando es excitada por la energía química, y la electro quimioluminiscencia es la quimioluminiscencia electro generada, de mayor poder resolutivo, se aceptan cualquiera de las dos metodologías ya que es la misma técnica, cambiando solo en el paso final de la detección, este requisito solicitado en las Especificaciones Técnicas resulta técnicamente indispensables a raíz de que las principales ventajas de los métodos analíticos quimioluminiscentes se basan en su rango dinámico de medición, señales luminosas de alta intensidad fácilmente detectables, menor ruido de fondo (alta especificidad), rápida lectura de la señal analítica con tiempos cortos de incubación, acompañado de alta estabilidad de los reactivos y conjugados, además de la utilización de un bajo volumen tanto de muestra como de reactivos, que se traduce en el ahorro en costos, además de generar un alto grado de automatización en el laboratorio". Los métodos quimioluminiscentes incluyen sensibilidad (límites de detección de moles, nanogramos, picogramos) velocidad (señal generada en unos pocos segundos), sin residuos peligrosos y procedimientos simples.

En tal sentido, solicito la difusión del proceso mencionado más arriba en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Sub Comisario INTD.
Jefa Interina - Departamento U.O.C