PAC Nº: 320.196

ADENDA N° 09

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2017 "ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS CON PROVISION DE EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES A COMODATO PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD DEL MSP Y BS" - AD REFERENDUM. - ID N° 320.196,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. LISTA DE BIENES REQUERIDOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Cód. Cat.	Nombre Genérico	Concentración	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	41111808-009	PLACA PARA EQUIPOS DE RAYOS X	PLACA PARA CHASIS 35 X 43 cm +/-1cm, CAJA POR 100 o 150 UNIDADES	CAJA	150.000	300.000
2	41111808-009	PLACA PARA EQUIPOS DE RAYOS X	PLACA PARA CHASIS 20 X 25 cm +/-1cm, CAJA POR 100 o 150 UNIDADES	CAJA	200.000	400.000

OBSERVACIONES: PARA EL EQUIPO EN COMODATO QUE DEBE ENTREGARSE CON LAS PLACAS. CANTIDAD 10 (DIEZ) UNIDADES DE DIGITALIZADORES CADA UNO CON SU RESPECTIVA IMPRESORAS Y CONECTADAS A UNA UPS (10 DIGITALIZADORES+10 IMPRESORAS + 10UPS). **EL EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES RADIOLOGICAS**: DIGITALIZADOR COMPUTARIZADO PARA APLICACIONES DE RADIOGRAFIA GENERAL, CON SOFTWARE DE PROCEDIMIENTOS DE IMÁGENES. ESTACION DE TRABAJO E IDENTIFICADOR DE CHASIS DEL CR, MONITOR PARA VISUALIZACION DE IMÁGENES DEL CR SISTEMA DISPERSOR DE CHASIS: 5 CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS DE SALIDA O SISTEMA DE BANDEJA CON ENTRADA ÚNICA O SISTEMA O 4 RANURAS DE ENTRADA DE CHASIS EN SIMULTANEO, RENDIMIENTO 100 PLACAS/HORA EN PROMEDIO, EL SISTEMA DEBERA CONTAR CON UN KIT DE MOVILIDAD (OPCIONAL), EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR CHASIS IP DE FOSFORO O SIMILRES DE TECNOLOGIA DE AGUJAS, VISUALIZACION DE ESTADOS Y ERRORES EN EL MONITOR DE PC, TRES RESOLUCIONES EN TAMAÑO PIXEL; 100, 150 Y 200 MICRAS 6 50, 100 y 200 MICRAS, ADQUSICION DE DATOS: 20 BITS/PIXEL, DICOM STORAGE – DICOM SENT, POSIBILIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES OFF LINE (CD, USB, ETC). **LA IMPRESORA**: SISTEMA DE IMPRESIÓN SECA CON FORMATO DE IMPRESIÓN EN LINEA, ACCESORIOS: CANTIDAD MINIMA DE CHASIS 12, 5 CHASIS DE 35 X 43 CM, 5 CHASIS DE 24 X 30 CM, 2 CHASIS DE 18 X 24 CM, PLACA COMPATIBLE CON LA IMPRESORA OFERTADA POR LA TOTALIDAD DEL EQUIPO.

Asunción, 13 de marzo de 2017.-