INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/13 "ADQUISICION DE BATAS QUIRURGICAS NO ESTERILES DESCARTABLES"
ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 1 de julio de 2013

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/13 "ADQUISICION DE BATAS QUIRURGICAS NO ESTERILES DESCARTABLES",** se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas presentadas:

Consulta 1

De qué color seria la bata?

Respuesta:

Las especificaciones técnicas no mencionan color específico, pero los colores de las mismas deberían ser los usualmente usados en el área hospitalaria como azul, celeste, blanco, verde, colores suaves y aptos para uso hospitalario. Se modifica conforme a la Adenda N° 2.

Consulta 2

Podrían facilitar una muestra a efectos de verificar la prenda y sus especificaciones.

Respuesta:

Se aclara que no contamos con muestras de las batas no estériles debido a que las mismas serán utilizadas por primera vez en nuestros hospitales, si contamos con las batas estériles, pero las mismas poseen otras especificaciones técnicas, ya que al ser estériles son más exigentes las EETT de las mismas, por lo que las ofertas deberán adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC.

Consulta 3

Con relación a las Especificaciones Tecinas establecidas en el PBC, donde se refiere al cierre posterior del tipo magnético.

Solicitamos a la Convocante tenga a bien, explicar si este tipo de cierre se refiere al velcro o abotonado, favor dar mayores detalles, de manera a no incurrir en errores al momento de ofertar el producto.

Respuesta

Cierre magnético: Se refiere al tipo Velcro de dos cintas, que al estar unidos se adhieren con solidez y un de ellas compuesta por diminutos ganchos, que se insertan en el tejido de dos fibras enmarañadas de la otra.

Consulta 4

Con relación a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC, donde se refiere al cierre posterior del tipo magnético.

Se le consulta a la Convocante si se puede ofertar el producto con el cierre de la bata quirúrgica ubicado en la parte frontal?

Respuesta

No, lo solicitado es con el cierre de la bata quirúrgica ubicado en la parte posterior, conforme a las Especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Consulta 5

Con relación a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC, donde se refiere a la longitud mínima de 110 cms Solicitamos a la Convocante si se puede ofertar el producto con un rango de variación de +- 10 cm? Esto lo manifestamos en el marco del principio de Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta

No, lo solicitado es de 110 cm. De longitud mínima por lo que las ofertas deberán ajustarse a dicha medida.

Consulta 6

Con relación al Cronograma de entrega, donde dice;

-Cantidad Mínima: A partir de la recepción de las Ordenes de Entrega emitidas por la Dirección de Gestión Medica Administrativa, con los siguientes plazos:

- 50% hasta los 08(ocho) días hábiles a partir de la fecha de recepción, por parte del oferente, de la Orden de Entrega emitida.
- El saldo de 50% hasta los 15(quince) días de la recepción de la Orden de Entrega por parte del proveedor.

Se solicita a la convocante tenga a bien modificar los plazos de entrega del producto de la siguiente forma:

- 50% hasta los 90 (noventa) días hábiles a partir de la fecha de recepción.
- El saldo de 50% hasta los 120(ciento veinte) días hábiles a partir de la fecha de recepción.

Esto lo planteamos de manera a realizar una mejor oferta en cuanto a precio se refiera y también para cumplir en tiempo en forma con el plazo tiempo de entrega del producto

Respuesta

No se puede aceptar plazo propuesto fuera de lo solicitado en el Pliego de bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios