PAC Nº: 316.751

NOTA ACLARATORIA Nº 01/2016

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/16 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS PARA LA FCV" - ID N° 316.751 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES EN BASE A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES:

CONSULTA 1

PARA LOS ÍTEMS 19 - 20
Se solicitan Equipos macro goteros con sistema cerrado
Concepto y Definición de Sistema Cerrado, que se cita a continuación:
Un sistema cerrado se refiere a un sistema de infusión que desde el momento de instalar el equipo Macrogotero al contenedor de diferentes soluciones, debe reducir al máximo el ingreso de aire y contaminantes al torrente sanguíneo, de manera a llegar a la máxima seguridad en la infusión, para tal efecto debe poseer filtro de aire en la cámara que permite el uso en frascos rígidos no permitiendo contaminaciones, un filtro hidrófobo en el extremo al catéter y en la cámara de goteo debe poseer freno de aire que impida la entrada de aire al culminar el líquido en la cámara de goteo, evitando de esta manera las posibles contaminaciones y peligro de embolia al paciente, deberá poseer además un filtro de partículas que evite el ingreso de partículas contaminantes a la línea, y por consiguiente al torrente sanguíneo.

Teniendo en cuenta lo mencionado se solicita puedan ampliar las especificaciones técnicas en el pliego de bases y condiciones de acuerdo a lo detallado a continuación:

Código Nivel 5	DESCRIPCIÓN DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN
41123403-002	Equipo Macrogotero	Equipo macrogotero de 20 gotas por ml, de 180 cm (+-10cm) de largo, libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), químicamente inerte y toxicológicamente seguro, cámara de goteo con filtro de aire de 2 micras, transparente y flexible con freno de aire en la base de la cámara que impida el ingreso de aire en el tubo al terminar la solución del contenedor; y filtro de partículas de 15 micras en la base de la cámara de goteo, con abrazadera tipo rodillo y conexión presión/rosca, con tapa con filtro hidrófobo para cebado automático y puerto de inyección lateral en "Y" para uso de jeringa sin aguja. En empaque estéril.

RESPUESTA: Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 02/2016.

San Lorenzo, 17 de octubre de 2016

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS * VITAM IMPENDERE VERO * UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN * Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JAVIER MARTÍNEZ
Responsable
Unidad Operativa de Contrataciones