Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

ACLARACIÓN Nº 1

"Adquisición de Equipos para Laboratorio Forense"

En respuestas a Las consultas realizadas referente al Llamado "Adquisición de Equipos para Laboratorio Forense" ID del Portal Nº 192.744, detallamos a continuación:

Pregunta 1:

Quisiera aclarar el significado de las siglas HP en los ítems 1, 2, y 3.

Respuesta:

Las siglas HP mencionadas en los puntos 1, 2 y 3 de la especificación técnica significa **"Hechos Punibles"**.

Pregunta 2:

Ítem Nº 2: Hasta cuántos aumentos debe tener el estereoscopio?.

Respuesta:

Con relación a los aumentos que debe tener el estereoscopio, se requiere un **mínimo de 40x (ítem 2)**.

Pregunta 3:

a) Con que temperatura se desea trabajar con el Baño?
b) Que precisión de temperatura se necesita?
c) Que se entiende por HP Varios?
d) El Baño María deseado es un baño con medio líquido (agua destilada, u otro medio; favor indicar el medio) o es un baño seco (=bloque calefactor)?.

Favor indicar para cualquiera de los casos, los tamaños de los recipientes o tubos a ser utilizados y la cantidad de los mismos.

Respuesta:

a) La temperatura con la que se desea trabajar con el baño es de **37°c – 56°c (ítem 3.a)**.
b) La precisión de temperatura es **"Decimal" (ítem 3.b)**.
c) El baño María deseado es con **medio líquido (ítem 3.d)** y la cantidad de tubos a ser utilizados va de **30-50 tubos**.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público