Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ADENDA DE LA L.P.N. Nº 02/2017

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD ADJUDICADOS POR EL CONACYT.

San Lorenzo, 17 de agosto de 2017.

Referencia: Llamado de L.P.N. Nº 02/2017 para la Adquisición de Equipos de Laboratorio para los Proyectos de Investigación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud Adjudicados por el Conacyt. ID Nº 333.714.-

ADENDA Nº 04/2017

1) Se modifica las fechas para consultas, recepción y apertura de ofertas, quedando las nuevas fechas como sigue:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **C.P. RODOLFO ROJAS,** Jefe del Dpto. de Contrataciones del IICS. Dirección: Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA. Ciudad: San Lorenzo - Paraguay. Teléfono: 0981-286.370. Dirección de correo electrónico: aguillen@iics.una.py rrojas@iics.una.py y uoc@iics.una.py. **La fecha y hora límites para realizar consultas es: HASTA LAS 11:00 Hs. DEL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017.**
IAO 23	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **C.P. RODOLFO ROJAS,** Jefe del Dpto. de Contrataciones del IICS. Dirección: Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA. Ciudad: San Lorenzo - Paraguay. La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 01/09/2017.** **Hora: 10:00 a.m.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA. Ciudad: San Lorenzo - Paraguay. **Fecha: 01/09/2017.** **Hora: 10:30 a.m.**

2) Se modifica el Rango de velocidad centrifugado, en las Características específicas del ítem **15**, en la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Listado de Bienes, quedando de la siguiente manera:

15. DISPOSITIVO o EQUIPO: Centrifuga.
c) Características específicas: • Rango de velocidad de centrifugado variable de 0 hasta como mínimo **4.500 rpm**, a plena carga.

3) Se incluye la Visita de Inspección en las Características Generales del ítem **37**, en la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Listado de Bienes, quedando de la siguiente manera:

37. DISPOSITIVO o EQUIPO: Analizador Hematologico.
b) Características Generales: • Entorno operativo: - Temperatura: 10 °C – 40 °C - Humedad: 10 % - 90% - Presión: 70 KPa - 106 KPa • Alimentación Eléctrica: 100-240 V. ≤300. 50/60 Hz. **(CI)** • El oferente deberá acompañar con su oferta las condiciones de pre instalación del dispositivo o equipo. **(CI)** • Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado. **(CI)** • Garantía de 1 (un) año como mínimo. **(CI)** • Mantenimiento preventivo dentro del marco de la garantía post venta de un año, con provisión de repuestos e insumos necesarios en base al protocolo establecido por el fabricante. **(CI)** **Visita de inspección:** • **Deberán realizar una visita técnica previa, hasta un (1) día hábil antes de la fecha tope de consultas para el diagnóstico de los requerimientos técnicos del sistema informático del laboratorio de Bioquímica Clínica del IICS para poder enlazar con el equipo ofertado. La visita técnica deberá realizarse con personal técnico calificado de la empresa interesada en ofertar.** • **Constancia: Finalizada la visita, se entregará una constancia de la misma por parte del encargado, el cual será un requisito formal y deberá adjuntar a su oferta.** • **Obs.: Quién no realice la visita o inspección, deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifieste que conoce suficientemente los requerimientos técnicos del sistema informático del laboratorio de Bioquímica Clínica del IICS para poder enlazar con el equipo ofertado.**

DPAC IICS

C.P. Rodolfo Aquino
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

4) Se incluye un punto en el inciso (F) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos. Cualquier otro documento adicional requerido, de la Sección VII. Anexos, quedando de la siguiente manera:

Certificado de Visita Técnica o Declaración Jurada de conocer suficientemente los requerimientos técnicos del sistema informático del laboratorio de Bioquímica Clínica del IICS para poder enlazar con el equipo ofertado. SE APLICA SOLO AL ÍTEM 37.

Atentamente;

C.P. **RODOLFO ROJAS**

Jefe del Dpto. de Contrataciones IICS UNA