Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 05

Aclaraciones 01
A la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2014
"Adquisición de Equipos Médicos"

San Lorenzo, 11 de Noviembre de 2014

Consulta 1
Ítem N° 5: Tensiómetro

Según las Especificaciones Técnicas descriptas en este ítem se está solicitando el tensiómetro con estetoscopio bi auricular, es así? Favor aclarar.

Respuesta: Si, se solicita un tensiómetro con estetoscopio bi auricular.

Consulta 2
Ítem N° 5: Tensiómetro

Solicitamos la incorporación de un rango de +-5cm como mínimo en las medidas de los brazales solicitados y de +-5mm en la medida de los componentes del estetoscopio, ya que de un fabricante a otro existen pequeñas variaciones y con las medidas solicitadas (sin rango de variación) se estaría dando ventaja a una marca en particular.

Respuesta: En cuanto a los brazales, adecuarse a lo solicitado. En cuanto a los componentes del estetoscopio, ver Adenda 02.

Consulta 3
Ítem N° 6: Estetoscopio

Solicitamos la incorporación de un rango +-5mm en la medida de los diversos componentes del estetoscopio, ya que de un fabricante a otro existen pequeñas variaciones y con las medidas solicitadas (sin rango de variación) se estaría dando ventaja a una marca en particular.

Respuesta: Ver Adenda 02.

Consulta 4
Ítem N° 7: Tallimetro para Bebé

Solicitamos la incorporación de un rango de +-2cm en la capacidad de medición del tallimetro, con esto se estaría dando mayor oportunidad a los distintos oferentes interesados en ofertar dicho ítem.

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 5
Ítem N° 8: Balanza para Bebé

Solicitamos la aceptación en la graduación (división) del pesaje de 10 gramos o mejor, ya que se trata de una báscula mecánica, con esto se estaría dando mayor oportunidad a los distintos oferentes interesados en ofertar dicho ítem.

Respuesta: Ver Adenda 02.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 05

Consulta 6
Ítem N° 12: Laringoscopio Pediátrico

En la misma solicitan con 3 hojas tipo Macintosh (curvas) y 3 Miller (rectas), como son modelos de hojas diferentes los mangos también lo son, por lo que solicitamos que se pueda presentar dichas hojas con sus respectivos mangos por separado.

Respuesta: Ver adenda 02.

Consulta 7
Ítem N° 12: Laringoscopio Pediátrico

Solicitamos la incorporación de un rango de +-3mm en la medida de las distintas hojas solicitadas, ya que de un fabricante a otro existen pequeñas variaciones y con las medidas solicitadas (sin rango de variación) se estaría dando ventaja a una marca en particular.

Respuesta: Ver adenda 02.

Consulta 8
Ítem 13: Delantales de Plomo para Protección Radiológica

Donde dice *delantal de doble protección con 0.50mm de plomo equivalente*
Favor especificar la equivalencia de protección para la parte frontal y para la parte posterior del delantal.

Respuesta: Se solicita solamente protección frontal.

Consulta 9
Ítem 15: Lente Plomado

Donde dice *con protección frontal y en los laterales*
Consultamos si cabe la posibilidad de cotizar lentes plomados sin protección lateral, ya que los lentes con esta protección son mucho más pesados e incómodos.

Respuesta: Debe contar con protección lateral tal cual se solicita en el PBC.

Consulta 10
Sección II: Criterios de Evaluación

Copia de contratos ejecutados/facturación de ventas de provisión de bienes objetos de la presente licitación por un monto equivalente al 80 por ciento como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación en promedio en los dos últimos años (2012-2013), se deberán presentar un mínimo de 5 contratos/facturas.
Solicitamos que pueda presentarse únicamente la cantidad de contratos necesarios para alcanzar el monto solicitado (80 por ciento) éste ya sea válido, ya que en algunos ítems las cantidades solicitadas son muy pequeñas. Favor aclarar.

Respuesta: Ver adenda 02.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

Consulta 11
Sección II: Criterios de Evaluación

Punto b) Experiencia y capacidad técnica dice: demostrar capacidad de haber suministrado cantidades equivalentes a por lo menos 50 por ciento de los bienes objetos de la presente licitación en promedio en los últimos 2 años (2012-2013).
Este punto se contrapone con la solicitud del PBC de Experiencia y con el punto b de nuestra solicitud de aclaración. Cuál de los dos puntos se debe tener en cuenta para la presentación de la documentación?

Respuesta: Ver adenda 02.

Consulta 12
Plazo y Lugar de Entregas

Solicitamos la ampliación en el plazo de entrega a 60 días corridos a partir de la firma del contrato, ya que el total de los equipos solicitados deben importarse y el plazo de 20 días no es suficiente ni para el transporte de dichos equipos, teniendo en cuenta el álto tránsito de cargas que se tiene en el mes de diciembre.

Respuesta: Adecuarse al plazo establecido en el PBC.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO Sub U.O.C.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Sub UOC N° 05