DICTAMEN UOC N° 20/2022

Capiatá, 18 de marzo de 2022

REF.: METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL DE LA SIGUIENTE LICITACIÓN:

MODALIDAD Y NÚMERO DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2022
NOMBRE DEL LLAMADO	"ADQUISICION DE REACTIVO PARA TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES CON EQUIPO PROPIO DEL PRENEC AUTOMATIZADO PARA EL INCAN - AD REFERENDUM SUJETA A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"
I.D. DEL LLAMADO	412.820
OBJETO DEL LLAMADO	ADQUISICION

1. ANTECEDENTES.

a) La UOC N°3 – Instituto Nacional del Cáncer, ha iniciado el proceso licitatorio identificado más arriba para el "ADQUISICION DE REACTIVO PARA TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES CON EQUIPO PROPIO DEL PRENEC AUTOMATIZADO PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO", La Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en su Artículo 15 – Estimación de Costo, establece: "..." como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación según la naturaleza del proyecto, las Convocantes deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios "..."
La DNCP a través de la Resolución DNCP N°1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", establece la guía para la elaboración de precios de referencia para Organismos, Entidades y Municipalidades en las Contrataciones reguladas por la Ley N°2051/03 "De Contrataciones Públicas.

b) La Convocante ha adoptado la siguiente metodología para la obtención de los precios referenciales:

Método 3) Método ofrecido por precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. Se han obtenido 1 (un) presupuesto que se adjuntan en el Formulario N° 3.

C.P. David Alvarez Paredez
Jefe del Dpto. de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Se obtuvo un solo presupuesto debido a la especificidad del bien a ser adquirido teniendo en cuenta que el test para sangre oculta solicitado por el Servicio de Endoscopia Digestiva es para un Equipo Propio, totalmente automatizado para la medición de sangre oculta en heces, con el dispositivo colector cerrado, para que el laboratorista no entre en contacto con la muestra brindando la mayor seguridad biológica.

Los precios encontrados en el Historial de la DNCP, no reúne las Especificaciones Técnicas solicitados por el Servicio de Endoscopia del INCAN.

Por lo expuesto, se procedió a estimar el precio referencial a través del estudio de mercado realizado, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.

2. CONCLUSIÓN.

En consecuencia, en base a lo expuesto y obrante en el expediente, se colige que se han cumplido con los procesos para la estimación de precios referenciales, establecidos en las normativas vigentes, por lo tanto, se considera oportuno continuar con los procedimientos inherentes para el inicio del llamado identificado ut supra.

C.P. David Alvarez Paredez
Jefe del Dpto. de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. David Alvarez
Jefe del Dpto. de Finanzas y UOC N° 3
Instituto Nacional del Cáncer

FORMULARIO N° 1 – PROYECTO DE PAC 2022 – PARA APROBACIÓN

PROYECTO PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

DEPENDENCIA: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: DR. JULIO ROLON VICIOSO

UOC N° 3 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

CODIGO SICP: 1431

OBJETO DE GASTO: 351

LINEA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO APROBADO 2022	DEUDAS ANTERIORES	SALDO PARA PAC 2022

											AÑO	
N°	MODALIDAD	DESCIPCION DEL LLAMADO	FECHA ESTIMADA DE INICIO	O.G	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	PROYECTO	FF	OF	MONTO TOTAL	2022	2023
17	LPN	"ADQUISICION DE REACTIVO PARA TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES CON EQUIPO PROPIO DEL PRENEC AUTOMATIZADO PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"	JUNIO	351	2	2	42	10	1	3.300.000.000	990.000.000	2.310.000.000
									TOTALES	3.300.000.000	990.000.000	2.310.000.000

LIC. SILVIA MARTINEZ
Direccion Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Direccion General
Instituto Nacional del Cáncer

FORMULARIO N° 2 – PLANILLA DE REQUERIMIENTO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

Lote	Ítem	O.G.	S.G.O.G.	L.P.	F.F.	Cód de Catál.	Descripción del Bien/ Servicio	EETT	PRESENTACION	U.M.	Cantidad Minima	Precio Unitario	Monto Minimo	Monto Maximo
	1	350	351			41116113-014	Test para Sangre Oculta	Tes para sangre oculta para equipo Totalmente automatizado para medicion de sangre oculta en heces, con el dispositivo colector cerrado, para que el laboratorio no entre en contacto con la muestra brindando la mayor seguridad biologica. El equipo con capacidad de medir entre 60 a 80 pruebas por hora. La deteccion de sangre oculta en heces(FDB =FECAL OCCULT BLOOD) por el metodo FIT(FECAL IMMUNDCHEMICAL TEST) con una sensibilidad desde 95% y una especificidad dede 98% y un rango de deteccion de hemoglobina humana debe de estar entre 1 y 1.800 mg/ml, no debe reaccionar con la hemoglobina degradada, de tal manera a reaccionar solo con la Hemoglobina del tracto intestinal bajo.No debe necesitarde restricciones dietarias ni medicinales solo debe requerir la recoleccion de una unica y simple muestra con facilidad y sin interrumpir la rutina diaria la muestra recogida y cerradapor el paciente no se reabre en ningun momento. Debe estaraprobada por la FDA. Los resultados deben imprimirse interna y automaticamente en papel, evitando la subjetividad en la lectura y posible errores en la transcripsion del resultado tambien posibilidad de transmision directamente al sistema LIS del Laboratorio	Unidad	Determinacion	1	165.000	1.650.000.000	3.300.000.000

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO RESPONDEN A CRITERIOS DE OBJETIVIDAD E INTERES INSTITUCIONAL.

LIC. SILVIA MARTINEZ
Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Direccion General
Instituto Nacional del Cáncer

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

"ADQUISICION DE REACTIVO PARA TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES CON EQUIPO PROPIO DEL PRENEC AUTOMATIZADO PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO". EXP N° 412.820/2022.

Conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado **"ADQUISICION DE REACTIVO PARA TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES CON EQUIPO PROPIO DEL PRENEC AUTOMATIZADO PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO". EXP N° 412.820/2022.**, de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos de la comparación del Método 3 y 4, utilizados se procede a realizar el análisis de Precio Promedio, quedando el resultado del Precio Promedio Referencial de la siguiente manera:

			METODO 3- (RES.1890/20)	
			DNCP	PROMEDIO
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGD	DESCRIPCION DEL BIEN	BIOANALISIS	
1	41116113-014	TES PARA SANGRE OCULTA	165.000	165.000

FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados se obtuvo 1 (un) Precio Adjudicado para el Método 3, y se obtienen 2 (dos) presupuestos para el Método 4.

Se obtuvo un solo presupuesto debido a la especificidad del bien a ser adquirido teniendo en cuenta que el el test para sangre oculta solicitado por el Servicio de Endoscopia Digestiva es para un Equipo Propio, totalmente automatizado para la medicion de sangre oculta en heces, con el dispositibo colector cerrado, para que el laboratorista no entre en contacto con la muestra brindando la mayor seguridad biologica.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas mínimas y/o la combinación de los métodos establecidos, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el promedio de los precios segun detalle:

Desarrollo del análisis:

3 - Precios obtenidos mediante cotizaciones solicitadas a potenciales empresas proveedoras METODO 4 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

BIOANÁLISIS

PRESUPUESTO

Fecha: 3 de febrero de 2021.-

Señores
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Presente:

Tenemos el agrado de presentar el siguiente presupuesto.
Marca: POLYMEDCO
Procedencia: USA
CONDICION: PARA EQUIPO AUTOMATIZADO PROPIO DEL HOSPITAL

Item	Código catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	41116113-014	Test para sangre oculta	Determinación	UNIDAD	Por Cantidad	15.000	POLYMEDCO	USA	165.000	2.475.000.000
Precio Total										2.475.000.000

Este presupuesto incluye reactivos auxiliares y consumibles
Validez de la oferta 30 días
Plazo de entrega 30 días
Respetuosamente

Lic. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

ESTEBAN VALDEZ S.R.L.

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP N° 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

C.P SILVIA MARTINEZ
Directora Administrativa
Instituto Nacional del

DR. JULIO ROLON
Director General
Instituto Nacionol del Cáncer

BIOANÁLISIS

PRESUPUESTO

Fecha: 3 de febrero de 2021.-

Señores
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Presente:

Tenemos el agrado de presentar el siguiente presupuesto.

Marca: POLYMEDCO
Procedencia: USA
CONDICION: PARA EQUIPO AUTOMATIZADO PROPIO DEL HOSPITAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	41116113-014	Test para sangre oculta	Determinación	UNIDAD	Por Cantidad	15.000	POLYMEDCO	USA	165.00D	2.475.000.000
Precio Total										2.475.000.000

Este presupuesto incluye reactivos auxiliares y consumibles.

Validez de la oferta 30 días

Plazo de entrega 30 dias

Respetuosamente

Abog. César Stumpfs
Mat. C.S.J. Nº 24.476
BIOANALISIS S.R.L.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente INCAN Instituto Nacional del Cáncer

Capiatá, 08 de Marzo del 2022.

Señor:

Dr. Julio Rolón.

Director General

Instituto Nacional del Cáncer.

Tengo el honor de dirigirme a usted como Director General de esta institución para solicitar sus buenos oficios en el nivel central para LA ADQUISICION DE LOS REACTIVOS Y TEST DE DETECCION DE SANGRE HUMANA OCULTA EN HECES PARA PODER CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE DETECCION DE CANCER COLORRECTAL DEL PRENEC PY.

Le ruego encarecidamente su colaboración para poder llevar adelante este PROGRAMA DE PREVENCION DE NEOPLASIAS COLORECTALES, YA QUE LA DETECCION DE LAS LESIONES PRE MALIGNAS O PRECURSORAS DEL CANCER COLORRECTAL Y SU TRATAMIENTO PRECOZ POR VIA ENDOSCOPICA HARA LA DIFERENCIA EN LA DISMINUCION DE ESTA PATOLOGIA QUE ES LA TERCERA CAUSA DE MUERTE EN HOMBRES Y MUJERES EN NUESTRO PAIS.

Como usted conoce, el Paraguay ha firmado un CONVENIO DE COOPERACION INTER INSTITUCIONAL CON LA CLINICA LAS CONDES DE SANTIAGO DE CHILE Y LA TDMU DE JAPON PARA DESARROLLAR ESTE PROGRAMA Y PODER EMPEZAR A ATENDER A 3000 PACIENTES EN EL PRIMER AÑO (6000 TEST), PARA LUEGO IR EXPANDIENDO SU COBERTURA A OTROS CENTROS ASISTENCIALES HASTA LLEGAR A SER UN PROGRAMA DE ALCANCE

a VOC N.-03
pl/ul/cfecto

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

SUB UOC
RECIBIDO POR:
HORA: 09/11
FIRMA
FECHA: 10/03/22
N. 160

MESA DE ENTRADA
09 MAR 2022
284

NACIONAL, CON DISTINTOS CENTROS DE CAPTACION DE PACIENTES QUE FORMEN PARTE DE LA RED PRENEC PY QUE TIENE COMO INSTITUCION MADRE AL INCAN, LA CUAL ESTA RECONOCIDA Y CERTIFICADA POR EL PRENEC CHILE COMO CENTRO CERTIFICADOR DE LOS FUTUROS SERVICIOS DE ENDOSCOPIA QUE VAYAN A TRABAJAR EN TAMIZAJE DEL CANCER COLORRECTAL EN PARAGUAY, POR CUAL SOLICITAMOS LA COMPRA DE 20.000 TEST PARA EL EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATICO PROPIO DE LA INSTITUCION A SER UTILIZADOS EN LOS PRIMEROS DOS AÑOS DE TRABAJO.

Deseándole el mayor de los EXITOS en su gestión me despido de usted muy cordialmente.

Dr. Gustavo Campos Barrera
Gastroenterología
Reg. Prof. N° 6781

Dr. Gustavo Campos.

Jefe del Servicio de Endoscopia Digestiva.

P.D. Adjunto las EE:TT del Equipo Analizador PROPIO DE LA INSTITUCION con sus reactivos y test de detección de sangre oculta en heces.

CC. Admin. Gral. Lic. Silvia Martínez

Asunción, 08 de Marzo del 2022.-

Señor
Dr. Julio Rolón.
Dirección General

Me dirijo a Usted a fin de poner a su conocimiento las Especificaciones técnicas de los test de detección de sangre oculta en heces para EQUIPO PROPIO del INCAN:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS
1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Código de Catalogo.	Descripción	Especificación Técnica	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	41116113-014	Test para Sangre Oculta	Test para sangre oculta para equipo **Totalmente** automatizado para la medición de sangre oculta en heces, con el dispositivo colector cerrado, para que el laboratorista no entre en contacto con la muestra brindando la mayor seguridad biológica. El equipo con capacidad de medir entre 60 a 80 pruebas por hora. La detección de sangre oculta en heces (FOB=FECAL OCCULT BLOOD) por el método FIT (FECAL IMMUNOCHEMICAL TEST), **con una sensibilidad desde 95 %** y una especificidad **desde 98 % y un rango de detección de la hemoglobina humana debe de estar entre 1 y 1.800 ng/ml, no debe reaccionar con la** hemoglobina degradada, de tal manera a reaccionar solo con la Hemoglobina del tracto intestinal bajo. No debe necesitar de restricciones dietarias ni medicinales solo debe requerir la recolección de una única y simples muestra con facilidad y sin interrumpir le rutina diaria la muestra recogida y cerrada por el paciente no se reabre en ningún momento. **Debe estar aprobado por la FDA.** Los resultados deben imprimirse interna y automáticamente en papel, evitando la subjetividad en la lectura y posibles errores en la transcripción del resultado también posibilidad de transmisión directamente al sistema LIS del Laboratorio.	unidad	Determinación	10.000	20.000

Sin otro Particular me despido respetuosamente.

Dr. Gustavo Campos
Jefe del Servicio de Endoscopia INCAN