PAC N°: 320.196,

ACLARACIÓN N° 03

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2017 "ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS CON PROVISION DE EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES A COMODATO PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD DEL MSP Y BS" - AD REFERENDUM. - ID N° 320.196,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. **CONSULTA**

OBSERVACIONES: PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DEBEN ENTREGARSE CON LAS PLACAS.

CANTIDAD 10 (DIEZ) UNIDADES DE: DIGITALIZADORES CADA UNO CON SU RESPECTIVA IMPRESORA Y CONECTADAS A UNA UPS (10 DIGITALIZADORES + 10 IMPRESORAS + 10 UPS).

- EL EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES RADIOLOGICAS: DIGITALIZADOR COMPUTARIZADO PARA APLICACIONES DE RADIOGRAFIA GENERAL, CON SOFTWARE DE PROCEDIMIENTOS DE IMÁGENES. ESTACION DE TRABAJO E IDENTIFICADOR DE CHASIS DEL CR. MONITOR PARA VISUALIZACION DE IMÁGENES DEL CR.

- LA IMPRESORA: SISTEMA DE IMPRESIÓN SECA CON FORMATO DE IMPRESIÓN EN LINEA.

EQUIPO DIGITALIZADOR: SISTEMA DISPERSOR DE CHASIS: 5 CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS DE ENTRADA O SISTEMA DE BANDEJA CON ENTRADA ÚNICA CON 4 RANURAS DE ENTRADA DE CHASIS EN SIMULTÁNEO. RENDIMIENTO MINIMO 83 IP/HORA 35x43CM.

EL EQUIPO DIGITALIZADOR DEBE CONTAR CHASIS IP DE FOSFORO Y OPCIONALMENTE LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR NIP (TECNOLOGIA DE AGUJAS) O IP DE LECTURA DE AMBOS LADOS. VISUALIZACION DE ESTADOS Y ERRORES EN EL MONITOR DE PC. TRES RESOLUCIONES EN TAMAÑO PIXEL; 50, 100 Y 150 MICRAS ó SU EQUIVALENTE EN PIXELES/MM DE 5, 10 y 20 PIXELES/MM. ADQUSICION DE DATOS: 20 PIXEL/MM. DICOM STORAGE- DICOM SENT. POSIBILIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES OFF LINE (CD. USB. ETC) ACCESORIOS: CANTIDAD MINIMA DE CHASIS 12. (5 CHASIS DE 35 X 43 CM, 5 CHASIS DE 24 X 30 CM. 2 CHASIS DE 18 X 24 CM), PLACA COMPATIBLE CON LA IMPRESORA OFERTADA POR LA TOTALIDAD DEL EQUIPO.

EL SISTEMA DERERA CONTAR CON UN KIT DE MOVILIDAD (OPCIONAL).

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Encuneo N° 1
DEPARTAMEN

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 7.

Asunción, 08 de marzo de 2017

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. B.S.