PAC Nº: 283.454.-

ADENDA Nº 14/2015

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 72/2014 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS MEK, VOTEM Y NEWPORT - PLURIANUAL**, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE 1
Mantenimiento Preventivo (Ítem 1 al 3)

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD DE EVENTOS POR EQUIPO	CANTIDAD TOTAL DE EVENTOS
1	1	73171602-006	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	No Observado	6	UNIDAD	EVENTO	4	24
	2	73171602-006	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	16	UNIDAD	EVENTO	4	64
	3	73171602-006	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP-1200	14	UNIDAD	EVENTO	4	56

LOTE 1
Mantenimiento Correctivo (Ítem 4 al 33)

Monto Mínimo: Gs. 50.000.000.-
Monto Máximo: Gs. 100.000.000.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
EQUIPO 1: Contrato de Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos, a demanda, según protocolo del fabricante para: 6 (seis) Equipos de MONITOR MULTIPARAMETRICO Marca **MEK**, Modelo No Observado					
1	4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BATERIA	UNIDAD	1
	5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MODULO PNI	UNIDAD	1
	6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA ECG	UNIDAD	1
	7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PANTALLA LCD	UNIDAD	1
	8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BACK LITE	UNIDAD	1
	9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE PACIENTE DE ECG DE 5 DERIVACIONES	UNIDAD	1
	10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE INTERFASE DE SPO2	UNIDAD	1
	11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE ADULTO/PEDIATRICO	UNIDAD	1
	12	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA INTERFASE PARA PRESION NO INVASIVA	UNIDAD	1
	13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BRAZAL REUTILIZABLE ADULTO/PEDIATRICO PARA PNI	UNIDAD	1
EQUIPO 2: Contrato de Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos, a demanda, según protocolo del fabricante para: 16 (diez y seis) Equipos de MONITOR MULTIPARAMETRICO Marca **MEK**, Modelo MP 1000 NT					
1	14	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BATERIA	UNIDAD	1

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MODULO PNI	UNIDAD	1
	16	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA ECG	UNIDAD	1
	17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PANTALLA LCD	UNIDAD	1
	18	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BACK LITE	UNIDAD	1
	19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE PACIENTE DE ECG DE 5 DERIVACIONES	UNIDAD	1
	20	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE INTERFASE DE SPO2	UNIDAD	1
	21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE ADULTO/PEDIATRICO	UNIDAD	1
	22	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA INTERFASE PARA PRESION NO INVASIVA	UNIDAD	1
	23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BRAZAL REUTILIZABLE ADULTO/PEDIATRICO PARA PNI	UNIDAD	1
EQUIPO 3: Contrato de Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos, a demanda, según protocolo del fabricante para: 14 (catorce) Equipos de MONITOR MULTIPARAMETRICO Marca **VOTEM**, Modelo VP-1200					
1	24	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BATERIA	UNIDAD	1
	25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MODULO PNI	UNIDAD	1
	26	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA ECG	UNIDAD	1
	27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PANTALLA LCD	UNIDAD	1
	28	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BACK LITE	UNIDAD	1
	29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE PACIENTE DE ECG DE 5 DERIVACIONES	UNIDAD	1
	30	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE INTERFASE DE SPO2	UNIDAD	1
	31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE ADULTO/PEDIATRICO	UNIDAD	1
	32	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA INTERFASE PARA PRESION NO INVASIVA	UNIDAD	1
	33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BRAZAL REUTILIZABLE ADULTO/PEDIATRICO PARA PNI	UNIDAD	1

LOTE 2
Mantenimiento Preventivo (Ítem 1)

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD DE EVENTOS POR EQUIPO	CANTIDAD TOTAL DE EVENTOS
2	1	73171602-006	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	24	UNIDAD	EVENTO	4	96

LOTE 2
Mantenimiento Correctivo (Ítem 2 al 8)
Monto Mínimo: Gs. 200.000.000.-
Monto Máximo: Gs. 400.000.000.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
EQUIPO 4: Contrato de Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos, a demanda, según protocolo del fabricante para: 24 (veinte y cuatro) Equipos de VENTILADOR PULMONAR Marca **NEWPORT**, Modelo E360					
2	2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BATERIAS 12V 7,0AH	UNIDAD	1
	3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE MANTENIMIENTO 3000HS	UNIDAD	1
	4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE OXÍGENO	UNIDAD	1
	5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE FLUJO	UNIDAD	1

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MEMBRANA DE VALVULA EXHALATORIA	UNIDAD	1
	7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA MAIN BOARD PCB 2100A	UNIDAD	1
	8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ANALOG BOARD PCB 2104A	UNIDAD	1

DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS

NRO DE ORDEN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	N° DE SERIE	CODIGO DE PATRIMONIO	UBICACIÓN
1	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	No observado	0043-2011	011-387-55-0007	H.R. CONCEPCION
2	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	No observado	0041-2011	011-387-55-0008	H.R. CONCEPCION
3	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	No observado	00100-2011	011-387-55-0009	H.R. CONCEPCION
4	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	No observado	0040-2011	011-387-55-0010	H.R. CONCEPCION
5	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	No observado	0015-2011	011-387-55-0011	H.R. CONCEPCION
6	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	No observado	0042-2011	011-387-55-0012	H.R. CONCEPCION
7	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0414 C	011-132-52-0153	H.R. ENCARNACION
8	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0411 C	011-132-52-0154	H.R. ENCARNACION
9	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0412 C	011-132-52-0092	H.R. ENCARNACION
10	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0408 C	011-132-52-0093	H.R. ENCARNACION
11	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0409 C	011-132-52-0094	H.R. ENCARNACION
12	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0407 C	011-132-52-0095	H.R. ENCARNACION
13	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0410 C	011-132-52-0096	H.R. ENCARNACION
14	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0406 C	011-132-52-0097	H.R. ENCARNACION
15	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0415 C	011-132-52-0098	H.R. ENCARNACION
16	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP – 11G-0413 C	011-132-52-0099	H.R. ENCARNACION
17	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP-11G-0422	S/C	H.R. CAACUPE
18	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP-08L-0686	S/C	H.R. CAACUPE
19	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP-11L-0920	011-700-51-0019	H.R. CAACUPE
20	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NTP-11G-0417	S/C	H.R. CAACUPE
21	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NT-08J-0450	011-23-05-1277	H.M.I. SAN PABLO
22	MONITOR MULTIPARAMETRICO	MEK	MP 1000 NT Plus	NT-08J-0451	011-32-82-0416	H.M.I. SAN PABLO
23	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP-1200	CECT 060	S/C	H.R. CAACUPE
24	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP-1200	CECT 061	S/C	H.R. CAACUPE
25	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP-1200	CECT 062	S/C	H.R. CAACUPE
26	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP-1200	CECT 063	S/C	H.R. CAACUPE
27	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP-1200	CECT 064	S/C	H.R. CAACUPE



NRO DE ORDEN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	Nº DE SERIE	CODIGO DE PATRIMONIO	UBICACIÓN
28	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP-1000	BEAL 008	S/C	H.R. CAACUPE
29	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	CECT 059	011-32-82-0527	H.M.I. SAN PABLO
30	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	CECT 069	011-32-82-0537	H.M.I. SAN PABLO
31	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	CECT 056	011-32-82-0524	H.M.I. SAN PABLO
32	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	CECT 065	011-32-82-0533	H.M.I. SAN PABLO
33	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	CECT 058	011-32-82-0526	H.M.I. SAN PABLO
34	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	CECT 067	011-32-82-0535	H.M.I. SAN PABLO
35	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	CEC8072	011-52-57-0251	H.G. BARRIO OBRERO
36	MONITOR MULTIPARAMETRICO	VOTEM	VP 1200	BAL0061	011-24-13-0043	INERAM
37	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N09360213632	011-32-82-0325	H.R. CONCEPCION
38	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361219667	011-54-49-2521	H.R. CONCEPCION
39	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718411	011-132-52-0101	H.R. ENCARNACION
40	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718410	011-132-52-0102	H.R. ENCARNACION
41	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718413	011-132-52-0103	H.R. ENCARNACION
42	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718003	011-132-52-0104	H.R. ENCARNACION
43	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718414	011-132-52-0105	H.R. ENCARNACION
44	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718409	011-132-52-0106	H.R. ENCARNACION
45	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718412	011-132-52-0107	H.R. ENCARNACION
46	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718417	011-132-52-0108	H.R. ENCARNACION
47	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718415	011-132-52-0109	H.R. ENCARNACION
48	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11360718416	011-132-52-0110	H.R. ENCARNACION
49	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361219666	S/C	H.R. CAACUPE
50	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361219671	S/C	H.R. CAACUPE
51	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N09360213611	011-32-82-0326	H.M.I. SAN PABLO
52	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N09360213630	011-52-57-0232	H.G. BARRIO OBRERO
53	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N09360213669	011-52-57-0231	H.G. BARRIO OBRERO
54	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N09360213667	011-52-57-0230	H.G. BARRIO OBRERO
55	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361119495	011-24-15-0030	INERAM
56	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361119497	011-24-129-0009	INERAM
57	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361119494	011-24-129-0007	INERAM
58	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361119496	011-24-15-0031	INERAM
59	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361119492	011-24-15-0028	INERAM
60	VENTILADOR PULMONAR	NEWPORT	E360	N11361119493	011-24-15-0029	INERAM

Asunción, 23 de Septiembre de 2015.-