San Lorenzo, 07 de setiembre de 2020

ADENDA N° 02

En referencia al Llamado con ID Nº **379.772, Contratación Directa Nº 21/2020"ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA DIGECIPOA"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES A LA CARTA INVITACION:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

1.1 Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas	
1	PH Metro	pH	0.00 a 14.00
			Resolución:0.01 ó 0.1
			Precisión:+/-0.01
		mV	+- 199.9 mV a +/- 1999mV
			Resolución:1 ó 0.1 mV
			Precisión:+/-1 mV
		Temperatura	Compensación manual y automática de temperatura
			Resolución: 0.1ºC
			Precisión: +/-0.5ºC
		Calibración:	calibración del electrodo del PH: 1 a 5 puntos con reconocimiento automático
			Detección automática de soluciones buffer, sus valores pueden ser modificados por el rango dado
		Batería	4AA o baterías recargables de 200 horas continúas de duración con indicador de batería baja apagado automático después de 10min de inactividad.
		Protección	**IP65 como mínimo: waterproof, resistente a los agentes químicos y al polvo**
		Conexión Sonda	BNC
			3 (tres) microsondas pH ISFET para realizar mediciones en carne con el electrodo

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10.5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

			apropiado
			Función de apagado automático, medidor equipado con pantalla LCD
		Maletín de transporte. Portátil	
		Con Kit de estándares de calibración	
		Manual de instrucción	
2	Contenedor para congelado de muestras	Conservadora de material desinfectable de material plástico, de 130 litros de capacidad, con cierre hermético. Portacandado (OPCIONAL) **Imagen de Referencia**	

- **No han Sido Modificados los demás puntos del Anexo C ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS**
- **Se han modificado en el SICP, La Fecha tope de Consulta, la Entrega y Apertura de Sobres Ofertas.**

Atentamente

LIC. DAMARIS OCAMPO BYKOV
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA