INSTITUTO
DE PREVISIÓN SOCIAL

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
# N° 44/2013

# "ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL Y SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO DEL IPS"

## ACLARACION N° 1

## AÑO 2013

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 44/2013
# "ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL Y SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO DEL IPS"

## ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 19 de setiembre de 2013.

**AL OFERENTE:**

Con relación a la **Licitación Pública Nacional N° 44/2013 "ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL Y SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO DEL IPS",** se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas:

**CONSULTA 1:**

En el punto 1.2.1 donde se describe el tipo de bomba de infusión, de la siguiente manera:

**Bomba de uno o más canales en sistema modular o integrado.**

Recomendamos la siguiente modificación:

**Bomba de uno o más canales en sistema modular o integrado. Con mecanismo de funcionamiento del tipo peristáltico lineal.**

Esta recomendación obedece a varios motivos:

- El sistema peristáltico lineal permite obtener un flujo de infusión más constante que el obtenido con un sistema peristáltico rotativo, esto es verificable sobre todo a bajos flujos, por ejemplo en una aplicación con pacientes pediátricos.
- Durante periodos de infusión prolongados, 24 o más horas, las líneas o set descartables sufren deformaciones y daños debido a la acción del mecanismo impulsor. Con un sistema rotativo pueden existe roturas desprendimiento de material de la línea o set que puede ingresar al paciente, sea por la vía enteral o parenteral, con diversos efectos adversos para el paciente.

**RESPUESTA:** Los equipos solicitados son para uso en nutrición enteral, por lo que no se consideran necesarias las características adicionales mencionadas en las consulta; además limitaría la participación de otros posibles oferentes.

**CONSULTA 2:**

En el punto 1.2.9 se describe la siguiente característica:

**Sistema de seguridad de aire en la línea.**

Recomendamos la siguiente modificación:

**Sistema de seguridad de aire en la línea. Sistema de detección ultrasónico.**

Esta recomendación se debe a que el sistema de detección ultrasónico es el sistema que permite contar con la mayor sensibilidad para la detección de aire en la línea o set, esta característica es de gran importancia sobre todo en pacientes pediátricos o neonatales donde incluso un pequeño volumen de aire representa un gran riesgo para el paciente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Nuñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

**RESPUESTA:** Los equipos solicitados son para uso de nutrición enteral, por lo que no se consideran necesarias las características adicionales mencionadas en las consulta; además limitaría la participación de otros posibles oferentes.

**CONSULTA 3:**

En el punto 1.1.20 se indica lo siguiente:

**Precisión en el rango de -10 % o mayor hasta +10 % o menor.**

Teniendo en cuenta que se solicita equipos capaces de infundir todo tipo de soluciones (alimentación, medicamentos, etc.) lo recomendable en este caso es que la precisión sea del 5% o mejor, por lo tanto recomendamos la siguiente modificación:

**Precisión en el rango de -5 % o mayor hasta +5 % o menor.**

**RESPUESTA:** Los equipos solicitados son para uso de nutrición enteral, por lo que no se consideran necesarias las características adicionales mencionadas en las consulta; además limitaría la participación de otros posibles oferentes.

**CONSULTA 4:**

En el punto 1.2.11 se solicita que el equipo disponga de la siguiente función:

**Manejo de infusión secundaria automática (cambio automático en el límite de velocidad de dosificación).**

Para realizar este tipo de infusión con una infusión principal y otra secundaria se requiere de una línea de infusión o set especial con accesorios adicionales (línea de extensión secundaria), este tipo de línea o set no es requerida dentro de la presente licitación de set de infusión enteral, por lo tanto esta función de bomba de infusión no es relevante para el presente llamado.

Por lo tanto se recomienda la siguiente modificación:

**Manejo de infusión secundaria automática (cambio automático en el límite de velocidad de dosificación). Opcional.**

**RESPUESTA:** Se modifica conforme la **Adenda N° 3** en la Sección Suministros Requeridos.

**CONSULTA 5:**

Recomendamos incluir la siguiente característica para las bombas de infusión:

**Sistema de apilamiento que facilita el uso y el transporte de las bombas de infusión.**

Este pedido obedece a que normalmente en las unidades de terapia intensiva se utilizan dos o más bombas de infusión por paciente, el sistema de apilamiento facilita su uso y se permite dar un mejor aprovechamiento al espacio físico disponible.

**RESPUESTA:** Los equipos solicitados son para uso en nutrición enteral, por lo que no se consideran necesarias las características adicionales mencionadas en las consulta; además limitaría la participación de otros posibles oferentes.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios