LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 47/2013 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL IPS"

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 29 de Noviembre de 2013

AL OFERENTE:
Con relación a la: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 47/2013 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL IPS",** se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas:

CONSULTA 1

En los Lotes 48/ 49/ 50, donde dice "no compatible", consultamos si se refiere a la condición NO COMPLACIENTE".

48	1	5073	42221504-007	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 3,0 MM DE DIÁMETRO x 19 a 21 MM DE LONGITUD **no Compatible.**	De Alta presión compatible con Catéter Guía 5 French y con alambre guía 0,014" Presión nominal de 14 ATM y Presión de ruptura de 18 a 20 ATM. Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm.
49	1	6041	42221504-007	CATÉTER BALÓN: CATÉTER BALÓN DE 3,5 MM DE DIÁMETRO x 19 a 21 MM DE LONGITUD **no compatible**	De Alta presión compatible con Catéter Guía 5 French y con alambre guía 0,014" Presión nominal de 14 ATM y Presión de ruptura de 18 a 20 ATM. Perfil de entrada de 0,018" o menor con sistema de intercambio rápido y largo de 135 a 155 cm.

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 2

En el Lote 5, ítem 1, donde dice "Punta Rígida", consultamos si se refiere a un alambre de característica "extra soporte" o a un alambre "punta recta"? Se refiere a un alambre guía hidrofílico o siliconado?
RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 3

En los Lotes 6/ 7, donde dice
"INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH"
"INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR ARTERIAL DE 8 FRENCH"
Consultamos, si nos podrían aclarar,
a- Si en el kit se debe incluir alambre guía.
b- Cuál sería el diámetro requerido para el alambre guía (0.035mm o 0.038 mm)
c- Cuál debe ser el largo de los introductores (7 u 11 cm).
RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 4
En el Lote 8, donde dice

"INTRODUCTOR ARTERIAL: KIT DE INTRODUCTOR ARTERIAL RADIAL DE 6 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCTOR ARTERIAL) ",

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Consultamos, si nos podrían aclarar,

a. Cuál sería el diámetro requerido para el alambre guía (0.035mm o 0.038 mm)
b. Cuál sería el largo de los introductores (7 u 11 cm).

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 5

En el Lote 9/10/11/12/13, donde dice "CATÉTER DE DIAGNÓSTICO"

Consultamos, si nos podrían aclarar,

a. Cuál sería el sería el largo requerido para los catéteres?

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 6

En el Lote 14, donde dice "CATÉTER DE DIAGNÓSTICO: CATÉTER DE DIAGNÓSTICO MULTIPROPÓSITO 6 FRENCH"

Consultamos, si nos podrían aclarar,

a. Cuál sería el sería el rango requerido para el largo de los catéteres?
b. Qué curvatura debería tener el catéter? A1, A2, B1, B2?
c. El catéter deberá tener puertos laterales o deberá ser sin puertos laterales?

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 7

En el Lote 15, donde dice "CATETER DIAGNOSTICO PIG TAIL"

Consultamos, si nos podrían aclarar,

a) Cuál sería el largo solicitado del catéter 90 – 110 – 125?

RESPUESTA: La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 8

En el lote 17, donde dice, "CATETER DIAGNOSTICO JL4 6 FRENCH"

Consultamos, si nos podrían aclarar,

a) Cuál sería el largo del catéter?

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 9

En el lote 23, donde dice, "INTRODUCTOR PARA CATETERISMO PEDIATRICO 4 FRENCH"

Consultamos, si nos podrían aclarar,

a. Cuál sería el largo requerido para los introductores 7cm - 11cm - 23cm?
b. Cuál sería el diámetro requerido para el alambre guía 0,018 – 0,025 – 0,035 – 0,038?

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 10

En el lote 25 -26, donde dice, "CATETER MULTIUSO"

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Mari B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Consultamos, si se podría aclarar,

a. Cuál sería el largo requerido para el catéter (80cm – 100cm)?
b. El catéter deberá tener puertos laterales o deberá ser sin puertos laterales?

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 11

En el lote 29, donde dice, "CATETER DIAGNOSTICO COBRA"

Consultamos:

a. Si estaría permitido extender el rango de 65cm a 100cm.
b. Cuál sería el diámetro requerido para el alambre guía (0,035 – 0,038)?

RESPUESTA:

a) La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

b) En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 12

Lotes 32 al 46, donde señala las especificaciones para el " CATETER GUIA"

Consultamos, si nos podrían especificar si:

a. El catéter deberá tener puertos laterales o deberá ser sin puertos laterales?

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 13

En el lote 54, donde dice, "CATÉTER PROLONGADOR DE ALTA PRESIÓN: CATÉTER PROLONGADOR DE ALTA PRESIÓN P/1200 a 1500 PSI de 40 a 80 cm DE LONGITUD"

Consultamos, si nos podrían aclarar,

a. Si el material del catéter prolongador deberá ser de PVC o Poliuretano, o cualquiera de ellos.

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 14

En el lote 60, donde dice "SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR: SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO o LAZO 8 a 8,5 FR, 100 cm de largo, en forma de asa de 0,021"

Consultamos, si :

a. EL lazo del set de extracción debe ser múltiple o simple?
b. Se podría ampliar el rango de French requerido de 7 a 8.5, en el caso de ser lazo múltiple?
c. En el caso de set lazo simple, podría presentarse desde 6Fr?
d. Cuál sería el diámetro de trabajo del set?

RESPUESTA:

a) En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

b, c, d) La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Bárcena Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

CONSULTA 15

En el lote 61, donde dice "SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR: SET DE EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR DE CUERPO EXTRAÑO o LAZO 6 a 6,5 FR, 100 cm de largo, en forma de asa de 0,015"

Consultamos, si :

a. EL lazo del ser de extracción debe ser múltiple o simple?
b. Se podría ampliar el rango de French requerido de 7 a 8.5, en el caso de ser lazo múltiple?
c. En el caso de ser lazo simple, podría presentarse desde 6Fr?
d. Cuál sería el diámetro de trabajo del set?

RESPUESTA:

a) En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

b, c ,d) La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 16

Lote 47: Catéter Balón de 2.5 mm de diámetro x 19 a 21 mm de longitud no complaciente.

Se puede cotizar Catéter Balón de Alta Presión compatible con catéter guía, 6 French y con alambre guía 0,014". Presión nominal de 10 atm y presión de ruptura de 18 a 20 atm.

RESPUESTA: La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 17

Lote 48: Catéter Balón de 3,0 mm de diámetro x 19 a 21 mm de longitud no complaciente.

Se puede cotizar Catéter Balón de alta presión compatible con Catéter guía 6 french y con alambre guía 0,014°. Presión nominal 10 atm y presión de ruptura de 10 a 20 atm.

RESPUESTA: La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 18

Lote 49: Catéter Balón de 3,5 mm diámetro x 19 a 21 mm de longitud no complaciente.

Se puede cotizar Catéter Balón de alta presión compatible con catéter guía 6 french y con alambre guía 0,014". Presión nominal de 10 atm y presión de ruptura de 18 a 20 atm.

RESPUESTA: La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 19

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Lote 50: Catéter Balón de Alta presión compatible con catéter guía de 6 french y con alambre guía 0,014. Presión nominal de 10 atm y presión de ruptura de 18 a 20 atm.

RESPUESTA: La descripción de lo solicitado corresponde a lo establecido en el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos aprobado por la máxima autoridad de la Institución por lo que el oferente deberá adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 20

Lote 8: Introducir Arterial: Kit Introductor Arterial Radial de 6 french (debe incluir aguja de punción, alambre guía el introductor arterial)

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 21

En el lote 66, donde dice "DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL DE PLOMADO tamaño grande /tamaño mediano – completo con plomo virgen; DELANTAL PLOMADO tamaño grande/ tamaño mediano completo con plomo virgen de 0.5 mm de plomo con cobertura anterior y posterior. Certificado de la FDA y comunidad europea.

Consultamos:

a) cual seria el tamaño requerido, grande o mediano?
b) cual seria el requisito de espesor del plomo para la cobertura posterior?
c) A que se refiere con la especificación "Plomo Virgen"? se refiere a Plomo Puro?

En caso de referirse a Plomo Puro, aclaramos que el plomo puro, se fisura y desintegra con facilidad, por lo cual no es recomendable para uso protección radiológica.

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

CONSULTA 22

En el Lote 5 Item 1 describen ALAMBRE GUIA 0,014 x 170 a 200 CMM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA. Por favor, aclarar si PUNTA RIGIDA se refiere al tipo de punta para pasar OCLUSIONES CRONICAS.

RESPUESTA: En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas y en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3, se modifica conforme a la Adenda N° 2.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios