ACLARACIONES
CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2016
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
ID: 312.690

CONSULTA Nº 1 – Item 3 Cabina de bioseguridad
Teniendo en cuenta la descripción de ítem 3-Cabina de bioseguridad, consultamos si la misma no corresponde a una Cabina de flujo laminar en lugar de una cabina de bioseguridad?
Respuesta Nº 1
Es cabina de bioseguridad Clase I para vapores ácidos, en donde se protege al operador no al producto.

CONSULTA Nº 2 – Item 3 Cabina de bioseguridad
Solicitamos aclaración con respecto al filtro Hepa: ¿Debe ser H13 99.93 % o H14 99.99?
Respuesta Nº 2
El filtro HEPA es H13 99.93%.

CONSULTA Nº 3 – Item 3 Cabina de bioseguridad
En caso de ser una cabina de bioseguridad, solicitamos aclaración respecto a las medidas del 2do. filtro HEPA.
Respuesta Nº 3
Al ser Clase I se utiliza un solo filtro.

CONSULTA Nº 4 – Item 3 Cabina de bioseguridad
Consultamos si las medidas de la cabina pueden tener un rango de tolerancia.
¿Es preciso incluir algún tipo de base (mesa) de apoyo para la cabina?
Respuesta Nº 4
Sí, pueden tener un rango de tolerancia, como mínimo el área de trabajo de la cabina debe ser de 60 cm de fondo x 1m de frente.
Se debe incluir una mesada con dos ruedas frontales con freno, las ruedas traseras pueden ir sin frenos.

CONSULTA Nº 5 – Item 3 Cabina de bioseguridad
Solicitamos aclaración respecto a la clase de la cabina: ¿Debe ser A2 o B2?.
Respuesta Nº 5
Al ser cabina de bioseguridad de Clase I, no corresponde esa clasificación.

Atentamente,

Oscar Israel Careaga O.
Responsable S-UOC