Licitación Pública Internacional No. 01/2020
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MÉDICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPI N° 01/2019" - ID N° 382.527

ACLARATORIA N° 01/2020

El Programa de Desarrollo Infantil Temprano emite la presente aclaratoria en el marco del proceso a los efectos informar cuanto sigue:

CONSULTA1:

ITEM 14. Autoclave de esterilización. En el punto 6. Cierre de la tapa de triple etapa y puerta con doble construcción totalmente de acero al carbono y acero inoxidable laminados. Se podría ofertar una autoclave con doble cierre de la tapa / puerta construida 100% en acero inoxidable 304 teniendo en cuenta que el acero inoxidable tiene mayor resistencia a la corrosión el cual permite que sea más duradero que el acero al carbono.

RESPUESTA1: Adecuarse al PBC

CONSULTA2:

En cuanto al ITEM 14. Autoclave de esterilización. En el punto 11. Dimensiones: - Diámetro: 283 mm. - Longitud de la cámara: 548 mm. - Altura Externa: 374 mm. - Longitud externa: 623 mm. - Ancho: 443 mm. - Peso: 38 kg. Solicitamos ampliar el rango de las dimensiones o especificar que esas dimensiones son aproximadas de modo que puedan participar una mayor cantidad de oferentes.

RESPUESTA2: Adecuarse al PBC

CONSULTA3:

Ítem N° 7 Set de instrumental para inserción de DIU. Solicitamos a la convocante aclarar si se puede ofertar histerometro SIMS maleable de 32cm.

RESPUESTA3: Adecuarse al PBC

CONSULTA4:

Item N° 7 Set de instrumental para insercion de DIU. Donde dice: 1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm Consulta: Solicitamos a la convocante poder cotizar caja con las siguientes medidas: 50x20x10cm, para dar oportunidad a mas oferentes

RESPUESTA4: Adecuarse al PBC

CONSULTA5:

Item N° 7 Set de instrumental para insercion de DIU. Donde dice: 1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm solicitamos a la convocante aclarar si c/ mango se refiere a botón de la tapa o asas de la caja para agarrar.

RESPUESTA5: Adecuarse al PBC

CONSULTA6:

Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios. Lista de Bienes y Plan de Entrega. Fecha Límite de Entrega. Parte II. Sección VII. Requisitos de Bienes y Servicios. Lista de Bienes y Plan de Entrega. Fecha Límite de Entrega. Respetuosamente solicitamos al Convocante extender la

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Gestión del Programa

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Fecha Límite de Entrega a por lo menos 90 días, contados a partir de la recepción de la respectiva orden de compra por parte del proveedor. Es importante señalar que las cantidades de bienes a ser suministradas son muy elevadas, por lo que se requiere más tiempo que los 45 días propuestos actualmente en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

RESPUESTA6: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA7:

Parte III. Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato. GCC 27.1. Parte III. Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato. GCC 27.1. El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 2,5 % por semana El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10 % (página 108 del PBC). El valor de la multa que se pretende aplicar en el caso de eventuales atrasos en la provisión de bienes es muy elevado, por lo expuesto solicitamos reducir al 0,01% por día. Este valor porcentual sugerido, es el que utiliza el Ministerio de Salud y Bienestar Social para sus licitaciones llevadas a cabo actualmente, por lo que consideramos que se debería también aplicar en la presente Licitación.

RESPUESTA7: Adecuarse al PBC

CONSULTA8:

Anticipo Financiero. Anticipo Financiero. Solicitamos respetuosamente a la convocante otorgar un Anticipo de por lo menos el 20% del total del monto adjudicado, y por ende que el plazo de entrega de los equipos sea computado a partir del cobro de dicho Anticipo. -

RESPUESTA8: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA9:

Precios Referenciales Solicitamos a la convocante actualizar los precios de referencia de los lotes Nros: 7,10,11,12,13,15, y 16, ya que las mismas se encuentran dos veces o tres veces por debajo del precio del mercado, también llevar en cuenta los factores de la pandemia, el cambio del dólar, y el tipo de material y cantidad de instrumentales que piden en cada lote, es imposible cotizar con esos precios

RESPUESTA9: Adecuarse al PBC

CONSULTA 10:

SECCIÓN VII. Requisitos de los Bienes. Donde especifica: "Plan de Entrega; fecha límite de entrega 45 días" solicitamos amablemente a la convocante ampliar dicho plazo a 70 días o más considerando que en ésta situación de pandemia declarada por la OMS, los tiempos de tránsinsito internacional se ven severamente afectados con incertidumbres y demoras fuera de lo normal

RESPUESTA 10: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 11:

Donde especifica: "Plan de Entrega; fecha límite de entrega 45 días" solicitamos amablemente a la convocante ampliar dicho plazo a 70 días o más al menos para el ítem 5, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, considerando que los mismos incluyen una batería con autonomía de 5 años, lo que representa un tipo de carga peligrosa que varias compañías aéreas se reúsan a transportar. De otro modo, ésta Licitación Pública Internacional estaría cerrada únicamente para proveedores de la región lo que resultaría en un direccionamiento aparente.

RESPUESTA 11: Remitirse a lo establecido en el PBC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION GENERAL DE GABINETE

Lourdes D. Ortiz Caballero
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 12:
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el plazo, monto y formato de presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Gracias,

RESPUESTA 12: Remitirse a lo establecido en el PBC, Sección I Instrucciones a los oferente, punto 21.2 (f) y la Sección II Datos de la Licitación IAO 21.1 y 21.2.

CONSULTA 13:
Donde dice: " El oferente deberá presentar contratos o factura de compra con la recepción respectiva del cliente o contrato con su respectiva certificación de satisfacción del cliente, que acrediten tener experiencia en la provisión de los bienes similares correspondiente a los últimos 3 años (2017; 2018 y 2019), y que en promedio total de facturación sea el 50% del monto total de su oferta", solicitamos amablemente que el oferente pueda presentar copia de facturas de ventas tanto públicas como privadas de dispositivos médicos (equipos médicos) y de servicio técnico (mantenimiento preventivos y/o correctivos) que acumulen el porcentaje estipulado entre los años indicados para garantizar la experiencia y capacidad técnica tanto en venta de equipos médicos como en provisión del servicio posventa de los equipos ofertados.

RESPUESTA 13: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 14:
Consultamos amablemente si el oferente podrá presentar con su oferta, copia simple de su autorización de apertura en los rubros de: importadora, distribuidora, representante y comercializadora de dispositivos médicos otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que se encuentre vigente al momento de la apertura y desde esa fecha, con validez de al menos dos años más para así garantizar la capacidad técnica de provisión de productos médicos. Permitirá la competencia de los proveedores mejor preparados para dar soporte a equipos médicos para beneficio del usuario final de los productos.

RESPUESTA 14: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 15:
Consultamos amablemente si el oferente podrá presentar con su oferta, copia simple de su certificado de aprobación de planos otorgado correspondiente a importadora, distribuidora, representante y comercializadora de dispositivos médicos otorgado por la Dirección de EStablecimientos, Afines y Tecnología Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que se encuentre vigente al momento de la apertura, para así garantizar la capacidad técnica de provisión de productos médicos y la idoneidad del oferente.

RESPUESTA 15: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 16:
Consultamos amablemente si el oferente podrá presentar con su oferta, copia simple de su certificado de registro y habilitación correspondiente a Servicio Técnico de Mantenimiento de Dispositivos Médicos (Equipos Médicos) otorgado por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que se encuentre vigente al momento de la apertura, para así garantizar la capacidad técnica de provisión de productos médicos. Esto permitirá la participación de los proveedores mejor preparados para brindar soporte técnico al usuario final.

RESPUESTA 16: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 17:
Donde dice: "Para equipos o dispositivos médicos los oferentes deberán presenta: i) Certificado de comercialización vigentes o en trámite de renovación, expedido por el MSPYBS. (oferentes domiciliados en Paraguay) o su equivalente para oferentes no domiciliados en Paraguay", consultamos amablemente si oferentes domiciliados en paraguay podrán presentar autorización de apertura en el rubro de importadora,

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Gabinete del Programa

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

distribuidora, representante y comercializadora de dispositivos médicos vigente, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar social. De éste modo, se estará garantizando la idoneidad del oferente.

RESPUESTA 17: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 18:
Donde dice: "Para los Representantes o Distribuidores: Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante y poseer un representante en el país del comprador para asistencia técnica 24/7 y provisión de repuestos", solicita amablemente que se permita presentación de declaración jurada del oferente que garantiza que su proveedor (el fabricante) posee la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado y que además, el oferente cuenta con servicio de asistencia técnica 24/7 con provisión de repuesto.

RESPUESTA 18: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 19:
Donde dice "Escala de Medición: Capacidad desde 0 hasta 160 a 200 Kilos aprox", solicitamos amablemente, permitan ofertar equipos con capacidad máxima de 200 Kilogramos.

RESPUESTA 19: Adecuarse al PBC

CONSULTA 20:
Donde dice "Debe incluir tallímetro con graduación de 1 cm y con capacidad de medición entre 90 cm y 2 metros", solicitamos amablemente, permitan ofertar, equipos con graduación de 0,5 cm y con capacidad de medición entre 75 y 200 cm.

RESPUESTA 20: Adecuarse al PBC

CONSULTA 21:
Donde dice "Dimensiones: Aprox.: 292 x 848 x 409 MM. Plataforma: 292 x 75x300 MM" solicitamos amablemente no especificar este punto ya que las dimensiones en proporción varían entre un fabricante y otro sin alterar su capacidad de medición en cuanto al peso y la altura máxima.

RESPUESTA 21: Adecuarse al PBC

CONSULTA 22:
Donde dice "Accesorios: Manual de operación (uso, calibración y cuidados para su buen mantenimiento) y servicio en español", solicitamos amablemente que se puedan ofertar equipos con manuales en idioma distinto al español para no limitar la canTidad de oferentes.

RESPUESTA 22: Adecuarse al PBC

CONSULTA 23:
Donde dice: "El equipo ofertado deberá incluir un dispositivo de retroalimentación audiovisual durante la RCP que permita optimizar en tiempo real el rendimiento/resultados de la RCP para garantizar la calidad de la misma, según las recomendaciones 2015 de la AHA (esta puede ser audiovisual o guía de voz)", solicitamos amablemente que no se especifique el año de las recomendaciones AHA en la que se basa. El AHA (Asociación Americana del Corazón), lanza recomendaciones de como deben ser los dispositivos DEA desde el año 1990. La retroalimentación audiovisual se recomienda en casi todas las ediciones de las recomendaciones AHA. Por lo tanto, identificar un año en particular, podría estar direccionando a un fabricante en específico dejando de lado oferentes que también cumplen la solicitud esencial que es la retroalimentación audiovisual durante la RCP.

RESPUESTA 23: Adecuarse al PBC

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Gestión del Programa

Lourdes D. Ortiz Guelfa
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 24:
Donde dice: "Equipo compacto resistente, liviano y transportable, para pacientes adultos y pediátricos", sugerimos amablemente que se exija la entrega del equipo con atenuadores de paletas para uso en niños de 1 a 8 años como lo recomienda el AHA para dispositivos DEA.

RESPUESTA 24: Adecuarse al PBC

CONSULTA 25:
Donde dice: "Equipo compacto resistente, liviano y transportable, para pacientes adultos y pediátricos", sugerimos amablemente que se exija la entrega del equipo con su propio bolso de transporte original para cumplir con el requisito de "transportable".

RESPUESTA 25: Adecuarse al PBC

CONSULTA 26:
Donde dice: "2 baterías no recargables con autonomía, de al menos 5 años de vida útil o más de 250 shocks continuos o alternados. (Se valorará que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)" solicitamos amablemente que se puedan ofertar equipos que utilizan una sola batería para lograr la autonomía de 5 años, así también, solicitamos que la capacidad de descarga se especifique a un promedio de 120 shocks o más basados en descargas de 150 JOULES y finalmente, sugerimos amablemente que la batería de reemplazo siempre sea la origina del fabricante ya que algún alteración en sus características podría ocasionar mal funcionamiento del equipo en una situación crítica.

RESPUESTA 26: Adecuarse al PBC

CONSULTA 27:
Solicitamos amablemente que donde solicitan que cada DEA cuente con su propio gabinete señalizado, medidas aproximadas (solo de referencia) de 44 cm x 22 cm, material Melamina de buena calidad (o similar), permitan ofertar como alternativa equipos DEA con su propio bolsón de transporte para así también cumplir con un requisito previo que indica "transportable".

RESPUESTA 27: Adecuarse al PBC

CONSULTA 28:
Solicitamos amablemente que donde dice Dispositivo con protección IP 55 o superior, sean aceptados equipos con certificación de calidad ISO13485 de diseño y fabricación de equipos médicos, y así como también certificados de calidad EN60601 de equipos médicos eléctricos.

RESPUESTA 28: Adecuarse al PBC

CONSULTA 29:
Donde dice: "Dispositivo con protección IP 55 o superior", solicitamos amablemente que soliciten equipos con protección para ambientes IP 34 o superior considerando que los mismos estarán almacenados o dispuestos en bolsos de transporte o gabinetes dentro de espacios cerrados.

RESPUESTA 29: Adecuarse al PBC

CONSULTA 30:
Solicitamos amablemente que donde requieren dispositivos con Auto chequeo automático programable, diario /semanal /mensual de buen funcionamiento , permitan ofertar equipo con autochequeo diario /semana /mensual, al menos dos de ellos.

RESPUESTA 30: Adecuarse al PBC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
Unidad de Gestión

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 31:
Solicitamos amablemente que donde requieren que cada DEA cuente con su propio gabinete con alarma visual y sonora, se puedan ofertar equipos DEA que cuenten con bolso de transporte.

RESPUESTA 31: Adecuarse al PBC

CONSULTA 32:
Donde dice: Deberá incluir su instalación dentro del edificio, medidas 44 cm x 44 cm x 22 cm, material melamina, solicitamos amablemente que no se requiera instalación de los equipos considerando que el producto no requiere instalación y además, se indica en el plan de entrega, su entrega en el Depósito del Ministerio de Salud Pública y Bienestar social.

RESPUESTA 32: Se aclara que se refiere a la instalación del gabinete señalizado.

CONSULTA 33:
Solicitamos amablemente que donde requieren equipos DEA con software en español, sean aceptados equipos DEA con como mínimo 2 idiomas configurables.

RESPUESTA 33: Adecuarse al PBC

CONSULTA 34:
Consultamos amablemente a la convocante si se podrán cotizar equipos desfibriladores DEA que muestren en pantalla la señal de ECG y el ritmo cardiaco?.

RESPUESTA 34: Adecuarse al PBC

CONSULTA 35:
Consultamos amablemente a la convocante si se podrán cotizar equipos desfibriladores DEA que muestren en pantalla el contador de descargas realizadas en total?.

RESPUESTA 35: Adecuarse al PBC

CONSULTA 36:
Consultamos amablemente a la convocante si se podrán cotizar equipos desfibriladores DEA que muestren en pantalla los filtros aplicados a la señal ECG?.

RESPUESTA 36: Adecuarse al PBC

CONSULTA 37:
Consultamos amablemente a la convocante si se podrán cotizar equipos desfibriladores DEA con filtros ECG configurables?.

RESPUESTA 37: Adecuarse al PBC

CONSULTA 38:
Consultamos amablemente a la convocante si se podrán cotizar equipos con tiempo de carga de como máximo 10 segundo para 200Joules.

RESPUESTA 38: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Gestión del Programa

CONSULTA 39:
Consultamos amablemente a la convocante si se podrán cotizar equipos con por lo menos 19 mensajes audibles pre configurados.

RESPUESTA 39: Adecuarse al PBC

CONSULTA 40:
Donde dice: "Certificado de Calidad: FDA o TUV o CSA o CE o UL o IEC o ISO o que en el catálogo original conste las Certificaciones solicitadas" solicitamos amablemente que los certificados de calidad FDA o TUV o CSA o CE o UL o IEC o ISO o que en el catálogo original conste las Certificaciones solicitadas o que en el manual de usuario figure al menos una de ellas.

RESPUESTA 40: Adecuarse al PBC

CONSULTA 41:
Donde dice "Compromiso legalizado de parte del proveedor, certificado de fábrica, para mantener repuestos en plaza durante un período no inferior a 10 años" solicitamos amablemente que se reduzca el plazo a los 2 años que dura la garantía y que se permita presentación de copia simple autenticada por escribanía del documento emitido por el fabricante. Esto debido a que por lo general, por políticas internas los fabricantes no otorgan documentos de ese tipo, sin embargo, sí pueden garantizar por el plazo normal de dos años, provisión de repuestos y asistencia técnica.

RESPUESTA 41: Adecuarse al PBC

CONSULTA 42:
Donde dice: "Servicio Técnico capacitado y certificado" solicitamos amablemente a la convocante, que permita la presentación de copia simple autenticada por escribanía de que el representante tiene la capacidad de prestar asistencia técnica por sus productos.

RESPUESTA 42: Adecuarse al PBC

CONSULTA 43:
Donde dice: "Mantención preventiva: durante la garantía. Garantía 2 (dos) años", solicitamos amablemente a la convocante, verificar y de ser posible aumentar el precio referencial para éste ítem, considerando que la mantención preventíva durante 2 años implica un servicio permanente que se debe prestar y que tiene un costo relativamente elevado que pudo no haber sido considerado en el análisis de precios basado en licitaciones pasadas.

RESPUESTA 43: Adecuarse al PBC

CONSULTA 44:
Donde dice: "Dimensiones aproximadas Ancho: 80 cm Largo: 190 cm", solicitamos amablemente que se permitan ofertar camas con superficie para colchón de ancho mínimo 80 cm y largo mínimo 195 cm para lograr mayor flexibilidad ante los tipos de pacientes locales.

RESPUESTA 44: Adecuarse al PBC

CONSULTA 45:
Donde dice: "Capacidad mínima de carga: 150kg (330lb)", solicitamos amablemente se puedan ofertar camas con capacidad de hasta 180kg o más para lograr mayor cobertura ante los tipos de pacientes locales.

RESPUESTA 45: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
Unidad de Gestión del Programa

CONSULTA 46:
Consultamos amablemente si se podrán ofertar camas con portasuero incluído.

RESPUESTA 46: Adecuarse al PBC

CONSULTA 47:
Consultamos amablemente si se podrán ofertar camas con barandas laterales rebatibles construidas en aluminio.

RESPUESTA 47: Adecuarse al PBC

CONSULTA 48:
Consultamos amablemente si se podrán ofertar camas con cuatro ruedas de como mínimo 5" de diámetro y frenos en cada una de ellas.

RESPUESTA 48: Adecuarse al PBC

CONSULTA 49:
Donde dice "Dimensiones: - Diámetro: 283 mm. - Longitud de la cámara: 548 mm. - Altura Externa: 374 mm. - Longitud externa: 623 mm. - Ancho: 443 mm. - Peso: 38 kg. ", solicitamos amablemente que se puedena ofertar equipos con las dimensiones: Diámetro de la cámara interna entre 280 y 290 mm, longitud de la cámara entre 540 y 550 mm, altura externa entre 370 y 390 mm, longitud externa entre 600 y 900 mm, ancho entre 440 y 450 mm, y peso menor que 38kg.

RESPUESTA 49: Adecuarse al PBC

CONSULTA 50:
Donde dice"Barandas abatibles", solicitamos amablemente que se puedan cotizar equipos con posabrazos.

RESPUESTA 50: Adecuarse al PBC

CONSULTA 51:
Donde dice: "Dimensiones aproximadas (al menos): 175 largo x 80 ancho Peso mínimo a soportar: 250 Kg", solicitamos amablemente que permitan ofertar equipos con como mínimo 200cm de largo, 60 cm de ancho y peso mínimo a soportar 250kg.

RESPUESTA 51: Adecuarse al PBC

CONSULTA 52:
Donde dice: "Control manual adosado a mesa ", solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar mesa de parto con control pedal.

RESPUESTA 52: Adecuarse al PBC

CONSULTA 53:
Donde dice: "Ruedas con frenos de 12 cm de diámetro aprox, para permitir el transporte" solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar mesas de parto con ruedas con frenos independientes o con sistema central de frenado.

RESPUESTA 53: Adecuarse al PBC

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
Unidad de Gestión del Programa

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 54:
Donde dice: "Altura mínima: Mayor o igual a 70 cm", sugerimos amablemente a la convocante, solicitar mesa de parto que alcance una altura mínima igual o inferior a 65 cm para mayor versatilidad en los procedimientos ginecológicos y obstétricos.

RESPUESTA 54: Adecuarse al PBC

CONSULTA 55:
Donde dice: "Inclinación placa respaldo arriba: Entre +51° y +70° ", solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar mesa de parto con inclinación del respaldo de hasta 50° o superior.

RESPUESTA 55: Adecuarse al PBC

CONSULTA 56:
Donde dice: "Inclinación placa respaldo abajo: entre -12° y -11 Inclinación asiento arriba: Entre 14° y 20° Posiciones", solicitamos amablemente a la convocante, se permitan ofertar mesas de parto con función trendelemburg de hasta 10° como mínimo y trendelemburg reverso de hasta 12° como mínimo.

RESPUESTA 56: Adecuarse al PBC

CONSULTA 57:
Donde dice: "Medidas 60 x 40 x 80 cm. Estructura metálica en acero al carbono con pintura electroestática resistente a golpes y a la corrosión. 2 bandejas y 1 cajón, Regatones en cada pata" solicitamos amablemente confirmar o rectificar este punto que no aparenta tener relación con una mesa de parto y sus funciones.

RESPUESTA 57: Se aclara que es una mesita auxiliar

CONSULTA 58:
Donde dice: "Repuestos asegurados por vida útil del equipo", solicitamos amablemente permitan presentar nota de garantía de provisión de repuestos por los dos años que dura la garantía.

RESPUESTA 58: Adecuarse al PBC

CONSULTA 59:
Donde dice: "IEC 60601 o equivalentes o CE o FDA. Incluir certificados" solicitamos amablemente a la convocante excluir éste punto ya que podría reducir las posibilidades a un número muy reducido de oferentes.

RESPUESTA 59: Adecuarse al PBC

CONSULTA 60:
En las especificaciones tecnicas del item N° 19 solicitan "continente redondo", se podria considerar "contenedor cuadrado"?.

RESPUESTA 60: Adecuarse al PBC

CONSULTA 61:
Solicitamos a la convocante poder cotizar contenedor con las siguientes medidas 50,0x20,0x10,0 CM, para permitir mayor oportunidad de oferentes.

RESPUESTA 61: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuella
Especialista en Adquisicion

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Gestión del Programa

CONSULTA 62:
Solicitamos respetuosamente un a variacion de +-2 cm en las medidas solicitadas de los intrumentales, para permitir mayor cantidad de oferentes.

RESPUESTA 62: Adecuarse al PBC

CONSULTA 63:
donde dice: - Tazón metálico pequeño (Copa graduada. De forma cónica con graduación en superficie interna sin asa. DIMENSIÓN: 150 ml) Consulta: solicitamos a la convocante poder cotizar el tazón con asas y confirmar si la medida correcta es de 150ml, ya que es muy chico.

RESPUESTA 63: Adecuarse al PBC

CONSULTA 64:
Solicitamos a la convocante poder cotizar el contenedor con la siguienta medida 20x10x5 cm , y sin asas , ya que en el mismo item solo piden dos instrumentales.

RESPUESTA 64: Adecuarse al PBC

CONSULTA 65:
donde dice:1 Espéculo vaginal de Collin Consulta: solicitamos a la convocante especificar la medida del especulo si es P, M o G.

RESPUESTA 65: Adecuarse al PBC

CONSULTA 66:
Solicitamos a la convocante poder cotizar la caja con la siguiente medida 50x20x10 CM, para poder permoitir mayor cantidad de participacion de oferentes.

RESPUESTA 66: Adecuarse al PBC

CONSULTA 67:
Solicitamos a la convocante poder cotizar el contenedor con la siguiente medida: 50x20x10 CM para poder permitir la participacion de mas oferentes.

RESPUESTA 67: Adecuarse al PBC

CONSULTA 68:
Solicitamos a la convocante poder cotizar el contenedor con la siguiente medida 50x20x10 CM.

RESPUESTA 68: Adecuarse al PBC

CONSULTA 69:
Solicitamos a la convocante poder ofertar el contenedor con la siguiente medida 50x20x10 CM sin asa para dar oportunidad a la presentacion de mas oferentes.

RESPUESTA 69: Adecuarse al PBC

CONSULTA 70:
donde dice: Tres (03) curetas uterinas de green roma, estriada, vastago maleable ancho 12mm. 11" (28cm.) Consulta: solicitamos a la convocante poder cotizar curetas de green de 27 cm.

RESPUESTA 70: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 71:
donde dice: Una (01) pinza forester, boca estriada recta 9 ½" (24cm.) Consulta: solicitamos a la convocante poder cotizar pinza forester de 25cm.

RESPUESTA 71: Adecuarse al PBC

CONSULTA 72:
donde dice: Una (01) pinza forester, boca estriada curva 9 ½"(24cm.) consulta: solicitamos a la convocante poder cotizar pinza forester de 25cm.

RESPUESTA 72: Adecuarse al PBC

CONSULTA 73:
donde dice: Una (01) valvas vaginales de doyen 60x30x230mm. Consulta: solicitamos a la convocante poder cotizar valvas vaginales de 55 mm / 35 mm.

RESPUESTA 73: Adecuarse al PBC

CONSULTA 74:
donde dice: Una (01) valvas vaginales de doyen 80x35x250mm. Consulta: solicitamos a la convocante poder cotizar valvas vaginales de 85 mm / 35 mm.

RESPUESTA 74: Adecuarse al PBC

CONSULTA 75:
Solicitamos a la convocante poder cotizar los contenedores solicitadas en los items 10,11 y 16 sin asas ya que estos contenedores normalmente vienen si asas, y de esa manera permitir mayor participacion de oferentes.m.

RESPUESTA 75: Adecuarse al PBC

CONSULTA 76:
Donde especifica: "Plan de Entrega; fecha límite de entrega 45 días" solicitamos a la convocante ampliar el plazo a 60 días ya que los tiempos de tránsinsito internacional se ven severamente afectados y demoran mucho más de lo normal.

RESPUESTA 76: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 77:
ÍTEM 2 - BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 2 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado. Con estos documentos la Convocante se asegura recibir ofertas de bienes de alta calidad y aprobados por organismos internacionales que regulan este tipos de dispositivos médicos.

RESPUESTA 77: Adecuarse al PBC

CONSULTA 78:
ÍTEM 6 - CAMA MANUAL PARA INTERNACION DE ADULTO Respetuosamente sugerimos a la Convocante que exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 2 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para productos de origen nacional.

RESPUESTA 78: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuello
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 79:
ÍTEM 6 - CAMA MANUAL PARA INTERNACION DE ADULTO Donde dice: "Estructura metálica tubular recubierta de pintura electrostática" Respetuosamente solicitamos permita la cotización de: Estructura metálica tubular o cuadrado, recubierta de pintura electrostática.

RESPUESTA 79: Adecuarse al PBC

CONSULTA 80:
ÍTEM 6 - CAMA MANUAL PARA INTERNACION DE ADULTO Donde dice: "Con regatones y antideslizante." Respetuosamente solicitamos permita la cotización de: Con regatones antideslizantes o ruedas con frenos en al menos 2 de ellas.

RESPUESTA 80: Adecuarse al PBC

CONSULTA 81:
ÍTEM 9 - MESA DE INSTRUMENTAL Donde dice: Normas de calidad ISO 13485 Respetuosamente sugerimos a la Convocante exija la presentación de: Certificado de Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE, al menos 2 de ellos. Dicho documento debe estar vigente e indicar fabricante y tipo de equipo ofertado o Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para productos de origen nacional.

RESPUESTA 81: Adecuarse al PBC

CONSULTA 82:
ÍTEM 8 – MESA DE PARTO Donde dice: "Barandas abatibles" Respetuosamente solicitamos permita la cotización de: Barandas abatibles o apoya brazos.

RESPUESTA 82: Adecuarse al PBC

CONSULTA 83:
ÍTEM 8 – MESA DE PARTO Donde dice: "Dimensiones aproximadas (al menos): 175 largo x 80 ancho" Respetuosamente solicitamos permita la cotización de: Dimensiones aproximadas (al menos): 190 cm largo x 60 cm ancho.

RESPUESTA 83: Adecuarse al PBC

CONSULTA 84:
ÍTEM 8 – MESA DE PARTO Donde dice: "Inclinación placa respaldo abajo: entre -12° y -11" Respetuosamente solicitamos permita la cotización de: Inclinación Trendelemburg inverso 15°.

RESPUESTA 84: Adecuarse al PBC

CONSULTA 85:
ÍTEM 8 – MESA DE PARTO Donde dice: "Control manual adosado a mesa" Teniendo en cuenta que en el punto anterior a este solicitan: Comando de accionamiento eléctrico automatizado en pedal anatómico. Respetuosamente solicitamos permita: Control manual adosado a mesa (Opcional).

RESPUESTA 85: Adecuarse al PBC

CONSULTA 86:
ÍTEM 8 – MESA DE PARTO Donde dice: "Inclinación asiento arriba: Entre 14° y 20°" Respetuosamente solicitamos permita la cotización de: Inclinación Trendelemburg 15°.

RESPUESTA 86: Adecuarse al PBC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION GENERAL DE GABINETE

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 87:
ÍTEM 8 – MESA DE PARTO Donde dice: "Medidas 60 x 40 x 80 cm. Estructura metálica en acero al carbono con pintura electroestática resistente a golpes y a la corrosión. 2 bandejas y 1 cajón, Regatones en cada pata" Respetuosamente solicitamos confirmar o rectificar esta parte: 1. Si es un accesorio, solicitamos aclarar: Mesa porta instrumental: Medidas 60 x 40 x 80 cm. Estructura metálica en acero al carbono con pintura electroestática resistente a golpes y a la corrosión. 2 bandejas y 1 cajón, Regatones en cada pata. 2. De no ser accesorio respetuosamente solicitamos: Este punto sea eliminado al no aplicar con una mesa de parto y sus funciones.

RESPUESTA 87: Se aclara que es una mesita auxiliar

CONSULTA 88:
Donde dice: "No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto" Se consulta: Consultamos si las EETT descriptas son una referencia para la configuración y posterior oferta de las cajas de cirugía, por lo tanto se podría ofertar las EETT propias de cada oferente que coincidan con lo descripto en el Pliego de Bases y Condiciones (medida, composición química, nombre comercial)? Solicitamos a la Convocante aclarar el punto.

RESPUESTA 88: Adecuarse al PBC

CONSULTA 89:
Solicitamos a la Convocante agregar al PBC normativas internacionales que avalen la fabricación de los instrumentales como por ejemplo CE, FDA, ISO 9001, ISO 13485, TUV. Esto permitiría a la convocante obtener ofertas con productos garantizados por los estándares internacionales y asegurando la calidad en la fabricación de lo ofertado.

RESPUESTA 89: Adecuarse al PBC

CONSULTA 90:
Considerando que el equipo solicitado es un desfibrilador externo automático y que este realiza ajustes automáticos de la salida, solicitamos se puedan cotizar equipos con forma de onda bifásica con salida entre 50 Joules (o menor) y 150 Joules (o mayor).

RESPUESTA 90: Adecuarse al PBC

CONSULTA 91:
De manera a dar participación a un mayor número de oferentes solicitamos que el equipo ofertado incluya un dispositivo de retroalimentación audiovisual durante la RCP OPCIONAL, siempre y cuando cuente con ayuda de voz para realizar la RCP.

RESPUESTA 91: Adecuarse al PBC

CONSULTA 92:
Donde se indica: Se valorará si el equipo incluye un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG y la maniobra de RCP del mismo, consultamos si se valorará que el equipo cuente con software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG.

RESPUESTA 92: Adecuarse al PBC

CONSULTA 93:
Donde solicitan 2 baterías no recargables con autonomía, de al menos 5 años de vida útil o más de 250 shocks continuos o alternados, solicitamos se permitan cotizar 2 baterías no recargables de al menos 5 años de duración en almacenaje, 4 años de vida útil o 200 shocks.

RESPUESTA 93: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

CONSULTA 94:
Donde dice: Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalizado, medidas aproximadas (solo de referencia) de 44 cm x 22 cm, material Melamina de buena calidad (o similar), sugerimos se puedan cotizar gabinetes metálicos por su larga duración frente a la melanima o material similar.

RESPUESTA 94: Adecuarse al PBC

CONSULTA 95:
Donde solicitan: Dispositivo con protección IP 55 o superior, de manera a dar participación aun mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar desfibriladores con protección a prueba de golpes/caídas clase IPX1 conforme a EN60529 y contra objetos sólidos conforme a EN60529, clase IP2X.

RESPUESTA 95: Adecuarse al PBC

CONSULTA 96:
Donde solicitan: Software en su última versión disponible y actualizable, con disponibilidad de actualizaciones durante la vida útil del equipo, sugerimos se puedan cotizar equipos Software en su última versión disponible, considerando que los protocolos vienen cargados de fábrica y los mismos son en base a la última recomendación de la AHA.

RESPUESTA 96: Adecuarse al PBC

CONSULTA 97:
En donde piden: Auto chequeo automático programable, diario /semanal /mensual de buen funcionamiento, sugerimos soliciten autochequeo diario programado des de fábrica de manera a que no dependa de un usuario programar el autochequeo.

RESPUESTA 97: Adecuarse al PBC

CONSULTA 98:
En las especificaciones técnicas donde solicitan: Deberá incluir su instalación dentro del edificio, medidas 44 cm x 44 cm x 22 cm, material melamina, sugerimos de coticen gabinetes de metal, por su alta duración frente a la melamina o material similar.

RESPUESTA 98: Adecuarse al PBC

CONSULTA 99:
Solicitamos respetuosamente a la convocante revisar el precio referencial de este set, debido a que el mismo es muy bajo y con este monto se obtendrán instrumentales de muy baja calidad y de poca duración.

RESPUESTA 99: Adecuarse al PBC

CONSULTA 100:
Solicitamos respetuosamente a la convocante revisar el precio referencial de este set, debido a que el mismo es muy bajo y con este monto se obtendrán instrumentales de muy baja calidad y de poca duración.

RESPUESTA 100: Adecuarse al PBC

CONSULTA 101:
Solicitamos respetuosamente a la convocante revisar el precio referencial de este set, debido a que el mismo es muy bajo y con este monto se obtendrán instrumentales de muy baja calidad y de poca duración.

RESPUESTA 101: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuello
Especialista en Adquisición

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Gestión del Programa

CONSULTA 102:
Solicitamos respetuosamente a la convocante revisar el precio referencial de este set, debido a que el mismo es muy bajo y con este monto se obtendrán instrumentales de muy baja calidad y de poca duración.

RESPUESTA 102: Adecuarse al PBC

CONSULTA 103:
Solicitamos respetuosamente a la convocante revisar el precio referencial de este set, debido a que el mismo es muy bajo y con este monto se obtendrán instrumentales de muy baja calidad y de poca duración.

RESPUESTA 103: Adecuarse al PBC

CONSULTA 104:
Sección VII Lista de Suministros Requeridos, Item No 2 Balanza de pie con tallímetro, favor habilitar un rango de ± 50mm en las dimensiones de la balanza, ya que las medidas solicitadas son aproximadas.

RESPUESTA 104: Adecuarse al PBC

CONSULTA 105:
Sección VII Lista de Suministros Requeridos, Items No 3 y 4 Halo cefálico para lactante y juego de halo cefálico respectivamente, a que se refieren con válvula de entrada de oxígeno? ¿Se refiere a la conexión en acrílico para la tubuladura del oxigeno?.

RESPUESTA 105: Adecuarse al PBC

CONSULTA 106:
Sección VII Lista de Suministros Requeridos, Ítems No 7, 10, 11, 12, 13 y 16 solicitamos habilitar un rango de ± 3cm. (30mm) en las medidas de los instrumentales y contenedores solicitados. Con la habilitación del rango de variación se estaría dando oportunidad a una mayor cantidad de oferentes.

RESPUESTA 106: Adecuarse al PBC

CONSULTA 107:
Sección II Datos de la Licitación, IAO 11.1 (h) punto iv) Para equipos o dispositivos médicos los oferentes deberán presentar Certificado de Comercialización vigente o en trámite de renovación expedido por el MSPyBS, dicha certificación no es mas emitida en estos momentos, únicamente emiten la certificación de que el dispositivo se encuentra en tramite de obtención del registro sanitario correspondiente. Muchos de los ítems solicitados no requieren de registro sanitario, por lo que solicitamos la anulación de este punto.

RESPUESTA 107: Remitirse a lo establecido en el PBC

CONSULTA 108:
Sección II Datos de la Licitación, IAO 21.1 Se deberá presentar únicamente la Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta? ¿No se debe presentar póliza alguna como garantía de mantenimiento de oferta? Favor aclarar.

RESPUESTA 108: Remitirse a lo establecido en el PBC , Sección II Datos de la Licitación IAO 21.2 "La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de Oferta, utilizando el Formulario incluido en la Sección IV Formularios de la Oferta"

CONSULTA 109:
Ítem 6: Cama manual para internación adulto Donde dice: Dimensiones, Ancho: 80cm.
Se solicita a la convocante aplicar la terminología 80cm o más, de manera a que la medida establecida no sea muy rígida y de esta forma habilitar a más oferentes a presentar sus ofertas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION GENERAL DE GABINETE

Lourdes D. Ortiz Cuella
Especialista en Adquisiciones

RESPUESTA 109: Adecuarse al PBC

CONSULTA 110:

Ítem 6: Cama manual para internación adulto Donde dice: Dimensiones, Largo 190cm.
Se solicita a la convocante aplicar la terminología 190cm o más, de manera a que la medida establecida no sea muy rígida y de esta forma habilitar a más oferentes a presentar sus ofertas.

RESPUESTA 110: Adecuarse al PBC

CONSULTA 111:

Ítem 8: Mesa de Parto Donde dice: Dimensiones: 175 largo x 80 ancho Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación en el ancho de la mesa de + - 10 cm, de manera a que la medida establecida no sea muy rígida y de esta forma habilitar a más oferentes a presentar sus ofertas.

RESPUESTA 111: Adecuarse al PBC

CONSULTA 112:

Ítem 8: Mesa de Parto Donde dice: Ruedas con frenos de 12cm de diámetro aprox Se solicita a la convocante si este ítem podría ser de carácter opcional.

RESPUESTA 112: Adecuarse al PBC

CONSULTA 113:

Ítem 8: Mesa de Parto Donde dice: Altura mínima Mayor o igual a 70cm Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +- 10cm.

RESPUESTA 113: Adecuarse al PBC

CONSULTA 114:

Ítem 8: Mesa de Parto Donde dice: Altura máxima: Mayor o igual a 90cm regulable Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 2cm.

RESPUESTA 114: Adecuarse al PBC

CONSULTA 115:

Ítem 8: Mesa de Parto Donde dice: Inclinación placa respaldo abajo: entre -12° y -11° Se consulta a la Convocante si se puede ofertar Mesa con inclinación placa respaldo abajo: entre -30° y -11°.

RESPUESTA 115: Adecuarse al PBC

Lourdes D. Ortiz Cuellar
Especialista en Adquisiciones

Asunción, 22 de octubre de 2020

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Gestión del Programa