PAC Nº: 318.093

ACLARACIÓN Nº 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 94/2016 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA", I. D. N° 318.093,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

CONSULTA 01:

Item 74
La afirmación "Mix de enzimas 500 µl, 2X Mix de reaccion 12.5 inl, 50-mM Magnesio (MgSO4) 1 ml, 2 x I ml ROX Reference Dye (25 µM) 500 µl.", no es comprendida ya que presenta términos en inglés y español. En una reacción de PCR la concentración de magnesio depende directamente de las sondas y las característica técnicas de cada kit por lo constituye un ítem solo para inducción de marca y no es relevante para el método por lo tanto se sugiere eliminar el término.

Item 83
La afirmación "Mix de enzimas 500 µl, 2X Mix de reaccion 12.5 ml, 50-mM, Sulfate Magnesio (MgSO4) I ml, 2 x I ml
ROX Reference Oye (25 µM) 500 µl.", no es comprendida ya que presenta términos en inglés y español. En una reacción de PCR la concentración de magnesio depende directamente de las sondas y las característica técnicas de cada kit por lo constituye un ítem solo para inducción de marca y no es relevante para el método por lo tanto se sugiere eliminar el término.

Item 84
La afirmación "Mix de enzimas 500 µl, 2X Mix de reaccion 12.5 ml, 50-mM, Sulfate Magnesio (MgSO4) I ml, 2 x I ml

ROX Reference Oye (25 µM) 500 µl.", no es comprendida ya que presenta términos en inglés y español. En una reacción de PCR la concentración de magnesio depende directamente de las sondas y las característica técnicas de cada kit por lo constituye un ítem solo para inducción de marca y no es relevante para el método por lo tanto se sugiere eliminar el término.

Item 85
La afirmación "Mix de enzimas 500 µl, 2X Mix de reaccion 12.5 ml, 50-mM, Sulfate Magnesio (MgSO4) I ml, 2 x I ml
ROX Reference Oye (25 µM) 500 µl.", no es comprendida ya que presenta términos en inglés y español. En una reacción de PCR la concentración de magnesio depende directamente de las sondas y las características técnicas de cada kit por lo constituye un ítem solo para inducción de marca y no es relevante para el método por lo tanto se sugiere eliminar el término.

RESPUESTA 01: Ajustarse a la ADENDA N° 02.

CONSULTA 02:

Item76
Se podrán ofertar un marcador de peso de 50-1350pb

RESPUESTA 02: Ajustarse a la ADENDA N° 02.

CONSULTA 03:

Lote 68 Ítem 1 - KITS DIAGNOSTICO LEPTOSPIRA

- ¿La cantidad solicitada sería 1 (un) kit o una determinación? Ya que su unidad de medida es Determinación.

RESPUESTA 03: Ajustarse a la ADENDA N° 02.

CONSULTA 04:

Lote 96 Item 1 – KIT PARA EXTRACCION DE ADN BACTERIANO.

- Se podría ofertar un kit de extracción con cuyo volumen de elución es de 60 a 100 uL.

RESPUESTA 04: Si se puede ofertar un kit de Extracción cuyo volumen es de 60 a 100 ul., considerando que el rango es de 50 a 200 uL.

CONSULTA 05:

Lote 108 – ANTISUERO HAEMOPHILUS INFLUENZAE

- ¿Se podría ofertar frasco de 1,5 mL?

RESPUESTA 05: Ajustarse a la ADENDA N° 02.

Asunción, 29 de noviembre de 2016.-