PAC Nº: 284.335

ADENDA Nº 01/2014

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 35/2014** ***"ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Cláusula en las IAO	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 16 de diciembre de 2014 Hora: hasta las 08:50 a.m. horas
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: 16 de diciembre de 2014 Hora: 09:00 a.m. horas

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

INSUMOS

Item	Nombre Genérico	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentacion	Presentación de Entrega
1	Aguja hipodermica descartable	Aguja hipodérmica **21 G** para jeringa conexión a rosca, de plastico, longitud efectiva de la parte expuesta del tubo de la aguja 32-38 mm, calibre de acero inoxidable, punta recortada en forma de lanceta, tribiselada para reducción del trauma.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
2	Aguja hipodermica descartable	Aguja hipodérmica **23 G** para jeringa conexión a rosca, de plastico, longitud efectiva de la parte expuesta del tubo de la aguja 25-32 mm, calibre de acero inoxidable, punta recortada en forma de lanceta, tribiselada para reducción del trauma.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
3	Aguja para Puncion Medular	Aguja espinal para recoleccion de LCR (Aguja espinal para succion de LCR), . con bisel en "punta de lápiz" (Tipo Whitakre o Quincke) longitud 80 a 90 mm 31/2" **calibre 25,** Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
4	Aguja para anestesia **peridural**	Aguja para anestesia peridural pediatrico. calibre 20 G de 50-60 mm de longitud, de acero inoxidable, bisel tipo Tuohy y marcables cada cm. Con Empuñadura para facilitar y asegurar la insercion, conexión a rosca transparente. Mandril codificado por colores según normas ISO,		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
5	Aguja para Biopsia Renal	Aguja para Biopsia Renal **Aguja de 16 G adulto**. Automática. De uso unico. Esteril. Centimetrada. 22 milimetros de longitud		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
6	Aguja para insulina	Aguja hipodermica 27 a 31 G x 8 mm para lapicera de aplicación de insulina. SC (Sub-Cutanea). Libre de latex. Protegida con capuchon y precinta, con conexión a rosca universal, compatible con todas las lapicera.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
7	Aguja Raquidea	Aguja para anestesia espinal en **adulto** en "punta biselada" (Tipo Quincke) **calibre 25 G**, longitud 90mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor 20 G x 38 mm, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
8	Aguja Raquidea	Aguja para anestesia espinal **Pediatrica** en "punta biselada" (Tipo Quincke) **calibre 25**, longitud 50-60mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor 20G x 25 mm, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
9	Aguja Raquidea	Aguja para anestesia espinal en adulto con bisel en "punta de lápiz" (Tipo Whitakre) **calibre 25,** longitud 90mm (3½"). Pabellón plástico transparente, con introductor 20G x 38 mm, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
10	Aposito transparente	Aposito, Adhesivo Transparente Hipoalergenico, de poliuretano,libre de latex,resistente al agua, tamaño: 6 x 7 cm +-2 cm (perfecta adherencia a lapiel, proteje del agua		Unidad	Unidad	Caja x 5 unidades minimo
11	Bata para pacientes	Bata para pacientes Tamaño grande, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS, descartable.		Unidad	Unidad	Envase individual
12	Bata quirurgica	Bata para quirófano Tamaño Mediano, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMMS descartable,material refractario con cierre o lazo. Resistente a fluídos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, longitud mínima de la bata		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen

Ing. MAN. Sergio Barnos
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

		120 cm.Deberan acompañar al producto,, 1) certificados que respalden la Barrera bacteriana de 90% como mínimo, (Indispensable) 2)a) Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificacion SMMS b) Certificado de Control de Calidad de origen debidamente consularizado(al menos uno de ellos) 3)a) Certificado FDA b) Certificado CE (al menos uno de ellos)				
13	Bata quirúrgica	Bata para quirofanoTamaño Grande, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMMS descartable, material refractario con cierre o lazo. Resistente a fluídos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, longitud mínima de la bata 130 cm. Deberan acompañar al producto, 1) certificados que respalden la Barrera bacteriana de 90% como mínimo, (Indispensable) 2)a) Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificacion SMMS b) Certificado de Control de Calidad de origen debidamente consularizado(al menos uno de ellos) 3)a) Certificado FDA b) Certificado CE (al menos uno de ellos)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
14	Bata quirúrgica	Bata para quirofanoTamaño Extra Grande, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMMS descartable,material refractario con cierre o lazo. Resistente a fluídos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, longitud mínima de la bata 140 cm. Deberan acompañar al producto 1) certificados que respalden la Barrera bacteriana de 90% como mínimo, (Indispensable) 2)a) Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificacion SMMS b) Certificado de Control de Calidad de origen debidamente consularizado(al menos uno de ellos) 3)a) Certificado FDA b) Certificado CE (al menos uno de ellos)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
15	Bolsa de papel con indicador quimico	Bolsa de papel para envoltorio de Esterilizacion por **autoclave y óxido de etileno,** grado médico gramaje de 40 gr/m2 como mínimo.13 cm (+-2 cm)x3,5cm (+-2cm) x17 cm (+-2 cm). Con fuelle y cierre autoadhesivo.		Unidad	Unidad	Caja minimo x 100 unidades
16	Bolsa de papel con indicador quimico	Bolsa de papel para envoltorio de esterilizacion, por **Autoclave.** grado médico gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, 18 x 9,5 x 38 cm.El ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y el ancho +- 5 cm.		Unidad	Unidad	Caja minimo x 100 unidades
17	Bolsa de papel con indicador quimico	Bolsa de papel para envoltorio de esterilizacion,por **autoclave** grado médico.gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, 32 x 12 x 54 cm,El ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm .		Unidad	Unidad	Caja minimo x 100 unidades
18	Bolsa de papel con indicador quimico	Bolsa de papel para envoltorio de esterilizacion por **autoclave,** grado médico.gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, 11 x 3 x 19 cm. El ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm.		Unidad	Unidad	Caja minimo x 100 unidades
19	Bota cubre calzado	Cubierta para zapatos, impermeable **Para uso en quirófanos**. TNT, tamaño **Grande** con antideslizante resistente a la tracción, descartable.		Unidad	Unidad	Unidad
20	Campo adhesivo quirurgico	Paños para cirugía Campo Quirurgico.con area de incision: 45 x 45 cm,+-10cm. film trasparente adhesivo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
21	Campo adhesivo quirúrgico	Paños para cirugía Campo Quirurgico. Con area de incision: 20 x 30 cm,+-10 cm. film trasparente adhesivo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
22	Canula de Aspiracion de campo quirúrgico	Canula de aspiración Tipo K66 sin Interruptor, de PVC, mínimo 3m flexible, transparente y con pico tipo Yankauer,acodada en su extremo proximal con orificio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

		en el mismo.				
23	Canula de Traqueostomia con balón	**Canula para traqueostomia N° 6** de PVC, con mandril y balón		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
24	Canula de Traqueostomia sin balón	**Canula para traqueostomia Sin balón.**100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.0		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
25	Canula de Traqueostomia sin balón	**Canula para traqueostomia Sin balón.** 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.5		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
26	Canula de Traqueostomia sin balón	**Canula para traqueostomia Sin balón**. 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.0		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
27	Canula de Traqueostomia sin balón	**Canula para traqueostomia Sin balón. PVC**, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.5		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
28	Canula de Traqueostomia sin balón	**Canula para traqueostomia Sin balón**. PVC, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 5.0		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
29	Canula de Traqueostomia sin balón	**Canula para traqueostomia Sin balón**. PVC, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 5.5		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
30	Canula nasal para oxigenoterapia	**Canula para Oxigenoterapia Bigotera adulto.** Diámetro externo 4.00, **PVC**. tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
31	Canula nasal para oxigenoterapia	**Canula para Oxigenoterapia Bigotera pediátrico**. Diámetro externo 3.00, de **silicona 100%** . libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables. tubuladura de PVC transparente longitud mínima de 100 cm.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
32	Canula nasal para oxigenoterapia	**Canula para Oxigenoterapia Bigotera neonatal** Diámetro externo 2.00, de **silicona 100%** libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables tubuladura de PVC trasparente longitud mínima de 100 cm.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
33	Canula de Guedel pediatrica	**Cánula orofaríngea (Modelo Guedel)** para uso **pediátrico** en niños de 6 a 12 meses No.1, 60 - 65 mm de longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual.(Tubos para ventilación Interna orofaringeos)		Unidad	Unidad	Unidad
34	Canula de Guedel adulto	**Cánula orofaríngea (Modelo Guedel)** para uso en **adultos** No.3, 80-85 mm de longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumatica. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual. .(Tubos para ventilación Interna orofaringeos)		Unidad	Unidad	Unidad
35	Cassette para biopsia	**Cassette para biopsia.** De poliacetal. Ángulo de 45°. Con tapa de seguridad. Divididos en 6 celdas numeradas de 7 x 12 mm con casi 3.000 agujeritos cuadrados de 0,26 mm de diámetro. Indicado para muestras pequeñas. Con orificios de ventilación para un más eficiente relleno de parafina.		Unidad	Unidad	Caja mínimo x 250
36	Cateter de aspiracion	**Cateter de Succion 6 Fr.** Con **circuito cerrado**,Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente y cateter milimetrado. X 50 cm, minimos		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
37	Cateter de aspiracion	**Cateter de Succion 8Fr.** Con **circuito cerrado**,Libre de Látex, PVC flexible, estéril, descartable. Con		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

		adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos				origen
38	Cateter de aspiracion	**Cateter de Succion 10 Fr.** Con **circuito cerrado**, .Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
39	Cateter de aspiracion	**Cateter de Succion 12 Fr**. Con **circuito cerrado.**Libre de Látex, PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
40	Cateter de aspiracion	**Cateter de Succion 14 Fr.** Con **circuito cerrado**, libre de látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente, cateter milimetrado * 50 cm, minimo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
41	Cateter de aspiracion	**Cateter de Succion 16 Fr. Con circuito cerrado**, Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
42	Cateter de Aspiracion	**Cateter de Succion 16.Fr. Con válvula de control manual con tapa,** extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm minimo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
43	Cateter con reservorio subcutaneo para quimioterapia	**Cateter intradérmico 6.5- 6,6 Fr,** de silicona 100 %, radiopaco, para acceso venoso prolongado, implantación de un reservorio subcutáneo permanente, quimioterapia, con vaina introductora pelable. Aguja de tunelización y prolongador extraible.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
44	Cateter Venoso Central	**2,5 Fr, 2 Lumen.** Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
45	Cateter Venoso Central	**3 Fr- 2 Lumen.** Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
46	Cateter Venoso Central	**4 Fr- 2 Lumen.**Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
47	Cateter Venoso Central	**4 Fr, 3 Lumen**.Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
48	Cateter Venoso Central	**5 Fr, 2 Lumen.** Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
49	Cateter Venoso Central	**5 Fr, 3 Lumen**.Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
50	Cateter Venoso Central	**6 Fr.**Catéter venoso central permanente con tunelizador, Radio opaco. Hemocompatible, tromboresistente. un cuff, con aguja N° 18 para punción.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
51	Cateter Venoso Central	**6 Fr, 2 Lumen.** Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
52	Cateter Venoso Central	**6,5 Fr, 2 Lumen** Compatible para técnica de Seldinger, . Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
53	Cateter Venoso Central	**6,5 Fr, 3 Lumen.** Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
54	Cateter Venoso Central	**7 Fr, 2 Lumen.**Compatible para técnica de Seldinger.Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
55	Cateter Venoso Central	**7 Fr, 3 Lumen**. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
56	Cateter Venoso Central	**7,5 Fr, 2 Lumen** Compatible para técnica de Seldinger, . Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

		dilatador venoso y aguja introductora				origen
57	Cateter Venoso Central	**7,5 Fr, 3 Lumen** Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
58	Cateter intravenoso Periferico	Cateter venoso periferico **N° 18 G.** de poliuretano, estéril, desechable, radioopacidad, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, cámara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
59	Cateter intravenoso Periferico	Cateter venoso periferico **N° 20 G.** de poliuretano, estéril, desechable, radioopacidad, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, cámara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
60	Cateter intravenoso Periferico	Cateter venoso periferico **N° 22 G.** de poliuretano, estéril, desechable, radioopacidad, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, cámara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
61	Cateter intravenoso Periferico	Cateter venoso periferico **N° 24 G.** de poliuretano, estéril, desechable, radioopacidad, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, cámara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
62	Cateter intravenoso Periferico	Cateter venoso periferico **N° 20 G** de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacelado, camara de reflujo con alta transparencia.con flujo igual o mayor a 60 mL/min.Termosensible. Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
63	Cateter intravenoso Periferico	Cateter venoso periferico **N° 22 G.**de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, camara de reflujo con alta transparencia.con flujo igual o mayor a 30 mL/min.Termosensible. Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
64	Cateter intravenoso Periferico	Cateter venoso periferico **N° 24 G.**de poliuretano, radiopaco, estéril, biangulado y trifacetado, camara de reflujo con alta transparencia, flujos iguales o mayores a 15 mL/min.Termosensible. Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
65	Cateter para Embolectomia	**N° 3** Fogarty para embolectomia arterial, de silicona, radiopaco. Con punta redondeada.Con graduación, con balon grande.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
66	Cateter para Embolectomia	**N° 4** Fogarty para embolectomia arterial, de silicona. Radioopaco. Con punta redondeada.Con graduación. con balon grande		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
67	Cateter para Embolectomia	**N° 5** Fogarty para embolectomia arterial, de silicona.Radioopaco. Con punta redondeada.Con graduación. con balon grande		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
68	Cateter intravenosa para via central pediatrico	**Cateter de acceso central por via periferica, 1.8 Fr, Unilumen.** 100% Silicona, libre de látex y PVC. Diámetro interno 0,27 x 0,58mm de diametro externo. Radiopaco, de 30 cm (+ - 1) de longitud. Graduado (PICC)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
69	Cateter intravenosa para via central pediatrico	**2 Fr, Unilumen** 100% Silicona vìa periferica, libre de látex y PVC. Diámetro 0,3 x 0,6 mm,catéter centimetrado, introductor 19 G, , cinta métrica. Radiopaco, de 30 cm (+ - 1) de longitud. (PICC)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
70	Cateter intravenosa para via central pediatrico	**2Fr, doble lumen.** Poliuretano, vìa periférica, grado medico, libre de látex y PVC. Diámetro 0,3 x 0,6 mm, catéter centimetrado, introductor pelable 24 GA, cinta métrica. Radiopaco, de 30 cm (+ - 1) de longitud. (PICC)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
71	Cateter intravenosa para via central pediatrico	**3 Fr**, Lumen simple, (Cateter central de insercion periferica) 100% Silicona, libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. Diámetro 0,50 x 1,00 mm, longitud 50 cm c/ introductor pelable. (PICC)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
72	Cinta testigo para calor húmedo	Cinta indicadora **externa** para control del proceso de esterilidad - **Autoclave**, autoadhesivas, papel semi crepado.para 121 ° C. con viraje de color. (Indicadores para proceso de esterilización)		Unidad	Unidad	Rollo x 50 m.minimo
73	Cinta testigo para estufa calor seco	Cinta indicadora **externa** para control del proceso de esterilizacion - **Estufa** , autoadhesivo.por 15 mm		Unidad	Unidad	.Rollo x 50 m.minimo

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

		minimo.para 160°C. con viraje de color (Indicadores para proceso de esterilización				
74	Cinta Testigo para Oxido de Etileno.	Tira indicadora interna para Oxido de etileno. Clase V. norma ISO 11140. Tira indicadora interna. (Indicadores para proceso de esterilización		Unidad	Unidad	Caja x 50 Tiras, minimo
75	Cinta Testigo para Oxido de Etileno	Cinta indicadora **externa**, para control del proceso de esterilizacion -**de óxido de etileno** autoadhesiva- con viraje de color. (Indicadores para proceso de esterilización		Unidad	Unidad	Rollo.x 50 m.minimo.
76	Esparadrapo	Cinta adhesiva quirurgica a base de goma o caucho,de alta adherencia en sustrato impermeable (aprueba de humedad). 5 cm. X 4, 5 m. de largo mìnimo.		Unidad	Unidad	Unidad
77	Cintas adhesivas	Cinta adhesiva quirurgica hipoalergenica. 5 cm. x 4,5 m .minimo de largo.		Unidad	Unidad	Unidad
78	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP)Neonatal	**6 Fr** .Cánula nasal de silicona 100, con máscara, arnes, Tubuladuras corrugadas, valvula de resistencia. Gorro.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
79	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	**N° 0.neonatal**-Cánula nasal de silicona 100, con máscara, arnes, Tubuladuras corrugadas, valvula de resistencia. Gorro.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
80	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	**N° 1.neonatal**-Cánula nasal de silicona 100%. Con mascara, arnes, Tubuladuras, valvula de resistencia.gorro.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
81	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	**N° 2.neonatal**-Cánula nasal de silicona 100%. Con mascara, arnes, Tubuladuras, valvula de resistencia.gorro		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
82	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	**N° 3.neonatal.** Cánula nasal de silicona 100%. Con mascara, arnes, Tubuladuras, valvula de resistencia.gorro		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
83	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) pediátrico	**N° 4. Pediatrico.** Cánula nasal de silicona 100%. Con mascara, arnes, Tubuladuras, valvula de resistencia.gorro		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
84	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) pediátrico	**N° 5 . Pediatrico**. Cánula nasal de silicona 100%. Con mascara, arnes, Tubuladuras, valvula de resistencia.gorro.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
85	Circuito para maquina de anestesia	**Adulto**- Tubo de PVC, corrugado 1.20 mts como minimo de longitud, codo distal con medidas estandar, 22M/15F y puerto capnografia a rosca.		Unidad	Unidad	Unidad
86	Sistema Colector de orina	Bolsa de 2 Litros,con valvula de retencion,salida de gases y desagote,con medidior externo graduado de 500 ml minimo.sistema cerrado con valvula de no retorno. Sin urinometro.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
87	Sistema Colector de orina	Bolsa de 2 Litros,con valvula de retencion,salida de gases y desagote,con medidior externo graduado de 500 ml minimo.sistema cerrado con valvula de no retorno. **Con urinometro**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
88	Sistema Colector de orina	Bolsa de 500 cc de capacidad y valvula antireflujo, con medidor externo, sistema cerrado con válvula de no retorno, **con urinometro**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
89	Control biologico de esterilidad	Indicadores para proceso de esterilizacion, biologico Para **autoclave**- Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Sterotermóphilus, ampolla o frascos, hermeticamente cerrados (indicadores para proceso de esterilización biológico)		Unidad	Unidad	Unidad

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

90	Control biologico de esterilidad	Indicadores para proceso de esterilización, biológico **Para óxido de etileno**.Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Subtilis, con medio de cultivo incorporado. Ampolla o frascos herméticamente cerrado. (indicadores para proceso de esterilización biológico)		Unidad	Unidad	Unidad
91	Dosificador de gotas	Medidores de flujo de soluciones intravenosas. Con regulador del flujo y conectores al set de infusión.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
92	Electrodo neonatal	Electrodo para control del ritmo cardíaco Para "**Neonato**", autoadhesivo con broche de metal soporte de espuma, con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (Estandar)		Unidad	Unidad	Unidad
93	Electrodo Pediatrico	Electrodo para control del ritmo cardíaco Para "**Pediatrico**" autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable,		Unidad	Unidad	Unidad
94	Conexión para Infusion Parenteral	Conexion de 2 vias para infusión parenteral, Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con un cierre deslizable en cada una de las vías, conector proxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
95	Conexión para Infusion Parenteral	Conexion de 1 vias para infusión parenteral, Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con un cierre deslizable en cada una de las vías, conector proxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen
96	Equipo Macrogotero	Set para administracion intravenosa **Venoclisis con Macrogotero, sin Filtro,**Longitud minima 1,40 m con conexión a rosca, inyector lateral, libre de latex		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen
97	Equipo Macrogotero	Set para administracion intravenosa **Venoclisis con Macrogotero,** calibrado 20 gotas/ml, con un puerto de inyeccion lateral, libre de aguja, sistema cerrado, espiga con protector, con camara de goteo transparente libre de latex, y componentes metalicos. Conexion proximal al paciente con rosca y punta cateter con protector, longitud 200 cm (+-10 cm),de PVC grado medico, tuberia flexible transparente,		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen
98	Equipo Microgotero	Set para administracion intravenosa **Venoclisis con Microgotero,** calibrado 60 gotas/ml, con un puerto de inyeccion lateral,**libre de aguja,** sistema cerrado,espiga con protector,con camara de goteo transparente libre de latex,y componentes metalicos .Conexion proximal al paciente con rosca y punta cateter con protector, longitud 200 cm (+-10 cm),de PVC grado medico, tuberia flexible transparente,		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen
99	Equipo para Administracion de Solucion Fotosensible	Equipo de infusión intravenosa por gravedad con sistemas de seguridad **para fármacos fotosensibles** con tubo opaco.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen
100	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	Set para administracion intravenosa de bureta **Macrogotero.** Bureta graduada flexible de 100-150 ml, con escala graduada legible.válvula de cierre, filtro de soluciones, respiro lateral, clamp, protector de espiga, cámara de llenado o gotero, con valvula de		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P.y B.S.

		seguridad.con regulador micrométrico de caudal.				
101	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	: Set para administracion intravenosa de bureta Equipo Volumetrico de 100-150 mL , macrogotero,espiga con protector, con camara de goteo con valvula antirreflujo y filtro de aire, con cierres rotatorios para regular el goteo , con dos puertos de inyeccion (en la camara y en la linea proximal al paciente) **libres de: aguja,** de latex y componentes metalicos en su interior(para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros).Sistema cerrado,con conexion proximal al paciente con rosca y punta cateter con protector de PVC, longitud 230 cm (+-10 cm) tuberia flexible y transparente.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen
102	Equipo volutrol microgotero para soluciones	Set para administracion intravenosa de bureta **Microgotero.** Bureta graduada flexible 100-150 ml, con escala graduada legible válvula de cierre, filtro de soluciones, respiro lateral, clamp, protector de espiga, cámara de llenado o gotero, valvula de seguridad.con regulador micrométrico de caudal.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual en origen
103	Esponja hemostatica quirurgica	Esponja hemostática de gelatina absorbible minimo 7 cm x 5 cm x 0,5 - 1 cm.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual
104	Gel p/ Electrocardiografo	Gel conductor , de contacto,transparente, sin microburbujas		Unidad	Unidad	Frasco x 400 gr como minimo
105	Gorro quirurugico	De tela no tejida. con goma en los bordes pleglable,Resistente a fluidos.Descartable.		Unidad	Unidad	Envase x 25 unid minimo.
106	Hoja de bisturi de acero inoxidable	**Hoja de Bisturi N° 11** de acero inoxidable.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio
107	Hoja de bisturi de acero inoxidable	**Hoja de Bisturi N° 15** de acero inoxidable.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio
108	Hoja de bisturi de acero inoxidable	**Hoja de Bisturi Nº 23** de acero inoxidable.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio
109	Testigos de esterilización para autoclave	Tira indicadora intern para vapor - Autoclave.. Clase V. norma ISO 11140.		Unidad	Unidad	Caja x 50 Tiras, minimo
110	Jeringa desechable con aguja	Jeringa de aspiracion 20 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 g x 1 1/2libre de pirógenos, **con rosca**, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
111	Jeringa desechable con aguja	Jeringa de aspiracion 20 ml. Plástico, c/ aguja desmontable,21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, **sin rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
112	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas 1 ml de plástico. Con aguja desmontable **27.5 G * 1/2, sin rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones. Graduado en decima de ml		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
113	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas 3 ml de plástico con aguja de **21 G** x 1 1/2 desmontable, **con rosca**, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 3 ml		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
114	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas 3 ml de plástico con aguja **23 G** x 1 desmontable, c**on rosca** émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones , graduado cada 3 ml		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
115	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas 10 ml. Plástico, c/ aguja desmontable,21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, **con rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
116	Jeringa desechable	Jeringa hipodermicas 10 ml. Plástico, c/ aguja		Unidad	Unidad	Envase esteril

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	con aguja	desmontable, 21 g x 1 1/2 libre de pirógenos, **sin rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.				individual grado medico
117	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas con aguja protegida 1 ml de plastico, Con aguja desmontable de 22G x 1 mm. Sin rosca, embolo extremo distal de goma, graduado.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
118	Jeringa desechable con aguja	Jeringa para insulina con aguja protegida 1 ml de plástico, con aguja fija incorporada. **30 G * 6-8 mm**, embolo extremo distal de goma, graduado en centécimas de unidades. U-100 para administración de insulina.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
119	Jeringa desechable sin aguja	Jeringa de aspiracion 50 - 60 ml. Plástico, Pico fino. **sin aguja, con rosca** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 5 ml.		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
120	Jeringa desechable sin aguja	Jeringa de aspiracion 50 - 60 ml. Plástico, Pico grueso, **sin aguja** , **sin rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 5 ml,		Unidad	Unidad	Envase esteril individual grado medico
121	Liquido fijador para placas radiograficas	Liquido Fijador Concentrado para placas radiográficas **automático**		Unidad	Unidad	Bidón x 5 lt.como minimo
122	Liquido fijador para placas radiograficas	Liquido Fijador Concentrado para placas radiográficas **manual**		Unidad	Unidad	Bidón x 5 lt.como minimo
123	Liquido revelador concentrado para placas radiográficas	Liquido Revelador Concentrado para placas radiográficas **automático**		Unidad	Unidad	Bidón x 5 lt.como minimo
124	Liquido revelador concentrado para placas radiográficas	Liquido Revelador Concentrado para placas radiográficas **manual**		Unidad	Unidad	Bidón x 5 lt.como minimo
125	Malla de polipropileno para Hernia	Malla de polipropileno (Redes Polimericas), inerte, tamaño de poros de 1,5 mm. Con lineas radioopacas. Tamaño: 30 x 30 cm.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
126	Malla de polipropileno para Hernia	Malla de polipropileno (Redes Polimericas), inerte, tamaño de poros de 1,5 mm. Con lineas radioopacas. Tamaño: 15x 15 cm		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
127	Papel para esterilización	Papel 120 x 120 cm. tipo tejido no tejido ,o polipropileno no tejido.Gramaje de 40g / m2. minimo.Para autoclave, Oxido de etileno y Plasma de Peroxido de hidrogeno.		Unidad	Unidad	Caja mínimo x 50 unidades
128	Papel para esterilización	Papel **crepe** de 120x120cm.Gramaje de 50g./m2. minimo, para Autoclave y Oxido de etileno		Unidad	Unidad	Caja mínimo x 50 unidades
129	Placa mamografica	Peliculas Mamograficas Sensibles al Verde 18 x 24 mm		Unidad	Unidad	Caja x 100 Unid., como minimo
130	Placa mamografica	Peliculas Mamograficas Digital, revelado a seco, 20 x 25 mm	Compatible con el equipo AGFA del servicio	Unidad	Unidad	Caja x 100 Unid., como minimo
131	Placa Radiografica	Peliculas de Rayos X Pelicula térmica azul medida 24x30	Compatible con el equipo Sony	Unidad	Unidad	Caja x 125 unidades minima
132	Placa Radiografica	Peliculas de Rayos X Sensible al verde 18 x 24		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades minima
133	Placa Radiografica	Peliculas de Rayos X Sensible al verde 30 x 40		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades minima
134	Placa Radiografica	Peliculas de Rayos X Sensible al verde 35 x 43		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades minima

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

135	Placa Radiografica	Peliculas de Rayos X Sensible al verde 24 x 30		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades minima
136	Placa Radiografica	Peliculas de Rayos X Sensible al verde 35 x 35		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades minima
137	Sistema de drenaje mediastinal	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 500 mL, catéter torácico N° 36 de PVC, válvulas Los tubos de drenaje deben poseer lineas radioopacas,y deberan contar con 5 perforaciones como minimo, el extremo debe estar cortado en bisel. Los fcos. deberan contar con un espacio impreso para registrar la fecha de su colocacion y para el registro horario del volumen drenado, el alarge no debe poseer espiral y no debe ser colapsable		Unidad	Unidad	Envase esteril individual
138	Sistema de drenaje mediastinal	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 1000 mL, catéter torácico N° 36 de PVC, válvulas Los tubos de drenaje deben poseer lineas radioopacas,y deberan contar con 5 perforaciones como minimo, el extremo debe estar cortado en bisel. Los fcos. deberan contar con un espacio impreso para registrar la fecha de su colocacion y para el regidtro horario del volumen drenado el alarge no debe poseer esperal y no debe ser colapsable		Unidad	Unidad	Envase esteril individual
139	Sistema de drenaje mediastinal	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 2000 mL, catéter torácico N° 36 de PVC ,válvulas, Los tubos de drenaje deben poseer lineas radioopacas,y deberan contar con 5 perforaciones como minimo, el extremo debe estar cortado en bisel. Los fcos. deberan contar con un espacio impreso para registrar la fecha de su colocacion y para el regidtro horario del volumen drenado el alarge no debe poseer esperal y no debe ser colapsable		Unidad	Unidad	Envase esteril individual
140	Sonda Vesical triple via	Cateteres urinarios - Foley **22 Fr.** siliconado, orificios laterales punta atraumatica. **Triple via**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
141	Sonda Vesical triple via	Cateteres urinarios - Foley **24Fr.** siliconado, orificios laterales punta atraumatica**. Triple via.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
142	Sonda Vesical Doble Via	Cateteres urinarios - Foley **6 Fr.** de Silicona 100%.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
143	Sonda Vesical Doble Via	Cateteres urinarios - Foley **8 Fr.** de Silicona 100%.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
144	Sonda Vesical Doble Via	Cateteres urinarios - Foley **10 Fr.** de Silicona 100%.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
145	Sonda Vesical Doble Via	Cateteres urinarios - Foley **14 Fr**. siliconado, orificios laterales punta atraumatica.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
146	Sonda Vesical Doble Via	Cateteres urinarios – Foley **18 Fr.** siliconado, orificios laterales punta atraumatica.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
147	Tapa boca	: Mascarilla quirurgica **Tapa boca**.Con filtro, de tres pliegues, sujección a la oreja con goma elástica -		Unidad	Unidad	Unidad
148	Termometro Digital	Termometro clinico **Axilar digital**,graduado de 32 a 43,9 °C, pantalla con 3 digitos.		Unidad	Unidad	Unidad
149	Termometro Digital	Termometro clinico **Rectal digital**,graduado de 32 a 43,9 °C, pantalla con 3 digitos.		Unidad	Unidad	Unidad
150	Testigos de esterilizacion para Autoclave	Indicador quimico**, interno.**Tipo II- para control del proceso de esterilizacion del **autoclave** . Test de Bowie -Dick. Indicadores para proceso de esterilización		Unidad	Unidad	Paquete x 100 hojas indicadoras como minimo
151	Testigos de esterilizacion para estufa	Indicador quimico**, interno.**Clase IV- para control del proceso de esterilizacion de **estufa .** Tiras Indicadores para proceso de esterilización		Unidad	Unidad	Caja 50 tiras,minimo

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

152	Tubo de drenaje pleural	**Tubo torácico para drenaje pleural 12 Fr**. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal. deben poseer línea radiopaca. Debe estar graduado entre 2 a 2,5 cm a partir de la última perforación. El extremo deberá estar cortado en bisel para facilitar la colocación de los drenajes en cirugías abiertas.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
153	Tubo de drenaje pleural	**Tubo torácico para drenaje pleural 16 Fr**. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal. deben poseer línea radiopaca. Debe estar graduado entre 2 a 2,5 cm a partir de la última perforación. El extremo deberá estar cortado en bisel para facilitar la colocación de los drenajes en cirugías abiertas.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
154	Tubo endotraqueal:	Tubos traqueales **6Fr** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
155	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **6,5Fr.** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
156	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **7Fr.** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
157	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **7,5 Fr.** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
158	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **8 Fr.** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
159	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **8,5 Fr.** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
160	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **2Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
161	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **2,5Fr**. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
162	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **3Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
163	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **3,5Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
164	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **4Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
165	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **4,5Fr.** Sin balón, PVC con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
166	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **5Fr**. Sin balón,PVC con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
167	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **5,5Fr.** Sin balón, PVC con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
168	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **6Fr.** Sin balón, PVCcon mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o mas, extremo atruamtico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
169	Venda elastica	De 15 cm x 3 m,minimo en tension, de material resistente		Unidad	Unidad	Rollo en envase individual
170	Venda enyesada	Rollo x 10 cm x 3 mt.minimo.De rápido secado, 3 a 5 minutos de fraguado,resistente. Acabado liso, brillante, uniforme		Unidad	Unidad	Rollo en envase individual
171	Venda semi elástica	De 10 cm de ancho x 2,5 m.de largo, (minimo) en reposo		Unidad	Unidad	Rollo en envase individual
172	Venda semi elástica	De 15 cm de ancho x 2,5 m.de largo, (minimo) en reposo		Unidad	Unidad	Rollo en envase individual
173	Venda semi elástica	De 20 cm de ancho x 2,5 m.de largo,(minimo) en reposo		Unidad	Unidad	Rollo en envase individual
174	Venda semi elástica	De 30 cm de ancho x 2,5 m.de largo,(minimo) en reposo		Unidad	Unidad	Rollo en envase individual

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

175	Contenedor para objetos corto punzantes	Con capacidad de 13 litros como minimo. Carton prensado con bolsa colectora en su interior, de polietileno resistente, con simbolouniversal de riesgo biologico en ambas caras		Unidad	Unidad	Unidad
176	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de membrana pediatrico/infantil con capacidad de hasta 4Lts/min. Llenado de 40 a 50 ml. Reservatorio venoso con capacidad de 3000 a 4000 ml con recubierta bicompatible, con filtro arterial y set de tubos 3/8 para vena y arteria.		Unidad	Unidad	Envase Estéril Individual
177	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de membrana Adultos con recubierta bicompatible Reservorio con capacidad de 4500 ml. Con filtro arterial y set de tubos 3/8 para arteria y 1/2 para vena.		Unidad	Unidad	Envase Estéril Individual
178	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador para ECMO adulto con fibras polimetilpentene recubierta biocompatible puertos de 3/8 entrada y salida de sangre y camara de cambio de temperatura con soporte.		Unidad	Unidad	Envase Estéril Individual
179	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador para ECMO Pediátrico con fibras polimetilpentene recubierta biocompatible puertos de 3/8 entrada y salida de sangre y camara de cambio de temperatura con soporte.		Unidad	Unidad	Envase Estéril Individual
180	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador para ECMO Neonatal con fibras polimetilpentene recubierta biocompatible puertos de 1/4 entrada y salida de sangre y camara de cambio de temperatura con soporte.		Unidad	Unidad	Envase Estéril Individual
181	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de membrana pediatrico/infantil con capacidad de hasta 4Lts/min. Llenado de 40 a 50 ml. Reservatorio venoso con capacidad de 3000 a 4000 ml con recubierta bicompatible, con filtro arterial y set de tubos 3/8 para vena y arteria.		Unidad	Unidad	Envase Estéril Individual

2. PLAN DE ENTREGAS

CONDICIONES DE ENTREGA:

Las Órdenes de Compra serán emitidas por la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**.
A efectos de implementar mecanismos de control, las muestras de los Ítems Adjudicados quedaran en resguardo en la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD (DGGIES) SALUD y una vez emitida la orden de compra serán remitidas a los lugares indicados para la entrega, para la verificación a la hora de la recepción de los productos adjudicados.
Los Insumos a ser entregados, deberán coincidir con la contra muestra presentada para la evaluación de ofertas y adjudicada.
La recepción del suministro será preferentemente en el horario de **07:00 a 15:30 horas**, previo acuerdo común entre las partes. Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las Notas de Remisión firmadas por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes. La entrega de los bienes será acompañada por:
i. Listado de envío de materiales que detalle ítem, cantidad de unidades entregadas, lote de fabricación y fecha de vencimiento, debiendo entenderse que habrán varias líneas en caso de haber más de un lote de fabricación por ítem.
Al entregar los bienes, el Proveedor y el responsable de la recepción por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberán firmar la Nota de Remisión y entregar una copia de la misma para la Convocante.
El proveedor deberá estar en capacidad para realizar entregas fraccionadas, la recepción en cuanto a las cantidades y plazos, se realizará de la siguiente manera.

Plazos de Entrega	
1ra Entrega 20%	El Oferente tendrá un plazo de hasta **15 (quince)** días corridos para la entrega de los productos adjudicados contados a partir de la firma del Contrato correspondiente. Las Órdenes de Compra serán emitidas el dìa de la firma del contrato por la Direcciòn General de Gestiòn de Insumos Estratègicos en Salud.
2da Entrega 40%	El Oferente tendrá un plazo de hasta **20 (veinte)** días corridos para la entrega de los productos adjudicados contados a partir de la firma del Contrato correspondiente. Las Órdenes de Compra serán emitidas el dìa de la

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	firma del contrato por la Direcciòn General de Gestiòn de Insumos Estratègicos en Salud.
3ra Entrega 40%	El Oferente tendrá un plazo de hasta **30 (treinta)** días corridos para la entrega de los productos adjudicados contados a partir de la firma del Contrato correspondiente. Las Ordenes de Compra serán emitidas el dìa de la firma del contrato por la Direcciòn General de Gestiòn de Insumos Estratègicos en Salud.

INSPECCIONES Y PRUEBAS: Las Inspecciones y Pruebas, se realizan
Al momento de la entrega de lo adjudicado en los Parques Sanitarios: Serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA).
Los productos serán muestreados por el personal técnico del laboratorio del CEMIT en presencia de Personal del MSPBS y el oferente.
Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados además deberán abonar el costo de los análisis.

A efectos de implementar mecanismos de control, las muestras de los ítems Adjudicados quedarán en resguardo en el lugar indicado en la orden de compra a los efectos de su verificación a la hora de la recepción de los productos adjudicados.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO:
- Todos los productos deberán tener la impresión "USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL", fecha de vencimiento y lote visible, con tinta de difícil remoción;

- Para la entrega de artículos a Los lugares indicados en las Órdenes de Compra se deberá presentar:

1. 2 Copia de Contrato
2. Nota de Remisión Original + 2 Fotocopias
3. Factura Crédito Original con Timbrado y Fecha Vigente + 2 fotocopias
4. Orden de Entrega Original + 1 Fotocopia

En la Nota de Remisión, debe estar detallado el Nombre Genérico del Artículo, Lote, Vencimiento, Cantidad Entregada, N° de Resolución, N° de Adjudicación, Modalidad de Entrega (a que parte de la entrega corresponde), N° de Contrato, N° de Orden de Entrega y otras descripciones importantes que faciliten los controles internos.

Se RECHAZARÁ de OFICIO, la entrega del Lote de Productos que NO REUNA uno de los documentos requeridos.

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:
Los embalajes de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo. Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda **"Frágil"**, en el caso de que así lo sean.

PLAZO DE VENCIMIENTO DEL SUMINISTRO
Todos los insumos deben tener como mínimo 18 (diez y ocho) meses de vencimiento al momento de la entrega en los parques sanitarios. Por la naturaleza de los mismos o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del producto deberá ser autorizada por la DGGIES. (Nota de Autorización).

Para los productos con vencimiento menor a 18 (diez y ocho) meses, deberá presentar además Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote; la validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del producto a entregar. La DGGIES, deberá comunicar al proveedor el vencimiento de dicho lote con 60 días de antelación.
En ambos casos, el proveedor deberá presentar Carta de Compromiso de Canje.

Las Especificaciones Técnicas de los productos, deberán ajustarse estrictamente al Listado de Bienes y Servicios y a lo detallado.
La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado.

En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

3. PLANOS O DISEÑOS

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

NO APLICA

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: a) Durante la etapa de Evaluación con las muestras presentadas b) Control de Calidad a los productos entregados por la empresa adjudicada Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados y utilizados para el control de calidad de los lotes entregados, Además deberá abonar el costo de los análisis. Para el efecto serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA). Los productos serán muestreados conjuntamente por el personal técnico del laboratorio del CEMIT en presencia de Personal del MSPBS y el oferente.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

FORMULARIO N° 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

CVE No.: _____

A: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el **precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios**

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Lista de Precios

Fecha:_____

CVE No:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
ÍTEM*	CÓDIGO CATALOGO*	DESCRIPCIÓN DEL BIEN*	PRESENTACIÓN*	UNIDAD DE MEDIDA*	MARCA**	PROCEDENCIA**	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA**	PRECIO TOTAL C/IVA**
1	42142523-001	Aguja hipodermica descartable	Unidad	Unidad			59.397		
2	42142523-001	Aguja hipodermica descartable	Unidad	Unidad			107.838		
3	42294903-004	Aguja para Puncion Medular	Unidad	Unidad			1.590		
4	42142514-999	Aguja para anestesia **peridural**	Unidad	Unidad			63		
5	42142504-006	Aguja para Biopsia Renal	Unidad	Unidad			21		
6	42142502-007	Aguja para insulina	Unidad	Unidad			12.000		
7	42142514-001	Aguja Raquidea	Unidad	Unidad			10.293		
8	42142514-001	Aguja Raquidea	Unidad	Unidad			447		
9	42142514-001	Aguja Raquidea	Unidad	Unidad			6.654		
10	42295406-001	Aposito transparente	Unidad	Unidad			5.850		
11	42131509-9999	Bata para pacientes	Unidad	Unidad			20.157		
12	42131702-001	Bata quirurgica	Unidad	Unidad			25.149		
13	42131702-001	Bata quirúrgica	Unidad	Unidad			24.804		
14	42131702-001	Bata quirúrgica	Unidad	Unidad			15.711		
15	42281916-002	Bolsa de papel con indicador quimico	Unidad	Unidad			51.663		
16	42281916-002	Bolsa de papel con indicador quimico	Unidad	Unidad			62.745		
17	42281916-002	Bolsa de papel con indicador quimico	Unidad	Unidad			61.899		
18	42281916-002	Bolsa de papel con indicador quimico	Unidad	Unidad			57.669		
19	42131609-001	Bota cubre calzado	Unidad	Unidad			87.714		
20	42312005-002	Campo adhesivo quirurgico	Unidad	Unidad			3.984		
21	42312005-002	Campo adhesivo quirúrgico	Unidad	Unidad			3.579		
22	42142402-017	Canula de Aspiracion de campo quirúrgico	Unidad	Unidad			28.371		
23	42142402-006	Canula de Traqueostomia con balón	Unidad	Unidad			183		
24	42142402-001	Canula de Traqueostomia sin balón	Unidad	Unidad			42		
25	42142402-001	Canula de Traqueostomia sin balón	Unidad	Unidad			57		
26	42142402-001	Canula de Traqueostomia sin balón	Unidad	Unidad			63		
27	42142402-001	Canula de Traqueostomia sin balón	Unidad	Unidad			63		
28	42142402-001	Canula de Traqueostomia sin balón	Unidad	Unidad			459		
29	42142402-001	Canula de Traqueostomia sin balón	Unidad	Unidad			93		
30	42271709-005	Canula nasal para oxigenoterapia	Unidad	Unidad			9.282		
31	42271709-005	Canula nasal para oxigenoterapia	Unidad	Unidad			6.774		

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P.y B.S.

32	42271709-005	Canula nasal para oxigenoterapia	Unidad	Unidad			2.286		
33	42142402-005	Canula de Guedel pediatrica	Unidad	Unidad			219		
34	42142402-004	Canula de Guedel adulto	Unidad	Unidad			627		
35	42142518-001	Cassette para biopsia	Unidad	Unidad			3.000		
36	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	Unidad			3.462		
37	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	Unidad			3.171		
38	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	Unidad			2.805		
39	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	Unidad			2.379		
40	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	Unidad			3.336		
41	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	Unidad			552		
42	42272011-001	Cateter de Aspiracion	Unidad	Unidad			1.023		
43	42221503-9998	Cateter con reservorio subcutaneo para quimioterapia	Unidad	Unidad			3		
44	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			1.002		
45	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			75		
46	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			564		
47	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			711		
48	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			666		
49	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			180		
50	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			36		
51	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			3.108		
52	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			534		
53	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			270		
54	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			8.199		
55	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			8.835		
56	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			918		
57	42221503-007	Cateter Venoso Central	Unidad	Unidad			921		
58	42221504-003	Cateter intravenoso Periferico	Unidad	Unidad			47.505		
59	42221504-003	Cateter intravenoso Periferico	Unidad	Unidad			56.010		
60	42221504-003	Cateter intravenoso Periferico	Unidad	Unidad			45.495		
61	42221504-003	Cateter intravenoso Periferico	Unidad	Unidad			40.071		
62	42221504-003	Cateter intravenoso Periferico	Unidad	Unidad			26.250		
63	42221504-003	Cateter intravenoso Periferico	Unidad	Unidad			25.500		
64	42221504-003	Cateter intravenoso Periferico	Unidad	Unidad			18.063		
65	42203402-001	Cateter para Embolectomia	Unidad	Unidad			45		
66	42203402-001	Cateter para Embolectomia	Unidad	Unidad			45		
67	42203402-001	Cateter para Embolectomia	Unidad	Unidad			45		
68	42221503-006	Cateter intravenosa para via central pediatrico	Unidad	Unidad			3.051		
69	42221503-006	Cateter intravenosa para via central pediatrico	Unidad	Unidad			2.598		

Ing. MAEM Sergio Barrios
Director General
Operativa de Contrataciones
PARNS

70	42221503-006	Cateter intravenosa para via central pediatrico	Unidad	Unidad			723		
71	42221503-006	Cateter intravenosa para via central pediatrico	Unidad	Unidad			153		
72	42281807-004	Cinta testigo para calor húmedo	Unidad	Unidad			11.421		
73	42281807-005	Cinta testigo para estufa calor seco	Unidad	Unidad			6.000		
74	42281807-007	Cinta Testigo para Oxido de Etileno.	Unidad	Unidad			25.674		
75	42281807-007	Cinta Testigo para Oxido de Etileno	Unidad	Unidad			6.489		
76	42311708-001	Esparadrapo	Unidad	Unidad			48.294		
77	42311708-003	Cintas adhesivas	Unidad	Unidad			47.580		
78	42272223-9995	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP)Neonatal	Unidad	Unidad			357		
79	42272223-9995	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	Unidad	Unidad			702		
80	42272223-9995	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	Unidad	Unidad			642		
81	42272223-9995	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	Unidad	Unidad			588		
82	42272223-9995	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) neonatal	Unidad	Unidad			465		
83	42272223-9994	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) pediátrico	Unidad	Unidad			498		
84	42272223-9994	Kit de presion positiva continua de la via aerea (CPAP) pediátrico	Unidad	Unidad			867		
85	42272504-017	Circuito para maquina de anestesia	Unidad	Unidad			1.296		
86	41104112-004	Sistema Colector de orina	Unidad	Unidad			21.798		
87	41104112-004	Sistema Colector de orina	Unidad	Unidad			34.134		
88	41104112-004	Sistema Colector de orina	Unidad	Unidad			4.248		
89	41116130-128	Control biologico de esterilidad	Unidad	Unidad			4.899		
90	41116130-128	Control biologico de esterilidad	Unidad	Unidad			1.239		
91	42295129-001	Dosificador de gotas	Unidad	Unidad			29.586		
92	42181702-005	Electrodo neonatal	Unidad	Unidad			8.286		
93	42181702-004	Electrodo Pediatrico	Unidad	Unidad			31.254		
94	41123403-005	Conexión para Infusion Parenteral	Unidad	Unidad			2.115		
95	41123403-005	Conexión para Infusion Parenteral	Unidad	Unidad			1.332		
96	41123403-002	Equipo Macrogotero	Unidad	Unidad			93.399		
97	41123403-002	Equipo Macrogotero	Unidad	Unidad			68.559		
98	41123403-001	Equipo Microgotero	Unidad	Unidad			40.113		
99	41123403-008	Equipo para Administracion de Solucion Fotosensible	Unidad	Unidad			8.844		
100	42222001-002	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	Unidad	Unidad			53.928		
101	42222001-002	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	Unidad	Unidad			36.729		
102	42222001-004	Equipo volutrol microgotero para soluciones	Unidad	Unidad			42.996		
103	42294945-001	Esponja hemostatica quirurgica	Unidad	Unidad			23.370		
104	42181503-002	Gel p/ Electrocardiografo	Unidad	Unidad			4.932		
105	42131611-002	Gorro quirurugico	Unidad	Unidad			167.994		

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

106	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Unidad	Unidad			24.354		
107	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Unidad	Unidad			28.818		
108	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Unidad	Unidad			40.494		
109	42281807-001	Testigos de esterilización para autoclave	Unidad	Unidad			9.261		
110	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			178.383		
111	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			109.455		
112	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			116.700		
113	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			88.269		
114	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			194.952		
115	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			730.164		
116	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			322.182		
117	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			90.831		
118	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad			37.140		
119	42142608-001	Jeringa desechable sin aguja	Unidad	Unidad			86.583		
120	42142608-001	Jeringa desechable sin aguja	Unidad	Unidad			34.443		
121	42203708-001	Liquido fijador para placas radiograficas	Unidad	Unidad			795		
122	42203708-002	Liquido fijador para placas radiograficas	Unidad	Unidad			222		
123	42203706-001	Liquido revelador concentrado para placas radiográficas	Unidad	Unidad			795		
124	42203706-001	Liquido revelador concentrado para placas radiográficas	Unidad	Unidad			222		
125	42295513-002	Malla de polipropileno para Hernia	Unidad	Unidad			525		
126	42295513-002	Malla de polipropileno para Hernia	Unidad	Unidad			459		
127	42281808-001	Papel para esterilización	Unidad	Unidad			31.239		
128	42281808-001	Papel para esterilización	Unidad	Unidad			15.573		
129	42201803-001	Placa mamografica	Unidad	Unidad			9.000		
130	42201803-001	Placa mamografica	Unidad	Unidad			5.800		
131	42201810-001	Placa Radiografica	Unidad	Unidad			375		
132	42201810-001	Placa Radiografica	Unidad	Unidad			28.500		
133	42201810-001	Placa Radiografica	Unidad	Unidad			40.300		
134	42201810-001	Placa Radiografica	Unidad	Unidad			62.400		
135	42201810-001	Placa Radiografica	Unidad	Unidad			40.200		
136	42201810-001	Placa Radiografica	Unidad	Unidad			37.400		
137	42295453-009	Sistema de drenaje mediastinal	Unidad	Unidad			624		
138	42295453-009	Sistema de drenaje mediastinal	Unidad	Unidad			2.322		
139	42295453-009	Sistema de drenaje mediastinal	Unidad	Unidad			4.356		
140	42293603-003	Sonda Vesical triple via	Unidad	Unidad			1.848		
141	42293603-003	Sonda Vesical triple via	Unidad	Unidad			2.100		
142	42293603-002	Sonda Vesical Doble Via	Unidad	Unidad			441		
143	42293603-002	Sonda Vesical Doble Via	Unidad	Unidad			624		

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

144	42293603-002	Sonda Vesical Doble Via	Unidad	Unidad			612		
145	42293603-002	Sonda Vesical Doble Via	Unidad	Unidad			5.496		
146	42293603-002	Sonda Vesical Doble Via	Unidad	Unidad			10.848		
147	46182001-001	Tapa boca	Unidad	Unidad			557.787		
148	41112213-002	Termometro Digital	Unidad	Unidad			21.051		
149	41112213-002	Termometro Digital	Unidad	Unidad			4.875		
150	42281807-001	Testigos de esterilizacion para Autoclave	Unidad	Unidad			6.345		
151	42281807-002	Testigos de esterilizacion para estufa	Unidad	Unidad			5.523		
152	42142710-002	Tubo de drenaje pleural	Unidad	Unidad			288		
153	42142710-002	Tubo de drenaje pleural	Unidad	Unidad			261		
154	42271903-001	Tubo endotraqueal:	Unidad	Unidad			1.092		
155	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.131		
156	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			7.311		
157	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			11.445		
158	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			9.669		
159	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.620		
160	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.290		
161	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.656		
162	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			2.763		
163	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			2.487		
164	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.908		
165	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.926		
166	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.950		
167	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.923		
168	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	Unidad			1.662		
169	42311505-003	Venda elastica	Unidad	Unidad			14.121		
170	42311505-001	Venda enyesada	Unidad	Unidad			3.759		
171	42311505-002	Venda semi elástica	Unidad	Unidad			12.708		
172	42311505-002	Venda semi elástica	Unidad	Unidad			24.084		
173	42311505-002	Venda semi elástica	Unidad	Unidad			27.282		
174	42311505-002	Venda semi elástica	Unidad	Unidad			54.540		
175	42142531-001	Contenedor para objetos corto punzantes	Unidad	Unidad			37.500		
176	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Unidad	Unidad			8		

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

177	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Unidad	Unidad			8		
178	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Unidad	Unidad			8		
179	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Unidad	Unidad			2		
180	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Unidad	Unidad			2		
181	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Unidad	Unidad			2		
							"Precio Total:		

****Monto total: Son Guaraníes_____ IVA incluído.**

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Asunción, 09 de diciembre de 2014

Lic. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS