PAC Nº: 366.005.-

ADENDA Nº 17

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC Nº 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

Se comunica por este medio, que en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 64/19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS". PLURIANUAL. ID 366.005,** se realizan modificaciones en el SICP en cuanto a los plazos y precios referenciales, como también en el Pliego de Bases y Condiciones, quedando redactado de la siguiente manera:

SECCIÓN I.
DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 33.2	Se solicitará Muestras: **SÍ APLICA.** **Todos los oferentes que coticen insumos deberán presentar muestra de lo ofertado el día de la apertura de los Sobres/Oferta en el horario de 7:00 horas hasta las 15:00 horas del día siguiente hábil. El detalle de las muestras deberá ser presentado junto con las mismas, en duplicado, con la firma del responsable. La no presentación de las muestras será causal de descalificación.** Las muestras deberán presentarse en las mismas condiciones en que el producto va a ser entregado en caso de ser adjudicado, a fin de verificar si corresponde al producto solicitado en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, etc., que deberán estar de acuerdo con los documentos obrantes en el MSPYBS. Las muestras deberán llevar impresa: marca, origen, fabricante, lote, procedencia y vencimiento. En caso de solicitarse el mismo producto en varios ítems, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos (que debe ajustarse exactamente al ítem para el cual presenta la muestra), acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente con la marca y procedencia ofertada. Las muestras de los no adjudicados serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio por el Dpto. de Licitaciones de la DOC; en tanto que las muestras de los ítems adjudicados serán remitidos a la Dirección de Gestión Logística de la DGGIES por el Dpto. de Licitaciones de la DOC, a fin de que sean enviados a los parques sanitarios, donde será recepcionado y formarán parte de los bienes adjudicados. No se aceptarán muestras de insumos re-esterilizadas o cuyos embalajes no contengan rotulado de fábrica, los mismos deben contener la información que avale la procedencia y las características que poseen y las certificaciones de calidad de la misma. Se requiere que las muestras entregadas de los productos ofertados estén identificadas con rótulos con los siguientes datos: 1. NOMBRE DEL LLAMADO 2. NOMBRE DE LA EMPRESA 3. N° DE ITEM 4. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM que deberá corresponder a lo descripto en la planilla de precios y de datos garantizados. En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar un listado en duplicado de lo entregado, conforme a la siguiente Planilla: **Planilla de Muestras:**

NOMBRE DEL LLAMADO:			
N° DEL LLAMADO:			
NOMBRE DE LA EMPRESA:			
LISTA DE MUESTRA PRESENTADA			
N° DE ÍTEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA / ORIGEN / PROCEDENCIA

La comisión evaluadora se reserva el derecho de solicitar más cantidad de muestras de aquellos ítems que sean necesarios para realizar pruebas de adaptabilidad o de calidad en el INTN/ CEMIT/FACEM, para la evaluación.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO RUA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS

SECCIÓN II.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

(B) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

EXPERIENCIA: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia mediante la presentación de los siguientes documentos.

- Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (**INSUMOS MÉDICOS VARIOS**) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 5 (cinco) últimos años (**2014-2015-2016-2017-2018**) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total máximo ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.
- Presentación como mínimo de 3 (tres) copias autenticadas de Certificados o Actas de Recepción final de **INSUMOS MÉDICOS VARIOS** donde conste el **desempeño satisfactorio del Oferente**, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió.

CAPACIDAD TÉCNICA: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica mediante la presentación de los siguientes documentos.

- Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos Hospitalarios, expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según corresponda al o los bienes ofertados.
- En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto (para fabricación nacional) deberán presentar ambas empresas, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras, distribuidoras o de productos nacionales), deberán, tanto el oferente, como el distribuidor y/o el importador, presentar copia autenticada de la resolución de apertura vigente para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de ambas empresas, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Copia autenticada del Listado de los Productos Habilitados para su Importación y Comercialización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en el que deberá/n constar el/los producto/s ofertado/s especificando marca y procedencia de los mismos y/o Certificado de Registro de Dispositivos Médicos Vigente.
- Declaración jurada donde el oferente declara poseer capacidad de suministro en tiempo y forma.
- Copia Autenticada de la Carta Poder otorgada por el fabricante (Formulario N° 1, Sección VI), al oferente; debidamente legalizada para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de comercio Sección Representaciones.
- Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.
- Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución vigente, emitido por la DNVS del MSPBS con fecha anterior a la apertura de ofertas.
- Certificados de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica de los insumos ofertados, emitidos por un organismo competente como: FDA de EEUU, CE – Comunidad Europea, INVIMA- Colombia, Países Miembros del Mercosur, como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de los antemencionados.
- Para los ítems correspondientes a Circuitos, tubuladuras y filtros para respiradores pulmonares: deberá

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO RUA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

evidenciarse mediante catálogos, certificados o referencias de información en página WEB, de que los insumos ofertados cuentan con certificados ISO 5367:2014; ISO 13485:2003, ISO/DIN 14644 o similares.

Observación: Para oferentes en consorcio: todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social. Además, en caso de concorcios deberá indicarse en la oferta cuál es el líder, no siendo obligatorio que sea la empresa de mayor experiencia y capacidad. *Para tener cumplidos los requisitos de experiencia y capacidad técnica del consorcio, bastará que uno de los* integrantes cumpla el 100% de los requisitos; o, con al menos 70% y el 30% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema **"CUMPLE"** o **"NO CUMPLE"**.

SECCIÓN III.
SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Absorbentes de dióxido de carbono para unidades de anestesia	**Composición mínima: hidróxido de sodio, calcio, ethyl violeta y agua.**	Unidad	Envase hermético 500g mínimo	Unidad
2	Aguja para anestesia raquídea	Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud 90mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.	Unidad	Envase estéril doble envoltorio individual.	Unidad
3	Aguja para Punción raquídea	Aguja para Punción espinal 16G x 90 mm. Para aspirado medular (Hosp. nacional).	Unidad	Envase estéril doble envoltorio individual.	Unidad
4	Aguja para anestesia raquídea	Aguja para anestesia espinal Pediátrica en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25, longitud 50-60 mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.	Unidad	Envase estéril doble envoltorio individual	Unidad
5	Bolsas respiratorias	Bolsa para anestesia 250 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable.	Unidad	Unidad	Unidad
6	Bolsas respiratorias	Bolsa para anestesia 500 cc. **Libre de látex, (con certificación)** con superficie antideslizante y reusable.	Unidad	Unidad	Unidad
7	Bolsas respiratorias	Bolsa para anestesia 1 – ½ Lt. **Libre de látex (con certificación),** con superficie antideslizante y reusable.	Unidad	Unidad	Unidad
8	Bolsas respiratorias	Bolsa para anestesia 3Lt. **Libre de látex (con certificación),** con superficie antideslizante y reusable.	Unidad	Unidad	Unidad
9	Tubos para Ventilación Interna, Orofaríngeos	Cánula orofaríngea (Modelo Guedel) para uso pediátrico en niños de 6 a 12 meses No.1, 60 - 65 mm de longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual.	Unidad	Unidad	Unidad
10	Tubos para Ventilación Interna, Orofaríngeos	Cánula orofaríngea (Modelo Guedel) para uso pediátrico en niños de 1 a 2 años No. 2, 70 - 75 mm longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo	Unidad	Unidad	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
		distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual.			
11	Tubos para Ventilación Interna, Orofaríngeos	Cánula orofaríngea (Modelo Guedel) para uso en adultos No.3, 80-85 mm de longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual.	Unidad	Unidad	Unidad
12	Tubos para Ventilación Interna, Orofaríngeos	Cánula orofaríngea (Modelo Guedel) para uso en adultos No. 4, 90 - 95 mm de longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril, individual.	Unidad	Unidad	Unidad
13	Circuito para máquina de anestesia para adultos	**Tubo de PVC corrugado para anestecia adultos.**	Unidad	Unidad	Unidad
14	Mascarilla para anestesia	N° 2-Escolar, con reborde insuflable de material trasparente, resistente con adaptador universal, descartable.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
15	Mascarilla para anestesia	Mascarilla laríngea N° 1. Para neonatos hasta 5 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 11 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
16	Mascarilla para anestesia	Mascarilla laríngea N° 1.5. Para niños de 5-10 kg. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex, de 13 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
17	Mascarilla para anestesia	Mascarilla laríngea N° 2. Para niños de 10-20 kg. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona de 14 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
18	Mascarilla para anestesia	Mascarilla laríngea N° 2.5. Para niños de 20-30 kg. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona de 16 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
19	Mascarilla para anestesia	Mascarilla laríngea N° 3. Para niños de 30-50 Kg. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
20	Mascarilla para anestesia	Mascarilla laríngea N° 4. Para adultos de 50-70 Kg. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
21	Cánula para oxigenación nasal	**Bigotera adulto.** Diámetro externo 4.00, **silicona 100%** .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
		nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm,		condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	
22	Cánula para oxigenación nasal	Bigotera pediátrica. Diámetro externo 3.00,de silicona 100% . Libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables. tubuladura de PVC transparente longitud mínima de 100 cm.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo *condiciones de sala* Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
23	Cánula para oxigenación nasal	Bigotera neonatal Diámetro externo 2.00, de silicona 100% libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables tubuladura de PVC trasparente longitud mínima de 100 cm.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
24	Cánula para traqueostomía	N° 7 de PVC, con mandril y balón (14 años)	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
25	Cánula para traqueostomía	N° 7.5 de PVC, con mandril y balón (14 años)	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
26	Cánula para traqueostomía	N°8 de PVC, con mandril y balón (16-18 años)	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
27	Cánula para traqueostomía	Sin balón.100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.0	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
28	Cánula para traqueostomía	Sin balón. 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.5	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
29	Cánula para traqueostomía	Sin balón. 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.0	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
30	Cánula para traqueostomía	Sin balón.100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.5	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
31	Catéter de succión	6 Fr. Con circuito cerrado, Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y Catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
32	Catéter de succión	8Fr. Con circuito cerrado, Libre de Látex, PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
33	Catéter de succión	*12 Fr. Con circuito cerrado. Libre de Látex, PVC* flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
34	Catéter de succión	14 Fr. Con circuito cerrado, libre de látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado * 50 cm, mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
35	Catéter de succión	16 Fr. Con circuito cerrado, Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
36	Catéter de succión	6 Fr. Con válvula de control manual, con tapa. Extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
37	Catéter de succión	8 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
38	Catéter de succión	10.Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, libre de látex, PVC, 50 cm mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
39	Catéter de succión	12 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
40	Catéter de succión	14 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
41	Catéter de succión	16 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
42	Circuito para ventiladores	Pediátrico universal 2 a 15 años (3,1 a 14,9 kilogramos) con conexiones adaptables al respirador. Con 1 o 2 trampas de agua, alambre calentador y cámara humidificadora.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
43	Circuito para ventiladores	Adulto de 3 piezas, con conexiones adaptables al respirador. Con 1 a 2 trampas de agua.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
44	Circuito para ventiladores	Neonatal (Lactante menor) de 0 a 28 días (menor a 3 kilogramos) universal .con conexiones adaptables al respirador. Con 1 o 2 trampas de agua, alambre calentador y cámara humidificadora	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
45	Circuito para ventiladores	Pre Escolares de 2 a 5 años (12,1 a 14,9 kilogramos). Con máscara naso-bucal, tubos corrugados, adaptadores universales. Arnes.TipoBipap.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
46	Circuito para ventiladores	Escolares de 6 a 15 años (mayor a 15 kilogramos). Con máscara naso-bucal, tubos corrugados, adaptadores universales. Arnes.TipoBipap. Tamaño de máscaras : 50% S y 50% XS.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
47	Circuito para ventiladores	Adulto. Con máscara naso-bucal, tubos corrugados, adaptadores universales. Arnes. Tipo Bipap. Tamaño de máscaras : 50% M y 50% L.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
48	Circuito para ventiladores	Lactante mayor. . A partir de 28 días de vida a 1,9 meses. Con máscara naso-bucal, tubos corrugados, adaptadores universales. Arnes. Tipo Bipap. Tamaño: de la máscara 50% S y 50% XS.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
49	Filtro para ventiladores	Filtro antibacteriano para ventiladores, con sistema de conexión bidireccional. , Libre de látex. Descartable. Sin humidificador y sin adaptador corrugado. Para Niños.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ABG. PAOLA BEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
50	Filtro para ventiladores	Con sistema de conexión bidireccional. Sin humificador. Libre de látex. Adultos.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que *avalen tales condiciones.*	Unidad
51	Mascarilla de aire-oxígeno en circuito abierto	Preescolares, de plástico atóxico, flexible, con tubo fino y adaptador con rosca universal. Con prolongador, longitud 1.5 m como mínimo. Con elástico ajustable para sostén. Con pico fijo.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
52	Mascarilla de aire-oxígeno en circuito abierto	Adultos, de plástico atóxico, flexible, con tubo fino y adaptador con rosca universal. Con prolongador, longitud 1 mt como mínimo. Con elástico ajustable para sostén. Con pico fijo.	Unidad	Estériles y/o fabricados y envasados bajo condiciones de sala Limpia (según Norma ISO/DIN 14644). En ambos casos se deberá presentar las certificaciones correspondientes que avalen tales condiciones.	Unidad
53	Tubos bronquiales	37 Fr. IZQUIERDO. Tubo bronquial. PVC. Doble lumen para intubación selectiva. Punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
54	Tubos bronquiales	35 Fr. IZQUIERDO. Tubo bronquial. PVC. Doble lumen para intubación selectiva. Punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
55	Tubos bronquiales	39 Fr. IZQUIERDO. Tubo bronquial. PVC. Doble lumen para intubación selectiva. Punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
56	Tubos bronquiales	35 Fr. DERECHO. Tubo bronquial. PVC. Doble lumen para intubación selectiva .Punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
57	Tubos bronquiales	37 Fr. DERECHO. Tubo bronquial. PVC. Doble lumen para intubación selectiva .Punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
58	Tubos bronquiales	39 Fr. DERECHO. Tubo bronquial. PVC. Doble lumen para intubación selectiva. Punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
59	Tubos traqueales	Tubo endotraqueal **libre de DEHP (presentar certificado que avale).** / N° 4 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca contínua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
60	Tubos traqueales	Tubo endotraqueal **libre de DEHP (presentar certificado que avale).** / N° 4,5 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca contínua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
61	Tubos traqueales	Tubo endotraqueal **libre de DEHP (presentar certificado que avale).** / N° 5 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca contínua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
62	Tubos traqueales	Tubo endotraqueal **libre de DEHP (presentar certificado que avale).** / N° 5,5 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca contínua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
63	Tubos traqueales	6Fr con balón. Extremo en bisel, silicona 100%. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
64	Tubos traqueales	6,5Fr. con balón. Extremo en bisel. Silicona 100%. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
65	Tubos traqueales	7,5 Fr. con balón. Extremo en bisel. Silicona 100%. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
66	Tubos traqueales	2,5Fr.Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel,. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
67	Tubos traqueales	3Fr.Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
68	Tubos traqueales	3,5Fr.Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
69	Tubos traqueales	4Fr.Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
70	Tubos traqueales	4,5Fr.Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
71	Tubos traqueales	5Fr.Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
72	Tubos traqueales	5,5Fr.Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. **Libre de DEHP (presentar certificado que avale).**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
73	Bisturí para dermatomo	Pequeño x 158 mm de largo x 19mm de ancho con tres perforaciones.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
74	Bisturí para dermatomo	Grande. x 57 mm de largo x 13mm de ancho con una perforación.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
75	Botellas para Evacuación de Líquidos	Frasco rígido con capacidad de 500 mL. Resistente a la presión de BAC	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
76	Botellas para Evacuación de Líquidos	Frasco rígido con capacidad de 1000 mL. Resistente a la presión de VAC	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
77	Botellas para Evacuación de Líquidos	Frasco rígido con capacidad de 2000 mL. Resistente a la presión de VAC	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
78	Cánula de aspiración	Tipo K66 sin Interruptor, de PVC, mínimo 3m flexible, transparente y con pico tipo Yankauer, acodada en su extremo proximal con orificio en el mismo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
79	Drenos para herida	N° 1,5", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
80	Drenos para herida	N° 1/2", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
81	Drenos para herida	N° 1/4", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
82	Drenos para herida	N° 3/4", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
83	Esponja hemostática	Esponja hemostática de gelatina absorbible mínimo 7 cm x 5 cm x **0,5 a 1 cm.**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
84	Hoja de Bisturí	N° 11 de acero inoxidable.	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio	Unidad
85	Hoja de Bisturí	N° 15 de acero inoxidable.	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio	Unidad
86	Hoja de Bisturí	N° 20 de acero inoxidable.	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio	Unidad
87	Hoja de Bisturí	N° 23 de acero inoxidable.	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio	Unidad
88	Hoja de Bisturí	N° 24 de acero inoxidable.	Unidad	Envase estéril individual en papel de aluminio	Unidad
89	Paños para cirugía	Campo Quirúrgico. Con área de incisión: 45 x 45 cm,+-10cm. film trasparente adhesivo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
90	Paños para cirugía	Campo Quirúrgico. Con área de incisión: 20 x 30 cm,+-10 cm. film trasparente adhesivo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
91	Redes poliméricas	Malla de polipropileno, inerte, tamaño de poros de 1,5 mm. Con líneas radioopacas. Tamaño: 15x 15 cm. Certificado de calidad de tamaño de los poros	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
92	Sierra para huesos	Sierra Gigli. Alambre de acero inoxidable.	Paquete	Paquete estéril conteniendo hasta 5 unidades.	Unidad
93	Sistema de drenaje pleural	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 500 mL, catéter torácico N° 36 de PVC, válvulas, con trocar metálico.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
94	Sistema de drenaje pleural	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 1000 mL, catéter torácico N° 36 de PVC, válvulas, con trocar metálico.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
95	Sistema de drenaje pleural	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 2000 mL, catéter torácico N° 36 de PVC, válvulas, con trocar metálico.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
96	Sonda para coledoco	N° 12. Tubo en T de Kehr. Para drenaje biliar	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
97	Sonda para coledoco	N° 14. Tubo en T de Kehr. Para drenaje biliar	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
98	Sonda para coledoco	N° 16. Tubo en T de Kehr. Para drenaje biliar	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
99	Sonda para coledoco	N° 18. Tubo en T de Kehr. Para drenaje biliar	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
100	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 6 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
101	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 8 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
102	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 10 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
103	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 12 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
104	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 14 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
105	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 16 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
106	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 18 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
107	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 20 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
108	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 24 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
109	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 28 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
110	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 30 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
111	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 36 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
112	Tubos para Drenaje	Tubo torácico para drenaje pleural 38Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
113	Catéter para embolectomía	N° 4 Fogarty para emboloctomia arterial, de silicona. Radioopaco. Con punta redondeada. Con graduación. con balón grande	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
114	*Catéter para* embolectomía	N° 3 Fogarty para emboloctomia arterial, de silicona. Radioopaco. Con punta redondeada. Con graduación. con balón grande	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
115	Catéter para embolectomía	N° 5 Fogarty para emboloctomia arterial, de silicona. Radioopaco. Con punta redondeada. Con graduación. con balón grande	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
116	Gel	Gel conductor de contacto transparente, sin microburbujas	Frasco	Frasco x 400 gr **a 500 gr**	Unidad
117	Pasta para Electroencefalograma	Pasta para electro encefalograma	Frasco	Frasco x 400 gr mínimo	Unidad
118	Papel de registro para electrocardiograma	50 mm x 30 m. 1 canal	Rollo	Rollo	Unidad
119	Papel de registro para electrocardiograma	80 cm x **20 m.** - 3 canales	Rollo	Rollo	Unidad
120	Papel de registro para *electrocardiograma*	60 mm x 30 m. - 1 canal	Rollo	Rollo	Unidad
121	Papel de registro para electrocardiograma	63mm x 30 m. 1 canal	Rollo	Rollo	Unidad
122	Papel de registro para electrocardiograma	90mm x 70 mm .en hojas predobladas en Z. - 3 canales	Rollo	Rollo	Unidad
123	Papel de registro para ecocardiógrafo	Tipo II HD (alta densidad). De 110 mm x 20 m. **Compatible con el equipo disponible en la Institución.**	Rollo	Rollo	Unidad
124	Aguja para biopsia renal	Aguja de 18G. Pediátrica. Automatica tipo jet. De uso unico. Estéril. Centimetrada. **20 a 22** milimetros de longitud.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
125	Catéteres urinarios - Foley	6 Fr. de Silicona 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
126	Catéteres urinarios - Foley	8 Fr. de Silicona 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
127	Catéteres urinarios - Foley	10 Fr. de Silicona 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
128	Catéteres urinarios - Foley	12 Fr. de Silicona 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
129	Catéteres urinarios - Foley	14 Fr. de Silicona 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
130	Catéteres urinarios - Foley	18 Fr. de Silicona 100%. Doble vía	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
131	Catéteres urinarios - Foley	22 Fr. de Silicona 100%. 3 vías	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
132	Catéteres urinarios - Foley	24 Fr. de Silicona 100%. 3 vías	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
133	Catéteres urinarios - Foley	6 Fr. siliconado, 2 vías orificios laterales punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
134	Catéteres urinarios - Foley	8 Fr. siliconado, 2 vías orificios laterales punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
135	Catéteres urinarios - Foley	10 Fr. siliconado, 2 vías orificios laterales punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
136	Catéteres urinarios - Foley	12 Fr. siliconado, orificios laterales punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

DR. PABLO VERGARA ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
137	Catéteres urinarios - Foley	22 Fr. siliconado, 2 vías orificios laterales punta atraumática.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
138	Catéteres urinarios - Foley	24Fr. siliconado, orificios laterales punta atraumática. Triple vía.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
139	Colector de orina	Bolsa de 2 Litros con válvula de retención, salida de gases y desagote con medidor externo graduado de 500 ml mínimo sistema cerrado con válvula de no retorno. Sin urinómetro.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
140	Colector de orina	Bolsa de 2 Litros con válvula de retención salida de gases y desagote con medidor externo graduado de 500 ml mínimo sistema cerrado con válvula de no retorno. Con urinómetro.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
141	Colector de orina	Bolsa de 500 cc de capacidad y válvula antireflujo, con medidor externo, sistema cerrado con válvula de no retorno, con urinómetro.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
142	Tubos nasogástricos	TipoK 11 - 1,20 m de longitud mínimo. para Adulto **16Fr.**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
143	Tubos nasogástricos	Tipo K30 - 60 cm de longitud mínimo. Pediatrica.9 Fr	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
144	Tubos nasogástricos	Tipo K 31 - 60cm de longitud mínimo. Pediatrica.7Fr.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
145	Tubos nasogástricos	Tipo K 33 - 60 cm de longitud mínimo. Pediatrica.6Fr.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
146	Tubos nasogástricos	TipoK35 - 50 cm de longitud mínimo. Pediatrica.4 Fr.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
147	Cepillo para citología	Cepillo de cerda dura y bulbo protector en la punta.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
148	Espéculo vaginal	Tamaño mediano. PVC /PS rígido transparente, apertura de rosca, descartable.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
149	Espéculo vaginal	Tamaño pequeño. PVC/ PS, rígido transparente, apertura de rosca, descartable.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
150	Parafina	Cera de Parafina sólida. Blanca. Con 56-58 grados centígrados de punto de fusión, granulada.	Unidad	Envase individual x 500g mínimo.	Unidad
151	Vidrio cubierta para portaobjetos de microscopio	Lámina cubre objeto 24 x 32 mm	Caja	Caja x 50 unidades mínima	Unidad
152	Vidrio cubierta para portaobjetos de microscopio	Lámina cubre objeto 24 x 40 mm	Caja	Caja x 50 unidades mínima	Unidad
153	Vidrio cubierta para portaobjetos de microscopio	Lámina cubre objeto 24 x 60 mm	Caja	Caja x 50 unidades mínima	Unidad
154	Películas de Rayos X	Sensible al verde 30 x 40	Caja	Caja x 100 unidades mínima	Unidad
155	Películas de Rayos X	Sensible al verde 35 x 43	Caja	Caja x 100 unidades mínima	Unidad
156	Películas de Rayos X	Sensible al verde 24 x 30	Caja	Caja x 100 unidades mínima	Unidad
157	Películas de Rayos X	Sensible al verde 35 x 35	Caja	Caja x 100 unidades mínima	Unidad
158	Películas Mamográficas	Sensibles al Verde 18 x 24 mm	Caja	Caja x 100 Unid.	Unidad
159	Películas Mamográficas	Sensibles al Verde 24 x 30 mm	Caja	Caja x 100 Unid.	Unidad
160	Catéter umbilical arterial	3 - 3.5 Fr 1 Lumen. Poliuretano libre de látex y PVC, Extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, ORX graduado cada cm.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
161	Catéter umbilical arterial	5 Fr , 1 Lumen Poliuretano libre de látex y PVC, Extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, , ORX graduado cada cm.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

ABG. PABLO VERGANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
162	Catéter umbilical venoso	3,5 Fr 1 lumen, Poliuretano. Libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. extremo distal cerrado y orificio lateral, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
163	Catéter umbilical venoso	3,5 Fr 2 lumen. 100% silicona. Poliuretano.libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. extremo distal cerrado , radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock,.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
164	Catéter umbilical venoso	5 Fr 2 lumen. 100% silicona. Poliuretano, libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. extremo distal cerrado y graduado cada cm, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
165	Catéter epicutáneo (PICC)	1.8 Fr, Unilumen. 100% Silicona, libre de látex y PVC. Diámetro 0,27 x 0,58mm, catéter centimetrado. Introductor 19 G, cinta métrica. Radiopaco, de 30 cm (+ - 1) de longitud.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
166	Catéter epicutáneo (PICC)	2 Fr, Unilumen 100% Silicona, libre de látex y PVC. Diámetro 0,3 x 0,6 mm, catéter centimetrado, introductor 19 G, cinta métrica. Radiopaco, de 30 cm (+ - 1) de longitud.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
167	**CATÉTER PERCUTÁNEO:** Catéter epicutáneo *(PICC)*	**Catéter para canalización endovenosa de inserción periférica (PICC) de doble lúmen, 2 Fr, elaborado en poliuretano grado médico, longitud 30 cm, Diam. Exterior 0,64 x (0,20 x 2 Diam. Interno), conectores libre de aguja, una cinta métrica descartable, un lazo hemostático de silicona, una pinza de acero inoxidable y un introductor pelable.**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
168	Catéter epicutáneo (PICC)	3 Fr, Lumen simple, (Catéter central de insercion periferica) 100% Silicona, libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. Diámetro 0,50 x 1,00 mm, longitud 50 cm c/ introductor pelable.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
169	Catéter epicutáneo (PICC)	**Catéter para canalización endovenosa de inserción periférica (PICC) de doble lúmen, 3 Fr, elaborado en poliuretano grado médico, longitud 50 cm, Diam. Exterior 0,95 x (0,30 x 2 Diam. Interno), conectores libre de aguja, una cinta métrica descartable, un lazo hemostático de silicona, una pinza de acero inoxidable y un introductor pelable.**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
170	Catéter epicutáneo (PICC)	**Catéter para canalización endovenosa de inserción periférica (PICC) de doble lúmen, 4 Fr, elaborado en poliuretano grado médico, longitud 60 cm, Diam. Exterior 1,40 x (0,40 x 2 Diam. Interno), conectores libre de aguja, una cinta métrica descartable, un lazo hemostático de silicona, una pinza de acero inoxidable y un introductor pelable.**	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
171	Catéter epicutáneo (PICC)	4 Fr, Lumen simple, (Catéter central de inserción periférica) 100% Silicona, libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. Diámetro 0,75 x 1,40 mm, longitud 65 cm c/ introductor pelable.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
172	Catéter venoso central	2,5 Fr, 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiolpaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
173	Catéter venoso central	3,5 Fr - 2 Lumen. *Compatible para técnica de* Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%.siliconado 100%	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
174	Catéter venoso central	5 Fr, 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
175	Catéter venoso central	5 Fr, 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
176	Catéter venoso central	5,5 Fr, 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
177	Catéter venoso central	6 Fr, 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora de silicona 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
178	Catéter venoso central	7 Fr, 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
179	Catéter venoso central	7 Fr, 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
180	Catéter venoso central	7,5 Fr, 2 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
181	Catéter venoso central	7,5 Fr, 3 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
182	Catéter venoso periférico	N° 18 G. de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia con flujo igual o mayor a 90 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
183	Catéter venoso periférico	N° 20 G de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacelado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 60 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
184	Catéter venoso periférico	N° 22 G.de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
185	Catéter venoso periférico	N° 24 G.de poliuretano, radiopaco, estéril, biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia, flujos iguales o mayores a 15 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
186	Catéter venoso periférico	N° 19, con alas (mariposita), descartable, c/ prolongador de 30 cm mínimo, agujas tribiceladas.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
187	Catéter venoso periférico	N° 21, con alas (mariposita), descartable, c/ prolongador de 30 cm mínimo, agujas tribiceladas.C422.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
188	Catéter venoso periférico	N° 23, con alas (mariposita), descartable, c/ prolongador de 30 cm mínimo, agujas tribiceladas.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
189	Catéter venoso periférico	N° 25, con alas (mariposita), descartable, c/ prolongador de 30 cm mínimo, agujas tribiceladas.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
190	Conector para línea intravenosa sin aguja	Conector siliconado para Catéter libre de aguja, transparente sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
		accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros), con conexión a rosca y punta Catéter, resistente a altas presiones tales como se presentan en líneas arteriales y NPT, compatible con soluciones lípidas, quimioterapéuticas y antibióticos, capaz de soportar múltiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 días continuos.			
191	*Conector para línea* intravenosa sin aguja	Conector Siliconado de 2 vías, con conexión de 13 cm para infusión libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para *evitar accidentes en estudios de Resonancia* Magnética y otros), con cierres deslizables en cada una de las vías, con conector proximal a paciente a rosca y punta Catéter con protector de PVC, transparente.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
192	Conector para línea intravenosa sin aguja	Conector siliconado de 1 vía con extensión de15cm para infusión libre de aguja sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior, con un cierre deslizable en la vía, con conector proximal al paciente a rosca y punta Catéter con protector, de PVC, transparente.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
193	Set para administración intravenosa	Venoclisis con Microgotero, calibrado 60 gotas/ml, con un puerto de inyección lateral, libre de aguja, sistema cerrado, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex y componentes metálicos. Conexión proximal al paciente con rosca y punta Catéter con protector, longitud 200 cm (+-10 cm),de PVC grado médico, tubería flexible transparente,	Unidad	Envase estéril individual, envoltorio de papel grado médico	Unidad
194	Llave de paso de 3 vías	Con prolongador. Plástico resistente, con fácil deslizamiento, y tubuladura de 10 cm mínimo, sin filtraciones. Con conexión a rosca.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
195	Algodón hidrófilo	100 % Algodón, blanco. Bajo tenor de impurezas, en zigzag.	Paquete	Paquete x 250g	Unidad
196	Algodón laminado	20 cm *x 2 mt. Mínimo, bajo tenor de impurezas.	Rollo	Rollo	Unidad
197	Algodón laminado	30 cm. 1,5 a 2 mt. de longitud, bajo tenor de impurezas.	Rollo	Rollo	Unidad
198	Apósito hidrocoloide	Apósito protector de carboximetil celulosa. 15x 20 cm (+ - 2). Oclusivo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
199	Apósito hidrocoloide compuesto	Apósito de carboximetil celulosa + alginatos, de 15 cm x15 cm (+ -2). Absorbente.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
200	Apósito, Adhesivo Transparente	Hipoalergénico, de poliuretano, libre de látex, resistente al agua, tamaño: 6 x 7 cm +-2 cm.	Caja	Caja x 5 unidades mínimo	Unidad
201	Batas para quirófano	Tamaño Mediano, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS descartable, material refractario con cierre magnético .Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMS. Barrera bacteriana de 90% como mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
202	Batas para quirófano	Tamaño Grande, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS descartable, material refractario con cierre magnético .Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMS. Barrera bacteriana de 90% como mínimo.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
203	Batas para quirófano	Tamaño Extra Grande, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS descartable, material refractario con cierre magnético .Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10	Unidad	Envase estéril individual	Unidad

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ÍTEM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA
		cm. de ancho, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMS. Barrera bacteriana de 90% como mínimo.			
204	Batas para pacientes	Tamaño grande, Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS, descartable.	Unidad	Envase individual	Unidad
205	Bolsa de papel con indicador químico.	Bolsa de papel para envoltorio de esterilización, por Autoclave. Grado médico gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, 18 x 9,5 x 38 cm. El ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y el ancho +- 5 cm.	Caja	Caja mínimo x 100 unidades	Unidad
206	Bolsa de papel con indicador químico.	Bolsa de papel para envoltorio de esterilización por autoclave, grado médico. Gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, 11 x 3 x 19 cm. El ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm.	Caja	Caja mínimo x 100 unidades	Unidad
207	Clamps umbilical	Pinza dentada de polivinilo/polipropileno.	Unidad	Envase estéril individual	Unidad
208	Indicadores para proceso de esterilización	Cinta indicadora externa para control del proceso de esterilidad - Autoclave, autoadhesivas, papel semi crepado para 121 ° C. con viraje de color.	Rollo	Rollo x 50 m mínimo	Unidad
209	Indicadores para proceso de esterilización	Cinta indicadora externa para control del proceso de esterilización - Estufa, autoadhesivo. Por 15 mm mínimo. Para 160°C. con viraje de color	Rollo	Rollo x 50 m mínimo	Unidad
210	Indicadores para proceso de esterilización	Cinta indicadora externa, para control del proceso de esterilización de óxido de etileno autoadhesiva- con viraje de color.	Rollo	Rollo x 50 m mínimo.	Unidad
211	Indicadores para proceso de esterilización, biológico	Para autoclave- Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Sterotermóphilus, ampolla o frascos, hermeticamente cerrados.	Unidad	Unidad	Unidad
212	Indicadores para proceso de esterilización, biológico	Para óxido de etileno. Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Subtilis, con medio de cultivo incorporado. Ampolla o frascos herméticamente cerrado.	Unidad	Unidad	Unidad
213	Gorro quirúrgico	De tela no tejida. Con goma en los bordes pleglable, Resistente a fluidos. Descartable.	Unidad	Envase x 25 unid mínimo.	Unidad
214	Mascarilla quirúrgica	Tapa boca. Con filtro, de tres pliegues, sujección a la oreja con goma elástica -	Unidad	Unidad	Unidad
215	Pañal desechable	Adulto tamaño mediano x 140 cm. De alta capacidad de absorción. Tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	Unidad	Unidad	Unidad
216	Pañal desechable	Adulto tamaño grande x 160 cm. De alta capacidad de absorción. Tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	Unidad	Unidad	Unidad
217	Venda elástica	De 15 cm x 3 m mínimo en tensión, de material resistente	Rollo	Rollo en envase individual	Unidad
218	Venda elástica	De 5 cm. x 3 m mínimo en tensión, de material resistente	Rollo	Rollo en envase individual	Unidad
219	Venda semielástica	De 15 cm de ancho x 2,5 m. de largo, (mínimo) en reposo	Rollo	Rollo en envase individual	Unidad
220	Venda semielástica	De 20 cm de ancho x 2,5 m. de largo,(mínimo) en reposo	Rollo	Rollo en envase individual	Unidad
221	Venda enyesada	Rollo x 20 cm x 3 mt. mínimo	Rollo	Rollo en envase individual	Unidad
222	Venda enyesada	Rollo x 10 cm x 3 mt. mínimo.	Rollo	Rollo en envase individual	Unidad

ABG. PABLO UEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

OBSERVACIONES:

Para los Ítems:	Deberá ser:
42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.-	Los Circuitos deben ser compatibles con equipos cuyas marcas y modelos de respiradores pertenecientes al MSP y BS se describen a continuación: • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA DRAGUER MODELO V 300 Y VN 500. • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA NEW PORT. • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA CARE FUSION MODELOS AVEA Y VELA. • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA GENERAL ELECTRIC.
49 y 50.-	Compatible con el equipo de la Institución.
73 y 74.-	*Compatible con el equipo disponible en la Institución (Hospital del Quemado y Hospital del* Trauma).
118, 119, 120, 121 y 122.-	Compatible con equipo disponible en la Institución.
154, 155, 156 y 157.-	Compatible con Impresora disponible en la Institución.
158 y 159.-	Compatible con el equipo del servicio.
123.-	Adaptable a equipo eco cardiógrafo marca Sony.

- **Los oferentes de películas Digitales revelado a seco**: la empresa que resultare adjudicada deberá proveer en comodato una impresora doble bandeja en cada hospital que no cuente con impresora digital de su propiedad.

- **Para los ítems correspondientes a Circuitos, tubuladuras y filtros para respiradores pulmonares**: deberá evidenciarse mediante catálogos, certificados o referencias de información en página WEB, de que los insumos ofertados cuentan con certificados ISO 5367:2014; ISO 13485:2003, ISO/DIN 14644 o similares.

SECCIÓN VII.
ANEXOS
ANEXO N° I
DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados, años 2016, 2017 y 2018 para contribuyente de IRACIS.
IVA General de los últimos 6 (seis) meses, para contribuyentes sólo del IVA General. NO APLICA.
Formulario 106 de los últimos 2 (dos) años para contribuyentes del IRPC. NO APLICA.
Formulario 104 de los últimos 2 (dos) años para contribuyentes de Renta Personal. NO APLICA.
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares **(INSUMOS MÉDICOS VARIOS)** en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 5 (cinco) últimos años **(2014-2015-2016-2017-2018)** ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total máximo ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.
Presentación como mínimo de 3 (tres) copias autenticadas de Certificados o Actas de Recepción final de **INSUMOS MÉDICOS VARIOS** donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos Hospitalarios, expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según corresponda al o los bienes ofertados.
En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto (para fabricación nacional) deberán presentar ambas empresas, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras, distribuidoras o de productos nacionales), deberán, tanto el oferente, como el distribuidor y/o el importador, presentar copia autenticada de la resolución de apertura vigente para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de ambas empresas, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Copia autenticada del Listado de los Productos Habilitados para su Importación y Comercialización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en el que deberá/n constar el/los producto/s ofertado/s especificando marca y procedencia de los mismos y/o Certificado de Registro de Dispositivos Médicos Vigente.
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución vigente, emitido por la DNVS del MSPBS con fecha anterior a la apertura de ofertas.
Certificados de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica de los insumos ofertados, emitidos por un organismo competente como: FDA de EEUU, CE – Comunidad Europea, INVIMA- Colombia, Países Miembros del Mercosur, como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de los antemencionados.
Declaración jurada donde el oferente declara poseer capacidad de suministro en tiempo y forma.
Copia Autenticada de la Carta Poder otorgada por el fabricante (Formulario N° 1, Sección VI), al oferente; debidamente legalizada para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de comercio Sección Representaciones.
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.
Para los ítems correspondientes a Circuitos, tubuladuras y filtros para respiradores pulmonares: deberá evidenciarse mediante catálogos, certificados o referencias de información en página WEB, de que los insumos ofertados cuentan con certificados ISO 5367:2014; ISO 13485:2003, ISO/DIN 14644 o similares.
Cualquier otro documento adicional requerido.
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.
Nómina de Funcionarios/Representantes Legal, con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia Simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto Nº 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.
Planilla de precios en Excel versión 2003 o anterior impresa y en medios magnéticos.
Declaración Jurada donde el oferente declare la dirección oficial de correo electrónico, en la que se remitirán las Órdenes de Compras emitidas.

Los demás puntos y Secciones no mencionados en la presente Adenda permanecen invariables.

Asunción, 26 de diciembre de 2019

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.