UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Asunción, 11 de Mayo de 2012.-

Señores
Participantes de la Licitación Pública Nacional N° 5/2012
"Adquisición de Equipos de Salud para el Nuevo Hospital de Clínicas"
Presente

El Departamento de Contrataciones Publicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Medicas ***comunica la Adenda N° 6***

1- CAM A ELECTRICA ORIGINAL DEL FABRICANTE CON COLCHON *queda establecido de esta manera:*

Características técnicas:

- ✓ **Configuración:** cama con movimientos eléctricos, con colchón.
- ✓ **Peso del paciente:** Debe soportar 200 Kg o más
- ✓ **Dimensiones del lecho del paciente:** Rango entre 90 cm de ancho x 205 cm de largo como mínimo.
- ✓ **Lecho del paciente**: Material metálico.
- ✓ **Ruedas:** Rango entre 12 a 15 cm de diámetro
- ✓ **Control de Ruedas con accionamiento central**: Sistema de freno y dirección centrales (el pedal debe estar en el centro de la estructura)
- ✓ **Control de enfermería**: Panel de control para enfermería localizado por la cama para controlar todos los movimientos eléctricos de la cama.
- ✓ **Bloqueo de Movimientos:** Bloqueo de subida y bajada de cama, con botón de bloqueo de seguridad con indicador.
- ✓ **Bloqueo de Subida y bajada de respaldo de pierna**: Botón de bloqueo de seguridad con indicador
- ✓ **Bloqueo de Subida y bajada de respaldo de espalda:** Botón de bloqueo de seguridad con indicador.
- ✓ **Sistema de bloqueo central:** Para todos los movimientos
- ✓ **Altura máxima de la cama**: Rango entre 70 cm a 80 cm.
- ✓ **Altura mínima de la cama**: Rango entre 40 a 50 cm
- ✓ **Angulación de respaldo de espalda**: Rango entre de 70 º y 75º
- ✓ **Angulación de respaldo de piernas:** Rango entre de 20º y 30 º
- ✓ **Movimiento de Trendelemburg:** 12º, con indicador de Angulación
- ✓ **Movimiento de Trendelemburg inverso:** 12º, con indicador de Angulación
- ✓ **Sistema Auto contorno de la cama**: Automático para evitar el deslizamiento del paciente hacia los pies de la cama

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

- ✓ **Posición Vascular o Cardiaca**: Accionamiento a través de un botón.
- ✓ **Posición RCP (Reanimación Cardiopulmonar), mecánico**: Sistema mecánico mediante palancas ubicadas en cada lado de la cama, para efectuar procedimientos de RCP.
- ✓ **Posición RCP, eléctrico:** Sistema eléctrico, tecla de accionamiento directo en el panel de control de la enfermera, accionamiento a través de un botón.
- ✓ **Cabecera:** Removible en un solo paso, posibilitando un acceso rápido al paciente.
- ✓ **Piesera:** Removible en un solo paso, posibilitando un acceso rápido al paciente.
- ✓ **Barandillas laterales**: Barandilla lateral dividida en dos secciones, una a cada lado de la cama, Rebatibles con palanca de bloqueo y liberación para su traba y fijación en la posición superior/inferior, el sistema debe permitir guardar las barandillas por debajo de la plataforma del paciente.
- ✓ **Altura de Barandillas**: Rango entre 30 a 40 cm., sin el colchón.
- ✓ **Protectores contra golpes**: Protector en cada esquina de la cama.
- ✓ **Soportes laterales para bolsas de drenaje u otro equipo**: Dos (02) dispositivos para soportes de bolsas de drenaje, uno a cada lado de la cama.
- ✓ **Porta sueros**: Un (01) Porta sueros metálico de doble gancho, de altura regulable, con posicionamiento fijo independiente del movimiento de la cama, original.
- ✓ **Colchón:** resistente a líquidos. Anti hongo, antimicrobial, sin costura y lavable.
- ✓ **Normas de Calidad**: FDA, TUV, IEC, CE o similar.-
- ✓ **Protección contra agua y polvo**: Clasificación IPX4
- ✓ **Alimentación Eléctrica:** 220 VAC, 50 Hz.
- ✓ **Batería interna:** Batería interna recargable, de respaldo, para realizar todos los movimientos de la cama.
- ✓ **Temperatura Ambiente de Operación**: 10ºC a 40ºC.
- ✓ **Humedad Ambiente de Operación**: 30% a 95% de humedad relativa.
- ✓ **Garantía de buen funcionamiento:** Dos (02) años como mínimo

2- *Sección III. Suministros Requeridos punto 3. Plan de Entregas*
Queda establecido de la siguiente manera "100% dentro de los 60 días de la emisión de la orden de compra"

C.P. MONICA ROSSANA AGUERO
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162