Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

Licitación por Concurso de Ofertas No. 06/2010
Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos

Aclaraciones

Consulta 14.-
Podrá la Convocante solicitar los siguientes documentos:

- Certificado de Registro y Habilitación correspondiente a Importadora y Distribuidora de Dispositivos Médicos (Equipos e insumos médicos)
- Constancia de contar con habilitación del servicio técnico
- Constancia o autorización de importación y comercialización de los productos ofertados.

La presente consulta/solicitud, tiene como fundamento exponer a la convocante que para la demostración de la capacidad legal de una empresa para participar en una licitación de esta naturaleza, el Código Sanitario, obliga a los establecimientos dedicados al comercio de equipos e insumos médicos, cuenten con las habilitaciones señaladas más arriba.

Otro cuestionamiento a las disposiciones del pliego de bases y condiciones tiene que ver directamente con el punto 3 MUESTRAS Y DEMOSTRACIONES, quinto párrafo que dice: LOS TECNICOS QUE PRESENTEN EL SERVICIO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CERTIFICADOS POR LOS FABRICANTES. SE DEBERÁ ADJUNTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA, AL MENOS TRES TÉCNICOS, CON TODOS SUS DATOS Y COPIAS DE LAS CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS.

Dicho requerimiento a simple vista resulta limitante para la participación de potenciales oferentes, porque primeramente: la cantidad de equipos solicitados no representan mayores inconvenientes como para uno o dos técnicos de la empresa, debidamente certificados, puedan capacitar al personal en el debido uso; y por otro lado al tener una empresa la constancia de HABILITACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO, demuestra suficientemente que las instalaciones y el personal de la empresa está calificado para brindar este servicio, razones estas suficientes para considerar modificar el P.B.C. en este punto, limitando solicitar la constancia antes mencionada.

Respuesta:

La Institución se mantiene en los términos dados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 15.-
Ítem 2: Monitor multiparamétrico: en donde se menciona la Resolución 640x480 solicitamos se tome solo de referencia mínima ya que existen monitores de mejor resolución.
Solicitamos se tome solo de referencia las dimensiones, peso, tiempo de duración de baterías ya que no son padrones estandarizados para la fabricación de monitores y estos datos mencionados limitan a ofertar otros monitores de mejor calidad y mejores precios competitivos.

Respuesta:
Las especificaciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones, son las referencias mínimas para la oferta.

Consulta 16.-
Ítem 5: Autoclave de posición vertical: Favor aclarar la capacidad de la cámara de esterilización. Se podrá cotizar un autoclave de posición horizontal.

Respuesta:

El equipo solicitado deberá ser de posición vertical y podrá tener una capacidad entre 80 y 100 lts.

Consulta 17.-

Lic. Jose Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Ítem 6 – Equipo oftalmológico Lámpara de hendidura: En las especificaciones no se observan algunas características principales, Solicitamos se pueda cotizar un equipos con las siguientes características: Acorde a normas internacionales de fabricación y seguridad, Microscopio esteroscópico tipo Greenough, MICROSCOPEMagnification Changer:Aumento: 2 steps by changing Objective Lens2 pasos, cambiando el objetivo del objetivo, Eyepieces:Oculares: 10X(16X) 10X (16X), Total Magnifications:Aumentos totales: 10X, 16X(16X, 25.6X) 10X, 16X (16X, 25.6X), Field of View:Campo de visión: 20.13mm(16.10mm)20.13mm (16.10mm), Pupillary Adjustment:Ajuste Pupilar:52-90mm 52-90 mm, Focus Distance:Distancia de Foco: 100 mm100 mm, Diopter Adjustment:Ajuste de dioptrías:6D 6D, SSLIT ILUMINACIÓN, Slit Width:Ancho de hendidura: 0-10mm 0-10mm, Aperture Diameter:Diámetro de apertura: 0.2, 1, 3, 4, 6, 10mm 0,2, 1, 3, 4, 6, 10 mm, Slit Length:Slit Longitud: 0-10mm 0-10mm, Slit RotatRotación de hendidura: 90 90°, Filters:Filtros: Cobalt blue, Heat absorption, Azul cobalto, la absorción de calor, Red-Red-1/2ND libre, Slit Inclination:Hendidura Inclinación:5 10 15 20 5 10 15 20 Lamp:BBASE:Vertical Movement: Movimiento Vertical: 30mm 30mm, Longitudinal Movement:Movimiento longitudinal: 70mm 70mm, Lateral Movement:Movimiento lateral: 115mm 115mm, Fine Base MovementCHINMentonera: Vertical Movement:Movimiento Vertical: 75mm 75mm.
Además para su mejor uso y practicidad sugerimos la inclusión de los accesorios: una mesa de descenso y elevación eléctrica, así como también el tonómetro de aplanación para la medición de la presión ocular.

Respuesta

Las especificaciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones, son las referencias mínimas para la oferta.

Consulta 18.-

Ítem 7 – Equipo oftalmológico – Autorrefractómetro
En las especificaciones no se observan algunas características principales, Solicitamos se pueda cotizar un equipos con las siguientes características: Acorde a normas internacionales de fabricación y seguridad, Pantalla Liquida color. Iconos en pantalla para fácil operación • Sistema de enfoque guiado mediante flechas. • Refracciones automáticas una vez enfocado. • Impresora térmica que corta el papel. Interfase para Computadora. • Función para medir poder de Acomodación (Primero en el mundo). • Función de relajación disminuye el margen de error en pacientes con acomodación fija. • Medición de Pupilas desde 2.3 mm de diámetro. Refracción con I.O.L. Esférico: 0.00D+/-18.00D en pasos de 0.01 D, 0.12 D o 0.25D, Cilindro: 0.00D.a ± 10.00D en pasos de 0.01D 0.12D; 0.25D, Ejes: 0° a 180° en pasos de 1°, Modo cilindro; -,+, mixto, Distancia de vértice 0 / 10 / 12 / 13,5 / 15 mm, Diámetro pupilar mínimo: 2.3 mm., Distancia pupilar: 10 – 85 mm., Anillo y grafico de mira mejorado, Puerto RS-232 C
Respuesta:

Las especificaciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones, son las referencias mínimas para la oferta.

Consulta 19.-

Ítem 8 – Detector fetal
En las especificaciones no se observan algunas características principales, Solicitamos se pueda cotizar un equipos con las siguientes características: Acorde a normas internacionales de fabricación y seguridad Desempeño FHR: Rango de Medida FHR: 60-210 BPM (BPM: latido por minuto), Resolución: 1 BPM, Precisión: ±3 BPM , Corriente de Salida de Audio: 0.5W, Auto Apagado: Después de un minuto de no señal, se auto apaga
Ultrasonido: Frecuencia Nominal: 2.0 MHz, Frecuencia de Trabajo:2.0MHz±10%, P- < 1 MPa, Iob < 10mW/cm2, Ispta < 100mW/cm2, Modo de Trabajo: Doppler de onda continua, Área de Radiación Efectiva del Transductor: 245mm2 ±15%, Tipo de Batería Recomendada: Batería alcalina de 9

Lic. Aldo Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

volteos DC, IEC Tipo No. 6LR61/6LF22 o su equivalente. La vida de la batería excede 250 examimaciones (Es una figura típica basada en el número de examinaciones de un minuto-variará dependiendo en el uso y tipo de batería) Seguridad según las normas internacionales, Grado de Prueba de Liquido Dañino, Ambiente: Trabajo: Temperatura: +5 ~ +40, Humedad: ≤80%, Presión Atmosférica: 86kPa - 106kPa. Característica Física: Tamaño: 32 (Profundidad) X 85 (ancho) X 138 (Alto) mm, Peso: 290 ± 5g (incluyendo una batería). Accesorios: Frasco de gel, batería de 9 V, estuche para su transporte

Respuesta:
Las especificaciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones, son las referencias mínimas para la oferta.

Consulta 20.-
Ítem 9 - COLPOSCOPIO
Donde menciona opción a Video Cámara, solicito aclarar si el equipo debe OFERTARSE con los adaptadores para VIDEOCAMARA (1 (UN) DIVISOR DE IMAGEN CON SALIDA DOBLE. 1 (UNA) CAMARA DE VIDEO 1 (UN) MONITOR. CABLES ADAPTADORES AL MONITOR.)
Donde menciona Altura e inclinación deberán ser regulables, solicito aclarar si el equipo debe contar con:
¿BASE RODANTE O SOPORTE DE PARED?
¿LOS BRAZOS ARTICULADOS SERAN GIRATORIOS Y AJUSTABLES?
¿LA REGULACION DE ALTURA SERA POR MEDIO DE BRAZO AUTOBALANCEADO Y REGULABLE?
¿LOS MOVIMIENTOS SERAN BLOQUEABLES POR PERILLAS GIRATORIAS?
¿LA CABEZA DE LA OPTICA DE CUANTOS AUMENTOS SON? PUEDEN SER DE: 4 - 6 - 10 - 16 Y 25X.
¿BINOCULAR RECTO o BINOCULAR INCLINADO?

Respuesta:

La Institución se mantiene en los términos dados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 21.-
Ítem 16 - HOLTER
Donde menciona debe incluir una PC, Solicito aclarar los requerimientos que debe tener la PC: Podría ser: Dispositivo de almacenamiento masivo no removible: 250GB., Memoria de trabajo (RAM): al menos 1 GB., Dispositivo lector - grabador de CD/DVD., Lector de tarjetas de memoria, Monitor LCD con tamaño de pantalla de al menos 17". Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o compatible con el software de análisis

Donde menciona debe incluir una Impresora:
¿La Impresora será láser color de alta resolución?

Para dar un mejor provecho al equipo, se solicita incluir como requerimiento en las especificaciones técnicas, programa para Eco Stress, herramienta indispensable para el área de cardiología.
Respuesta:

Las especificaciones dadas en el Pliego de Bases y Condiciones, son las referencias mínimas para la oferta. La impresora debe ser laser.

Consulta 23.-
Ítem 17: Electro coagulador
Están pidiendo un Coagulador Bipolar o están solicitando una Electro bisturí

Respuesta:
El electro coagulador es bipolar.

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

Consulta 24.-
Ítem 15 Eco cardiógrafo:

- Permitir oferta de Equipos sin armónica de tecnología de inversión de pulso.
- Disminuir Memoria de Cine a 512 cuadros como mínimo.
- Permitir ofertar Equipos sin Modo M-Anatómico.
- Disminuir la frecuencia del Transductor Lineal a 6 a 11, MHz o mejor

RESPUESTA:
Las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones, son las mínimas que deben cumplir los oferentes, para la evaluación de las ofertas se tendrán en cuenta aquellas que cumplan con los requerimientos básicos, que se encuentra detallados en el pliego de bases y condiciones.
La Institución se reserva el derecho de aceptar las opciones adicionales a las especificaciones técnicas.

Lic. Elías Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque