PAC Nº: 317.791

ADENDA Nº 10

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC Nº 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 91/2016 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE" – AD REFERENDUM - I.D. Nº 317.791,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha:** ***23 de Febrero de 2017.-*** **Hora:** ***09:50***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha:** ***23 de Febrero de 2017.-*** **Hora:** ***10:00***
	F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
IAO 33	Muestra de lo ofertado: Se deberá presentar muestra y catálogo de lo ofertado. En los catálogos se debe indicar el número de lote ofertado, los mismos deben estar en español o traducidos al español. Las muestras de los lotes solicitados deberán presentarse en las mismas condiciones que el producto a ser entregado en caso de ser adjudicado, a fin de verificar si corresponde al producto solicitado en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, concentración, presentación. Aclaramos que se deberá presentar catálogo para los Lotes N° 12 y Lote N° 29 (Adenda N° 5), en tanto que para el resto de los Lotes se deberá presentar Muestras. En caso de ofertarse Lotes con Ítems similares, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de muestra de uno de los ítems solicitados, acompañado de una Declaración Jurada en la que el Oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar las medidas

correspondientes a cada ítem del Lote correspondiente, conforme a lo especificado en la Adenda N° 5.

Las muestras de los productos No adjudicados serán devueltas a l oferente una vez finalizado el proceso licitatorio, en tanto que las muestras de los productos ofertados quedarán como contra muestras para el momento de la entrega en la dependencia designada.
Se deberá verificar la adaptabilidad de los Oxigenadores ofertados, a las máquinas de circulación extracorpórea que se encuentran en uso el Hospital San Jorge..

En caso de no presentar se las muestras en el momento de la Apertura de ofertas, las empresas oferentes dispondrán de un día hábil posterior a la fecha de apertura de oferta, de 07:00 a 15:00 hs. para presentarlas en la Dirección Operativa de Contrataciones. La no presentación será causal de descalificación.

Las muestras de los no adjudicados serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio por el Dpto. de licitaciones de la DGOC; en tanto que las muestras de los ítems adjudicados, quedarán como contra muestra.

En caso de ofertarse en varios Lotes del mismo tipo de insumo, pero en diferentes medidas, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, La muestra presentada deberá ajustarse exactamente al ítem solicitado para el cual presenta la muestra y por declaración jurada el oferente debe comprometerse, en caso de ser adjudicado a entregar el producto conformen a las EETT requeridas en el ítem correspondiente del Pliego de Base y Condiciones.

No se aceptarán muestras de insumos re-esterilizados o cuyos embalajes primarios no posean rotulados de fábrica, los mismo, deben contener la información que avale la procedencia y las caracterices que poseen los insumos y las certificaciones de calidad de la misma, fecha de vencimiento y N° de lote
Se requiere que todas las muestras entregadas de los productos ofertados estén identificadas con rótulos con los siguientes datos.

1. NOMBRE DEL LLAMADO
2. NOMBRE DE LA EMPRESA
3. N° DE ITEM
4. DESCRIPCIÓN DEL ITEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS.

En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar un listado en duplicado de lo entregado, confor
me a la siguiente Planilla:

Planilla de Muestras

NOMBRE DEL LLAMADO:			
NOMBRE DE LA EMPRESA:			
LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS			
N° DE ITEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA / ORIGEN / PROCEDENCIA

	No se aceptarán insumos re-esterilizados o cuyos embalajes no contengan rotulado de fábrica, los mismos deben contener la información que avale la procedencia y las características que poseen los insumos y las certificaciones de calidad de la misma. En caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de insumo o dispositivo medico pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, el cual deberá ajustarse exactamente al ítem solicitado para el cual presenta la muestra, acompañada de la Declaración Jurada: por la cual el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de cada lote.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentacion de Entrega	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
3	6	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATÉTER DE DIAGNOSTICO AR MODIFICADO DE 6 FRENCH. Estéril, Descartable, del Tipo Soft Tip..	Unidad	Unidad	20	40
31	11	42203405-001	Conector de tubo en Y	Conector de tubo en Y 1/4" — 3/8" - 3/8"	Envase individual	Unidad	25	50
32	6	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica tipo Recta 18F con angulación de 45°	Envase estéril individual	Unidad	15	30
32	11	42142402-003	Canula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm 15Fr, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase estéril individual	Unidad	5	10
76	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 8/0, 2 agujas 8mm (+/- 1mm) , 3/8 de circulo punta cilíndrica , Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	Unidad	Unidad	1.000	2.000
90	1	42312201-007	Hilo para sutura Seda	N° 0 con aguja de acero inoxidable de 30mm, 3/8 punta cortante, color negro.	Envase individual esteril	Unidad	2.000	4.000
99	1	42312201-999	hilo para sutura Poliglecarpona	Nº 3/0, aguja de 24mm 3/8 circulo punta cortante +-1mm incoloro 70cm longitud como mínimo.	Envase individual esteril	Unidad	1.000	2.000
100	1	42312201-999	hilo para sutura Poliglecarpona	Nº 4/0 19mm 3/8 circulo punta cortante +-1mm, punta cortante incoloro 45cm de longitud	Envase individual esteril	Unidad	50	100

- ***Los demás lotes pernecen invariables.***

SE AGREGA LA SIGUIENTE OBSERVACION AL PIE DEL CUADRO DE LAS EETT
- Aclaramos que, para la endoprotesis torácica, se deberá considerar un Proctor para la ayuda de la técnica y colocación de la misma.

Asunción, 09 de febrero de 2017.-