PAC N°: 320.196,

ACLARACIÓN N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2017 "ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS CON PROVISION DE EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES A COMODATO PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD DEL MSP Y BS" - AD REFERENDUM. - ID N° 320.196,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

CONSULTA:

- Sección III punto 2: Teniendo en cuenta la gran cantidad de equipamiento solicitado en comodato, consultamos si es posible modificar el plazo de entrega aumentando el mismo a 90 días calendarios teniendo en cuenta que los mismos deben ser importados desde otros países vía marítima.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

- Sección III punto 1: Tomando en consideración la cantidad de placas para rayos X solicitadas, solicitamos si es posible disminuir la cantidad de equipos y chasis a ser entregados en comodato y así mismo aumentar las cantidades de películas radiográficas a ser consumidas. Rogamos tengan en cuenta el elevado costos de cada solución digital y el hecho de no poder diluir los costos de los mismos teniendo en cuenta la cantidad de placas solicitadas al precio de referencia mencionado en la DNCP.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

- Solicitamos aclarar el lugar de entrega de los insumos como así también las dependencias en las cuales serán instaladas las soluciones digitales solicitadas en comodato.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

- Sección VII, Anexo I, Inciso G, numeral 1: Solicitan una experiencia en provisión de Medicamente del 25% del valor ofertado en los últimos 3 años. Consultamos, teniendo en cuenta los bienes licitados, si podrían aceptar experiencia en aprovisionamiento de películas radiográficas e instalación de equipos digitalizadores en instituciones públicas.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

- Teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos en comodato involucrados, consultamos si es posible considerar una cantidad única de placas radiográficas a ser adquiridas y no así un máximo y un mínimo. Esto obedece al posible riesgo de que la convocante decida no solicitar la cantidad máxima y de esta forma el costo fijo de los equipos en comodato no serán diluidos en su totalidad, generando una pérdida considerable para la empresa.

Respuesta: favor ajustarse al PBC y la Adenda N°4.

CONSULTA:

- En las especificaciones técnicas del digitalizador a entregar en comodato solicitan "Sistema Dispersor de chasis: 5 chasis de diferentes tamaño de salida". Teniendo en cuenta el alto costo de un digitalizador que posea esta característica, consultamos si se aceptarán digitalizadores con bandeja de entrada única.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

- En las especificaciones técnicas del digitalizador a entregar en comodato solicitan incluir un Kit de Movilidad. Debido a que el equipo no será utilizado en formato móvil, consultamos si sería posible cotizar equipos digitalizadores con la posibilidad de incluir Kit de movilidad, pero no incluir el Kit de movilidad en sí debido a lo anteriormente expuesto.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

- Solicitan 03 resoluciones en tamaño pixel de: 10, 150 y 200 micras. Consultamos si hubo un error de tipeo ya que los tamaños de pixeles existentes son 100, 150 y 200 micras.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

ítem: 2: Nombre Genérico PLACA PARA EQUIPOS DE RAYOS X. Concentración PLACA PARA CHASIS 20x25 CM, CAJA POR 100 UNIDADES

Consultamos: La presentación de la medida 20x25CM varía de acuerdo al fabricante. Solicitamos por lo tanto que la presentación de esta medida sea de 100 y/o 150 unidades por caja.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

ítem: 1 y 2 Lista de Bienes Requeridos y Especificaciones Técnicas - Observaciones

Donde Dice: PARA EL EQUIPO EN COMODATO QUE DEBE ENTREGARSE CON LAS PLACAS SON 15 UNIDADES.

Consultamos: Con el objeto de aclarar a que se refiere con 15 unidades. Sería un digitalizador con una impresora o se refiere a 15 unidades de digitalizadores y 15 unidades de impresoras?.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:

Donde Dice: SISTEMA DISPERSOR DE CHASIS: 5 CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS DE SALIDA.

Consultamos: Se podrán cotizar digitalizadores con 4 ranuras de entrada de chasis en simultáneo en lugar de un sistema de ranura simple y un dispersor de 5 chasis?. **La misma obedece a que existen en el mercado equipos con esas características, donde en lugar de poseer un sistema de lectura simple y un dispersor de varios chasis, poseen 4 ranuras de entrada de chasis, lo que permite un aumento de productividad debido a la multiplicidad de procesos de lectura y borrado en simultáneo.**

Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:
Donde Dice: RENDIMIENTO 100 PLACAS/HORA MÍNIMA.

Consultamos: Favor aclarar la medida de la IP que está tomando como referencia para el rendimiento de 100 placas/hora. La unidad de medida estandarizada para el rendimiento es de 35x43cm.
Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:
Donde Dice: EL SISTEMA DEBERA CONTAR CON UN KIT DE MOVILIDAD.

Consultamos: Favor aclarar a que se refiere con kit de movilidad? Estos equipos de Digitalización por su gran peso y volumen se dejan fijos, son los chasis los que van a las diferentes salas. Solicitamos que este kit sea un opcional.
Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:
Donde Dice: EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR CHASIS NIP O DE TECNOLOGÍA DE AGUJAS.

Consultamos: La tecnología NIP o de agujas solicitada es exclusiva de un fabricante. Solicitamos por lo tanto de manera a no limitar la participación de más oferentes, contar con la posibilidad de aceptar Chasis de doble lectura que es la tecnología equivalente a la NIP en otros fabricantes o de aceptar ofertas IP de fosforo o similares que la tecnología comúnmente utilizada por todos los fabricantes.
Respuesta: favor ajustarse al PBC y la Adenda N°4

CONSULTA:
Donde Dice: TRES RESOLUCIONES EN TAMAÑO PIXEL; 10, 150 Y 200 MICRAS

Consultamos: Solicitamos aclarar la unidad de medida si es pixeles/mm o micras. Favor considerar desde 5, 10 y 20 pixeles/mm; o desde 50, 100 y 200 micras
Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

CONSULTA:
Donde Dice: ACCESORIOS: CANTIDAD MINIMA DE CHASIS 10,5 CHASIS DE 35 X 43 CM, 5 CHASIS DE 24 X 30 CM, 2 CHASIS DE 18 X 24 CM, PLACA COMPATIBLE CON LA IMPRESORA OFERTADA POR LA TOTALIDAD DEL EQUIPO.

Consultamos: Favor establecer las cantidades exactas de chasis que requieran por cada medida.

Recomendación: Se podría tener en cuenta que el CR y la impresora, estén conectadas a una UPS online, a manera de prever cortes de energía eléctrica que puedan dañar de manera involuntaria al equipo.
Respuesta: Remitirse a la Adenda N°4

Asunción, 19 de febrero de 2017