CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN Nº 04/13

ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12"

ACLARACION Nº 1

Asunción, 11 de abril de 2013

AL OFERENTE:

Con relación al llamado Contratación por Vía de la Excepción Nº 04/13 **"ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12"**, se aclaran los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones:

CONSULTA 1: - ITEM 15: Se solicita cinta adhesiva de 10 cm x 5 mts. Favor aclarar si se puede ofertar cinta adhesiva de 7,5 cm x 5 mts.

RESPUESTA: No podrá ser ofertado, pues lo solicitado es Cinta Adhesiva de 10 cm x 5 mts.

CONSULTA 2: Favor aclarar a que se refiere el código 3827 que se menciona en el pliego.

RESPUESTA: El código 3827 en el cuadro básico de insumos institucional vigente corresponde al Manómetro para Oxigeno con Humidificador, y las Mascarillas para Nebulizar con Tubuladura Adultos solicitadas en este llamado deben adaptarse a los manómetros existentes o adquiridos por el IPS.

CONSULTA 3: Sección IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC), punto CGC 26.1 Multas, dice 2% del valor del bien y/o servicio en demora, por cada semana o fracción mayor a 3 días. Solicitamos que la multa sea del valor del 1 % por cada semana o fracción mayor a 3 días de atraso en la entrega, debido a que el 2% es un valor muy elevado y los plazos de entregas son muy cortos, además de que el IPS en todas sus licitaciones anteriores siempre ha establecido como valor de multa el 1%.

RESPUESTA: Favor remitirse a lo establecido en el PBC, debido a que el porcentaje estipulado constituye una directriz emanada por la Máxima Autoridad del IPS, para la adquisición de medicamentos e insumos.

CONSULTA 4: Sección III Suministros Requeridos, Ítem Nº 5 Bolsa presurizadota p/ presión arterial invasiva, se refiere al insuflador de soluciones con manómetro incluido?
Si es positiva su respuesta cual es el solicitado, para soluciones de 500ml o 1000ml? Favor aclarar.

RESPUESTA: La bolsa presurizadora se refiere al insuflador de soluciones con manómetro incluido y para soluciones de 1000 ml.

CONSULTA 5: Muestras: se podría presentar muestras de diferentes medidas al producto solicitado con una Declaración Jurada de que en caso de ser adjudicado se entregaría la medida ofertada?. Favor confirmar.

RESPUESTA: Las muestras presentadas deben ajustarse a lo solicitado en las mismas condiciones que el producto a ser entregado en caso de ser adjudicado. Con las muestras se verifican si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, presentación etc. Las muestras deberán llevar impresas, marca, fabricante y procedencia.
En caso de ofertarse en varios ítems el mismo producto pero de diferentes medidas será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia, que la muestra presentada.

CONSULTA 6: Donde dice: capacidad 2500 cc, con cánula simple, conector adaptable, boca con tapa, clamp obturador, estéril.
Si es viable ofertar Bolsas de Enema Simple con cánula, de capacidad 2500 cc, no estériles, siendo las no estériles las utilizadas normalmente y dado que este tipo de insumos no requiere de esa condición (esterilidad) para cumplir con el objetivo de su uso.

RESPUESTA: Ítem 4 Código 4686 Bolsa de colon simple con cánula. Se podrá ofertar las Bolsas de colon simple con cánula capacidad 2500 cc, con cánula simple, conector adaptable, boca con tapa, clamp obturador, **no estéril.**

Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.E.S.

CONSULTA 7: Código 5913: BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE KARAYA DE 38 mm (+ - 1). Adhesivo hipoalergénico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, filtro antiolor. Lo solicitado es sistema antiolor ?

RESPUESTA: Código 5913: BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE KARAYA DE 38 mm (+ - 1). Lo solicitado es: Código 5913: BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE KARAYA DE 38 mm (+ - 1). Adhesivo hipoalergénico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, con **sistema** antiolor.

CONSULTA 8: : Plazos de entrega**:** Cantidades mínimas y cantidades máximas
Los plazos a ser computados son a partir de la emisión de órdenes de entrega?

RESPUESTA: Plazos de entrega**:** Cantidades mínimas y cantidades máximas
Los plazos de órdenes de entrega, serán computados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.

CONSULTA 9: Item 39 : dice Sonda Vesical Doble Via : Sonda Foley N° 6 c/ balon balon de 5 cc siliconada, esteril, flexible, descartable.-
Se podrá ofertar sonda vesical doble via: Sonda Foley N° 6 c/ balon de 3 cc elaborada en silicona 100% esteril, flexible, descartable?

RESPUESTA: Ítem 39: Si, puede cotizarse Sonda Foley N° 6 c/ balon de 3 a 5 cc elaborada en silicona 100% esteril, flexible, descartable

CONSULTA 10: dice Cateter Umbilical Arterial : Cateter Umbilical Neonatal Unilumen de 15 a 20 cm de longitud.
Se podrá ofertar Cateter Umbilical Arterial de 3,5 Fr con 15 a 40 cm de Longitud? Teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones este item se declaro desierto por falta de participacion de oferentes con estas especificaciones y argumentando la utilizacion del cateter Umbilical Arterial de 3.5 Fr de 40 cm en el servicio de Neonatologia del HC sin objecion alguna

RESPUESTA: No podrá ser ofertado, Cateter Umbilical Neonatal Unilumen de 15 a 20 cm de longitud.

CONSULTA 11: Item 4. Bolsa de Enema:Podria cotizarse la bolsa con capacidad de 1500 cc?

RESPUESTA: Ítem 4: Si, puede cotizarse bolsa con capacidad de 1000 a 2500 cc.

CONSULTA 12: Item 5. Bolsa presurizadora: Podria cotizarse bolsa manual de 300 Mn de Hg?

RESPUESTA: Ítem 5: No podrá ser ofertado, pues lo solicitado es Bolsa manual de 500 Mn de Hg.

CONSULTA 13: Ítem 12: Cateter Umbilical Arterial. Podria Cotizarse de 38 cm de longitud?

RESPUESTA: Ítem 12: No podrá ser ofertado, pues lo solicitado es Cateter Umbilical Neonatal Unilumen de 15 a 20 cm de longitud.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.E.S.

CONSULTA 14:

Item	DESCRIPCIÓN	EETT	CONSULTA
58	**HILO PARA SUTURA ALGODÓN:** SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N°2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Aguja curva triangular cortante de 2,5 cm. Aguja de acero inoxidable fuerte y resistente, estéril. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Solicitamos considerar como materia el lino, atendiendo su excelente manejabilidad y resistencia del nudo, ampliando de esta forma el número de oferentes
60	**HILO PARA SUTURA POLIAMIDA:**SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 0 C/AGUJA DE 2 CM	Aguja cortante triangular 3/8 círculo, 2 cm. Cuticular .Variación + - 1 mm	Teniendo en cuenta la importancia de la relación hilo-aguja para el buen pasaje de la sutura a través del tejido, consultamos si podríamos ofertar un calibre 0 con aguja de 24cm, considerando que la unión hilo- aguja debe ser 1:1 (igual diámetro)
61	**HILO PARA SUTURA POLIAMIDA:**SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,6 CM	Aguja cortante triangular 3/8 círculo, 2,6 cm. Hebra 45cm de Longitud	Solicitamos aumentar el margen de diferencia a +/- 0,2 cm de manera a ampliar el número de oferentes.

RESPUESTAS: **Ítem 58**: No podrá ser ofertado, pues lo solicitado es Sutura quirúrgica de Algodón N° 2/0 c/Aguja de 2,5 cm Variación +-2mm.-

Ítem 60: No podrá ser ofertado, pues lo solicitado es Sutura quirúrgica de Poliamida N° 0 c/Aguja de 2 cm Variación +-1mm.-

Ítem 61: No podrá ser ofertado, pues lo solicitado es Sutura quirúrgica de Poliamida N° 2/0 c/Aguja de 2,6 cm. Hebra 45 cm de longitud.

CONSULTA 15: ITEM 14 dice: cinta adhesiva quirúrgica antialérgica 5 cm. De ancho x 4,5 cm de largo mínimo.
El largo mínimo de la cinta esta expresado en cm, no debería estar expresado en metros?

RESPUESTA: ITEM 14 cinta adhesiva quirúrgica antialérgica 5 cm. De ancho x 4,5 cm de largo mínimo, el largo mínimo debe ser 4,5 mts de largo mínimo.-

CONSULTA 16: Ítems 14 – 15 - 16 CINTA ADHESIVA QUIRURGICA SE SOLICITA EL MISMO TIPO DE CINTA QUIRURGICA CON DIFERENTES MEDIDAS Y UNA CON PRESENTACION CARRETE
CONSULTA:
SE PUEDE PRESENTAR COMO MUESTRA DE LA CINTA QUIRURGICA UN SOLO TIPO DE MEDIDA, YA QUE LAS CARACTERISTICAS DE LOS 3 ITEMS DE LA CINTA ES LA MISMA. En reemplazo de 3 muestras de cinta?

RESPUESTA: Puede presentarse una misma muestra para los item14 y 16 pues ambos son cinta adhesiva quirúrgica antialérgica, no así para el ítem 15 pues es cinta adhesiva quirúrgica no antialérgica.

CONSULTA 17: Ítem 19 Código 2509 CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K 66.
Solicitamos se considere la posibilidad de ofertar con diámetro interno 9 mm (+ -2)

RESPUESTA: Ítem 19 Código 2509 CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K 66.
No podrá ofertarse, lo solicitado es : CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K 66.
Material PVC, Flexible, con adaptador al Sist. de aspiración, long. Mínima 1,80 mt. Diámetro interno **9 mm,** c/pico bucal de una sola pieza, con regulador de flujo en material de PVC rígido, estéril, descartable.-

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.