Asunción, 26 de octubre de 2016

ADENDA N° 6

Contratación Directa N° 30/2016 *"Adquisición de equipos desfibriladores" Ad Referéndum ID N° 316.676*

1. **Modificación en el ANEXO C. Se reemplaza especificaciones técnicas (dimensión del monitor y la duración de los Pad´s)**

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

DONDE DICE

ESPECIFICACIONES TECNICAS MONITOR	
Dimensiones:	7 x 4" como mínimo
PADS	
Duración	5 años desde la fecha de manufactura

DEBE DECIR

ESPECIFICACIONES TECNICAS MONITOR	
Dimensiones:	Diagonal de 3" como mínimo
PADS	
Duración	2 (dos) años, como mínimo, desde la fecha de manufactura

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de la U.O.C.

Abog. Rodrigo Irala
Director de la UOC