PAC N°: 370.268

ADENDA N° 04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 97/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES" - MSPBS, ID N° 370.268,** SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL SICP EN CUANTO A PLAZOS, ASI TAMBIEN EN EL PBC QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III.

REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE	Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Método
4	1	Hepatitis C	Reactivo para Hepatitis C con Anticuerpo para la detección de la hepatitis C , por método inmunoanalisis quimioluminiscente. Serán seleccionadas aquellas ofertas que reúnan la más alta sensibilidad y especificidad; el cual será verificado según inserto original del producto ofertado, en idioma español o en su defecto traducido al mismo, debiendo ser parte de la oferta presentada. Las empresas concursantes deberán ofrecer las 7 (siete) Determinación es:HIV Ag p24 y Ac. ,HBSAg,HCV Ac.,CHAGAS Ac. ,SIFILIS Ac. ,CORE B Ac, HTLV I-II. por el método inmunoanalisis qumioluminiscencia ,que deberan ser adjudicadas como un solo Lote y realizadas por equipo automatizado que realice las 7 Determinación es en forma simultanea. Se deben proveer con los insumos (soluciones, buffer, controles e insumos necesarios y complementos de limpieza). con los tubos para extracción de 5ml como mínimo, con Gel Separador de Suero en un número igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas y Tubo de microcentrífuga, contenedor de cuerpo cilíndrico y fondo cónico, con tapa unida al cuerpo del tubo, de material polipropileno de 2 ml para seroteca igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas.	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINICENTE
	2	Reactivo HTLV	REACTIVO HTLV I/II Anticuerpo para la deteccion del HTLV I-II por metodo inmunoanalisis quimioluminiscente. Serán seleccionadas aquellas ofertas que reúnan la más alta sensibilidad y especificidad; el cual será verificado según inserto original del producto ofertado, en idioma español o en su defecto traducido al mismo, debiendo ser parte de la oferta presentada. Las empresas concursantes deberán ofrecer las 7 (siete) Determinación es:HIV Ag p24 y Ac. ,HBSAg,HCV Ac.,CHAGAS Ac. ,SIFILIS Ac. ,CORE B Ac, HTLV I-II. por el metodo inmunoanalisis qumioluminiscencia ,ique deberan ser adjudicadas como un solo Lote y realizadas por equipo automatizado que realice las 7 Determinación es en forma simultanea. Se deben proveer con los insumos (soluciones, buffer, controles e insumos necesarios y complementos de limpieza). con los tubos para extraccion de	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINICENTE

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

LOTE	Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Método
			5ml como minimo, con Gel Separador de Suero en un número igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas y Tubo de microcentrífuga, contenedor de cuerpo cilíndrico y fondo cónico, con tapa unida al cuerpo del tubo, de material polipropileno de 2 ml para seroteca igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas.	
	3	Reactivo Hepatitis B	Reactivo para HEPATITIS B (HBS Ag) Antigeno para deteccion de la hepatitis B por metodo inmunoanalisis quimioluminiscente. Serán seleccionadas aquellas ofertas que reúnan la más alta sensibilidad y especificidad; el cual será verificado según inserto original del producto ofertado, en idioma español o en su defecto traducido al mismo, debiendo ser parte de la oferta presentada. Las empresas concursantes deberán ofrecer las 7 (siete) Determinación es:HIV Ag p24 y Ac. ,HBSAg,HCV Ac.,CHAGAS Ac. ,SIFILIS Ac. ,CORE B Ac, HTLV I-II. por el metodo inmunoanalisis qumioluminiscencia ,ique deberan ser adjudicadas como un solo Lote y realizadas por equipo automatizado que realice las 7 Determinación es en forma simultanea. Se deben proveer con los insumos (soluciones, buffer, controles e insumos necesarios y complementos de limpieza). con los tubos para extraccion de 5ml como minimo, con Gel Separador de Suero en un número igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas y Tubo de microcentrífuga, contenedor de cuerpo cilíndrico y fondo cónico, con tapa unida al cuerpo del tubo, de material polipropileno de 2 ml para seroteca igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas.	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINICENTE
	4	Reactivo para anticuerpo Core IgG+IgM- HB	Reactivo para deteccion de ANTICUERPO CORE IgG+IgGM de la HB de la hepatitisb, por metodo inmunoanalisis quimioluminiscente.Seranseleccionadas aquellas ofertas que reunan la mas alta sensibilidad y especificidad; el cua sera verificado según inserto original del producto ofertado, en idiona español o en su defectotrducido al mismo, debiendo ser parte de la oferta presentada.Las empresa concursantes deberan ofrecer las 7(siete) Determinación es;HIVAgp24 y Ac.HBSAg,HCVAc,CHAGAS Ac,COREBAC, HTLVI-II, por el REACTIVO ANTICORE HEPATITIS B.Metodo inmunoanalisis quimioluminiacencia,ique deberan ser adjudicados como un solo Lote y realizadas por equipos automatizados que las 7(siete)Determinación es en forma simultanea.Se deben proveer con los insumos(soluciones buffer, controles e insumos necesarios y complementos de limpieza).	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINICENTE
	5	Reactivo para HIV	Reactivo para HIV con Antigeno p24/Anticuerpo HIV 1-2 Combinado por metodo inmunoanalisis quimioluminiscente. Serán seleccionadas aquellas ofertas que reúnan la más alta sensibilidad y especificidad; el cual será verificado según inserto original del producto ofertado, en idioma español o en su defecto traducido al mismo, debiendo ser parte de la oferta presentada. Las empresas concursantes deberán ofrecer las 7 (siete) Determinación es:HIV Ag p24 y Ac. ,HBSAg,HCV Ac.,CHAGAS Ac. ,SIFILIS Ac. ,CORE B Ac, HTLV I-II. por el metodo inmunoanalisis qumioluminiscencia ,ique deberan ser adjudicadas como un solo Lote y realizadas por equipo automatizado que realice las 7 Determinación es en forma simultanea. Se deben proveer con los insumos (soluciones, buffer, controles e insumos necesarios y complementos de limpieza). con los tubos para extraccion de 5ml como minimo, con Gel Separador de Suero en un número	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINICENTE

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

LOTE	Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Método
			igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas y Tubo de microcentrífuga, contenedor de cuerpo cilíndrico y fondo cónico, con tapa unida al cuerpo del tubo, de material polipropileno de 2 ml para seroteca igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas.	
	6	Chagas	Reactivo para CHAGAS con Anticuerpo para la deteccion del chagas por metodo inmunoanalisis quimioluminiscente. Serán seleccionadas aquellas ofertas que reúnan la más alta sensibilidad y especificidad; el cual será verificado según inserto original del producto ofertado, en idioma español o en su defecto traducido al mismo, debiendo ser parte de la oferta presentada. Las empresas concursantes deberán ofrecer las 7 (siete) Determinación es:HIV Ag p24 y Ac. ,HBSAg,HCV Ac.,CHAGAS Ac. ,SIFILIS Ac. ,CORE B Ac, HTLV I-II. por el metodo inmunoanalisis qumioluminiscencia ,ique deberan ser adjudicadas como un solo Lote y realizadas por equipo automatizado que realice las 7 Determinación es en forma simultanea. Se deben proveer con los insumos (soluciones, buffer, controles e insumos necesarios y complementos de limpieza). con los tubos para extraccion de 5ml como minimo, con Gel Separador de Suero en un número igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas y Tubo de microcentrífuga, contenedor de cuerpo cilíndrico y fondo cónico, con tapa unida al cuerpo del tubo, de material polipropileno de 2 ml para seroteca igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas.	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINICENTE
	7	Reactivo para sifilis	Reactivo para SIFILIS con Anticuerpo por metodo inmunoanalisis quimioluminiscente. Serán seleccionadas aquellas ofertas que reúnan la más alta sensibilidad y especificidad; el cual será verificado según inserto original del producto ofertado, en idioma español o en su defecto traducido al mismo, debiendo ser parte de la oferta presentada. Las empresas concursantes deberán ofrecer las 7 (siete) Determinación es:HIV Ag p24 y Ac. ,HBSAg,HCV Ac.,CHAGAS Ac. ,SIFILIS Ac. ,CORE B Ac, HTLV I-II. por el metodo inmunoanalisis qumioluminiscencia ,ique deberan ser adjudicadas como un solo Lote y realizadas por equipo automatizado que realice las 7 Determinación es en forma simultanea. Se deben proveer con los insumos (soluciones, buffer, controles e insumos necesarios y complementos de limpieza). con los tubos para extraccion de 5ml como minimo, con Gel Separador de Suero en un número igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas y Tubo de microcentrífuga, contenedor de cuerpo cilíndrico y fondo cónico, con tapa unida al cuerpo del tubo, de material polipropileno de 2 ml para seroteca igual al doble del numero de Determinación es adjudicadas.	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINICENTE

OBSERVACIONES:

- ***LA VINCULACIÓN DEL EQUIPO EN COMODATO DEL LOTE 04 (SISTEMA FLEBES-MSP) DEBE REALIZARSE CON EL SOFTWARE DE GETIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DEL HOSPITAL NACIONAL (sDelphyn)***

- ***LAS DEMÁS SECCIONES O PUNTOS NO MENCIONADAS PERMANECEN INVARIABLES.-***

Asunción, 09 de diciembre de 2019.

ABG. PABLO LEZCANO RDA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.