LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/12.-

"ADQUISICION DE FIBROSCOPICOS PARA INTUBACION PARA TORRES DE INTUBACION DE LA MARCA KARL STORZ DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL CENTRAL"

ADENDA Nº 2

Asunción, 27 de junio de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 14/12, **"ADQUISICION DE FIBROSCOPICOS PARA INTUBACION PARA TORRES DE INTUBACION DE LA MARCA KARL STORZ DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL CENTRAL"**. ID 229848, informamos que se realizan las siguientes modificaciones quedando como sigue:

Donde Dice:

ITEM 1: En las Especificaciones Técnicas:
Fibroscopio de intubación 65 cm, Canal de Trabajo 2,3mm, ángulo visual 90º, punta distal 3,7 mm. Maletín de almacenamiento y accesorios para limpieza. Compatible con la torre de intubación de la marca Karl Storz del Servicio de Anestesia del Hospital Central.

Debe Decir:

ITEM 1: Fibroscopio de intubación 65 cm, **Canal de Trabajo 1,5 mm**, ángulo visual 90º, punta distal 3,7 mm. Maletín de almacenamiento y accesorios para limpieza. Compatible con la torre de intubación de la marca Karl Storz del Servicio de Anestesia del Hospital Central.

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Cinthia Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.