## ADENDA Nº 4 al Pliego de Bases y Condiciones.

## LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL" – ID.277192

01.- En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación; Numeral 2. Requisitos para Calificación Posterior; Inc. (b) Experiencia y Capacidad Técnica; Numeral 6. Para Materiales Traumatológicos, Insumos Hospitalarios y Estudios Especializados:

a) Constancia emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud.
b) Constancia de inscripción vigente de la Empresa habilitada.
c) Constancia de Autorización de Importación y comercialización de los dispositivos médicos dentro del territorio nacional (no aplica para Estudios Especializados)
d) Constancia del Listado de Productos Comercializados, emitida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria.
* Para fabricante: declaración jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
* Para Representantes/Importadores: Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.

02.- En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos; Numeral 1; Especificaciones Técnicas; Vencimientos; queda redactado como sigue:

**<u>Vencimientos:</u> Los Medicamentos oncológicos deberán tener como fecha de vencimiento un mínimo de 15 (quince) meses posteriores, contados a partir de la fecha de recepción efectiva por la Convocante y con acta compromiso de canje si no llegase la Convocante a usar la totalidad.**

**Los medicamentos Generales, deberán tener como fecha de vencimiento un mínimo de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de recepción efectiva de los mismos.**

**Las prótesis de uso traumatológico y las diferentes placas, deberán tener fecha de vencimiento un mínimo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción efectiva de los mismos.**

**Las válvulas cardiacas deberán como tener fecha de vencimiento un mínimo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la fecha de recepción efectiva de los mismos.**

**En el caso de las Sillas de Ruedas, el Proveedor garantizará mediante garantía escrita que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos**

Olga Candia Cañete
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN

y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 3 (tres) años. El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay. La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto.

Todos los demás bienes adjudicados deberán tener como fecha de vencimiento un mínimo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción efectiva de los mismos.

Se podrán hacer excepciones bien justificadas de productos muy específicos, para lo cual deberá presentar un compromiso de canje por el termino de un año a partir de la entrega del/los bien/es con garantía de una compañía de seguros por el monto total del/los bien/es.

En casos de vencimientos menores a los establecidos se deberá presentar carta de compromiso de canje de productos para ser cambiados si no se llegasen a usar en su totalidad antes del vencimiento de los mismos.

PARA TODOS LOS LOTES

Los oferentes deberán contemplar para la preparación de las ofertas que, en los casos que correspondan, la cantidad de tornillos, los instrumentos e instrumentadores, instrumentistas, utilización de equipos de Shaver, cajas con cortador y perforador; en suma, todos los servicios conexos, será según requerimiento y sin costo alguno para la DIBEN ni sus beneficiarios.

**Atención: Si en algún caso, en algún lote se indicase que el bien adquirido es "tipo..." se aclara que dicha solicitud es realizada en carácter referencial y no limitativo a una sola marca.**

Olga Candia Cañete
Directora de Contrataciones Públicas
DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

03- En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos; Numeral 1; Especificaciones Técnicas; Lote 60, Ítem 1; queda redactado como sigue:

| Lote | item | CODIGO CAT. | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 42242302-998 | Protesis para Brazo (Protesis tipo philos de ángulos variables para humero - placas del tercio proximal) - c/ tornillos de bloqueo |

04.- En la Sección VI. Formularios FORMULARIO Nº 3; Formulario de Oferta; Lista de Precios; Lote 60, Ítem 1; queda redactado como sigue:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | item | CODIGO CAT. | DESCRIPCION | Marca | Procedencia | U.M. | PRESENTACIÓN | Cantidad Mínima | CANTIDAD MAXIMA |
| 60 | 1 | 42242302-998 | Protesis para Brazo (Protesis tipo philos de ángulos variables para humero - placas del tercio proximal) - c/ tornillos de bloqueo | | | Unidad | Unidad | 20 | 40 |

05.- En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos; Numeral 1; Especificaciones Técnicas; Lote 65, VALVULAS DE DERIVACION VENTRICULAR, Ítem 1; queda redactado como sigue:

| Lote | ítem | CODIGO CAT. | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL NEONATAL DE PRESION MEDIA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (DOS PUNTOS: MEDIA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 16,8MM Y HASTA 5MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO |
| | 2 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL NEONATAL DE PRESION ALTA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (TRES PUNTOS: ALTA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 16,8MM Y HASTA 5MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. |
| | 3 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL PEDIÁTRICA DE PRESION MEDIA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (DOS PUNTOS: MEDIA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 25MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. |
| | 4 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL PEDIÁTRICA DE PRESION ALTA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (TRES PUNTOS: ALTA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 25MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. |
| | 5 | 42295453-005 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL ADULTOS DE PRESION MEDIA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (DOS PUNTOS: MEDIA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 30MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. |
| | 6 | 42295453-005 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL ADULTOS DE PRESION ALTA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (TRES PUNTOS: ALTA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 30MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. |

Olga Cecilia Cañete
Dpto. de Contrataciones Públicas
DIBEN
DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

06.- En la Sección VI. Formularios FORMULARIO Nº 3; Formulario de Oferta; Lista de Precios; Lote 65, VALVULAS DE DERIVACION VENTRICULAR, Ítem 1; queda redactado como sigue:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Ítem | CODIGO CAT. | DESCRIPCION | Marca | Procedencia | U.M. | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | P.U. IVA Incluido |
| 65 | 1 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL NEONATAL DE PRESION MEDIA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (DOS PUNTOS: MEDIA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 16,8MM Y HASTA 5MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO | | | Unidad | Unidad | 1 | |
| | 2 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL NEONATAL DE PRESION ALTA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (TRES PUNTOS: ALTA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 16,8MM Y HASTA 5MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. | | | Unidad | Unidad | 1 | |
| | 3 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL PEDIÁTRICA DE PRESION MEDIA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (DOS PUNTOS: MEDIA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 25MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. | | | Unidad | Unidad | 1 | |
| | 4 | 42295453-006 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL PEDIÁTRICA DE PRESION ALTA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (TRES PUNTOS: ALTA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 25MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. | | | Unidad | Unidad | 1 | |
| | 5 | 42295453-005 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL ADULTOS DE PRESION MEDIA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (DOS PUNTOS: MEDIA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 30MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. | | | Unidad | Unidad | 1 | |
| | 6 | 42295453-005 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO- PERITONEAL ADULTOS DE PRESION ALTA. CON PUNTOS RADIOPACOS PARA IDENTIFICACION DE LA PRESION DE LA VALVULA (TRES PUNTOS: ALTA) CON RESERVORIO TRANSPARENTE SUAVE Y AMPLIO PARA PULSACION Y OBTENCION DE MUESTRAS DE LCR, CON DISPOSITIVO VALVULAR DE MEMBRANA, SIN COMPONENTES METALICOS. CON GUARDA DE POLIPROPILENO PARA FIJACION CON UN TAMAÑO DE HASTA 30MM Y HASTA 6MM DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL CRANEO. | | | Unidad | Unidad | 1 | |
| | | | | | | | | Precio Total | |

| | |
|---|---|
| MONTO MINIMO A CONTRATAR Gs.: | 75.000.000 |
| MONTO MAXIMO A CONTRATAR Gs: | 150.000.000 |

07.- En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos; Numeral 1; Especificaciones Técnicas; Lote 74, SET PARA LIGADURA Y SISTEMA DE GASTROSTOMIA, Ítem 1; queda redactado como sigue:

| Lote | item | CODIGO CAT. | DESCRIPCION: |
|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 42295420-011 | LIGADOR DE VARICES ESOFAGICAS VIA ENDOSCOPICA (SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS VIA ENDOSCOPICA CON MANGO DE LIGADOR, 2 BARRILES UNIVERSALES CON 4 BANDAS POR CADA BARRIL, CATETER INTRODUCTOR Y ADAPTADOR DE IRRIGACION). |

Olga Cañete
Dpto. de Contrataciones Públicas
DIBEN

08.- En la Sección VI. Formularios FORMULARIO Nº 3; Formulario de Oferta; Lista de Precios; Lote 74, SET PARA LIGADURA Y SISTEMA DE GASTROSTOMIA, queda redactado como sigue:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | item | CODIGO CAT. | DESCRIPCION: | Marca | Procedencia | U.M. | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | P.U. IVA Incluido |
| 74 | 1 | 42295420-011 | LIGADOR DE VARICES ESOFAGICAS VIA ENDOSCOPICA (SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS VIA ENDOSCOPICA CON MANGO DE LIGADOR, 2 BARRILES UNIVERSALES CON 4 BANDAS POR CADA BARRIL, CATETER INTRODUCTOR Y ADAPTADOR DE IRRIGACION). | | | Unidad | Unidad | 1 | |
| | | | | | | | | Precio Total | |

| | |
|---|---|
| MONTO MINIMO A CONTRATAR | 30.000.000 |
| MONTO MAXIMO A CONTRATAR | 60.000.000 |

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Olga Candia Cañete
Responsable DCP

DCP/jmss