INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 76/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE USO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA"-Ad referéndum 2017.-

ADENDA Nº 5

Asunción, 07 de febrero de 2017.

AL OFERENTE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 76/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE USO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA"-Ad referéndum 2017, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. **En la Sección III Suministros Requeridos, punto 1 Especificaciones Técnicas el Ítem N° 3**

Donde dice:

2.3	Cine loop de los últimos 250 cuadros como mínimo.			

Debe decir

2.3	Cine loop de los últimos 250 cuadros como mínimo y 2500 como máximo.			

Donde dice

2.4	Transferencia de imágenes BMP de alta calidad y compresión JPEG.			

Debe decir:

2.4	Transferencia de imágenes BMP de alta calidad y con formatos de exportacion JPEG, PNG, AVI, DICOM.			

Donde dice:

2.9	Operación de baterías de 2 horas de autonomía como mínimo o superior			

Debe decir:

2.9	La cantidad mínima de autonomía con uso de baterías debe ser de 2 (dos) horas			

2. **En la Sección III Suministros Requeridos, punto 1 Especificaciones Técnicas el Ítem N° 4**

Donde dice:

2.4	Uso de baterías, con duración de 3 horas en operación como mínimo			

Debe decir:

2.9	Uso con baterías, con duración de 4 horas en operación como mínimo			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

3. **En la Sección III Suministros Requeridos, punto 1 Especificaciones Técnicas el Ítem N° 7**

Donde dice:

3.1	Kit de accesorios completos descartables para la neuroestimulacion según tecnologia del fabricante (Electrodos, agujas, etc) por paciente. Cantidad Minima: Cien (100) kits.			

Debe decir:

3.1	Kit de accesorios completos descartables para la neuroestimulacion según tecnologia del fabricante (Electrodos, agujas, etc) por paciente. Cantidad Minima: 500 (quinientos) kits por cada neuroestimulador. Todas ecogenicas de la cuales 450 (cuatrocientos cincuenta) kits las agujas deben ser de 50 mm y las restantes 50 (cincuenta) kits con agujas de 100 mm.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES