Asunción, 16 de octubre de 2.017

SEÑORES
PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 39/2.017 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS", ID Nº 336.201.
PRESENTE:

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la **ACLARACIÓN Nº 2.**

Consulta N° 1:
Donde dice:
2. Plan de Entrega (Bienes)
Fecha(s) final(es) de Entrega de los Bienes
100% dentro de los 30 días de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
Consulta:
Tratándose de Equipos importados y para permitir mayor cantidad de oferentes, solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el plazo para la entrega de los equipos solicitados a 60 días a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.

Respuesta:
Deberán ajustarse en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 2:
Donde dice:
SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - MICROSCOPIO OPTICO BINOCU LAR
Desplazamiento de la platina 75x30mm
Consulta:
Solicitamos a la convocante poder cotizar el desplazamiento de la platina hasta 75x55 mm y así dar oportunidad de participar a más oferentes.

Respuesta:
Deberán ajustarse en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 3:
Donde dice:

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
San Lorenzo -Paraguay

SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR
ILUMINACION. Sistema de iluminación halógena con lámpara halógena de 6v o 30w y LED Blanco Caliente de 3200K de larga vida,
Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar el punto de la iluminación y lo modifiquen a halógena de 6v o 30w o LED blanca kohler simple, ya que el microscopio solo puede tener un solo tipo de iluminación y la led no puede ser caliente.

Respuesta:
Iluminación: se requiere lámpara halógena o luz LED blanca.

Consulta N° 4:
Donde dice:
SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR
Facil Cambio de lámpara
Consulta:
Solicitamos a la convocante modificar a opcional este punto ya que las luces led pueden llegar a tener 20 años de duración de lámpara y no sería necesario cambiarlo.

Respuesta:
Se mantiene la solicitud de fácil cambio de lámpara sin el uso de herramientas especiales.

Consulta N° 5:
Donde dice:
SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR
Ajuste de la distancia interpupilar individual en un amplio margen de 48 a 75mm
Consulta:
Solicitamos a la convocante modificar este punto con un rango de +-2mm para dar más participación a los oferentes.

Respuesta:
Deberán ajustarse en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 6:
Donde dice:

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
San Lorenzo -Paraguay

SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR
Con sistema de seguro para que no puedan ser quitados
Consulta:
Solicitamos a la convocante que este punto sea considerado como opcional ya que este seguro se utilizan más en los microscopios para educación y no así en microscopios con tecnología más avanzada para lo que serían estudios de laboratorios y demás.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta N° 7:
Donde dice:
SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR
Oculares WFIOX/18 con señalador
Consulta:
Solicitamos a la convocante poder cotizar hasta WF10X/22 para dar mayor participación a oferentes. Además de aclarar a que se refiere con señalador.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta N° 8:
Podrían por favor indicarnos porque motivo se solicita en este llamado estar inscripto como importador o distribuidor de equipos médicos si en el mismo NO solicitan EQUIPOS MEDICOS? Estos son productos de laboratorio que no se rigen bajo esa inscripción.

Esto imposibilitaría nuestra participación que tenemos más de 30 años en el rubro , lo que podría perjudicar en la búsqueda del mejor precio para su entidad.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda N° 3.

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.

LIC. LIZ RAQUEL DUARTE
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas – UNA

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
San Lorenzo -Paraguay