LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 69/19 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS – AD REFERENDUM 2020"

ADENDA Nº 10

Asunción, 10 de Febrero de 2019

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 69/19 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS – AD REFERENDUM 2020"**, con **ID Nº 365.484**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

1. **Sección III – Requisitos de los Servicios Requeridos, punto 3.1 EQUIPO AUTOMATIZADO PARA INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, se realiza la siguiente modificación:**

Donde dice:

3.1 EQUIPO AUTOMATIZADO PARA INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA

• Metodología solicitada: Quimioluminiscencia o metodología similar (ELISA u otro) de última generación de igual sensibilidad y especificidad.
• Capacidad de procesamiento mínimo de 60 test/hs
• Acceso Continúo de reactivos y muestras
• Capacidad de reactivos a bordo: mínimo 20(veinte)
• Capacidad de carga de muestras: mínimo 60 (sesenta)
• Volumen de muestra mínimo requerido para procesar: 150 ul.
• Sensor de nivel de líquidos y detector de coágulos
• Capacidad de realizar Determinaciones y emitir Resultados Urgentes
• El equipo en comodato deberá contar con un software de gestión de laboratorio y deben ser bidireccionales para conectarse a través de una interface con el Sistema Integrado Hospitalario (SIH).
• El Sistema de Gestión debe ser desarrollado en Español, los costos del programa y de la instalación correrán a cuenta del oferente (Empresa adjudicada)
• Poseer impresora intrínseca y/o externa para la impresión de los resultados.
• Calibradores y controles que no se incluyan en el Kit. de reactivo serán proveídos en cantidades suficientes para el buen desempeño de equipos y reactivos.
• El proveedor deberá proveer los insumos necesarios para el funcionamiento del equipo (buffer, cubetas, papel térmico, agua destilada y equipos accesorios). Todo accesorio que se precise para la fase pre - analítica.
• La provisión de reactivos e insumos deber ser continua según consumo del Laboratorio

Debe decir:

3.1 EQUIPO AUTOMATIZADO PARA INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA

• Metodología solicitada: Quimioluminiscencia o metodología similar (ELISA u otro) de última generación de igual sensibilidad y especificidad.
• Capacidad de procesamiento mínimo de 60 test/hs
• Acceso Continuo de reactivos y muestras
• Capacidad de reactivos a bordo: mínimo 20(veinte)
• Capacidad de carga de muestras: mínimo 60 (sesenta)
• Volumen de muestra mínimo requerido para procesar: 150 ul.
• Sensor de nivel de líquidos y detector de coágulos
• Capacidad de realizar Determinaciones y emitir Resultados Urgentes
• El equipo en comodato deberá contar con un software de gestión de laboratorio y deben ser bidireccionales para conectarse a través de una interface con el Sistema Integrado Hospitalario (SIH).
• El Sistema de Gestión debe ser desarrollado en Español, los costos del programa y de la instalación correrán a cuenta del oferente (Empresa adjudicada)
• Poseer impresora intrínseca y/o externa para la impresión de los resultados.
• Calibradores y controles que no se incluyan en el Kit. de reactivo serán proveídos en cantidades suficientes para el buen desempeño de equipos y reactivos.
• El proveedor deberá proveer los insumos necesarios para el funcionamiento del equipo (buffer, cubetas, papel térmico, agua destilada y equipos accesorios). Todo accesorio que se precise para la fase pre - analítica.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge Irala
Jefe del Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

• La provisión de reactivos e insumos deber ser continua según consumo del Laboratorio

En el caso de ofertar EQUIPOS POR METODO ELISA, se solicita un equipo totalmente automatizado, con posibilidad de ofertar otro equipo con metodología alternativa Inmunofluorescencia (Solo en caso de que el equipo de ELISA no realice las determinaciones incluidas en el lote)
El equipo de Elisa:
- Procesamiento de 30 muestras mínimo.
- Con capacidad de procesamiento de 4 determinaciones a la vez como mínimo.
- Con sistema de control de calidad con gráficas Levey-Jennings.
- Capacidad de trabajar con micro muestras, detección de coágulos.

El equipo alternativo debe estar completamente automatizado desde el procesamiento hasta la lectura final de resultados, con microscopio de inmunofluorescencia LED incluido, con capacidad de pipeteo automático de medio de montaje equipo para la lectura y biblioteca actualizada de patrones IFI.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge Ayala
Jefe del Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones