LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 52/11

"ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS"

ADENDA Nº 2

Asunción, 23 de noviembre de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Pública Nacional Nº 52/11 **"ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS"**, se realizan las siguientes modificaciones;

Pag. 25 Sección III
DONDE DICE:

ÍTEM	Descripción del Producto	Especificaciones Técnicas
60	FRONTOLUZ: FRONTOLUZ	C/ Luz Fria Y Cable De Fibra Optica

DEBE DECIR:

ÍTEM	Descripción del Producto	Especificaciones Técnicas
60	FRONTOLUZ: FRONTOLUZ	• Iluminación blanca fria de al menos 45.000 lux o mejor. • Temperatura de color de al menos 5.500 Kelvin • Durabilidad de la lámpara LED: mayor a 40.000 horas. • Regulación del campo luminoso: Diafragma iris de regulación continua. Diámetro del campo luminoso regulable entre 10 a 100 mm o mayor (en 40 cm de distancia de trabajo o mayor). • Angulo de inclinación: Regulable de forma individual • Reóstato: Montaje sobre cinta craneal con regulador de tensión integrado • Óptica: Sistema óptico de corrección múltiple para enfoque regulable • Con Batería integrada en la cinta craneal. - Batería recargable de repuesto • Banda frontal extra ligera (200 grs o menor con batería), ajustable, almohadilla frontal desmontable y lavable con soporte para la fuente de luz y compartimiento de acumulador o baterías • Indicador del nivel de carga. • Indicador del tiempo de servicio restante. • Capacidad de uso del equipo mientras se

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Juan Manuel Villar Jefe Sección Gestión de Ofertas I.P.S. B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Cristian Rojas Q. S. Jefe Opto. Licitaciones I.P.S. B.S.

		carga. • Tiempo de servicio 4 horas o mayor. • Sistema de carga con cable de red de al menos 100 cm. • Alimentación eléctrica: 220 v / 50Hz • Estuche para transporte

Página 74-75 – Sección VII – Anexo
DONDE DICE

H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de estas IAO
b) Certificados de garantia Calidad de Origen emitidas por Instituciones debidamente acreditadas de los ítems en que se requieran, debidamente autenticados.

DEBE DECIR

H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de estas IAO
b) Los instrumentales e insumos deberán ser ofertados acompañados de Certificación de la F.D.A. o de la Comunidad Económica Europea (CEE), en este último caso se solicita presentar la Aprobación o Certificación de Hospitales Europeos de referencia, con estudios multicéntricos que demuestren la calidad de los productos.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.