"VISION": Pequeñas comunidades rurales, urbanas e indígenas del Paraguay con acceso universal de agua potable y saneamiento en condiciones de suficiencia, calidad, eficiencia, sostenibilidad y empoderamiento.

"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – AECID - FONPRODE
Convenio de Préstamo Nº 3601/OC-PR

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº 02/2021. "ADQUISICIÓN DE LABORATORIO MOVIL PARA EL SENASA". ID N° 403.182

ACLARATORIA N° 1

Consulta N° 1: Estimados, solicitamos amablemente una prórroga de 15 días hábiles para presentación de ofertas. Dicha prorroga será sumamente útil para poder cerrar una oferta ventajosa para la convocante, ya que se trata de un laboratorio móvil y cada punto debe ser analizado a detalle con los proveedores/Fabricantes, ya que las especificaciones técnicas deben ser traducidas correctamente para los proveedores y fabricantes del exterior especializados en este tipo de laboratorios. Rogamos a la convocante considerar nuestra solicitud. Saludos cordiales.
Respuesta N° 1: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 2: Solicitamos una prórroga en el plazo de presentación de consultas y de entrega de ofertas debido a la envergadura del proyecto para un mayor y mejor análisis que incurrirá en una oferta más ventajosa para la convocante.
Respuesta N° 2: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 3: Estimados, por medio de la presente, le solicitamos muy amablemente pueda considerar una extensión de prórroga de 15 días hábiles para la presentación de ofertas. Esta solicitud la realizamos con el objetivo de poder presentar una oferta mucho más pulida y ventajosa para sus intereses. Rogamos pueda ser considerada esta solicitud. En espera de una respuesta favorable, quedamos atentos a su veredicto. Saludos cordiales.
Respuesta N° 3: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 4: Solicitamos amablemente prórroga para la presentación de ofertas y consultas de por lo menos 15 días más a modo de preparar una oferta más ventajosa para la convocante.
Respuesta N° 4: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 5: Solicitamos amablemente a la convocante prorrogar el periodo de consultas y entrega de ofertas, con el fin de poder elaborar propuestas más adecuadas y convenientes para la provisión de lo solicitado, en especial de los equipos e instrumentos especificados
Respuesta N° 5: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta N° 6: ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO – Refrigerador. Solicitamos a la convocante por favor especificar cual es el volumen y rango de temperatura requerido para el refrigerador solicitado.
Respuesta N° 6: Conforme a la adenda N° 1 el volumen del refrigerador solicitado es de 90 litros. En relación al rango de temperatura debe ser de 0 a 10 grados Celsius.

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

LIC. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

Sr. Luis Franco Silguera
Encargado Interino
UOC N° 2 – SENASA

Consulta N° 7: ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO - Estufa de cultivo. Solicitamos a la convocante por favor especificar cual es el volumen y rango de temperatura requerido para la estufa de cultivo solicitada.
Respuesta N° 7: En relación a la consulta efectuada se aclara que el volumen de la estufa de cultivo deberá ser de 30 litros, mientras que el rango de temperatura de la misma debe ser de 0 a 70 grados Celsius.

Consulta N° 8: ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO - Kit análisis de cloruro. Para el kit análisis de cloruros (incluye reactivos para 2.000 test) – ¿Podrían indicar el rango que van a necesitar?
Respuesta N° 8: : En relación a la consulta efectuada se aclara que rango deberá de 0 a 3000 mg/litro

Consulta N° 9: ESPECIFICACIONES CARROCERÍA – características. Para el sistema de estabilización solicitan: 4 Gatas de apoyo, articuladas y neumáticos. ¿Se puede ofertar un sistema de estabilización con ajuste manual en vez de neumático? Esto haría que el mantenimiento del sistema sea más sencillo y abarataría el costo de la oferta con las mismas prestaciones
Respuesta N° 9:
Se mantiene las Especificaciones Técnicas del presente llamado.

Consulta N° 10: ESPECTROFOTÓMETRO. Considerando que difícilmente se pueda encontrar en el mercado un espectrofotómetro que sea capaz de medir pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad, TDS, Salinidad, Temperatura, Cloruros, Nitratos, Amonio y Turbidez a la vez, solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar un fotómetro junto con un medidor multiparamétrico que cumpla la misma función solicitada, lo cual también podría mejorar la competitividad de las ofertas.
Respuesta N° 10:
En relación a la consulta efectuada, se menciona que estas son Especificaciones técnicas mínimas, por lo que el oferente podrá incluir lo que le parece pertinente como "Especificaciones Técnicas Cotizadas" según se indica en el formulario respectivo. O sea, ofertar el Espectrofotómetro más medidores multiparamétricos especificando qué parámetros se mediría con cada equipo.

Sr. Luis Franco Silguera
Encargado Interino
UOC N° 2 – SENASA

Lic. CLAUDIA VERA
Coordinadora General
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasa@senasa.gov.py